COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

ADENDA Nº 07/15

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/15 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS"

Modificar la Adenda Nº 3.

SECCION III
REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

- **DONDE DICE:**

Las especificaciones técnicas detalladas a continuación son mínimas.

LOTE Nº 2			EQUIPOS PARA CRASIS		
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	41116005-004	CALCIO TROMBOPLASTINA T.P.	CALCIO TROMBOPLASTINA T.P.	Determinaciones	12.000
2	41116005-005	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA A.P.T.T.	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA A.P.T.T.	Determinaciones	12.000
3	41116113-001	REACTIVO PARA FIBRINOGENO	FIBRINOGENO	Determinaciones	12.000
TOTAL					

EQUIPOS PARA CRASIS – LOTE 2:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO

–Mientras dure la vigencia del contrato

- Equipo automatizado de CUATRO o más canales con capacidad mínima de incubación de 8 muestras, con dispensador de esferas o barritas metálicas.
- Contenedor de reactivos incorporados con dispensador de reactivos de volumen variable mayor de 1 ml. Agitador incorporado al equipo. Capacidad para guardar curva de calibración
- Con control de temperatura, temporizador e impresión de resultados
- Todos los insumos que necesite para funcionar: cubetas, papeles, anticoagulantes, calibradores y controles de Calidad interno y externo
- Equipo con **dos años de fabricación** como máximo
- Metodo de detección mecanico, magnético para disminuir interferencias
- **Soporte**
- - Una centrifuga macro de 24 o más tubos.

➢ **DEBE DECIR:**

Las especificaciones técnicas detalladas a continuación son mínimas.

LOTE Nº 2			EQUIPOS PARA CRASIS		
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	41116005-004	CALCIO TROMBOPLASTINA T.P.	CALCIO TROMBOPLASTINA T.P.	Determinaciones	12.000
2	41116005-005	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA A.P.T.T.	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA A.P.T.T.	Determinaciones	12.000
3	41116113-001	REACTIVO PARA FIBRINOGENO	FIBRINOGENO	Determinaciones	12.000
TOTAL					

EQUIPOS PARA CRASIS – LOTE 2:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO

–Mientras dure la vigencia del contrato

- Equipo automatizado con método electromagnético de CUATRO o más canales con capacidad mínima de incubación de 8 muestras, con dispensador de esferas o barritas metálicas.
- Contenedor de reactivos incorporados con dispensador de reactivos de volumen variable mayor de 1 ml. Agitador incorporado al equipo. Capacidad para guardar curva de calibración
- Con control de temperatura, temporizador e impresión de resultados
- Todos los insumos que necesite para funcionar: cubetas, papeles, anticoagulantes, calibradores y controles de Calidad interno y externo
- Equipo con **dos años de fabricación** como máximo
- Metodo de detección mecanico, magnético para disminuir interferencias
- **Soporte**

- Una centrifuga macro de 24 o más tubos.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO Nº 5 * DPTO. DE UOC * COMANDO LOGÍSTICO *

CARLOS [illegible] ROJAS
Cap Int [illegible] UOC CF Nº 5