# ADENDA Nº 1
# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 06/2012
# "ADQUISICION Y MONTAJE DE EQUIPO DE ANGIOGRAFIA PARA HEMODINAMIA Y TRATAMIENTO ENDOVASCULAR"

**A los Oferentes:**

La SUOC Nº 36 del Hospital Centro de Emergencias Medicas, cumple en comunicar que se modifican los términos del Pliego de Bases y Condiciones, conforme al siguiente detalle:

**DONDE DICE:**

| | |
|---|---|
| **IAO 7.1** | Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es:<br>Atención: Hospital del Centro de Emergencias Médicas – SUOC N° 36<br>Dirección: Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>Teléfono/Fax: (595) (21) 204.800 Int 1515<br><br>**La fecha y hora límites para realizar consultas es:**<br><br>**Hasta las** **10:00 hs.**<br>**Fecha límite:** **lunes 12 de noviembre de 2012.-** |

**DEBE DECIR:**

| | |
|---|---|
| **IAO 7.1** | Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es:<br>Atención: Hospital del Centro de Emergencias Médicas – SUOC N° 36<br>Dirección: Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>Teléfono/Fax: (595) (21) 204.800 Int 1515<br><br>**La fecha y hora límites para realizar consultas es:**<br><br>**Hasta las** **08:00 hs.**<br>**Fecha límite:** **Jueves 15 de noviembre de 2012.-** |

Lic. JORGE SOTO AGUILAR
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médica

LISA AREVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

**DONDE DICE:**

## *ITEM 1:*

## 42201806-9999 - EQUIPO DE ANGIOGRAFIA PARA HEMODINAMIA

### 1.1. Características generales

**1.1.1.** Sistema de Angiografía montado a piso o techo con detector plano

**1.1.2.** Que permita realizar procedimientos de Cardiología intervencionista, electrofisiología, cardiología pediátrica y aplicaciones vasculares generales en radiología intervencionista para pacientes adultos y pediátricos.

**1.1.3.** Que permita conservar el ángulo de rotación durante la rotación del soporte.

**1.1.4.** Antigüedad de fabricación del equipo 3 años como mínimo.

**DEBE DECIR:**

## *ITEM 1:*

## 42201806-9999 - EQUIPO DE ANGIOGRAFIA PARA HEMODINAMIA

### 1.1. Características generales

**1.1.1.** Sistema de Angiografía montado a piso o techo con detector plano

**1.1.2.** Que permita realizar procedimientos de Cardiología intervencionista, electrofisiología, cardiología pediátrica y aplicaciones vasculares generales en radiología intervencionista para pacientes adultos y pediátricos.

**1.1.3.** Que permita conservar el ángulo de rotación durante la rotación del soporte.

**1.1.4.** Antigüedad de fabricación del equipo 3 años como máximo.

Lic. JORGE SOTO AGUILAR
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médicas

LISA ARÉVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas