ADENDA MODIFICATORIA Nº 1

CODIGO DE CONTRATACIÓN ID Nº 348.385

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS"

A los efectos de clarificar y definir con precisión el alcance del presente llamado se emite la presente Adenda Modificatoria Nº 1, donde las secciones modificadas quedan redactadas de la siguiente manera:

ANEXO "C" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

DEBE DECIR:

Son requeridas como mínimo las siguientes especificaciones:

Ítem	Códigos del Catálogo	Descripción	Cant.
		Adquisición de Insumos	
1	41116105-963	Clorexidina al 0,12 % frasco de 100 ml	10
2	41116105-963	Clorexidina al 2 % frasco de 100 ml	10
3	11111610-001	Bolsa de Piedra Pomes de 1 Kg	6
4	42151806-002	Tiras de Poliester x 50 Unidades en sobre	10
5	42151602-003	Tiras de metal para matriz. Rollo 1,5 m	10
6	42151806-001	Tiras de lijas de metal ancha	10
7	42151626-005	Abre boca de silicona tamaño adulto	12
8	41122407-002	Hojas de bisturi de acero inox. número 12 recto	6
9	41122407-002	Hojas de bisturi de acero inox. número 12 curvo	6
10	13111074-001	Frasco de Fluor Gel c 20ml	6
11	41121810-023	Vasito Dappen tamaño pequeño	2
12	42132203-001	Guantes para Examinación tamañano pequeño x 50 pares	20
13	42152503-006	Goma Diques cajas por 26 unidades	6
14	42152103-002	Adhesivo 3 M	10
15	42152406-002	Removedor de manchas tartarite 30 ml	10
16	42312201-003	Hilos de Sutura x 5 mts	6
17	42152428-004	Composite Nanohibrida color A1 Esmalte 4 gr.	6
18	42152428-004	Composite Nanohibrida color A2 Esmalte 4 gr.	12
19	42152428-004	Composite Nanohibrida Fluida Color A2 Esmalte 2 gr.	12
20	42152428-004	Composite Nanohibrida color A3,5 Dentina 4 gr.	6
21	42152428-004	Composite Nanohibrida color Traslucido incisal 4 gr.	6
22	42312301-001	Algodón paquete x 500 gramos	12

23	42131606-9999	Caja de Tapa bocas x 50 unidades	12
24	42281604-001	Desinfectante Solquar con nitritos 1 litro	6
25	42272503-001	Anestesia Tópica 12 gr.	10
26	42151626-002	Acido en Gel 37 % paquete con 3 jeringas 2,5 ml c/uno	10
27	42151909-002	Pastas profilacticas x 90 gramos	10
28	12352303-007	Oxido de zinc x 50 gramos	6
29	41111808-009	Placas radiográficas x 60 unidades Files E	60
30	42152424-006	Polvo liquido (ionomero) tipo 1	10
31	51142937-004	Anestesia Lidocaina al 2 % con vaso constrictor caja con 4 tiras adentro	6
32	51142937-004	Anestesia Lidocaina al 3 % sin vaso constrictor caja con 4 tiras adentro	6
33	42152424-002	Hidroxido de calcio fraguable dical x 1 bloque de mezcla de 11 gramos pasta catalizadora más pasta base 13 gr.	6
34	42151601-005	Lubricantes de turbinas por 300 ml	6
35	42311511-002	Caja de gasa hidrofila con 8 camadas, 5 doblas con dimensión de 15 x 30 cm, cerrada 7,5 x 7,5 cm con 500 unidades	6
36	42203704-005	Revelador radiografico x 400 ml	10
37	42152406-003	Fijador radiográfico x 400 ml	10
38	42152702-004	Eugenol 20 ml	10
39	42152502-001	Caja de baberos de 100 compresas color blanco	10
40	42151635-001	Cajas de Ejector saliva x 100 unidades	10
41	42151677-001	Papel articular	6
42	42312301-001	Caja de rollitos de algodón x 50 unidades	12
43	42151902-001	Cepillitos profilacticos 4 tiras de 10 unidades	12
44	42281916-001	Bolsa pequeña para esterilizar (paquete por 100 unidades)	1
45	42281916-001	Bolsa mediano para esterilizar (paquete por 100 unidades)	1
46	42181515-006	Caja metálica pequeña	100
47	42152508-002	Agujas cortas para carpules x 100 unidades cajas	6
48	42152424-002	Hidróxido de calcio puro	6
49	51102702-001	Agua Destilada de 10 L - 12	10
50	41121810-023	Vasito pequeño de silicona	2
51	41122808-002	Bandeja Riñonera Metálica mediana	2
52	42152465-003	Losetas de vidrio bloque mediano	2
53	42132203-001	Guantes esteril tamaño pequeño	24
54	42291801-999	Aplicador de adhesivo	6

55	41116011-010	Peróxido de hidrógeno al 37 % para blanqueamiento dental con protección gingival	6
56	42204009-001	Gafas de protección ocular	10
		Adquisición de Luz Halógena	
1	42151705-002	Luz Halógena Normal Universal Aparato Sin Alambre Confeccionado en termoplástico inyectado Control de operación con botones en la propia puntera 3 modos de programación de aplicación Continuo/Rampa/Pulsado Tiempos de operación programables 5, 10, 15 y 20 segundos mínimo Señal sonora BIP a cada 5 segundos LED de alta potencia Conductor de luz De fibra óptica 100% coherente. Autoclavable a 134ºC o superior Base de descanso con cargador de batería Con LED indicador de carga de la batería Sistema Stand-by Se apaga automáticamente después de 3 minutos sin su uso Batería inteligente recargable Alimentación: 100-240 VAC 50/60Hz o superior Potencia de entrada: máxima 8 VA Batería: Li-ion 3,7 V – 2200 mAh mínimo Longitud de Onda: 420 – 480nm o superior Potencia de la luz: ≥ 1200mW/cm2 minimo Programas: Continuo, Rampa y Pulsación Tiempos de operación programables:10, 15 y 20 segundos aprox. Señal sonora: BIP a cada 5 segundos mínimo Peso Neto:0,39 Kg aprox. Garantía. 12 (doce) meses	1
		Adquisición de Ultrasonido	
1	42251623-001	Ultrasonido para retrartaje con 3 puntas 32 Khz mínimo con instalación y bandeja auxiliar CARACTERISTICAS Puntas para ultrasonido neumático Para destartraje y profilaxis, periodoncia, etc. Forma segura y eficaz. Puntas incluidas en el kit: S1+S2+S3. Esterilizable en autoclave 135ºC minimo 1 llave apreta puntas. CONTENIDO 3 puntas: S1 + S2 + S3. 1 llave apreta puntas. Garantía Escrita: 12 (doce) meses.	1
		Adquisición de Tensiometro	
1	42181608-001	Equipo tensiometro mecanico para adulto 0 - 300 mm Hg mínimo tensiómetro aneroide profesional Estándar adulto cierre de velcro en la muñeca sin látex. Con Tubo de estetoscopio. Garantía: 12 (doce) meses	2

Adquisición de Turbina			
1	42152211-002	Turbinas dentales Potencia precisa-Rendimiento y durabilidad fiable 19 W o superior Chorro de agua (no rocío) para un enfriamiento correcto de la fresa Rodamientos de cerámica – para una larga vida útil y un nivel menor de ruido Trabajo preciso con un instrumento balanceado, pinza de sujeción revestida de metal duro para un corte aún más concéntrico y preparaciones de mayor precisión Superficie con 5 capas – preparada para resistir más de 1000 ciclos mínimos de esterilización Cabezal con ángulo único-Manejo ergonómico y de fácil uso Diseño de cabeza de 45° para acceso perfecto a los molares, compatible con MULTIflex / 4 orificios estándar Versión de luz para la perfecta visibilidad Peso reducido, ergonómicamente balanceado para tratamientos más largos Aire de salida retirado del área de corte – evita la contaminación de aire en área de corte Superficies suaves, libres de bordes - fáciles de limpiar y diseño higiénico Superficie con 5 capas – preparada para resistir más de 1000 ciclos mínimos de esterilización Fuerza de retención de fresa de hasta 30N – sistema de fresas fuerte y firme, perfecto para un tratamiento más largo Garantía 12 (doce) meses	2
Adquisición de Micromotor			
1	42152211-9997	**Micromotor** 8,4 mm más corto que su antecesor Sin colectores, por lo que el desgaste del micromotor dental es mínimo Mejor manejo del micromotor dental gracias a una manguera de giro elástico Pesa menos de 100 gramos mínimo Funcionamiento muy silencioso gracias a un consumo mínimo de aire de refrigeración Rodamientos intercambiables Bobinado patentado **Acompañado de Contra Angulo y Pieza Recta Sistema Intra con refrigeración** Reducción total 20:1 o sup. Sistema de sujeción mediante hexágono para una larga vida útil (también compatible con fresas y herramientas para enroscar sin sistemas de sujeción mediante hexágono) Engranaje de cabeza y cojinetes de bolas optimizadas para una larga vida útil Cabeza y mango desmontables Cabeza con sistema de refrigeración interna Conexión externa para medios de refrigeración fijada en la cabeza Garantía: 12 (doce) meses	2
Adquisición de Luz A Fría			
1	42151705-9999	Luz a fría para blanqueamiento dental El poder 100-240 V, 50/60Hz o superior La tensión 30W o sup. La longitud de onda 420-480mm aprox. El tamaño de la luz 33*74mm2 mínimo Temporizador ajustable 0-20min mínimo Recursos de la luz 6 pcs mínimo LED de alta potencia La inestabilidad de potencia <1% aprox. Garantía: 12 (doce) meses	1

- **LOS DEMÁS LOTES, SECCIONES Y FORMULARIOS PERMANECEN INVARIABLES**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · VITAM IMPENDERE VERO · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · FACULTAD DE ARQUITECTURA

Lic. Víctor Hugo Martínez
Director de la U.O.C.