PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 12/10
# "Adquisición de Insumos para Nefrología"

## ADDENDA Nº 1

Asunción, 25 de mayo de 2010.

**AL OFERENTE:**

Con relación a la Licitación Publica Nacional N° 12/10 "Adquisición de Insumos para Nefrología", les informamos que la apertura de sobres-oferta queda prorrogada para el día Martes 08 de Junio de 2010 a las 09:00 hs., siendo la hora tope de entrega de sobres-oferta, las 08:45 hs, en la Sala de Aperturas de Sobres-Ofertas, 1er. Piso Edificio Caja Central del IPS.

Con referencia a las consultas presentadas, se aclaran y modifican los siguientes puntos:

**CONSULTA 1:**
**ITEM 15, 16 y 17 referentes a las Especificaciones Técnicas dice:** se solicita la modificación de las especificaciones técnicas, excluyendo la esterilización por ETO; pues no existe esterilización con ETO para productos de Diálisis Peritoneal.-

**RESPUESTA:**

**En la Sección V. Programa de Suministro 1.Especificaciones Técnicas Ítems 15, 16 y 17. Donde dice:**
Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con ETO, minicaps y barbijos.-

**Debe decir:**
Frasco de 2.000 ml en bolsa originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con minicaps y barbijos.

**CONSULTA 2:**
**Ítems: 20 – 21: CONECTORES:** se solicita la consolidación de ambos ítems, teniendo en cuenta que el conector de titanio es un dispositivo de tamaño universal no pudiendo se discriminado en adulto y pediátrico.-

**RESPUESTA:**
**En las Especificaciones Técnicas, los Ítem 20 – 21 CONECTORES**: No es factible la consolidación de estos ítems, debido que ambos artículos poseen consumos mensuales diferentes en base a los cuales fueron solicitadas las respectivas cantidades para la compra, además en el sistema informático (SIH) están discriminados por códigos.

**CONSULTA 3**
En caso de poseer Certificados de Registro Sanitario en trámite se podría presentar Constancia de trámite expedida por la DNVS a los efectos de participar en la apertura de ofertas?

**RESPUESTA:**
Con relación al Certificado de Registro Sanitario en Trámite: Se deberá presentar Fotocopia Autenticada del Certificado de Registro Sanitario de cada producto ofertado expedido por el MSP y BS., u otro según corresponda, vigente o certificado actualizado (6 meses) de que se encuentra en trámites de renovación.

Nadia Martinetti
Abogada
Mat. Prof. Nº 14.048

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

**CONSULTA 4**
¿Podría ser presentado por el importador una declaración jurada de que en caso de ser adjudicado posee la capacidad de suministro en tiempo y forma de los productos ofertados.; la declaración jurada del fabricante?

**RESPUESTA:**
**En la DDL, IAO 11.1 (e), Punto 2.**
**Donde Dice: Para oferentes representantes, distribuidores e importadores**:

- Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado.

**Debe decir: En la DDL, IAO 11.1 (e), Punto 2. Donde Dice: Para oferentes representantes, distribuidores e importadores:**

- Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado, expedida por el oferente.

**CONSULTA 5**
En el Caso del Certificado de Buenas prácticas de almacenamiento y depósito; es posible presentar Declaración Jurada manifestando que será presentada en caso de ser adjudicados y al momento de entregar los productos, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud Pública se encuentra dilatando el otorgamiento del documento limitando de esta forma la participación de varias empresas del rubro.-

**RESPUESTA:**
En el caso del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento: La Declaración Jurada mencionada por la firma deberá ser presentada en el momento de la apertura de sobres o al momento de la evaluación de la oferta en el ítem correspondiente, si la comisión evaluadora así lo requiera.

**CONSULTA 6**
**Ítem 12**: Set de Catéter Doble Lumen con Cuff 12 – 15 Fr., para Hemodiálisis Adulto.
¿El mismo se refiere a Set de Catéter Doble Lumen con Cuff 12 – 15 Fr., de larga permanencia y/o duración?

**RESPUESTA**
**Ítem 12**: Sí, los Set de Catéter Doble Lumen con Cuff 12 Fr., para Hemodiálisis Adulto, son de larga duración o permanencia.

**CONSULTA 7**
**Ítem 13**: Set de Catéter Doble Lumen con Cuff 12 Fr., para Hemodiálisis Pediátrico
¿El mismo se refiere a: Set de Catéter Doble Lumen con Cuff 12 Fr., de larga permanencia y/o duración?

**RESPUESTA**
**Ítem 13:** Sí, los Set de Catéter Doble Lumen con Cuff 12 Fr., para Hemodiálisis Pediátrico son de larga duración o permanencia.

**CONSULTA 8**
Documento de la Licitación IAO 11.1 (e) Para oferentes, representantes, distribuidores e importadores. El mismo solicita: Declaración Jurada expedida por el fabricante de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado.
¿Se podría reemplazar esta documentación por una declaración jurada firmada por la firma oferente?

**RESPUESTA**
Remitirse a la respuesta de la Consulta 4.

Noelia Martinetti R.
Abogada
Mat. Prof. Nº 14.048

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

**CONSULTA 9**
¿Las muestras de Insumos deben ser solicitadas por la Comisión Evaluadora? ¿O las mismas deben entregarse en el momento del acto de aperturas de ofertas? Favor Aclarar.

**RESPUESTA**
Las muestras deberán ser presentadas al momento de la apertura de sobres o al momento de la evaluación de la oferta en el ítem correspondiente, cuando la comisión evaluadora así lo requiera.

**CONSULTA 10**
Plan de entregas: Cantidades Mínimas: Con Orden de Entrega emitida por la Unidad de Farmacoterapéutica, 20 % a los 8 días y 20 % a los 30 días, estas dos entregas son a partir de la fecha de firma del Contrato o de la Emisión de dichas Ordenes?

**RESPUESTA**
Plan de Entregas: Cantidades Mínimas
Los plazos para entrega serán computados a partir de la recepción de las órdenes, por parte del proveedor.

**CONSULTA 11**
Plan de Entregas: Cantidades Máximas: Se podría establecer el plazo de 90 días a partir de la fecha de emisión de las Ordenes de Entregas, como normalmente lo viene haciendo el IPS en todas sus Licitaciones.

**RESPUESTA**
Remitirse a lo establecido en el PBC. Sección V. Programa de Suministro. 2. Plan de Entregas.

**Además se realizan las siguientes modificaciones:**

**En la Sección V. Programa de Suministros. 4. Inspecciones y Pruebas**

**Donde dice**:
Las empresas oferentes deberán presentar la provisión de muestras por cada ítem ofertado, para el estudio de ofertas a fin de proponer la adjudicación debe ser imprescindible, y debe haber concordancia con las descritas en la planilla de datos garantizados y la de ofertas presentadas por el oferente. Las mismas serán verificadas técnicamente por parte de los profesionales médicos afectados en el uso de cada tipo de insumos y en base a cuyos informes la Comisión técnica integrada para el estudio de ofertas procederá a recomendar su adjudicación.
En caso de ofertarse productos similares en cuanto a marca y procedencia, pero de diferente medida, se podrá presentar una declaración jurada garantizando que la muestra presentada es de la misma calidad, origen, marca y procedencia que los demás ofertados y que, en caso de ser adjudicado, el oferente entregará la medida que corresponda al ítem y a la oferta presentada.

**Debe decir:**
Las empresas oferentes deberán presentar la provisión de muestras por cada ítem ofertado, para el estudio de ofertas a fin de proponer la adjudicación debe ser imprescindible, y debe haber concordancia con las descritas en la planilla de datos garantizados y la de ofertas presentadas por el oferente. Las mismas serán verificadas técnicamente por parte de los profesionales médicos afectados en el uso de cada tipo de insumos y en base a cuyos informes la Comisión técnica integrada para el estudio de ofertas procederá a recomendar su adjudicación.
En caso de ofertarse productos similares en cuanto a marca y procedencia, pero de diferente medida, se podrá presentar una declaración jurada garantizando que la muestra presentada es de la misma calidad, origen, marca y procedencia que los demás ofertados y que, en caso de ser adjudicado, el oferente entregará la medida que corresponda al ítem y a la oferta presentada.
Al momento de la entrega de los artículos adjudicados en el Dpto. de Administración de Suministros Médicos, se deberá presentar el Certificado de Esterilidad de cada lote provisto.

Noelia Martinetti
Abogada
Mat. Prof. Nº 14.048

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

## Sección IV. Formulario de las Ofertas. Formulario de Listas de Precios - Lista de Precios

**DONDE DICE:**

| Item | CODIGO | CODIGO DE CATALOGO | ARTÍCULOS | ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad de Medida | Presentación Solicitada | Descripcion/Presentación de lo Ofertado | Marca/Fabricante/Proced. | Cantidad Mínima Solicitada | Cantidad Máxima Solicitada | Precio Unitario C/IVA | Precio Total Mínimo C/IVA | Precio Total Máximo C/IVA | % de IVA a Aplicar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6611 | 42161622-001 | SOLUCIÓN DESINCRUSTANTE P/ HEMODIÁLISIS (ACIDO PERACETICO) de 3 a 5% | Frascos o Bidones lacrados de 5-10 litros | Litro | Frascos o Bidones lacrados de 5-10 litros | | | 7.800 | 15.600 | | | | |
| 2 | 9475 | 42142512-001 | AGUJA P/FÍSTULA ARTERIOVENOSA 17 G | Par de Agujas (Arterial y Venosa) tribiseladas con clamp de seguridad con ventana/as (oval back) | Unidad | Unidad | | | 18.000 | 36.000 | | | | |
| 3 | 3574 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS CELULÓSICAS DE 0,9 - 1,1 M2 | Cuprofán, acetato de celulosa, diacetato de celulosa, triacetato de celulosa, hemofán. Esterilizado con ETO o rayos gamma.- | Unidad | Unidad | | | 600 | 1.200 | | | | |
| 4 | 3576 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS CELULÓSICAS DE 1,2 - 1,4 M2 | Cuprofán, acetato de celulosa, diacetato de celulosa, triacetato de celulosa, hemofán. Esterilizado con ETO o rayos gamma.- | Unidad | Unidad | | | 180 | 360 | | | | |
| 5 | 3577 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS CELULÓSICAS DE 1,5 - 1,8 M2 | Cuprofán, acetato de celulosa, diacetato de celulosa, triacetato de celulosa, hemofán. Esterilizado con ETO o rayos gamma.- | Unidad | Unidad | | | 8.400 | 16.800 | | | | |

Martinetti R.
Abogada
Mat. Prof. Ar...

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor L...
Jefe de Sección - Gestión de Co...
Dpto. de Licitaciones - D.G...

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

| Item | CODIGO | CODIGO DE CATALOGO | ARTICULOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Unidad de Medida | Presentación solicitada | Descripcion/Presentacion de lo Ofertado | Marca/Fabricante/Procedencia | Cantidad Mínima Solicitada | Cantidad Máxima Solicitada | Precio Unitario C/IVA | Precio Total Mínimo C/IVA | Precio Total Máximo C/IVA | % de IVA a Aplicar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7682 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 0,9 - 1,1 M2 | Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN, SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO o rayos gamma.- | Unidad | Unidad | | | 180 | 360 | | | | |
| 7 | 7683 | 42161612-002 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,2 - 1,4 M2 | Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN, SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO o rayos gamma.- | Unidad | Unidad | | | 7.200 | 14.400 | | | | |
| 8 | 7684 | 42161612-002 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,5 - 1,8 M2 | Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN, SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO ó rayos gamma.- | Unidad | Unidad | | | 7.200 | 14.400 | | | | |

Noelia Martinetti R.
Abogada
Mat/Prof. Nº 14.048

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.G.S

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

| Item | CODIGO | CODIGO DE CATALOGO | ARTICULOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Unidad de Medida | Presentación Solicitada | Descripción/Presentación de lo Ofertado | Marca/Fabricante/Proced. | Cantidad Mínima Solicitada | Cantidad Máxima Solicitada | Precio Unitario c/IVA | Precio Total Mínimo c/IVA | Precio Total Máximo c/IVA | % de IVA a Aplicar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2355 | 42161601-004 | LÍNEAS ARTERIO-VENOSAS P/HEMODIÁLISIS | Arterial y Venosa, de PVC flexible, esterilizada con ETO o rayos gamma, c/clamp de seguridad, cazaburbujas arterial y venosa, línea de heparina, línea de macrogotero. diámetro 6 u 8 mm.- | Unidad | Unidad | | | 30.000 | 60.000 | | | | |
| 10 | 2519 | 42161601-002 | SET DE CATÉTER DOBLE LUMEN 11, 5 FR.- 12 FR. P/HEMODIÁLISIS ADULTO | De Poliuretano, doble lumen, esterilizado co ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tapas y jeringa. Longitud:15 - 20 cm. Opcional: bisturí N° 11, vendajes.- | Unidad | Unidad | | | 900 | 1.800 | | | | |
| 11 | 9271 | 42161601-003 | SET DE CATÉTER DOBLE LUMEN 7, 5 FR.- 8 FR. P/HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO | De Poliuretano, doble lumen, esterilizado co ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tapas y jeringa. Longitud:10-15 cm. Opcional: bisturí N° 11, vendajes.- | Unidad | Unidad | | | 30 | 60 | | | | |
| 12 | 9476 | 42161601-002 | SET DE CATÉTER DOBLE LUMEN CON CUFF 12 -15 FR. P/HEMODIÁLISIS ADULTO | De poliuretano ó silicona, doble lumen, esterilizado con ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tunelizador, tapas y jeringa. Longitud: 20 - 28 cm. Opcional: bisturí N° 11, vendajes.- | Unidad | Unidad | | | 90 | 180 | | | | |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

| Ítem | CÓDIGO | CODIGO DE CATALOGO | ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Unidad de Medida | Presentación Solicitada | Descripción/Presentación de lo Ofertado | Marca/Fabricante/Procedencia | Cantidad Mínima Solicitada | Cantidad Máxima Solicitada | Precio Unitario C/IVA | Precio Total Mínimo C/IVA | Precio Total Máximo C/IVA | % de IVA a Aplicar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9477 | 42161601-003 | SET DE CATÉTER DOBLE LUMEN CON CUFF 12 FR. P/HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO | De poliuretano ó silicona, doble lumen, esterilizado con ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tunelizador, tapas y jeringa. Longitud: 15 - 20 cm. Opcional: bisturí N° 11, vendajes.- | Unidad | Unidad | | | 12 | 24 | | | | |
| 14 | 9474 | 12352402-001 | SOLUCIÓN "EURO COLLINS" P/TRASPLANTE RENAL | Frasco x 1000 ml. En bolsas originales, con ampollas para restituir fórmula.- | Unidad | Kit | | | 48 | 96 | | | | |
| 15 | 5894 | 42161509-001 | Set de Recambio de Dialisis Peritoneal: SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 1,5 % | Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con ETO, minicaps y barbijos.- | Unidad | Set | | | 27.000 | 54.000 | | | | |
| 16 | 2236 | 42161509-001 | Set de Recambio de Dialisis Peritoneal: SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 2,5 % | Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con ETO, minicaps y barbijos.- | Unidad | Set | | | 18.000 | 36.000 | | | | |
| 17 | 2237 | 42161509-001 | Set de Recambio de Dialisis Peritoneal: SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 4,25 % | Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con ETO, minicaps y barbijos.- | Unidad | Set | | | 9.000 | 18.000 | | | | |

Noelia Martinetti R.
Abogada
Mat. Prof. Nº 14.048

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

| Item | CÓDIGO | CODIGO DE CATALOGO | ARTICULOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Unidad de Medida | Presentación Solicitada | Descripcion/Presentacion Ofertada | Marca/Fabricante/Procedencia | Cantidad Mínima Solicitada | Cantidad Máxima Solicitada | Precio Unitario C/IVA | Precio Total Mínimo C/IVA | Precio Total Máximo C/IVA | % de IVA a Aplicar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7163 | 42161506-001 | CATÉTER P/DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA DE TENCKHOFF ADULTO | De silicona, esterilizados con ETO, curvos en "Cuello de cisne".- | Unidad | Unidad | | | 24 | 48 | | | | |
| 19 | 7166 | 42161506-005 | CATETER P/DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA DE TENCKHOFF PEDIÁTRICO | De silicona, esterilizados con ETO, curvos en "Cuello de cisne".- | Unidad | Unidad | | | 12 | 24 | | | | |
| 20 | 7686 | 42161504-001 | CONECTORES PARA DPCA - TAMAÑO ADULTO | De titanio, esterilizados con ETO, descartables | Unidad | Unidad | | | 48 | 96 | | | | |
| 21 | 7685 | 42161504-002 | CONECTORES PARA DPCA - TAMAÑO PEDIÁTRICO | De titanio, esterilizados con ETO, descartables | Unidad | Unidad | | | 24 | 48 | | | | |

Noelia Martinetti R.
Abogada
Mat. Prof. Nº 14.048

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**DEBE DECIR:**

| Item | CODIGO | CODIGO DE CATALOGO | ARTICULOS | ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad de Medida | Presentacion Solicitada | Descripcion/Presentacion de lo Ofertado | Marca/Fabricante/Proced. | Cantidad Mínima Solicitada | Cantidad Máxima Solicitada | Precio Unitario C/IVA | Precio Total Mínimo C/IVA | Precio Total Máximo C/IVA | % de IVA a ser Aplicar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6611 | 42161622-001 | SOLUCIÓN DESINCRUSTANTE P/ HEMODIÁLISIS (ACIDO PERACETICO) de 3 a 5% | Frascos o Bidones lacrados de 5-10 litros | Litro | Frascos o Bidones lacrados de 5-10 litros | | | 7.800 | 15.600 | | | | |
| 2 | 3574 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS CELULÓSICAS DE 0,9 - 1,1 M2 | Cuprofán, acetato de celulosa, diacetato de celulosa, triacetato de celulosa, hemofán. Esterilizado con ETO o rayos gamma.- | Unidad | Unidad | | | 600 | 1.200 | | | | |
| 3 | 3576 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS CELULÓSICAS DE 1,2 - 1,4 M2 | Cuprofán, acetato de celulosa, diacetato de celulosa, triacetato de celulosa, hemofán. Esterilizado con ETO o rayos gamma.- | Unidad | Unidad | | | 180 | 360 | | | | |
| 4 | 3577 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS CELULÓSICAS DE 1,5 - 1,8 M2 | Cuprofán, acetato de celulosa, diacetato de celulosa, triacetato de celulosa, hemofán. Esterilizado con ETO o rayos gamma.- | Unidad | Unidad | | | 8.400 | 16.800 | | | | |

Noelia Martinetti R.
Abogada
Mat. Prof. N° 14.048

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofer.
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

| Item | CODIGO | CODIGO DE CATALOGO | ARTICULOS | ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad de Medida | Presentacion Solicitada | Descripcion Presentacion de lo Ofertado | Marca/Fabricante/Prod. | Cantidad Mínima Solicitada | Cantidad Máxima Solicitada | Precio Unitario C/IVA | Precio Total Mínimo C/IVA | Precio Total Máximo C/IVA | % de IVA a Aplicar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7682 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 0,9 - 1,1 M2 | Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN, SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO o rayos gamma.- | Unidad | Unidad | | | 180 | 360 | | | | |
| 6 | 7683 | 42161612-002 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,2 - 1,4 M2 | Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN, SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO o rayos gamma.- | Unidad | Unidad | | | 7.200 | 14.400 | | | | |
| 7 | 7684 | 42161612-002 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,5 - 1,8 M2 | Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN, SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO ó rayos gamma.- | Unidad | Unidad | | | 7.200 | 14.400 | | | | |

Evelin Martinetti R.
Abogada
Mat. Prof. Nº 14.948

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

| Renm | CÓDIGO | CÓDIGO DE CATALOGO | ARTÍCULOS | ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad de Medida | Presentación Solicitada | Descripción/Presentación de lo Licitado | Marca/Fabricante/Procedencia | Cantidad Mínima Solicitada | Cantidad Máxima Solicitada | Precio Unitario C/IVA | Precio Total Mínimo C/IVA | Precio Total Máximo C/IVA | % de IVA a Aplicar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2355 | 42161601-004 | LÍNEAS ARTERIO-VENOSAS P/HEMODIÁLISIS | Arterial y Venosa, de PVC flexible, esterilizada con ETO o rayos gamma, c/clamp de seguridad, cazaburbujas arterial y venosa, linea de heparina, línea de macrogotero. diámetro 6 u 8 mm.- | Unidad | Unidad | | | 30.000 | 60.000 | | | | |
| **9** | **2519** | **42161601-002** | **SET DE CATÉTER DOBLE LUMEN 11, 5 FR.- 12 FR. P/HEMODIÁLISIS ADULTO** | **De Poliuretano, doble lumen, esterilizado co ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tapas y jeringa. Longitud:15 - 20 cm. Opcional: bisturí N° 11, vendajes.-** | **Unidad** | **Unidad** | | | **540** | **1.080** | | | | |
| 10 | 9271 | 42161601-003 | SET DE CATÉTER DOBLE LUMEN 7, 5 FR.- 8 FR. P/HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO | De Poliuretano, doble lumen, esterilizado co ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tapas y jeringa. Longitud:10-15 cm. Opcional: bisturí N° 11, vendajes.- | Unidad | Unidad | | | 30 | 60 | | | | |
| **11** | **9476** | **42161601-002** | **SET DE CATÉTER DOBLE LUMEN CON CUFF 12 -15 FR. P/HEMODIÁLISIS ADULTO** | **De polluretano ó sillcona, doble lumen, esterilizado con ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tunelizador, tapas y jeringa. Longitud: 20 - 28 cm. Opcional: bisturí N° 11, vendajes.-** | **Unidad** | **Unidad** | | | **60** | **120** | | | | |

Noelia Martinetti R.
Abogada
Mat. Prof. Nº 14.048

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

| Item | CODIGO | CODIGO DE CATALOGO | ARTICULOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Unidad de Medida | Presentacion Solicitada | Descripcion/Presentacion de lo Ofertado | Marca/Fabricante/Procedencia | Cantidad Mínima Solicitada | Cantidad Máxima Solicitada | Precio Unitario C/IVA | Precio Total Mínimo C/IVA | Precio Total Máximo C/IVA | % de IVA a Aplicar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9477 | 42161601-003 | SET DE CATÉTER DOBLE LUMEN CON CUFF 12 FR. P/HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO | De poliuretano ó silicona, doble lumen, esterilizado con ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tunelizador, tapas y jeringa. Longitud: 15 - 20 cm. Opcional: bisturí Nº 11, vendajes.- | Unidad | Unidad | | | 12 | 24 | | | | |
| 13 | 9474 | 12352402-001 | SOLUCIÓN "EURO COLLINS" P/TRASPLANTE RENAL | Frasco x 1000 ml. En bolsas originales, con ampollas para restituir fórmula.- | Unidad | Kit | | | 48 | 96 | | | | |
| 14 | 5894 | 42161509-001 | **Set de Recambio de Dialisis Peritoneal: SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 1,5 %** | **Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con minicaps y barbijos.-** | **Unidad** | **Kit** | | | **12.000** | **24.000** | | | | |
| 15 | 2236 | 42161509-001 | **Set de Recambio de Dialisis Peritoneal: SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 2,5 %** | **Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con minicaps y barbijos.-** | **Unidad** | **Kit** | | | **12.000** | **24.000** | | | | |
| 16 | 2237 | 42161509-001 | **Set de Recambio de Dialisis Peritoneal: SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 4,25 %** | **Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con minicaps y barbijos.-** | **Unidad** | **Kit** | | | **6.000** | **12.000** | | | | |

Noelia Martinetti R.
Abogada
Mat. Prof. Nº 14.048

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

| Item | CÓDIGO | CODIGO DE CATALOGO | ARTICULOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Unidad de Medida | Presentación Solicitada | Descripción/Presentacion de lo Ofertado | Marca/Fabricante/Proced. | Cantidad Mínima Solicitada | Cantidad Máxima Solicitada | Precio Unitario c/IVA | Precio Total Mínimo c/IVA | Precio Total Máximo c/IVA | % de IVA a Aplicar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7163 | 42161506-001 | CATÉTER P/DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA DE TENCKHOFF ADULTO | De silicona, esterilizados con ETO, curvos en "Cuello de cisne".- | Unidad | Unidad | | | 24 | 48 | | | | |
| 18 | 7166 | 42161506-005 | CATETER P/DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA DE TENCKHOFF PEDIÁTRICO | De silicona, esterilizados con ETO, curvos en "Cuello de cisne".- | Unidad | Unidad | | | 12 | 24 | | | | |
| 19 | 7686 | 42161504-001 | CONECTORES PARA DPCA - TAMAÑO ADULTO | De titanio, esterilizados con ETO, descartables | Unidad | Unidad | | | 48 | 96 | | | | |
| 20 | 7685 | 42161504-002 | CONECTORES PARA DPCA - TAMAÑO PEDIÁTRICO | De titanio, esterilizados con ETO, descartables | Unidad | Unidad | | | 24 | 48 | | | | |

Nelia Marchetti R.
Abogada
Mat. Prof. Nº 14.048

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

## Sección V. Programa de Suministros 1. Especificaciones Técnicas

**DONDE DICE:**

| Ítem | CÓDIGO | CÓDIGO DE CATALOGO | ARTÍCULOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6611 | 42161622-001 | SOLUCIÓN DESINCRUSTANTE P/ HEMODIÁLISIS (ACIDO PERACETICO) de 3 a 5% | Frascos o Bidones lacrados de 5-10 litros |
| 2 | 9475 | 42142512-001 | AGUJA P/FÍSTULA ARTERIOVENOSA 17 G | Par de Agujas tribiseladas con clamp de seguridad con ventana/as (oval back) |
| 3 | 3574 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS CELULÓSICAS DE 0,9 - 1,1 M2 | Cuprofán, acetato de celulosa, diacetato de celulosa, triacetato de celulosa, hemofán. Esterilizado con ETO o rayos gamma.- |
| 4 | 3576 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS CELULÓSICAS DE 1,2 - 1,4 M2 | Cuprofán, acetato de celulosa, diacetato de celulosa, triacetato de celulosa, hemofán. Esterilizado con ETO o rayos gamma.- |
| 5 | 3577 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS CELULÓSICAS DE 1,5 - 1,8 M2 | Cuprofán, acetato de celulosa, diacetato de celulosa, triacetato de celulosa, hemofán. Esterilizado con ETO o rayos gamma.- |
| 6 | 7682 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 0,9 - 1,1 M2 | Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN, SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO o rayos gamma.- |
| 7 | 7683 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,2 - 1,4 M2 | Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN, SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO o rayos gamma.- |
| 8 | 7684 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,5 - 1,8 M2 | Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN, SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO ó rayos gamma.- |
| 9 | 2355 | 42161601-004 | LÍNEAS ARTERIO-VENOSAS P/HEMODIÁLISIS | Arterial y Venosa, de PVC flexible, esterilizada con ETO o rayos gamma, c/clamp de seguridad, cazaburbujas arterial y venosa, línea de heparina, línea de macrogotero. diámetro 6 u 8 mm.- |
| 10 | 2519 | 42161601-002 | SET DE CATÉTER DOBLE LUMEN 11, 5 FR.- 12 FR. P/HEMODIÁLISIS ADULTO | De Poliuretano, doble lumen, esterilizado co ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tapas y jeringa. Longitud:15 - 20 cm. Opcional: bisturí Nº 11, vendajes.- |
| 11 | 9271 | 42161601-003 | SET DE CATÉTER DOBLE LUMEN 7, 5 FR.- 8 FR. P/HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO | De Poliuretano, doble lumen, esterilizado co ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tapas y jeringa. Longitud:10-15 cm. Opcional: bisturí Nº 11, vendajes.- |
| 12 | 9476 | 42161601-002 | SET DE CATÉTER DOBLE LUMEN CON CUFF 12 -15 FR. P/HEMODIÁLISIS ADULTO | De poliuretano ó silicona, doble lumen, esterilizado con ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tunelizador, tapas y jeringa. Longitud: 20 - 28 cm. Opcional: bisturí Nº 11, vendajes.- |
| 13 | 9477 | 42161601-003 | SET DE CATÉTER DOBLE LUMEN CON CUFF 12 FR. P/HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO | De poliuretano ó silicona, doble lumen, esterilizado con ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tunelizador, tapas y jeringa. Longitud: 15 - 20 cm. Opcional: bisturí Nº 11, vendajes.- |
| 14 | 9474 | 51191602-006 | SOLUCIÓN "EURO COLLINS" P/TRASPLANTE RENAL | Frasco x 1000 ml. En bolsas originales, con ampollas para restituir fórmula.- |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Nozlia Martinetti R.
Abogada
Mat. Prof. [illegible]4.048

| Item | CÓDIGO | CODIGO DE CATALOGO | ARTÍCULOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5894 | 42161509-001 | Set de Recambio de Dialisis Peritoneal: SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 1,5 % | Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con ETO, minicaps y barbijos.- |
| 16 | 2236 | 42161509-001 | Set de Recambio de Dialisis Peritoneal: SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 2,5 % | Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con ETO, minicaps y barbijos.- |
| 17 | 2237 | 42161509-001 | Set de Recambio de Dialisis Peritoneal: SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 4,25 % | Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con ETO, minicaps y barbijos.- |
| 18 | 7163 | 42161506-001 | CATÉTER P/DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA DE TENCKHOFF ADULTO | De silicona, esterilizados con ETO, curvos en "Cuello de cisne".- |
| 19 | 7166 | 42161506-001 | CATETER P/DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA DE TENCKHOFF PEDIÁTRICO | De silicona, esterilizados con ETO, curvos en "Cuello de cisne".- |
| 20 | 7686 | 42161504-001 | CONECTORES PARA DPCA - TAMAÑO ADULTO | De titanio, esterilizados con ETO, descartables |
| 21 | 7685 | 42161504-002 | CONECTORES PARA DPCA - TAMAÑO PEDIÁTRICO | De titanio, esterilizados con ETO, descartables |

**DEBE DECIR:**

| Item | CÓDIGO | CODIGO DE CATALOGO | ARTÍCULOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6611 | 42161622-001 | SOLUCIÓN DESINCRUSTANTE P/ HEMODIÁLISIS (ACIDO PERACETICO) de 3 a 5% | Frascos o Bidones lacrados de 5-10 litros |
| 2 | 3574 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS CELULÓSICAS DE 0,9 - 1,1 M2 | Cuprofán, acetato de celulosa, diacetato de celulosa, triacetato de celulosa, hemofán. Esterilizado con ETO o rayos gamma.- |
| 3 | 3576 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS CELULÓSICAS DE 1,2 - 1,4 M2 | Cuprofán, acetato de celulosa, diacetato de celulosa, triacetato de celulosa, hemofán. Esterilizado con ETO o rayos gamma.- |
| 4 | 3577 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS CELULÓSICAS DE 1,5 - 1,8 M2 | Cuprofán, acetato de celulosa, diacetato de celulosa, triacetato de celulosa, hemofán. Esterilizado con ETO o rayos gamma.- |
| 5 | 7682 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 0,9 - 1,1 M2 | Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN, SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO o rayos gamma.- |
| 6 | 7683 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,2 - 1,4 M2 | Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN, SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO o rayos gamma.- |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Noelia Martinetti R.
Abogada
Mat. Prof. [illegible] 14.048

| Item | CÓDIGO | CODIGO DE CATALOGO | ARTICULOS | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7684 | 42161612-001 | FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,5 - 1,8 M2 | Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN, SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO ó rayos gamma.- |
| 8 | 2355 | 42161601-004 | LÍNEAS ARTERIO-VENOSAS P/HEMODIÁLISIS | Arterial y Venosa, de PVC flexible, esterilizada con ETO o rayos gamma, c/clamp de seguridad, cazaburbujas arterial y venosa, línea de heparina, línea de macrogotero. diámetro 6 u 8 mm.- |
| 9 | 2519 | 42161601-002 | SET DE CATÉTER DOBLE LUMEN 11, 5 FR.- 12 FR. P/HEMODIÁLISIS ADULTO | De Poliuretano, doble lumen, esterilizado co ETO, con aguja introductora, guia metálica en "J", dilatador/es, tapas y jeringa. Longitud:15 - 20 cm. Opcional: bisturí Nº 11, vendajes.- |
| 10 | 9271 | 42161601-003 | SET DE CATÉTER DOBLE LUMEN 7, 5 FR.- 8 FR. P/HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO | De Poliuretano, doble lumen, esterilizado co ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tapas y jeringa. Longitud:10-15 cm. Opcional: bisturí Nº 11, vendajes.- |
| 11 | 9476 | 42161601-002 | SET DE CATÉTER DOBLE LUMEN CON CUFF 12 -15 FR. P/HEMODIÁLISIS ADULTO | De poliuretano ó silicona, doble lumen, esterilizado con ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tunelizador, tapas y jeringa. Longitud: 20 - 28 cm. Opcional: bisturí Nº 11, vendajes.- |
| 12 | 9477 | 42161601-003 | SET DE CATÉTER DOBLE LUMEN CON CUFF 12 FR. P/HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO | De poliuretano ó silicona, doble lumen, esterilizado con ETO, con aguja introductora, guía metálica en "J", dilatador/es, tunelizador, tapas y jeringa. Longitud: 15 - 20 cm. Opcional: bisturí Nº 11, vendajes.- |
| 13 | 9474 | 51191602-006 | SOLUCIÓN "EURO COLLINS" P/TRASPLANTE RENAL | Frasco x 1000 ml. En bolsas originales, con ampollas para restituir fórmula.- |
| 14 | 5894 | 42161509-001 | Set de Recambio de Dialisis Peritoneal: SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 1,5 % | Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con minicaps y barbijos.- |
| 15 | 2236 | 42161509-001 | Set de Recambio de Dialisis Peritoneal: SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 2,5 % | Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con minicaps y barbijos.- |
| 16 | 2237 | 42161509-001 | Set de Recambio de Dialisis Peritoneal: SOLUCIÓN DEXTROSA P/DIÁLISIS PERITONEAL (DPCA) 4,25 % | Frasco de 2.000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con minicaps y barbijos.- |
| 17 | 7163 | 42161506-001 | CATÉTER P/DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA DE TENCKHOFF ADULTO | De silicona, esterilizados con ETO, curvos en "Cuello de cisne".- |
| 18 | 7166 | 42161506-001 | CATETER P/DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA DE TENCKHOFF PEDIÁTRICO | De silicona, esterilizados con ETO, curvos en "Cuello de cisne".- |
| 19 | 7686 | 42161504-001 | CONECTORES PARA DPCA - TAMAÑO ADULTO | De titanio, esterilizados con ETO, descartables |
| 20 | 7685 | 42161504-002 | CONECTORES PARA DPCA - TAMAÑO PEDIÁTRICO | De titanio, esterilizados con ETO, descartables |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Norma Martinetti R.
Abogada
Mat. [illegible] Nº 14.048