LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 13/19
"ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL IPS"

ADENDA N° 4

Asunción, 12 de junio de 2019.

AL OFERENTE:

on relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 13/19 "ADQUISIICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL IPS", informamos que se realizaron modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones:

1. ***En La Sección III- Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación.– Punto. Muestras, queda de la siguiente manera:***

Muestras

SI APLICA para los ítems N° 1, 2, 3, 4 y 5.

Las muestras deberán presentarse en el Centro Odontológico del I.P.S. (Estados Unidos Esq., Manuel Dominguez), desde las 07:15 del día marcado para la apertura de sobres ofertas hasta las 12:00 horas del día hábil siguiente. o en su defecto deberán indicar el lugar donde tienen instalado el/los equipo/s para su verificación in situ, que deberá coincidir con la marca, el modelo y especificaciones técnicas conforme al equipo ofertado.

Cuando los oferentes no presenten las muestras en el plazo señalado la Convocante deberá requerir su presentación, otorgando un plazo de 2 (dos) días hábiles contados desde la recepción por el oferente del requerimiento. La no presentación de las muestras en los periodos señalados será causal de descalificación en el Ítem. Excepcionalmente la Máxima Autoridad de la Convocante podrá solicitar la presentación de las muestras, aún transcurridos los plazos previamente indicados.

Los oferentes deberán presentar muestras de los ítems ofertados en las mismas condiciones en que el producto será entregado en caso de ser adjudicado.

Deberán estar correctamente identificadas con rótulos con los siguientes datos:

1. NOMBRE DE LA EMPRESA
2. N° Y NOMBRE DEL LLAMADO
3. N° DE ITEM

DESCRIPCIÓN DEL ITEM QUE DEBERÁ CORRESPONDER A LO DESCRIPTO EN LA PLANILLA DE PRECIOS Y DE DATOS GARANTIZADOS.

En el momento de presentación de las muestras el oferente deberá presentar una lista en duplicado de lo entregado con la firma del responsable, conforme a la siguiente Planilla:

Planilla de Muestras

	NOMBRE DE LA EMPRESA				
	LISTA DE MUESTRAS PRESENTADAS				
N° DE ITEM	CANTIDAD DE MUESTRAS PRESENTADAS	DESCRIPCIÓN	MARCA	ORIGEN	PROCEDENCIA

En caso de detectarse discrepancia en los mismos, la oferta del Ítem correspondiente será rechazada.

Toda documentación e información sobre la muestra presentada, deberá estar en idioma español.

Las muestras serán devueltas al oferente una vez culminado el proceso licitatorio, para lo cual cumplido los **15 (quince)** días hábiles posteriores a la suscripción del Contrato, la unidad solicitante solicitará al oferente por cédula de notificación, vía fax o personal, el retiro de la/s muestras dentro del plazo perentorio de 05 (cinco) días hábiles, en caso contrario, expirado este plazo las muestras estarán a disposición para su uso. Llegado a esta situación, el IPS no será responsable por el extravió o deterioro de la /s muestra/s.

En el caso de que se presentaran procesos de impugnación (protesta y/o denuncia) ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, las muestras de los ítems, objeto de protesta, deberán permanecer en las instalaciones de la unidad solicitante hasta tanto se resuelva los referidos procesos de impugnación, para lo cual se aplicará el procedimiento de entrega establecido en párrafo anterior.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blasi Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jorge Ramírez O.
JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	En caso de necesitar con contramuestras para la recepción del bien, las muestras de los productos adjudicados quedarán como contramuestras en las unidades solicitantes o servicio receptor del bien, pudiendo la misma formar parte de la última entrega a realizar, por parte del adjudicatario, de común acuerdo entre el adjudicado y el servicio, según corresponda al tipo de llamado.
	Las evaluaciones se realizarán aplicando el sistema *"CUMPLE"* o *"NO CUMPLE"*

2. ***En La Sección III- Sección III. Requisitos de los bienes y/o Servicios Requeridos.– Punto 1. Especificaciones Técnicas los ítems 1, 4 y 5, quedan de la siguiente manera:***

Ítem 1
AUTOCLAVE

		Especificaciones Técnicas			
1.	**1**	**Datos Generales**			
1.	1.1	Descripción general: Autoclave de esterilización para uso en instrumentales odontológicos.			
1.	**2**	**Datos proveídos por el oferente**			
1.	2.1	Marca:			
1.	2.2	Modelo:			
1.	2.3	Origen:			
1.	2.4	Dirección Web del fabricante:			
		Criterios de evaluación			
1.	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
1.	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.			
1.	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.			
1.	**4**	**Características**			
1.	4.1	Capacidad del tanque 21 Litros o mas			
1.	4.2	Tres bandejas o más de acero inoxidable o Aluminio			
1.	4.3	Estructura del tanque de presión en acero inoxidable			
1.	4.4	Tapa en acero inoxidable			
1.	4.5	Sistema de seguridad mecánica o palanca para apertura con despresurización			
1.	4.6	Tiempo de esterilización programable: dos o más programas			
1.	4.7	Indicador de presión y temperatura			
1.	4.8	Comando o panel frontal, con indicador de Inicio de ciclo, calentamiento/esterilización, secado, anulación o interrupción del ciclo, fin de ciclo, indicador de equipo encendido o conectado.			
1.	4.9	Con manguera de salida externa de vapor, adecuada para alta temperatura en caso que el quipo lo requiera.			
1.	4.10	Sistema de seguridad contra la sobrepresión y sobrecalentamiento			
1.	4.11	Con agarrador de bandeja para evitar contacto con el instrumentador			
1.	4.12	Con vaso dosificador graduado para dosificar la cantidad de agua para cada ciclo, o dosificación automática.			
1.	4.13	Sistema de protección contra variación de la corriente eléctrica o estabilizador de tensión.			
1.	4.14	Tensión de alimentación: 220 Vca / 50 Hz			
1.	4.15	**Accesorios:**			
1.	4.15.1	un total de 6 (seis) juegos o mas de resistencia para las 46 autoclaves.			

Ítem 4
Sellador de paquetes quirúrgicos

		Especificaciones Técnicas			
4.	**1**	**Datos Generales**			
4.	1.1	Descripción general: EQUIPO PARA SELLADO HERMETICO DE PAPELES DE GRADO QUIRURGICO.			
4.	**2**	**Datos proveídos por el oferente**			
4.	2.1	Marca:			
4.	2.2	Modelo:			
4.	2.3	Origen:			
4.	2.4	Dirección Web del fabricante:			
		Criterios de evaluación			
4.	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
4.	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.			
4.	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.			
4.	**4**	**Características**			
4.	4.1	Para sellado hermético de papeles grado quirúrgico de todos los tamaños existentes en el mercado			
4.	4.2	Modo de Operación continua			
4.	4.3	Ajuste de temperatura: Temperatura (sistema de ahuecamiento) : 0 a 300°C con protección contra altas temperaturas de hasta 220°C en funcionamiento			
4.	4.4	Con cortador de papel del tipo carril de guía, que corta en ambos sentidos,			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Ana Ramírez
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem 4
Sellador de paquetes quirúrgicos

Especificaciones Técnicas					
		posibilitando cortar el papel en el tamaño deseado mientras se hace el sellado del mismo, sin la necesidad de pasar la cuchilla 2 veces.			
4.	4.5	Con Palanca Manual con traba que permite el cierre del sellador			
4.	4.6	Con chapa de apoyo frontal desmontable que facilite el transporte			
4.	4.7	Con cuerpo o carcaza externa de acero inoxidable			
4.	4.8	Tensión de alimentación: 220 Vca / 50 Hz			
4.	4.9	15 (quince) Rollos para esterilización de instrumentales de 10 cm x 200 m			

Ítem 5
Aspirador quirúrgico odontológico

Especificaciones Técnicas					
5.	**1**	**Datos Generales**			
5.	1.1	Descripción general: Aspirador quirurgico para uso odontológico.			
5.	**2**	**Datos proveídos por el oferente**			
5.	2.1	Marca:			
5.	2.2	Modelo:			
5.	2.3	Origen:			
5.	2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación					
5.	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
5.	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.			
5.	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.			
5.	**4**	**Características**			
5.	4.1	Sistema de succión de alta potencia para tratamientos profilácticos como en las cirugías bucomaxilares.			
5.	4.2	Drenaje de los residuos del medio directamente a la cañería de desagüe.			
5.	4.3	Sello mecánico de cierre de alta calidad para la turbina			
5.	4.4	Motor de ½ HP o más de potencia consumida			
5.	4.5	Eje de motor de acero inoxidable			
5.	4.6	Regulación de potencia de succión			
5.	4.7	Succión de 300 a 500 mm/Hg			
5.	4.8	Con cobertura acústica			
5.	4.9	Tensión de alimentación:220 Vca / 50 Hz			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Augusto Ramírez
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES