INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

# LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 114/12
# "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA DENGUE"

## ACLARACIÓN Nº 1

Asunción, 23 de noviembre de 2012

**AL OFERENTE:**

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 114/12 "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA DENGUE",** se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas presentadas:

**Consulta N° 1**

Especificaciones Técnicas Ítem N° 1
1-1: ¿Se solicita una prueba diferencial de los anticuerpos IgG e IgM?
1-2: ¿Se solicita un dispositivo de tres líneas: IgG/ Ig/M/ Control?
1-3: ¿Se solicita una prueba para Suero, Plasma o Sangre Total?
Es sabido que las pruebas Inmunocromatográficas para Dengue con baja sensibilidad y Especificidad mínima recomendada es e 95 %.
Se solicita se incorpore este parámetro a las especificaciones técnicas.

**Respuesta:**

1.1 Está aclarado en las especificaciones técnicas descriptas en el PBC.
1.2 Aparte de poder diferenciarse las fracciones IgG e IgM, debe poseer control incorporado.
1.3 La prueba debe ser para suero, plasma o sangre total.
La sensibilidad y especificidad mínima está descripta en el PBC.

**Consulta N° 2**

Especificaciones Técnicas Ítem N° 2
2-1 ¿Se solicita la prueba solamente para el Antígeno NS1 o combinado con los anticuerpos IgG e IgM, es decir la prueba Dúo o Combo?
2-2 ¿Se solicita la un dispositivo que incorpore Control?
2-3 ¿Se solicita una prueba para Suero, Plasma o Sangre Total?
Se solicita que la sensibilidad mínima exigida sea la recomendada: 92% y la Especificidad mínima sea la recomendada 98%.

**Respuesta:**

2.1 Está aclarado en las especificaciones.
2.2 Debe contar con control incorporado.
2.3 La prueba debe ser para suero, plasma o sangre total. La sensibilidad y especificidad está descripta en el PBC.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe - Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios