"ADQUISICION DE EQUIPOS"

ID Nº 218.975

ADDENDA N° 04

VISTO LA NECESIDAD DE MODIFICAR LOS DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, PARA LO CUAL SE ESTABLECE LA PRESENTE ADDENDA A LOS 18 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2011:

Item	Descripcion del bien	Cod. Catalogo	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	Und. De medida	Presentacion	Cant.	Precio Unitario(IVA incluido)	Precio Total
9	EQUIPO PARA GASO METRIA	41115805-001	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características Generales**: Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Sistema de seguridad eléctrica acorde a normas internacionales. Estructura de plástico resistente a impactos Pantalla de LCD con menú de comunicación en español Dispositivo de aspiración de muestra de bajo riesgo para el usuario **Parámetros medidos**: -Ph (6.00 - 8.00 / SD<0,005) - pCO2 (4-200 mm/hg/SD<1,0) (15-70 mm/hg) - pO2 (0-800 mm/hg/SD<1,2) (60-140 mm/hg) - Presión barométrica (300 - 800 mm / hg) **Parámetros introducidos**: - Temperatura del paciente - Hemoglobina THB (1-26 g%) - Tipo de hemoglobina Hb (adulto/fetal) - P50 (15 A 40 mm / hg) - F.02 (0,10 a 10) - Número del paciente, edad y sexo - Tipo de muestra **Parámetros calculados**: - Exceso de Base BE - Buffer Base BB - Bicarbonato actual HC03 - Dioxido de carbonato total TC02 - Saturación de oxigeno 02SAT - Contenido de oxigeno 02 CT - Concentración de hidrogeniones - Gradiente de oxigeno alveolar / arterial - Calibración con gas de presión y amaplolla calibradora - Tamaño de la muestra necesaria aproximada: menor a 3cc - Tiempo de análisis: 40 segundos - Dimensiones aproximadas: 34 x 34 x 31,5 cm / peso 13 Kg. - Termoimpresora **Accesorios** si fuera necesario: Kit de gas Kit de conectores , con llave de 6 mm, si fuera necesario Manómetro Balón de gas calibrador si fuera necesario Porta balón de 2 opciones Accesorios del equipo , sobres Cable de red Tapa del depósito del reactivo			UNIDAD	UNIDAD	2		

Juan Angel Alvarez
Administrador
Hosp. Mat. Inf. de Capiatá

Dr. Héctor Rubén Jara Vera
Director General
Nº 5710

			Electrodo PH - referencia Electrodo PH Electrodo PCO2 Electrodo PO2 3 Cables para electrodos Solución buffer tipo 1 Solución PH Solución rinse Calibrador Solución desproteinizadora Solución de limpieza automática 10 Rollo de papel termico Garantía escrita de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Garantízar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años despues de la adquisición del equipo Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico(detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente. Incluir reactivos para 3000 (tres mil) determinaciones, la entrega podrá hacerse en forma fraccionada según la necesidad del servicio.							

DEJANDO CONSTANCIA QUE LAS DEMAS CONDICIONES DEL PLIEGO SE MANTIENEN VIGENTES E INVARIABLES

SR. JUAN ANGEL ALVAREZ
Administrador

DR. HECTOR R. JARA
Director General