INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 149/16
"ADQUISICIÓN DE AGUJAS, CATÉTERES, JERINGAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017".

ADENDA Nº 6

Asunción, 23 de febrero de 2017.

AL OFERENTE:

Con relación al proceso licitatorio individualizado como **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 149/16 "ADQUISICIÓN DE AGUJAS, CATÉTERES, JERINGAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017"**, ID **317.842**.se realiza las siguientes aclaraciones a las consultas:

1. **EN LA SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:**

DONDE DICE:

4	9689	42221504-003	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°18 DE POLIURETANO de 30 a 35 mm de Longitud	De poliuretano , estéril , descartable , radiópaco, flexible con bisel bi-angulado y trifacetado. Con conector p/Equipos de suero a rosca y/o presión (puntafina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos iguales ó mayores a 99 ml/min.	Unidad
5	9690	42221504-003	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°20 DE POLIURETANO de 32 mm de Longitud Máxima	De poliuretano, estéril, descartable, radiópaco, flexible con bisel bi-angulado y trifacetado. Con conector p/Equipos de suero a rosca y/o presión (puntafina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos iguales ó mayores a 60 ml/min	Unidad
6	2531	42221504-003	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°24 de 19 a 20 mm de Longitud USO PEDIÁTRICO	De poliuretano, estéril, descartable, radiópaco, flexible con bisel bi-angulado y trifacetado. Con conector para equipos de suero a rosca y/o presión (punta fina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos iguales ó mayores a 25 ml/min.	Unidad

DEBE DECIR:

4	9689	42221504-003	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°18 DE POLIURETANO de 30 a 35 mm de Longitud	Hecho a base de resina de poliuretano, radiópaco, estéril, flexible, con bisel y trifacetado. Con protector de bioseguridad, libre de LATEX Y DEHP (Di (2.-etilhexil)ftalato). Con conector para equipos de suero a rosca y/o presión (puntafina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos de 99 ml/min (+ - 10ml).	Unidad
5	9690	42221504-003	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°20 DE POLIURETANO de 32 mm de Longitud Máxima	Hecho a base de resina de poliuretano, radiópaco, estéril, flexible, con bisel y trifacetado. Con protector de bioseguridad, libre de LATEX Y DEHP (Di (2.-etilhexil)ftalato). Con conector para equipos de suero a rosca y/o presión (puntafina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos de 60 ml/min (+ - 10ml).	Unidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordón
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

6	2531	42221504-003	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°24 de 19 a 20 mm de Longitud	Hecho a base de resina de poliuretano, radiópaco, estéril, flexible, con bisel y trifacetado. Con protector de bioseguridad, libre de LATEX Y DEHP (Di (2.-etilhexil)ftalato). Con conector para equipos de suero a rosca y/o presión (puntafina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos de 25 ml/min (+ - 10ml).	Unidad

DONDE DICE:

9	4695	41123403-002	EQUIPO PARA SUERO MACROGOTERO DE INFUSION IV.	Calibrado a 20 gotas/ml, espiga con protector, con cámara de goteo c/filtro en la base interna de la cámara, transparente para la visualización de la infusión y filtro de aire, regulador de goteo rotatorio, con puerto de inyección lateral libre de látex, conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector, longitud 180 cm (+ - 10 cm). Fabricado en PVC grado médico, tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos.	Unidad

DEBE DECIR:

9	10643	41123403-002	EQUIPO PARA SUERO MACROGOTERO DE INFUSION IV. (SISTEMA CERRADO).	Calibrado a 20 gotas/ml, espiga con protector, con cámara de goteo , transparente para la visualización de la infusión y filtro de aire, regulador de goteo rotatorio, con puerto de inyección lateral libre de aguja, sistema cerrado, libre de látex, y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en sus estudios de Resonancia Magnética y otros). Conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector, longitud 180 cm (+ - 10 cm). Fabricado en PVC grado médico, tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos.	Unidad

2. EN LA SECCIÓN VI. FORMULARIOS. FORMULARIO N° 3 LISTA DE PRECIOS, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DONDE DICE:

Ítem	Código	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Maxima	Precio Unitario C/IVA	Precio Total Cant. Max. IVA Incluido
6	2531	**42221504 -003**	**CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO:** CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°24 de 19 a 20 mm de Longitud USO PEDIÁTRICO	Unidad	Unidad			120.000	240.000		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcelo Bordón
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

DEBE DECIR:

Ítem	Código	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Maxima	Precio Unitario C/IVA	Precio Total Cant. Max. IVA Incluido
6	2531	**42221504 -003**	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°24 de 19 a 20 mm de Longitud	Unidad	Unidad			120.000	240.000		

DONDE DICE:

Ítem	Código	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Maxima	Precio Unitario C/IVA	Precio Total Cant. Max. IVA Incluido
9	**4695**	**41123403 -002**	**EQUIPO MACROGOTERO: EQUIPO PARA SUERO MACROGOTERO DE INFUSION IV.**	**Unidad**	**Unidad**			**300.000**	**600.000**		

DEBE DECIR:

Ítem	Código	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Maxima	Precio Unitario C/IVA	Precio Total Cant. Max. IVA Incluido
9	4695	41123403 -002	EQUIPO PARA SUERO MACROGOTERO DE INFUSION IV. (SISTEMA CERRADO).	Unidad	Unidad			300.000	600.000		

3. EN LA SECCIÓN VIII. ANEXO N° III, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DONDE DICE:

Ítems	Código	Nº de Catálogo	Descripción del Artículo	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad	Farmacopea Recomendada	Cantidad de Muestra para Peritaje Analítico
4	9689	**42221504-003**	**CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO:** CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°18 DE POLIURETANO de 30 a 35 mm de Longitud	De poliuretano,estéril.descartable,radiópaco,flexible con bisel bi-angulado y trifacetado. Con conector p/Equipos de suero a rosca y/o presión (puntafina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos iguales ó mayores a 99 ml/min.	Unidad	Unidad	NO APLICA	NO APLICA
5	9690	**42221504-003**	**CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO:** CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°20 DE POLIURETANO de 32 mm de Longitud Máxima	De poliuretano,estéril.descartable,radiópaco,flexible con bisel bi-angulado y trifacetado. Con conector p/Equipos de suero a rosca y/o presión (puntafina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos iguales ó mayores a 60 ml/min	Unidad	Unidad	NO APLICA	NO APLICA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

6	2531	**42221504-003**	**CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO:** CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°24 de 19 a 20 mm de Longitud USO PEDIÁTRICO	De poliuretano,estéril.descartable,radiópaco,flexible con bisel bi-angulado y trifacetado. Con conector para equipos de suero a rosca y/o presión (punta fina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos iguales ó mayores a 25 ml/min.	Unidad	Unidad	NO APLICA	NO APLICA
9	4695	**41123403-002**	**EQUIPO MACROGOTERO:** EQUIPO PARA SUERO MACROGOTERO DE INFUSION IV.	Calibrado a 20 gotas/ml, espiga con protector, con cámara de goteo c/filtro en la base interna de la cámara, transparente para la visualización de la infusión y filtro de aire, regulador de goteo rotatorio, con puerto de inyección lateral libre de látex, conección proxima al paciente con rosca y punta catéter con protector, longitud 180 cm (+ - 10 cm). Fabricado en PVC grado médico, tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos.	Unidad	Unidad	USP 39/NF34	5 unidades

DEBE DECIR:

Ítems	Código	Nº de Catálogo	Descripción del Artículo	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad	Farmacopea Recomendada	Cantidad de Muestra para Peritaje Analítico
4	9689	**42221504-003**	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°18 DE POLIURETANO de 30 a 35 mm de Longitud	Hecho a base de resina de poliuretano, radiópaco, estéril, flexible, con bisel y trifacetado. Con protector de bioseguridad, libre de LATEX Y DEHP (Di (2.-etilhexil)ftalato). Con conector para equipos de suero a rosca y/o presión (puntafina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos de 99 ml/min (+ - 10ml).	Unidad	Unidad	NO APLICA	NO APLICA
5	9690	**42221504-003**	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°20 DE POLIURETANO de 32 mm de Longitud Máxima	Hecho a base de resina de poliuretano, radiópaco, estéril, flexible, con bisel y trifacetado. Con protector de bioseguridad, libre de LATEX Y DEHP (Di (2.-etilhexil)ftalato). Con conector para equipos de suero a rosca y/o presión (puntafina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos de 60 ml/min (+ - 10ml).	Unidad	Unidad	NO APLICA	NO APLICA
6	2531	**42221504-003**	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°24 de 19 a 20 mm de Longitud	Hecho a base de resina de poliuretano, radiópaco, estéril, flexible, con bisel y trifacetado. Con protector de bioseguridad, libre de LATEX Y DEHP (Di (2.-etilhexil)ftalato). Con conector para equipos de suero a rosca y/o presión (puntafina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos de 25 ml/min (+ - 10ml).	Unidad	Unidad	NO APLICA	NO APLICA
9	4695	**41123403-002**	EQUIPO PARA SUERO MACROGOTERO DE INFUSION IV. (SISTEMA CERRADO).	Calibrado a 20 gotas/ml, espiga con protector, con cámara de goteo , transparente para la visualización de la infusión y filtro de aire, regulador de goteo rotatorio, con puerto de inyección lateral libre de aguja, sistema cerrado, libre de látex, y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en sus estudios de Resonancia Magnética y otros). Conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector, longitud 180 cm (+ - 10 cm). Fabricado en PVC grado médico, tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos.	Unidad	Unidad	USP 39/NF34	5 unidades

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcelo Bordón
Director
Dirección Operativa de Contrataciones