ACLARACIÓN Nº 1

Licitación Pública Nacional Nº 001/2019 –

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y BIENES VARIOS – EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT". ID Nº 357.837

Consulta Nº 1: ***Solicitamos respetuosamente que el plazo de entrega se extienda en un plazo no menor a 120 (ciento veinte) calendario contados a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra, ...***

Respuesta: el plazo de entrega de bienes establecido en el Pliego de Bases y Condiciones es definitivo e invariable ya que los proyectos de investigación a llevarse a cabo poseen un plazo de culminación establecido, por lo que deben realizarse en la celeridad posible.

Consulta Nº 2: *Ítem Nº 7 DRONE:* ***consultamos a la convocante cuál es la tarea específica que desean realizar con los equipos solicitados considerando que lo requerido según especificaciones técnicas está orientado únicamente a tomar fotografías (fotogrametría).***

Respuesta: los análisis de modelos de elevación digital, se realizan a través de fotogrametría, por lo tanto, las especificaciones establecidas son las correctas para el uso estipulado por el proyecto. El procesamiento de estas imágenes se realizará con software de procesamiento de imágenes.

Consulta Nº 3: *Ítem Nº 1 BIORREACTOR (FERMENTADOR):* ***Relacionado al Wabe bioreactor o biorreactor de bandeja de agitación de onda mixta – Biorreactor con movimiento oscilante: las especificaciones solicitan "Velocidad de balanceo: 8-40rpm". La unidad de medida para el movimiento de oscilación del equipo con bandeja de agitación es rocks/min (balanceo/min). Favor aclarar si corresponde la unidad la unidad de medida solicitada.***

Respuesta: se aclara que la unidad de medida corresponde a balanceo y es equivalente a balanceo/min o su equivalente en rpm.

Consulta Nº 4: *Ítem Nº 2 MICROSCOPIO INVERTIDO* ***Las especificaciones técnicas que figuran corresponden a un Microscopio Vertical, por lo tanto solicitamos puedan aclarar si lo que se solicita es un Microscopio Invertido o un Microscopio Vertical.***

Respuesta: se aclara que lo que se solicita es un Microscopio Invertido, por lo que se procederá a las correcciones correspondientes.

Unidad Operativa de Contrataciones FACEN