ADENDA N°01

AL LLAMADO LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 08/2015

Coronel Oviedo, 13 de agosto de 2.015.-

Señores
Oferentes

1- Por la presente queda modificada la **Sección III (Especificaciones Técnicas)**, quedando redactada como sigue:

"Resumen de las Especificaciones Técnicas. Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS

Trabajando juntos, Caaguazú crece !!!

AMBULANCIA 4x4 0KM – NUEVA **SIN USO** CON EQUIPAMIENTO – ESTANDAR.

Modelo de motor	1HZ
Año	2015
Desplazamiento (cc)	4000 a 4200
Número de cilindros	6
Potencia máxima (kW / rpm):	96/3800
El par máximo (Nm / rpm):	285/2200
Electricidad (voltios)	12
Tipo de combustible	Diesel
Capacidad del depósito (L)	90
Características estándar relacionadas con el motor	
70 de la batería de amperios-hora (12v)	Tanque de combustible: 90 litros del tanque adicional

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

80 amp alternador (12v)	Full-flotante eje trasero
Filtro de aire: tipo ciclónico con snorkel	Alta compensador de altitud
Válvula de control de freno (Load Sensing Válvula)	Dirección asistida
Enfriador de aceite del motor integral	Protección de la caja de transferencia
Sedimentador de combustible con filtro de combustible	
Pesos (kg)	
Peso en vacío	2180 mínimo
Peso bruto del vehículo	3200 mínimo
Carga útil	1020 mínimo
Dimensiones (mm)	
Largo	5070 mínimo
Anchura	1770 mínimo
Altura	2115 mínimo
Distancia entre ejes	2980 mínimo
Claridad del piso	230 mínimo
Neumáticos delanteros	7.50R16-8 5.50F
Neumáticos traseros	7.50R16-8 5.50F
Tipo de neumáticos	Radial

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

EQUIPAMIENTO GENERAL.

* Aire acondicionado
* Dirección hidráulica
* pre-instalación para radio
* Calefacción
* 3ra. Luz de freno

EQUIPAMIENTO AMBULANCIA.

Revestimiento de laterales y techo en P.A.I. (Plástico de Alto Impacto) Aséptico Lavable

- 1 Base de piso en madera multilaminada fenólico forrado con goma antideslizante
- 1 Ventana corrediza de divisor de cabina
- 1 Mueble lateral izquierdo en melamina, 4 puertas tipo alacena con estantes varios
- 1 Baulera lateral con respaldo y tapa rebatible
- 1 Butaca para medico tapizada en cuerina celeste con base fija y cinturón
- 1 Pasamano de techo con soporte para suero
- 1 Electricidad: Tablero independiente con 2 tomas 12 v. y 2 tomas 220v
- 1 Juego de luces cenitales 6 dicroicas
- 1 Faro buscacamillas interior para maniobra nocturna
- 1 Tubo de oxigeno de 2m3 con soporte y manómetro
- 1 Ploteado exterior reglamentario
- 1 Camilla retráctil de tres posiciones fabricada en ALUMINIO.
- 1 Silla de Ruedas Plegable Fabricada en Aluminio.
- 2 Collar Cervical (adulto y pediátrico).
- 1 Tablas espinales (adulto y pediátrico).
- 6 Pinzas Hemostáticas.
- 2 Esfignomanómetro (adulto y pediátrico).
- 2 Manómetro de oxígeno (adulto y pediátrico).
- 2 Fluxómetro (adulto y pediátrico)
- 1 Resucitador adulto con cámara y máscara.
- 1Laringoscopio adulto pediátrico neonatal.
- 1 Barral compacto de luces de LED y sirena de 75 watts. Con megáfono
- 1 Bajo camilla construido en caño estructural forrado en laminado plástico con piso
- de goma alto tránsito, perímetro en aluminio. Tapa rebatible (depósito para tabla
- de Raquis)
- 8 Luces octogonales Perimetrales de LED
- 1 Calefactor Universal Acoplado al sistema original
- 1 Caja evaporadora trasera con 6 aireadores de salida acoplada al equipo original
- (Aire acondicionado en el habitáculo Sanitario)

<u>Otros Servicios Incluidos en el Precio:</u>

- Seguro contra todo riesgo por 12 meses
- Internet Móvil en Cada Unidad
- 1x Radio Portátil Motorola
- 1x Radio Fija Motorola en la Ambulancia
- Sistema de Rastreo Satelital

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Obs.: Las especificaciones técnicas enunciadas son básicas y se admitirán ofertas que igualen o mejoren las mismas.

Los costos de transferencia de los bienes a ser adquiridos, correrán por cuenta exclusiva del proveedor. Los trámites para dicha transferencia deberán iniciarse inmediatamente al pago de los montos resultantes de los contratos y no podrán exceder el plazo de 1 año para su culminación y entrega efectiva de los títulos de propiedad pertinentes.-

2- Del mismo modo, se modifica la IAO 18.1, quedando redactada como sigue:

Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor: Presentar documentos que acrediten que el oferente es fabricante del producto que oferta. Tratándose de agentes, distribuidores o representantes para el Paraguay, deberá presentar la documentación expedida por el fabricante o Agente Regional, que deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones para la firma del Contrato, como así también, deberá ser debidamente consularizado y legalizado por el Consulado Paraguayo.

En caso de representantes o distribuidores entre empresas locales, se deberá presentar la documentación que lo acredite como tal.

3- Para los efectos de aclaraciones, presentación y apertura de oferta, quedan fijados los siguientes plazos:

IAO 7.1

Para aclaraciones de las ofertas, la fecha y hora límites para realizar consultas es 17 de agosto de 2015, 13:00 horas.-

IAO 23.1

Para propósito de la presentación de las ofertas: la fecha y hora límite es 20 de agosto de 2015, 07:30 horas.-

IAO 26.1

La apertura de ofertas tendrá lugar: en fecha 20 de agosto de 2015, 07:45 horas.-

Trabajando juntos, Caaguazú crece !!!

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú