LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL N° 02/2022

"Provisión e instalación con puesta en marcha de plantas Generadoras de Oxigeno Medicinal Tipo PSA para Servicios Hospitalarios del MSPyBS"

ID 402407 – STEP PY-MSPBS-249631-GO-RFB

ADENDA N° 05/2023

El Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud emite la presente Adenda relacionada a la Licitación Pública Internacional N° 02/2022 ***Provisión e instalación con puesta en marcha de plantas Generadoras de Oxigeno Medicinal Tipo PSA para Servicios Hospitalarios del MSPyBS***, que modifica el plazo de presentación y apertura de ofertas, además de las bases y condiciones conforme se detalla a continuación:

En el Pliego de Bases y Condiciones:

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

✓ **DONDE DICE:**

D. Presentación y apertura de las Ofertas.	
IAL 22.1	Para fines de **presentación de la Oferta**, la dirección del Comprador es: Atención: *Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social / Unidad Ejecutora de Proyecto/ Préstamo 8963-PY* Dirección: *Pai Pérez N° 737 y Luis Alberto de Herrera* Piso/oficina: *Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP)* Ciudad: *Asunción* Código postal: 1310 País: República del Paraguay**.** Teléfono: *+595-983158806* **La fecha límite para presentar las ofertas es:** Fecha*: **22 de febrero de 2023.-*** Hora: ***14:00 horas (hora local)*** Los Licitantes ***no tendrán*** la opción de presentar sus Ofertas electrónicamente. Los procedimientos para la presentación de Ofertas por vía electrónica serán: **NO APLICA.**
IAL 25.1	La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Dirección: *Pai Pérez N° 737 y Luis Alberto de Herrera* Piso/oficina: *Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP)*

	Ciudad: Asunción. Código postal: 1310 País: República del Paraguay. Fecha: ***22 de febrero de 2023.-*** Hora: ***14:30 horas (hora local)*** Los procedimientos para la presentación de Ofertas por vía electrónica serán: **NO APLICA.**

DEBE DECIR:

D. Presentación y apertura de las Ofertas	
IAL 22.1	Para fines de **presentación de la Oferta**, la dirección del Comprador es: Atención: *Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social / Unidad Ejecutora de Proyecto/ Préstamo 8963-PY* Dirección: *Pai Pérez N° 737 y Luis Alberto de Herrera* Piso/oficina: *Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP)* Ciudad: *Asunción* Código postal: 1310 País: República del Paraguay**.** Teléfono: *+595-983158806* **La fecha límite para presentar las ofertas es:** Fecha: ***8 de marzo de 2023.-*** Hora: ***14:00 horas (hora local)*** Los Licitantes ***no tendrán*** la opción de presentar sus Ofertas electrónicamente. Los procedimientos para la presentación de Ofertas por vía electrónica serán: **NO APLICA.**
IAL 25.1	La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Dirección: *Pai Pérez N° 737 y Luis Alberto de Herrera* Piso/oficina: *Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP)* Ciudad: Asunción. Código postal: 1310

	País: República del Paraguay. Fecha: ***8 de marzo de 2023.-*** Hora: ***14:30 horas (hora local)*** Los procedimientos para la presentación de Ofertas por vía electrónica serán: **NO APLICA.**

Sección II. Datos de la Licitación

- **DONDE DICE:**

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Referencia en las IAL	A. Disposiciones generales
IAL 1.1	El número de referencia de la Solicitud de Ofertas (SDO) es: ***03/2021 - ID N°: 402.407 - STEP: PY-MSPBS-249631-GO-RFB*** El Comprador es: ***Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social*** El nombre de la SDO es: ***"Provisión e instalación con puesta en marcha de plantas Generadoras de Oxigeno Medicinal Tipo PSA para Servicios Hospitalarios del MSPyBS"*** El número y la identificación de los lotes (contratos) que componen esta SDO son:

N° de Lotes	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad Física	Lugar de Destino Convenido de acuerdo con los DDL	Plazo de Entre
1	Planta Generadora de Oxigeno Medicinal Tipo PSA para Servicios Hospitalarios del MSPyBS	**1**	GLOBAL	Hospital Regional de Concepción, sito en Dr. Marcial Roig casi Colombia – Ciudad de Concepción.	160 dias a par de suscripción d contrato.
2	Planta Generadora de Oxigeno Medicinal Tipo PSA para Servicios Hospitalarios del MSPyBS	**1**	GLOBAL	Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, sito en Ruta PY-3 – Ciudad de Santa Rosa del Aguaray.	160 dias a par de suscripción d contrato.
3	Planta Generadora de Oxigeno Medicinal Tipo PSA para Servicios Hospitalarios del MSPyBS	**1**	GLOBAL	Hospital Regional de Coronel Oviedo, sito en Eugenio A. Garay entre Florida y 12 de junio – Ciudad de Coronel Oviedo.	160 dias a par de suscripción d contrato.
4	Planta Generadora de Oxigeno Medicinal Tipo PSA para Servicios Hospitalarios del MSPyBS	**1**	GLOBAL	Hospital Regional de San Juan Bautista., sito en Rca. Argentina y Colón – Ciudad de San Juan Bautista, Misiones	160 dias a par de suscripción d contrato.
5	Planta Generadora de Oxigeno Medicinal Tipo PSA para Servicios Hospitalarios del MSPyBS	**1**	GLOBAL	Hospital Regional de Ciudad del Este, sito en Puente Cavalcanti, entre Tupasy Roga e Yguazu – Ciudad del Este.	160 dias a par de suscripción d contrato.

DEBE DECIR:

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

<table>
<tr><th>Referencia en las IAL</th><th>A. Disposiciones generales</th></tr>
<tr><td>IAL 1.1</td><td>El número de referencia de la Solicitud de Ofertas (SDO) es: 03/2021 - ID N°: 402.407 - STEP: PY-MSPBS-249631-GO-RFB

El Comprador es: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

El nombre de la SDO es: “Provisión e instalación con puesta en marcha de plantas Generadoras de Oxigeno Medicinal Tipo PSA para Servicios Hospitalarios del MSPyBS”

El número y la identificación de los lotes (contratos) que componen esta SDO son:
<table>
<tr><th>N° de Lotes</th><th>Descripción de los Bienes</th><th>Cantidad</th><th>Unidad Física</th><th>Lugar de Destino Convenido de acuerdo con los DDL</th><th>Plazo de Entre</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Planta Generadora de Oxigeno Medicinal Tipo PSA para Servicios Hospitalarios del MSPyBS</td><td>1</td><td>GLOBAL</td><td>Hospital Regional de Concepción, sito en Dr. Marcial Roig casi Colombia – Ciudad de Concepción.</td><td>160 dias a pa de suscripción d contrato.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Planta Generadora de Oxigeno Medicinal Tipo PSA para Servicios Hospitalarios del MSPyBS</td><td>1</td><td>GLOBAL</td><td>Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, sito en Ruta PY-3 – Ciudad de Santa Rosa del Aguaray.</td><td>160 dias a pa de suscripción d contrato.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Planta Generadora de Oxigeno Medicinal Tipo PSA para Servicios Hospitalarios del MSPyBS</td><td>1</td><td>GLOBAL</td><td>Gran Hospital de Coronel Oviedo, sito en Colonia Genaro Romero Compañía Tujupuku.</td><td>160 dias a pa de suscripción d contrato.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Planta Generadora de Oxigeno Medicinal Tipo PSA para Servicios Hospitalarios del MSPyBS</td><td>1</td><td>GLOBAL</td><td>Hospital Regional de San Juan Bautista., sito en Rca. Argentina y Colón – Ciudad de San Juan Bautista, Misiones</td><td>160 dias a pa de suscripción d contrato.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Planta Generadora de Oxigeno Medicinal Tipo PSA para Servicios Hospitalarios del MSPyBS</td><td>1</td><td>GLOBAL</td><td>Hospital Regional de Ciudad del Este, sito en Puente Cavalcanti, entre Tupasy Roga e Yguazu – Ciudad del Este.</td><td>160 dias a pa de suscripción d contrato.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

- **DONDE DICE:**

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

IAL 14.8 (a) (iii); (b) (ii) y (c) (v)	Destino final (emplazamiento del Proyecto): ❖ Hospital Regional de Concepción, sito en Dr. Marcial Roig casi Colombia – Ciudad de Concepción. ❖ Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, sito en Ruta PY-3 – Ciudad de Santa Rosa del Aguaray. ❖ Hospital Regional de Coronel Oviedo, sito en Eugenio A. Garay entre Florida y 12 de junio – Ciudad de Coronel Oviedo.

	❖ Hospital Regional de San Juan Bautista., sito en Rca. Argentina y Colón – Ciudad de San Juan Bautista, Misiones. ❖ Hospital Regional de Ciudad del Este, sito en Puente Cavalcanti, entre Tupasy Roga e Yguazú – Ciudad del Este.

DEBE DECIR:

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

IAL 14.8 (a) (iii); (b) (ii) y (c) (v)	Destino final (emplazamiento del Proyecto): ❖ Hospital Regional de Concepción, sito en Dr. Marcial Roig casi Colombia – Ciudad de Concepción. ❖ Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, sito en Ruta PY-3 – Ciudad de Santa Rosa del Aguaray. ❖ Gran Hospital de Coronel Oviedo, sito en Colonia Genero Romero compañía tujupuku. ❖ Hospital Regional de San Juan Bautista., sito en Rca. Argentina y Colón – Ciudad de San Juan Bautista, Misiones. ❖ Hospital Regional de Ciudad del Este, sito en Puente Cavalcanti, entre Tupasy Roga e Yguazú – Ciudad del Este.

➢ **DONDE DICE:**

1. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento (APLICA)

Servicio	Descripción del servicio	Cantidad[1]	Unidad física	Lugar donde los servicios serán prestados	Fechas finales de cumplimiento de los servicios
LOTE 1	a) Montaje, instalación y puesta en marcha (incluye conexión a las instalaciones del hospital).	1	Global	Hospital Regional de Concepción.	**160 días a partir de la suscripción del contrato.**
	b) Mantenimiento	1			**24 meses a partir de la suscripción del contrato.**
	c) Capacitación	1			**36 horas. La capacitación de los responsables de mantenimiento se realizará durante los procesos de instalación y puesta en funcionamiento.**
LOTE 2	a) Montaje, instalación y puesta en marcha (incluye conexión a las instalaciones del hospital).	1	Global	Hospital General de Santa Rosa del Aguaray.	**160 días a partir de la suscripción del contrato.**
	b) Mantenimiento	1			**24 meses a partir de la suscripción del contrato.**
	c) Capacitación	1			**36 horas. La capacitación de los responsables de mantenimiento se realizará durante los**

Servicio	Descripción del servicio	Cantidad[1]	Unidad física	Lugar donde los servicios serán prestados	Fechas finales de cumplimiento de los servicios
					procesos de instalación y puesta en funcionamiento.
LOTE 3	a) Montaje, instalación y puesta en marcha (incluye conexión a las instalaciones del hospital).	1	Global	**Hospital Regional de Coronel Oviedo.**	**160 días a partir de la suscripción del contrato.**
	b) Mantenimiento	1			**24 meses a partir de la suscripción del contrato.**
	c) Capacitación	1			**36 horas. La capacitación de los responsables de mantenimiento se realizará durante los procesos de instalación y puesta en funcionamiento.**
LOTE 4	a) Montaje, instalación y puesta en marcha (incluye conexión a las instalaciones del hospital).	1	Global	**Hospital Regional de San Juan Bautista.**	**160 días a partir de la suscripción del contrato.**
	b) Mantenimiento	1			**24 meses a partir de la suscripción del contrato.**
	c) Capacitación	1			**36 horas. La capacitación de los responsables de mantenimiento se realizará durante los procesos de instalación y puesta en funcionamiento.**
LOTE 5	a) Montaje, instalación y puesta en marcha (incluye conexión a las instalaciones del hospital).	1	Global	**Hospital Regional de San Juan Bautista.**	**160 días a partir de la suscripción del contrato.**
	b) Mantenimiento	1			**24 meses a partir de la suscripción del contrato.**
	c) Capacitación	1			**36 horas. La capacitación de los responsables de mantenimiento se realizará durante los procesos de instalación y puesta en funcionamiento.**

DEBE DECIR:

1. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento (APLICA)

Servicio	Descripción del servicio	Cantidad[1]	Unidad física	Lugar donde los servicios serán prestados	Fechas finales de cumplimiento de los servicios
LOTE 1	a) Montaje, instalación y puesta en marcha (incluye conexión a las instalaciones del hospital).	1	Global	**Hospital Regional de Concepción.**	**160 días a partir de la suscripción del contrato.**
	b) Mantenimiento	1			**24 meses a partir de la suscripción del contrato.**
	c) Capacitación	1			**36 horas. La capacitación de los responsables de mantenimiento se realizará durante los procesos de instalación y puesta en funcionamiento.**
LOTE 2	a) Montaje, instalación y puesta en marcha (incluye conexión a las instalaciones del hospital).	1	Global	**Hospital General de Santa Rosa del Aguaray.**	**160 días a partir de la suscripción del contrato.**
	b) Mantenimiento	1			**24 meses a partir de la suscripción del contrato.**
	c) Capacitación	1			**36 horas. La capacitación de los responsables de mantenimiento se realizará durante los procesos de instalación y puesta en funcionamiento.**
LOTE 3	a) Montaje, instalación y puesta en marcha (incluye conexión a las instalaciones del hospital).	1	Global	**Gran Hospital de Coronel Oviedo.**	**160 días a partir de la suscripción del contrato.**
	b) Mantenimiento	1			**24 meses a partir de la suscripción del contrato.**
	c) Capacitación	1			**36 horas. La capacitación de los responsables de mantenimiento se realizará durante los procesos de instalación y puesta en funcionamiento.**
LOTE 4	a) Montaje, instalación y puesta en marcha (incluye conexión	1	Global	**Hospital Regional de San Juan Bautista.**	**160 días a partir de la suscripción del contrato.**

Servicio	Descripción del servicio	Cantidad[1]	Unidad física	Lugar donde los servicios serán prestados	Fechas finales de cumplimiento de los servicios
	a las instalaciones del hospital).				
	b) Mantenimiento	1			**24 meses a partir de la suscripción del contrato.**
	c) Capacitación	1			**36 horas. La capacitación de los responsables de mantenimiento se realizará durante los procesos de instalación y puesta en funcionamiento.**
LOTE 5	a) Montaje, instalación y puesta en marcha (incluye conexión a las instalaciones del hospital).	1	Global	**Hospital Regional de San Juan Bautista.**	**160 días a partir de la suscripción del contrato.**
	b) Mantenimiento	1			**24 meses a partir de la suscripción del contrato.**
	c) Capacitación	1			**36 horas. La capacitación de los responsables de mantenimiento se realizará durante los procesos de instalación y puesta en funcionamiento.**

- **DONDE DICE**

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

6. OTROS REQUERIMIENTOS:

d. Certificaciones de Calidad

El modelo del Generador de Oxigeno PSA ofertado deberá cumplir con las siguientes normas de calidad:

- Certificación de calidad FARMACOPEA – MDD 93/42/EEC (Directiva de equipos médicos), en cumplimiento con la normativa vigente según resolución del Ministerio de Salud, resolución 208/09 para generadores de Oxigeno Medicinal.
- PED 2014/68/EU (Directiva Europea de Equipos a Presión).
- ISO 13485.
- ISO 9001.
- ISO 14001.

También se podrán presentar otras certificaciones (no excluyentes), como:

- OHSAS 18001-2007
- ISO 45001

- ISO 10002

DEBE DECIR:

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

6. OTROS REQUERIMIENTOS:

d. Certificaciones de Calidad

El modelo del Generador de Oxigeno PSA ofertado deberá cumplir con las siguientes normas de calidad:

- Certificación de calidad FARMACOPEA – MDD 93/42/EEC (Directiva de equipos médicos), en cumplimiento con la normativa vigente según resolución del Ministerio de Salud, resolución 208/09 para generadores de Oxigeno Medicinal.
- PED 2014/68/EU (Directiva Europea de Equipos a Presión).
- ISO 13485.
- ISO 9001.
- ISO 14001.

También se podrán presentar adicionalmente otras certificaciones (no excluyentes), como:

- OHSAS 18001-2007
- ISO 45001
- ISO 10002
- ISO 10002
- P2006/42/EC

Las condiciones de la convocatoria que estén relacionadas y afectadas por esta Adenda, se interpretarán de acuerdo a ésta última. Las demás condiciones de la convocatoria, quedan sin modificaciones y vigentes.

Asunción, febrero de 2023.-