ACLARACIONES N° 4

L.P.N. Nº 06/2014 – ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE Y FREEZER PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE – I.D. 267.404

Consulta Nº: 1

En el Item 2. Modificado por la Adenda 15, donde se solicita lo siguiente:

> Dos (2) Contenedores: Con barrera microbiana mediante disco montado en parte interior de la tapa, con bloqueo mediante cierre bayoneta. Normas internacionales para sistemas de envasado: ISO 11607; EN 868; DIN 58953; CE 93/42/CEE; EN 285 e ISO 17655.
> Cubeta: fabricada en aluminio con superficie anodizada, con revestimiento especial para resistir agentes químicos y desgaste normal. Con alta capacidad de acumulación y conductividad térmica para mejorar resultados de secado. Superficie lisa, sin que los tornillos y remaches sobresalgan. Indicador de tratamiento: verde indica que el contenedor se encuentra esterilizado. Indicador rojo/verde mediante espiral bimetal, que durante el proceso de esterilización pase del rojo al verde. Si hubiere apertura normal o accidental pase nuevamente al color rojo. Grabado a láser: que indique el número de referencia del contenedor, marca, origen y certificado CE, FDA o similar.
> Medidas: 300X300X160mm (+/-5mm de variación). Dos (2) bandejas cribadas: Diseño ancho de las rejillas para óptima limpieza; con esquinas fenestradas; esquinas redondeadas para evitar lesiones al personal y desperfectos de embalaje: con asas que faciliten el transporte y su extracción aséptica; medidas: 240 X 250 X 70mm (± 5% de variación). Dos (2) placas para codificación: colocadas a ambos costados, con rotulación y perforación; con marco cromático.

Queremos dejar expresa constancia de que estas especificaciones técnicas corresponden a una marca de contenedor en particular, el cual tiene un único representante en el país, el cual sería el único potencial participante que también comercializa Autoclaves, por lo tanto no permite la participación de otros oferentes. Existen una variedad de contenedores posibles de cotizar con las mismas cualidades, sin necesidad de encasillar a una sola marca y modelo. Por lo expuesto solicitamos permitir la cotización de otros modelos de container, utilizando solo como referencia la presente especificación. Se adjunta catálogo donde se aprecia lo expuesto.

Respuesta Nº: 1

REMITIRSE A LA ADENDA N° 17/2014.-

Asunción, 17 de Noviembre de 2014

Ing. MAE Sergio Barros
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS