INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajape Ñoudivepa Iapé Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 82/2014
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA OFTALMOLOGIA"

ADENDA N° 4

Asunción, de setiembre de 2014.

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 82/2014 "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA OFTALMOLOGIA"**, informamos que se realizan los siguientes cambios en el Pliego de Bases y Condiciones:

En la Sección III. Suministros Requeridos. Punto 2 Especificaciones Técnicas

Donde Dice:

LOTE 1 -ITEM 1: CÁMARA DIGITAL NO MIDRIÁTICA PARA FONDO DE OJO CON FLOURANGIOGRAFÍA

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
1.	1	Descripción			
1.	2.1	Ángulo de convergencia o de campo del segmento anterior y posterior de por lo menos 30°, 45° y 50°.			

Debe Decir:

LOTE 1 -ITEM 1: CÁMARA DIGITAL NO MIDRIÁTICA PARA FONDO DE OJO CON FLOURANGIOGRAFÍA

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
1.	1	Descripción			
1.	2.1	"Ángulo de convergencia o de campo del segmento anterior y posterior de por lo menos 30°, 45° y 50° (para ICG)"			

Donde Dice:

LOTE N° 3 ITEM 1: CÁMARA DIGITAL NO MIDRIÁTICA PARA FONDO DE OJO PORTÁTIL

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
3.		Descripción			
3	11.2.7	Sistema operativo original: "Windows 7, GNU Linux, o Mac OSX Maverick como mínimo o posterior.			

Debe Decir:

LOTE N° 3 ITEM 1: CÁMARA DIGITAL NO MIDRIÁTICA PARA FONDO DE OJO PORTÁTIL

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
3.		Descripción			
3	11.2.7	Sistema operativo original: "Windows 7, GNU Linux, o Mac OSX Maverick ***como mínimo o posterior****.			

**** Se aclara que la mención de las marcas es solo referencial y que no constituye causal de descalificación***

Donde Dice:

LOTE N°4 ITEM 1 OFTALMOSCOPIO DIRECTO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
4.	2	Descripción			
4.	2.1	Rueda de lentes con valores de corrección dentro del rango de +20 hasta -35 dpt			

Abog. Daniel José Dioverti Prono
Jefatura
Sección de Ofertas
Instituto de Previsión Social

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Debe Decir:

LOTE N°4 ITEM 1 OFTALMOSCOPIO DIRECTO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
4.	**2**	**Descripción**			
4.	2.1	Rueda de lentes con valores de corrección dentro del rango +35 dpt (o mayor) a -35dpt (o menor).			

Donde Dice:

LOTE N°4 ITEM 1 OFTALMOSCOPIO DIRECTO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
4.	**2**	**Descripción**			
4.	**2.6**	**Interruptor de filtros**			

Debe Decir:

LOTE N°4 ITEM 1 OFTALMOSCOPIO DIRECTO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
4.	**2**	**Descripción**			
4.	**2.6**	Diafragmas de campo de iluminación, al menos 6 (seis)			

Donde Dice:

LOTE N°4 ITEM 1 OFTALMOSCOPIO DIRECTO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
4.	**2**	**Descripción**			
4.	2.7	Accesorio de conducción de luz para funcionamiento con luz fría.			

Debe Decir

LOTE N°4 ITEM 1 OFTALMOSCOPIO DIRECTO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
4.	**2**	**Descripción**			
4.	2.7	Accesorio de conducción de luz para funcionamiento con luz fría o sistema de iluminación directa.			

Donde Dice:

LOTE N°4 ITEM 1 OFTALMOSCOPIO DIRECTO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
4.	**2**	**Descripción**			
4.	2.8	Lámpara halógena y luz de cobalto.			

Debe Decir

LOTE N°4 ITEM 1 OFTALMOSCOPIO DIRECTO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
4.	**2**	**Descripción**			
4.	2.8	Lámpara halógena y/o luz de cobalto. En caso de Halógena, incluir 3 (tres) focos adicionales en calidad de repuestos.			

Abog. Daniel José Diverti Proto
Jefatura
Sección de Ofertas
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Donde Dice:

LOTE N°4 ITEM 1 OFTALMOSCOPIO DIRECTO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
4.	3	Otros requerimientos			
4.	3.1	Cada oftalmoscopio deberá venir con su respectivo mango.			

Debe Decir:

LOTE N°4 ITEM 1 OFTALMOSCOPIO DIRECTO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
4.	3	Otros requerimientos			
4.	3.1	Cada oftalmoscopio deberá venir con su respectivo mango. El mango debe ser con batería recargable con conexión para fuente de alimentación. El mango debe ser metal. El mango debe contar con regulador de intensidad.			

Donde Dice:

LOTE N° 5 ITEM 1RETINOSCOPIO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
5.	1	Datos Generales			
5.	1.1	Descripción general: Retinoscopio en banda (hendidura) con mango a batería.			

Debe Decir:

LOTE N° 5 ITEM 1RETINOSCOPIO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
5.	1	Datos Generales			
5.	1.1	Retinoscopio en Banda (Hendidura) con mango a batería. Debe contar con Filtro de Polarización y Filtro Naranja			

Donde Dice:

LOTE N° 5 ITEM 1RETINOSCOPIO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
5.	3	Otros requerimientos			
5.	3.2	Mango con batería recargable			

Debe Decir:

LOTE N° 5 ITEM 1RETINOSCOPIO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
5.	3	Otros requerimientos			
5.	3.2	Mango con Batería Recargable. El Mango debe ser Metal. El Mango debe contar con Regulador de Intensidad.			

Abog. Daniel José Diovani Proto
Jefatura
Sección de Ofertas
Instituto de Previsión Social

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Donde Dice:

LOTE Nº 6 ITEM 1 OFTALMOSOCPIO INDIRECTO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
6.	1	Datos Generales			
6.	1.1	Descripción:			

Debe Decir:

LOTE Nº 6 ITEM 1 OFTALMOSCOPIO INDIRECTO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
6.	1	Datos Generales			
6.	1.1	Descripción: El oftalmoscopio indirecto debe venir acompañado con la lupa de 20D			

Donde Dice:

LOTE Nº 6 ITEM 1 OFTALMOSCOPIO INDIRECTO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
6.	1	Datos Generales			
6.	2.2	Ajuste asimétrico interpupilar entre 48 y 78 mm.			

Debe Decir:

LOTE Nº 6 ITEM 1 OFTALMOSCOPIO INDIRECTO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
6.	2	Datos Generales			
6.	2.2	Ajuste asimétrico Interpupilar entre 48mm (o menor) y 74mm (o mayor)".			

Donde Dice:

LOTE Nº 6 ITEM 1 OFTALMOSCOPIO INDIRECTO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
6.	2	Datos Generales			
6.	2.5	Filtro externo de rojo integrado, polivalente			

Debe Decir:

LOTE Nº 6 ITEM 1 OFTALMOSCOPIO INDIRECTO

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
6.	2	Datos Generales			
6.	2.5	Filtro externo de rojo integrado, polivalente. El equipo debe contar con filtros azul y verde.			

Donde Dice:

LOTE Nº 9: ITEM 1 LÁMPARA DE HENDIDURA

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
9.	1	Datos Generales			
9.	1.1	Descripción general: Lámpara de hendidura con tonómetro de aplanación y mesa eléctrica			

Abog. Daniel José Diaverti Prono
Jefatura
Sección de Ofertas
Instituto de Previsión Social

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicio

Debe Decir:

LOTE Nº 9: ITEM 1 LÁMPARA DE HENDIDURA

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
			Cumple	Parámetros	Folio
9.	1.	**Datos Generales**			
9.	1.1	Descripción general: Lámpara de Hendidura con Tonómetro de Aplanación y Mesa Eléctrica Tonómetro para toma de presión, compatible con la lámpara de hendidura, con prisma doble intercambiable, con rango de medición: 0 - 80mmHg e Incrementos de 1mmHg.			

Abog. Daniel José Diaverti Prono
Jefatura
Sección de Ofertas
Instituto de Previsión Social

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios