DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Asunción, 04 de agosto de 2021
DOC Nº 657/21

Señor
PABLO SEITZ
Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente
Me dirijo a Usted, con relación RETENCION, remitida de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 15/21 para la ***"MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD",*** con ID N° 394.719 en la cual se expresan los aspectos observados:

Observación 1:

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Datos del SICP
Situación: Necesidad de separar servicio de repuesto
Descripción: Se recuerda que en los procedimientos de contratación que tengan por objeto la contratación de servicios de mantenimiento y/o reparación, que incluyan la provisión de mano de obra y de repuestos o insumos, las convocantes se encuentran obligadas a solicitar en la planilla de Lista de Precios la cotización en forma separada, la mano de obra requerida y cada uno de los repuestos o insumos a ser utilizados, en el dictamen de precios y el SICP no se observa el detalle de la mano de obra y/o repuestos y/o insumos para la cotización correspondiente. Se solicita subsanar.

Respuesta:

Con respecto a los ítems 1, 2 y 3, se expresa cuanto sigue:

Ítem 1 "Servicio de mantenimiento y calibración de equipo multianalizador ERASPEC by ERALYTICS".

Ítem 2 "Servicio de mantenimiento y calibración de equipo ERAFLASH by ERALYTICS".

Ítem 3 "Servicio de mantenimiento y calibración de densímetro automático portátil KEM DA-130N".

Es importante aclarar que son equipos de instrumentación, que normalmente cuando se le hacen el mantenimiento se abren completamente los equipos, se revisa cada parte, se hacen pruebas al mismo, se deja como nuevo y se vuelve a cerrar para la posterior calibración.

El servicio de mantenimiento y calibración, implica la mano de obra en sí, es decir el trabajo a ser realizado es la mano de obra, razón por la cual no es necesario realizar la discriminación de la misma, no obstante, estos estos ítems tendrán la siguiente descripción para evitar que queden claros:

Ítem 1 "Mano de obra (Servicio de mantenimiento y calibración de equipo multianalizador ERASPEC by ERALYTICS).

Ítem 2 "Mano de obra (Servicio de mantenimiento y calibración de equipo ERAFLASH by ERALYTICS) ".

Ítem 3 "Mano de obra (Servicio de mantenimiento y calibración de densímetro automático portátil KEM DA-130N").

Estos servicios son necesarios para el correcto y normal funcionamiento de los equipos empleados para el Control de Calidad de combustibles derivados de hidrocarburos y

Asunción, 04 de agosto de 2021
DOC Nº 657/21

biocombustibles en el Laboratorio de Planta Villa Elisa y Laboratorio Móvil, con el fin de aumentar la fiabilidad de los resultados obtenidos, tener trazabilidad de las calibraciones y garantizar el aseguramiento del control de calidad del producto que llega hasta el consumidor final.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar atentamente.

Abg. Rodrigo Irala
Director
Dirección Operativa de Contrataciones