PAC Nº: 373.587.-

ADENDA Nº 14

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

Se comunica por este medio; que en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2020 "ADQUISICIÓN DE ECOCARDIÓGRAFO PARA EL INCAN", ID N° 373.587,** se realizan modificaciones en los plazos del llamado y en el Pliego de Bases y Condiciones, quedando redactado de la siguiente manera:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
1	ECOCARDIOGRAFO MODULAR	1	Unidad	Unidad

ITEM: ECOCARDIÓGRAFO MODULAR	
Especificaciones Técnicas	
1	**Generales**
1.1	Descripción general: Equipo modular de altas prestaciones.
2	**Datos proveídos por el oferente**
2.1	Marca:
2.2	Modelo:
2.3	Origen:
2.4	Dirección web del fabricante:
Criterios de Evaluación	
3	**Normativas**
3.1	Normas de calidad: CE, FDA o una de ellas. El documento deberá estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.
3.2	Normas de fabricación: ISO 13485. El documento deberá estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.
4	**Características**
4.1	Plataforma modular digital
4.2	Pantalla: Monitor de alta resolución de al menos 21"
4.3	Pantalla táctil: de al menos 8"
4.4	Al menos 4 (cuatro) puertos activos para conexión de transductores
4.5	Puertos USB para conexión de periféricos
4.6	Teclado tipo QWERTY
4.7	Trackball, mouse o algún dispositivo para movimiento de puntero
4.8	Rango dinámico de al menos 280 dB
4.9	Frame Rate del sistema de al menos 1500 cuadros por segundo
4.10	Al menos 4.000.000 de canales digitales de procesamiento
4.11	256 niveles de grises o más
4.12	Botones configurables por el usuario para accesos directos
4.13	Control de compensación de ganancia TGC de 8 controles

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

G.P. Patricia González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

5	**Modos de Imagen**
5.1	***Modo B (2D)***
5.2	Modo M
5.3	Modo M Anatómico
5.4	Modo M Anatómico curvado con Doppler Tisular color
5.5	Doppler Pulsado con alta frecuencia de repetición de pulso (PW+ HPRF)
5.6	Doppler Continuo
5.7	Doppler Color
5.8	Doppler de Potencia
5.9	Doppler de Potencia direccional
5.10	Modo Armónica de tejidos
5.11	Modo Triplanar en tiempo real y en un único latido, incluso con doppler tisular, en sondas volumétricas
5.12	Optimización automática de la imagen 2D.
5.13	***Optimización automática de 2D y PW***
5.14	***Adquisición volumen 3D en tiempo real***
5.15	***Vistas automáticas en 3D en tiempo real: 4 Cámaras, 2 Cámaras, LAX, Válvula Mitral, Válvula Aórtica***
5.16	En el Analisis del Strain por Speckle Traking debe permitir la obtención de la fracción de eyección del VI
6	**Modos de visualización**
6.1	Modo B+B (Dual)
6.2	Modo B+M
6.3	Modo Triplex 2D+Color+PW/CWD en tiempo real
6.4	Modo B+Color+PW/CWD en tiempo real
7	**Software**
7.1	**Características Generales**
7.1.1	Software en español de entorno amigable
7.1.2	Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones, bases de datos internas de pacientes
7.1.3	Capacidad de almacenamiento de imágenes estáticas y clips dinámicos.
7.1.4	Cine loop de 1000 cuadros o superior
7.1.5	Magnificación de imágenes.
7.1.6	Posibilidad de soportar y exportar imágenes y clips a diferentes formatos para PC.
7.1.7	Optimización automática de la Imagen 2D y el Doppler Espectral.
7.1.8	Software que permita reducir el speckle o artefactos de la imagen.
7.1.9	Capacidad de post-procesamiento de imágenes y videos de archivos en datos crudos.
7.2	**Software para las siguientes aplicaciones**
7.2.1	Cardiología
7.2.2	Estrés
7.2.3	Vascular Periférica
7.2.4	Corazón Fetal
7.2.5	Pediatría
7.2.6	Doppler vascular periférica (Paquete de cálculos y mediciones)
7.2.7	Cálculos automáticos para Doppler espectral.
7.2.8	Herramienta de medición automatizada de fracción de eyección basada en el algoritmo de seguimiento 2D moteado y

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

	Simpson.
7.2.9	Medición automática de volumen de ventrículo izquierdo y fracción de eyección a partir de datos volumétricos
7.2.10	Calculo automático del espesor de la íntima media
7.2.11	Software para evaluación de GLS por método speckle tracking
7.2.12	Señal Fisiológica respiratoria derivada a partir del ECG, con pos proceso de ganancia y posición en pantalla.
7.2.13	***Posibilidad de agregar a futuro software de medición automática tracto salida y raíz aortica en 3D en tiempo real para obtener dimensiones reales anatómicas para correlación de TAVI/TAVR o tecnología similar.***
7.2.14	Cálculos automáticos Doppler de Válvulas Aortica, Mitral, Pulmonar y Tricúspide con trazo automático.
7.2.15	Ápex virtual o similar en transductores phased array para ampliación de campo visual cercano.
7.2.16	Ajuste automático con un solo botón de PRF, línea de base espectral, ganancia 2D.
8	**Conectividad DICOM con las siguientes licencias habilitadas**
8.1	DICOM Verify
8.2	DICOM Print
8.3	***DICOM Store***
8.4	***DICOM Storage Commitment***
8.5	***DICOM Modality Worklist***
9	**Transductores**
9.1	Observaciones: Se establecen los limites inferior y superior respectivamente en MHz No se podrán ofertar transductores que no alcancen los limites especificados. Se podrá ofertar transductores que superen los límites establecidos. 
9.2	Transductores multifrecuenciales originales y de la misma marca que el equipo ofertado con tecnología broadband (banda ancha)
9.3	Transductor Phased Array de arreglo matricial 2D con ancho de banda de 1.5 a 4 MHz Cantidad mínima: 01 (una) unidad.
9.4	***Transductor Lineal, con ancho de banda de 3.0 a 9.5 MHz Cantidad mínima: 01 (una) unidad.***
9.5	***Transductor transesofagico 3D en tiempo real con ancho de banda de 3.0 a 7.0 MHz, con botones programables. Cantidad mínima: 1 (uno)***
10	**Accesorios**
10.1	Video impresora para impresiones en blanco y negro sobre papel termal. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo.
10.2	Papel térmico de la misma marca que el Video Printer. Cantidad: 50 (cinco) unidades por equipo.
10.3	Dispositivo grabador de CD/DVD integrado al equipo. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo.
10.4	Cable ECG de tres vías, adulto. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo
10.5	Unidad de Alimentación ininterrumpida UPS del tipo TRUE-ONLINE para el equipo ofertado con autonomía mínima de 15 minutos. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo.
10.6	Gel ultrasonido de 1 kg. Cantidad: 2 (dos) unidades.
10.7	Potes dosificadores para gel ultrasonido. Cantidad: 2 (dos) unidades.
10.8	Manual de usuario idioma español.
10.9	Manual de servicio en idioma español o inglés o portugués.

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nivel Central
MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

10.10	Pedal para congelamiento e impresión de imágenes. Cantidad: 1 (una) por equipo.
10.11	Batea para limpieza de transductores transesofágicos.
11	**Otras especificaciones**
11.1	Alimentación Eléctrica 220 V AC +-10%, 50 Hz
11.2	Cable de alimentación de al menos 2 metros con enchufe tipo Schuko
11.3	La empresa deberá instalar el equipo dejando en funcionamiento en el servicio correspondiente.
11.4	Capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo, calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente.
11.5	Garantía de 2 años de buen funcionamiento del equipo con provisión de Mantenimiento Preventivo Semestral y Correctivo, incluyendo materiales y repuestos originales de fábrica necesarios sin costo para la convocante.
11.6	Provisión de repuestos en caso que se detecte alguna pieza dañada por defectos originales de fábrica, los cuales deberán ser sustituidos en un plazo no mayor a 15 (quince) días a partir de la notificación recibida por escrito.

Los demás puntos y Secciones no mencionados en la presente Adenda permanecen invariables.

Asunción, 20 de agosto de 2020

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 - Nivel Central
MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones