ADENDA N° 4

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS CON ID N° 366271.

Asunción, 18 de junio de 2019

Señores
OFERENTES
Presente

El Departamento de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad al Art. 22, Ley N° 2051/03, procede a efectuar **ENMIENDAS** al Pliego de Bases y Condiciones.

Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y, por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

1. MODIFÍQUESE en la Sección III, Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, Punto (1) Especificaciones Técnicas en el Lote N° 8 - Compresor Libre De Aceite Y Bomba Generadora de Vacío Para La Planta De Oxigeno, en el ítem 2, quedando de la siguiente manera;

Lote N° 8 - COMPRESOR LIBRE DE ACEITE Y BOMBA GENERADORA DE VACIO PARA LA PLANTA DE OXIGENO
Ítem N° 2 Bomba de Vacío

2 Unidades Generadora de Vacío, Diseñado para una producción de vacío centralizado en hospitales y clínicas, Totalmente automático, que cumplen con los estándares de calidad más exigentes y requieren muy poco mantenimiento

Caudal aspirado mínimo:	5000 litros/min (2x2500 litros/min) o superior
Potencia de accionamiento (mínimo)	15HP (2x7,5HP) o superior.
Requerimiento eléctrico:	380V/3/50Hz

Cada módulo debe contar con un cabezal generador de vacío bicilindro o paleta rotativa, accionado por, accionado por motor eléctrico de 7,5 HP Trifásico (3x380V-50Hz). 100% blindado, normalizado IP 55, aislación clase F, por medio de poleas correas trapezoidales, con sus correspondientes correderas y protector de seguridad.
La lubricación de las partes móviles del mecanismo debe ser por grasa sin punto de goteo.
El cabezal generador de vacío y motor eléctrico deben ir montados sobre un bastidor metálico debidamente perfilado y con fuertes nervaduras.

Equipamiento

Un vacuometro de ·4".
Una válvula esférica de salida general · 11/2".
Una válvula esférica de expurgue manual ··1/2" .
Dos válvulas esféricas de entrada al tanque ··1 ¼"
Uno válvula esférica de salida del tanque ··11/2".
Dos válvulas de retención de 1 ¼".
Dos vacuostato Danfoss RT 121.
Dos flexibles de malla metálica de interconexión ·1" x 1.000 mm.
Dos filtros coalescentes en la descarga de cada bomba a la salida mod: FCD-C60
Un tablero electromecánico de Dúplex con arranque para dos motores trifásicos de 7,5 HP cada uno (3x 380 – 50 Hz), con luces indicadoras de presencia de fases, llaves selectoras de marcha y parada.
El sistema de comando debe estar previsto de manera que, mientras un compresor actúa de punta, el segundo queda a la espera de operar, entrando en servicio cuando el consumo supera al generado por el primero o este último no funciona.

POLICIA NACIONAL
DIREC. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS
Dpto. U.O.C.
IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. U.O.C.

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 24/2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS CON ID N° 366271.

El mismo debe contar con un temporizador, cuya función es para que después de 15 minutos, si la presión permanece estabilizada, entonces entra la segunda unidad en servicio en forma conjunta en apoyo de la primera hasta la presión de parada indicada. Así mismo debe disponer de un sistema automático que seleccione al compresor de punta.

Debe incluir repuestos para mantenimiento y reparaciones en casos necesarios.

Obs.: Los requisitos no modificados en esta Adenda quedan invariables.

IGNACIA BRITEZ DE MORENO
Subcomisario INTD
Jefa Interina - Departamento UOC.