PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 81/10**
**"ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS"**
**AD REFERENDUN EJERCICIO 2011"**

**ADENDA Nº 4**

Asunción, 15 de Febrero de 2011

**AL OFERENTE:**

Con relación a la **Licitación Publica Nacional Nº 81/10 "Adquisición de Insumos Varios para el IPS" – Ad Referéndum Ejercicio 2011,** se informa lo siguiente:

1- Que los ítems Nº 20 Código 5593 – Bolsa para Alimentación Enteral 300 c.c., y el ítem Nº 21 Código 2488 - Bolsa para Alimentación Enteral 500 c.c , quedan eliminados del PBC.

2- A su vez se responden los siguientes puntos según consultas presentadas por los potenciales oferentes:

**CONSULTA Nº 1**
Ítem 18 BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 2000 CC
Cual es la presentación que solicita la convocante para la bolsa EVA de 2.000 CC, de 1 o 3 bajadas?.

**RESPUESTA:**
Se solicita de 3 (tres) bajadas.

**CONSULTA Nº 2:**
Ítem 51 CONEXIÓN PARA INFUSIÓN PARENTERAL: con 2 VÍAS Material PVC flexible, transparente, con una línea intravenosa primaria, conexiones Luer Lock, con clamp de seguridad en cada línea de conexión, estéril, descartable. Material PVC flexible, transparente, con una línea intravenosa primaria, conexiones Luer Lock, con clamp de seguridad en cada línea de conexión, estéril, descartable. El producto solicitado por la convocante atendiendo la Resolución Nº 091-030/10, por la que se autoriza la adecuación del cuadro básico general de insumos y las especificaciones técnicas debería ser:

| Código | **Descripción del Producto** | EETT |
|---|---|---|
| 4681 | **CONECTOR SILICONADO DE** 2 VÍAS, 20 CM PARA INFUSIÓN | Libre de aguja, sistema cerrado, libre de látex y componentes metálicos en su interior, (para evitar accidentes en estudio de resonancias magnéticas y otros), con dos cierres deslizantes en cada una de las vías, conector próximo al paciente a rosca y punta catéter con protector, fabricado en PVC totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos. |

**RESPUESTA:**
En la Sección V. Programa de Suministros, Punto 2 Especificaciones Técnicas

**DONDE DICE:**

| ITEM | COD | COD. CAT | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 4681 | 41123403-005 | **CONEXIÓN PARA INFUSIÓN PARENTERAL:** CONEXIÓN CON 2 VÍAS PARA INFUSIÓN PARENTERAL | Material PVC flexible, transparente, con una línea intravenosa primaria, conexiones Luer Lock, con clamp de seguridad en cada línea de conexión, estéril, descartable |

**DEBE DECIR:**

| ITEM | COD | COD. CAT | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 4681 | 41123403-005 | **CONEXIÓN PARA INFUSIÓN PARENTERAL:** CONECTOR SILICONADO DE 2 VIAS , 20 CM PARA INFUSION | Libre de aguja, sistema cerrado, libre de látex y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnética y otros), con dos cierres deslizables en cada una de las vías, conector próximo al paciente a rosca y punta catéter con protector, fabricado en PVC totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos. |

**CONSULTA Nº 3:**
Ítem 54 ELECTRODO DE MARCAPASO TEMPORARIO EPICÁRDICO, con 2 agujas, una recta y otra curva.
Se podrá cotizar ELECTRODO DE MARCAPASO TEMPORARIO UNIPOLAR con 2 agujas curvas (2 cm y 6,8 cm) y con un adaptador incorporado?
El adaptador incorporado, le permite tener al profesional una fijación mas segura al marcapaso, como así mismo la aguja curva que se irá al generador del marcapaso, se cortará con tijera y así no habrá riesgo de accidente durante el procedimiento.

**RESPUESTA:**
Ajustarse a lo solicitado. Electrodo de marcapaso temporario epicardio con 2 agujas, una recta y otra curva.

**CONSULTA Nº 4**
Ítem 60 ESPONJA HEMOSTÁTICA QUIRÚRGICA _ ESPECIFICAR MEDIDA.
Ítem 60 ESPONJA HEMOSTÁTICA QUIRÚRGICA: Podemos ofertar Esponja de gelatina, estéril, absorbente. Insoluble en agua y con efecto hemostático.

**RESPUESTA:**
El tamaño solicitado es 7(+- 1 cm) x 5 (+- 1 cm) x 1 (+- 0.5 cm) como mínimo.
Lo solicitado es Esponja Hemostática Quirúrgica, de colágeno natural de origen bovino.
Se aclara que debe ser liofilizada y estéril para uso medico.

**CONSULTA Nº 5:**
IAO 11.1 (f) Punto 1 Copia Autenticada de la Resolución de Habilitación vigente de la firma oferente, para importar, almacenar y comercializar Insumos e Instrumentales médico-hospitalarios por producto ofertado, expedida por el M.S.P. y B.S. Que documento exactamente están solicitando debido a que el Departamento de Establecimientos de Salud y Afines emite nada mas que los siguientes documentos: Resolución de Apertura (es un único documento con la fecha de habilitación de la empresa), la Constancia de Inscripción como importador de dispositivos médicos y la Constancia de Autorización de Importación y Comercialización que es el único documento en el cual se figuran los productos habilitados. Favor aclarar.

**RESPUESTA:**
La documentación solicitada es la siguiente:
- Resolución de apertura vigente expedida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
- Constancia de autorización de importación y comercialización con el listado de productos habilitados, en el que deberán figurar los productos ofertados.

**CONSULTA Nº 6:**
En el ítem Nº 115 Cód. 9470 tohallas interhojas, no especifica la cantidad de papel interhoja por caja.
Puedo cotizar cajas con 4800 unidades de papel interhoja?

**RESPUESTA:**
Si, se puede ofertar.
Para la evaluación, en este ITEM será considerado el precio unitario por hoja.

**CONSULTA Nº 7**
Ítem 40: Favor aclarar si puede ser de Poliuretano?

**RESPUESTA:**
Si, el material puede ser de poliuretano.

**CONSULTA Nº 8**
En el ítem Nº 33, se solicita Cánula Nasal Neonatal para Oxigenoterapia Fr:06
Como figura en las especificaciones: Cánula Nasal para Oxigenoterapia, Fr. 6, 100% de Silicona, estéril, flexible.
Nuestra pregunta consiste en que se aclare que las nariceras (tubos que penetran en las fosas nasales) deben ser de silicona 100% y que las otras partes de la cánula como ser los tubos prolongadores pueden ser de otro material (PVC, Poliuretano, etc.).
Nuestra consulta se debe a las diferentes interpretaciones que se han dado en Licitaciones anteriores y que conllevaron a numerosos problemas o inconvenientes al momento de la evaluación y posterior adjudicación.

**RESPUESTA:**
Se indica la especificación técnica actualizada del ítem Nº 33.
En la Sección V. Programa de Suministros, Punto 2 Especificaciones Técnicas, Ítem 33

**DONDE DICE:**

| ITEM | COD | COD. CAT | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 6919 | 42142402-009 | CÁNULA NASAL NEONATAL PARA OXIGENOTERAPIA 6 FR | Silicona 100%, estéril, flexible, 6 FR |

**DEBE DECIR:**

| ITEM | COD | COD. CAT | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 6919 | 42142402-009 | CÁNULA NASAL NEONATAL PARA OXIGENOTERAPIA Fr. 6 | Bigotera de silicona 100%, formada por un arco de 45 - 48 cm. De largo y dos cánulas intranasales de Fr: 06 regulables. Diámetro externo de 2 mm y diámetro interno de 1.30 mm con punta roma o redondeada (atraumática), insertadas sobre el arco. Estéril, flexible. Prolongador de PVC siliconado de 1.20 a 1.60 cm. De long. Envases primarios: sobres pelables, con papel apto para la esterilización con oxido de etileno. |

**CONSULTA Nº 9**
Ítem N° 4 AGUJA HIPODÉRMICA: AGUJA 27G a 28G X 1/2
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: 27G "con rango de variación de (+-) 1G.".

**RESPUESTA:**
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.

**CONSULTA Nº 10**
Ítem N° 93 SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 S/ BALÓN.
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "Nº 5,5 sin balón con rango de variación de (+-) 0,5".

**RESPUESTA:**
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.

**CONSULTA Nº 11**
Ítem N° 106 SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL: SONDA NASOYEYUNAL 12 FR.
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "125 a 140 cm. con rango de variación de (+-) 3 cm".

**RESPUESTA:**
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.

**CONSULTA Nº 12**
Ítem N° 107 SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL: SONDA NASOYEYUNAL 12 FR.
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "125 a 140 cm. con rango de variación de (+-) 3 cm".

**RESPUESTA:**
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC

**CONSULTA Nº 13**
Ítem N° 108 SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL: SONDA NASOYEYUNAL 14 FR.
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "122 a 140 cm.".

**RESPUESTA:**
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC

**CONSULTA Nº 14**
Ítem N° 109 SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL: SONDA NASOYEYUNAL 14 FR.
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "122 a 140 cm".

**RESPUESTA:**
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC

**CONSULTA Nº 15**
Ítem 60 ESPONJA HEMOSTÁTICA QUIRÚRGICA: Dice, de Colágeno Natural de Origen Bovino: Especificar por favor si es de colágeno natural o de origen bovino, por que hay esponja de colágeno natural y esponja de origen bovino. Especificar cual de los dos o en todo caso si se podrá ofertar uno de los dos.

**RESPUESTA:**
Lo solicitado es Esponja Hemostática Quirúrgica, de colágeno natural de origen bovino.
Se aclara que debe ser liofilizada y estéril para uso medico.

**CONSULTA Nº 16**
Ítem 20: BOLSA P/ALIMENTACIÓN ENTERAL 300 cc, adaptable a sonda de alimentación, flexible.
Se podrá ofertar Bolsa para alimentación enteral 250 cc?

**RESPUESTA:**
Remitirse a la modificación establecida en el Punto Nº 1 de la presente Adenda.

**CONSULTA Nº 17**
Ítem 27: BOTÓN DE GASTROSTOMÍA BAJO RELIEVE DE 20 FR. 4,4 CM, 100 % silicona, con tubo para alimentar, con obturador, descartable.
Se podrá ofertar BOTÓN DE GASTROSTOMÍA BAJO RELIEVE DE 20 FR. 4,5 CM, 100 % silicona, con tubo para alimentar de 12 pulgadas y/o 24 pulgadas indistintamente, con obturador, descartable?.

**RESPUESTA:**
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.

**CONSULTA Nº 18**
Ítem 28 BOTÓN DE GASTROSTOMÍA BAJO RELIEVE DE 24 FR. 4,4 CM, 100% silicona, con tubo para alimentar, con obturador, descartable.
Se podrá ofertar BOTÓN DE GASTROSTOMÍA BAJO RELIEVE DE 24 FR. 4,5 CM, 100% silicona, con tubo para alimentar de 12 pulgadas y/o 24 pulgadas indistintamente, con obturador, descartable?.

**RESPUESTA:**
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.

**CONSULTA Nº 19**
Ítem 47 CINTA ADHESIVA: QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 5 CM de ancho x 4,5 mts. de largo mínimo, antialérgica, alta adherencia, impermeable.
Se puede ofertar CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 5 CM x 9,10 mts?. En caso de ser afirmativa la respuesta, cual sería la unidad de medida para la evaluación de la oferta, por unidad, por centímetro o por metro?.

**RESPUESTA:**
Si, pueden ofertarse x 9,10 mts. de largo. Para la evaluación de este ITEM será considerado el precio por metro.

**CONSULTA Nº 20**
Ítem 48 CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 7,5 cm (+/- 5 cm) de ancho x 5 mts de largo mínimo, alta adherencia en sustrato impermeable, antialérgico (a prueba de humedad), carretes.
Se puede ofertar CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 7,5 cm x 9,10 mts?. En caso de ser afirmativa la respuesta, cual sería la unidad de medida para la evaluación de la oferta, por unidad, por centímetro o por metro?.

**RESPUESTA:**
Remitirse a la Respuesta de la Consulta Nº 19.

**CONSULTA Nº 21**
Ítem 49 CINTA ADHESIVA: QUIRÚRGICA ANTIALERGICA DE 5 cm de ancho x 5 mts de largo mínimo, alta adherencia en sustrato impermeable, antialérgico (a prueba de humedad), carretes.
Se puede ofertar CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 5 cm x 9,10 mts?. En caso de ser afirmativa la respuesta, cual sería la unidad de medida para la evaluación de la oferta, por unidad, por centímetro o por metro?.

**RESPUESTA:**
Remitirse a la Respuesta de la Consulta Nº 19

**CONSULTA Nº 22**
Ítem 58 BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE, confeccionada en tela no tejida tipo SSMMS de 50 gr/m2, resistente a fluidos corporales, repelente a alcohol de 70%, la màs alta barrera bacteriana, mangas con puño elastizado

reforzado de 5 a 15 cm de ancho, cierre tipo velcro y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud de las batas de 120 a 135 cm.
Se podrá ofertar BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE, confeccionada en tela no tejida tipo SSMMS de 50 gr/m2 (+/- 6 gr/m2)?

**RESPUESTA:**
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.

**CONSULTA Nº 23**
Ítem 61 FILTRO ANTIBACTERIANO: C/ HUMIDIFICADOR, estéril, descartable, con adaptador corrugado.
Se podrá ofertar FILTRO ANTIBACTERIANO C/ HUMIDIFICADOR, no estéril, descartable, con adaptador corrugado?.

**RESPUESTA:**
Se deberá ofertar **Filtro Antibacteriano estéril** con adaptador corrugado, como se solicita en el Pliego de Bases y Condiciones.

**CONSULTA Nº 24**
Ítem 71 CATÉTER PARA INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA: INFUSOR PORTÁTIL PARA QUIMIOTERAPIA, estéril, descartable, recipiente de PVC libre de látex de 150 ml. Para 48 horas de infusión, fotosensible, diseñado para realizar infusiones exactas sin perdida de medicación.
En vista que existen algunos medicamentos quimioterapicos que utilizan infusor portátil fotosensible para administrar la medicación en 48 horas. Como se sabe existen algunos medicamentos de estas características que cristalizan, se puede ofertar catéter para infusión de quimioterapia, infusor portátil para quimioterapia, con recipiente de PVC libre de látex de mayor capacidad (300 ml), de manera tal que la cristalización sea menor.

**RESPUESTA:**
El oferente deberá ajustarse a la especificación solicitada en el PBC.

**CONSULTA Nº 25**
Ítem 106 SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL: 12 FR, estéril, material de poliuretano, 125 a 140 cm de longitud, mandril y oliva de tungsteno. Set completo c/ guía standard y adaptador universal.
Se podrá ofertar SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL 12 FR, material de poliuretano, 109 cm de longitud?

**RESPUESTA:**
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.

**CONSULTA Nº 26**
Ítem 8 ALGODÓN HIDRÓFILO: ALGODÓN HIDRÓFILO CORTADO 12CM X 6 MT
Podrían abrir el rango de las EETT, se puede cotizar algodón hidrófilo a partir de 10cm mínimo?.

**RESPUESTA:**
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.

**CONSULTA Nº 27**
Ítem 9 ALGODÓN HIDRÓFILO: ALGODÓN HIDRÓFILO CORTADO 32CM X 6 MT.
Podrían abrir el rango de las EETT, se puede cotizar algodón hidrófilo a partir de 25cm mínimo?.

**RESPUESTA:**
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.

**CONSULTA Nº 28**
Ítem 23 BOLSA P/ COLOSTOMÍA: BOLSA P/ COLOSTOMÍA C/ ANILLO DE KARAYA DE 51 MM
Podrá cotizarse bolsas de colostomia con hidrocoloide, con presilla p/cinturón, drenable, reutilizable, filtro antiolor?.

**RESPUESTA:**
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.

**CONSULTA Nº 29**
Ítem 24 BOLSA P/ COLOSTOMÍA: BOLSAS PARA COLOSTOMÍA C/ANILLO DE KARAYA 64 MM (+ - 1)
Podrá cotizarse bolsas de colostomia con hidrocoloide, con presilla p/cinturón, drenable, reutilizable, filtro antiolor?.

**RESPUESTA:**
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.

**CONSULTA Nº 30**
Ítem 30 CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA SIN BALÓN: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 6 SIN BALÓN
Podrá ofertarse cánula de traqueotomía de PVC con balón Nº 6?

**RESPUESTA:**
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.

**CONSULTA Nº 31**
Ítem 31 CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA: SIN BALÓN CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA Nº 7 SIN BALÓN
Podrá ofertarse cánula de traqueotomía de PVC con balón Nº 7?.

**RESPUESTA:**
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.

**CONSULTA Nº 32**
Ítem 32 CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA C/ BALÓN: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA Nº 8 C/ BALÓN
Podrá ofertarse cánula de traqueotomía de PVC con balón Nº 8?

**RESPUESTA:**
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.

**CONSULTA Nº 33**
Ítem 33 CÁNULA NASAL: CÁNULA NASAL NEONATAL PARA OXIGENOTERAPIA 6 FR
Podrá ofertarse cánula nasal neonatal de PVC siliconado?.

**RESPUESTA:**
Remitirse a la Respuesta de la Consulta Nº 8

**CONSULTA Nº 34**
Ítem 47 CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 5 CM
Se refieren a esparadrapos de algodón, impermeables o hipoalergénicos con substrato de no tejido, con fibra, resina acrílica y masa adhesiva con base de poli -acrilato?.

**RESPUESTA:**
Lo solicitado es: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 5 CM, (5 cm. de ancho x 4,5 mts. de largo mínimo, antialérgica, alta adherencia, impermeable).

**CONSULTA Nº 35**
Ítem 49 CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA DE 5 CM
Libre de caucho, en base a oxido de Zing y resinas, corte, bidireccional sin necesidad de instrumental alguno para su corte?.

**RESPUESTA**
Lo solicitado es: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA DE 5 CM, (5 cm. de ancho x 5 mts. de largo mínimo, alta adherencia, en sustrato impermeable, (a prueba de humedad) carretes.

**CONSULTA Nº 36**
Ítem 53 CERA P/ HUESO: No habiendo EETT, corresponde a Cera p/ Hueso compuesto de 70% cera blanca de abeja y 30% vaselina (hidrocarbonato saturado y blanqueado), 2,5gr, estéril, de un solo uso, suave, fácil de formar y aplicar con temperatura corporal. Envase peel-pack para buen almacenamiento.

**RESPUESTA:**
Se puede ofertarse Cera para hueso con las especificaciones técnicas detalladas en la consulta.

**CONSULTA Nº 37**
Ítem 58 BATA QUIRÚRGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE
Se puede cotizar Bata Quirúrgica con una variación de +-5gr ya que el material cumple de la misma forma la barrera antibacteriana solicitada?.

**RESPUESTA:**
El Oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.

**CONSULTA Nº 38**
Ítem 60 ESPONJA HEMOSTÁTICA QUIRÚRGICA: La medida solicitada corresponde a 5x8cm?

**RESPUESTA:**
Remitirse a la Respuesta de la Consulta Nº 4

**CONSULTA Nº 39**
Ítem 62 FILTRO PARA NUTRICIÓN PARENTERAL: FILTRO DE 0,22 MICRAS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL SIN LÍPIDOS.
Se refiere a un equipo macrogotero con filtro de 0,22 micras para utilizarlo por gravedad, o sería una línea de bajada para una marca especifica de bomba volumétrica?

**RESPUESTA:**
El Filtro para Nutrición Parenteral no es un macrogotero, es un dispositivo filtrante que tiene conexiones a ambos extremos que se adaptan, por un lado al catéter del paciente y por el otro al perfus de administración. Es un complemento de la línea de bajada o macrogotero, a fin de ofrecer mayor seguridad al paciente.

**CONSULTA Nº 40**
Ítem 63 FILTRO PARA NUTRICIÓN PARENTERAL: FILTRO DE 1,2 MICRAS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL.
A que producto se refiere el ítem 63 a un equipo macrogotas, un equipo volutrol, conexión de 2 o 4 vías, extensores o conectores de uso sin aguja?.

**RESPUESTA:**
El Filtro para Nutrición Parenteral No es un macrogotero, es un dispositivo filtrante que tiene conexiones a ambos extremos que se adaptan, por un lado al catéter del paciente y por el otro al perfus de administración. Es un complemento de la línea de bajada o macrogotero, a fin de ofrecer mayor seguridad al paciente.

**CONSULTA Nº 41**
Ítem 69 HOJA DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ N° 15
La hoja de bisturí debe tener la punta aguda para dar mayor precisión y seguridad al cirujano y no debe crear el efecto embudo?.

**RESPUESTA:**
El Oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.

**CONSULTA Nº 42**
Ítem 70 HOJA DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 10
La hoja de bisturí debe tener la punta aguda para dar mayor precisión y seguridad al cirujano y no debe crear el efecto embudo?

**RESPUESTA:**
El Oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.

**CONSULTA Nº 43**
Ítem 71 CATÉTER PARA INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA: INFUSOR PORTÁTIL PARA QUIMIOTERAPIA
El ítem 71, se refiere a un equipo volutrol microgotero fotosensible para realizar infusiones exactas con equipos de que marca?.

**RESPUESTA:**
Infusor Portátil para Quimioterapia. No es un equipo volutrol, es un sistema de infusión continua y ambulatoria de tipo elastomerico y de un solo uso. Para su funcionamiento no necesita pilas ni corrientes eléctricas, esta compuesto por un balón elastomerico situado en el interior de un contenedor rígido y transparente y una línea de infusión con conexión luer lock.

**CONSULTA Nº 44**
Ítem 74 JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE DE 1 CC P/INSULINA DE 100 UI.
El envase de las jeringas debe ser en Papel Grado medico?.

**RESPUESTA:**
Si, puede ofertarse en papel grado médico, el envase primario de los productos ofertados debe ser el adecuado que garantice la esterilidad de los productos ofertados.

**CONSULTA Nº 45**
Ítem 75 JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE 20 CC
El envase de las jeringas debe ser en Papel Grado medico?

**RESPUESTA:**
Remitirse a la respuesta de la consulta Nº 44.

**CONSULTA Nº 46**
Ítem 76 JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE 20 CC
El envase de las jeringas debe ser en Papel Grado medico?.

**RESPUESTA:**
Remitirse a la respuesta de la consulta Nº 44.

**CONSULTA Nº 47**
Ítem 78 LLAVE DE 3 VÍAS: LLAVE DE 3 VÍAS DESECHABLE
A que se refiere la palabra LUERP LEE?. Se refieren a llave de 3 vías con conexión luer lock/luer slip?.

**RESPUESTA:**
La palabra LUERP LEE se refiere a llave de 3 vías con conexión tipo "Luer Lock"

**CONSULTA Nº 48**
Ítem 79 MALLA DE POLIPROPILENO PARA HERNIA: MALLA DE POLIPROPILENO GRANDE 30 x 30 cm (+ - 5)
Referente a la calidad de la malla, corresponde a una malla de peso 80gr/m2 (+-2gr), tamaño de poro de 0,8mm (+-2mm)?.

**RESPUESTA:**
Si, puede ofertarse una malla de polipropileno de peso 80 gr./m2(+ - 2 gr. Y tamaño de poro 0,8 mm. (+ - 2 mm).

**CONSULTA Nº 49**
Ítem 80 MALLA DE POLIPROPILENO PARA HERNIA: MALLA DE POLIPROPILENO Y POLIGLACTINA CHICA 7,6 x 15 cm
Se puede ofertar malla de polipropileno de bajo peso teniendo en cuenta que cumple con la resistencia necesaria para absorber la presión e introducir menos material extraño al organismo? Esto ofrece menos riego de infección y menos reacción tisular para una mejor recuperación del paciente. Peso 36gr/m2. Tamaño poro 1mm.

**RESPUESTA:**
Si, puede ofertarse una Malla de Bajo peso - 36 gr./m2 y tamaño de poro 1 mm.

**CONSULTA Nº 50**
Ítem 82 MASCARILLA PARA NEBULIZAR: MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON TUBULADURA ADULTOS.
El ítem 82 se refiere a la mascara con micronebulizador con su respectiva tubuladura?

**RESPUESTA**
Si, lo solicitado es Mascarilla para nebulizar con su respectiva tubuladura, para adultos, tal como se solicita en el PBC.

**CONSULTA Nº 51**
Ítem 122 VENDA ENYESADA: VENDA ENYESADA 15 cm X 3 MTS DE LARGO MÍNIMO
Deben de ser 100% ALGODÓN, GIRO INGLES, CORTE SINUOSO EN BORDES PARA EVITAR DESHILE?

**RESPUESTA:**
Lo solicitado en este ítem es Venda Enyesada de 15 cm. de ancho x 3 metros de largo mínimo - de rápido secado - 3 a 5 minutos de fraguado, resistente.

**CONSULTA Nº 52**
Ítem 3 (agujas para biopsia renal)
En las especificaciones técnicas dice 50% Nº 16 G y 50% 18 G, se podrían separar por medidas?

**RESPUESTA:**
En la Sección V, Programa de Suministros, Punto 1 Listado de Bienes, ítem 3:

**DONDE DICE:**

| ITEM | COD. | COD. CAT. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5.634 | 42142504-006 | AGUJA PARA BIOPSIA RENAL. Estéril, Descartable: 50% N° 16G y 50% N° 18G | Unidad | Unidad | 113 | 225 |

**DEBE DECIR:**

| ITEM | COD. | COD. CAT. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - A | 5.634 | 42142504-006 | AGUJA PARA BIOPSIA RENAL Estéril, Descartable: N° 16 G. | Unidad | Unidad | 56 | 112 |
| 3 - B | 5.634 | 42142504-006 | AGUJA PARA BIOPSIA RENAL Estéril, Descartable: N° 18 G. | Unidad | Unidad | 57 | 113 |

**CONSULTA Nº 53**
Ítem 60 (esponja hemostática quirúrgica)
Para que tipo de cirugías serán utilizados?
Cuál es el tamaño solicitado?

**RESPUESTA:**
Serán utilizadas en Cirugía General, Cirugía Neurológica, Otorrino y Cirugía Vascular.
El tamaño solicitado es 7(+- 1 cm) x 5 (+- 1 cm) x 1 (+- 0.5 cm) como mínimo.

**CONSULTA Nº 54**
Ítem 79 y 80 (malla de polipropileno)
Para que tipo de cirugías lo utilizaran?
Solicitan malla impregnado con algún profiláctico?. Ejemplo, miel?
Cuál es el tamaño solicitado?

**RESPUESTA:**
Se utilizarán en Cirugía Abdominal (Reparación de paredes, Hernias y Eventraciones)
No se solicita con impregnación de material profiláctico.
Ajustarse a la medida solicitada en el PBC.