essap

ADENDA N°02/2014
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°07/2014 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO"
ID 252219
27/06/2014.

1. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección I – Datos de la Licitación (DDL):**

Donde dice:

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: **Lic. Francisco Torres, Jefe UOC.** Dirección: **José Berges N° 516 e/ San José y Brasil** Ciudad: Asunción - Paraguay Teléfono: **225-001/3 internos 290,285 o 204-918** Fax: **204-918** Dirección de correo electrónico: **essapuoc@gmail.com** **La fecha límite: 20/06/2014.** **Hora límites: 12:00 hs.**

Debe decir:

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: **Lic. Francisco Torres, Jefe UOC.** Dirección: **José Berges N° 516 e/ San José y Brasil** Ciudad: Asunción - Paraguay Teléfono: **225-001/3 internos 290,285 o 204-918** Fax: **204-918** Dirección de correo electrónico: **essapuoc@gmail.com** **La fecha límite: 01/07/2014.** **Hora límites: 12:00 hs.**

Donde dice:

IAO 23.1	Para propósitos de la **presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Lic. Francisco Torres, Jefe UOC.** Dirección: **José Berges 516 e/ San José y Brasil** Número del Piso/Oficina: **Secretaria de la UOC – Planta baja - Edificio Principal.** **Ciudad: Asunción - Paraguay** La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 30/06/2014.** **Hora: 09:00 hs.**

Lic. Francisco J. Torres V.
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
Asesoría de la Presidencia - ESSAP S.A.P.E.

Lic. Sandra E. Paciello de Baez
Tecnóloga de Producción
JEFA DE UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
GERENCIA DE OPERACIONES G.A.
ESSAP S.A.

IAO 26.1	La **apertura de las ofertas** tendrá lugar en: Dirección: **José Berges Nº 516 e/ San José y Brasil** Número de Piso/Oficina: **Oficina de la UOC – Planta baja - Edificio Principal.** Ciudad: **Asunción - Paraguay** **Fecha: 30/06/2014.** **Hora: 09:30 hs.**

Debe decir:

IAO 23.1	Para propósitos de la **presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Lic. Francisco Torres, Jefe UOC.** Dirección: **José Berges 516 e/ San José y Brasil** Número del Piso/Oficina: **Secretaria de la UOC – Planta baja - Edificio Principal.** **Ciudad: Asunción - Paraguay** La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 09/07/2014.** **Hora: 09:00 hs.**
IAO 26.1	La **apertura de las ofertas** tendrá lugar en: Dirección: **José Berges Nº 516 e/ San José y Brasil** Número de Piso/Oficina: **Oficina de la UOC – Planta baja - Edificio Principal.** Ciudad: **Asunción - Paraguay** **Fecha: 09/07/2014.** **Hora: 09:30 hs.**

2. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección III – Suministros Requeridos – punto 1 Especificaciones Técnicas:**

   a) Para el **ítem 4 Cromatógrafo de Gases**, se indica que se necesita un solo inyector Split/splitless, el equipo debe incluir dos detectores el NPD y ECD, se mencionan cuatro detectores por que se necesitaría que el GC sea adaptable para los otros dos. Se debe incluir dos columnas capilares no especificadas a razón de definir un método internacional.

   b) Donde dice:

12	Agitador Magnético	Estos multiposición agitadores están diseñados para agitación síncrono. Cuentan con la tecnología magnética de la bobina que proporciona agitación silenciosa y constante en todas las posiciones. La potente unidad es 100% desgaste y libre de mantenimiento, no tiene partes móviles, y es adecuado para un funcionamiento continuo.Ajuste la velocidad en incrementos de 10 rpm, la velocidad de agitación se mantiene incluso cuando los cambios de carga constante. Un teclado de membrana fácil de usar, cuenta con una pantalla digital, una pantalla de código de error, y un interruptor de rotación inversa para resultados de mezcla superiores. El diseño cerrado, compacto permite una fácil limpieza y protege el equipo contra la penetración de líquidos. Agitadores están disponibles en cinco configuraciones de diez y quince de posición.

Lic. Francisco J. Torres V.
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
Asesoría de la Presidencia - ESSAP S.A.

Lic. Sandra E. Rodriguez de Baez
Tecnóloga de Producción
JEFA DE UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
GERENCIA DE OPERACIONES G.A.
ESSAP S.A.

20	Estufas para incubación	Especificaciones técnicas: Tipo de Producto: Incubadora de Uso General Precisión de Temperatura: 0,5°C Uniformidad de Temperatura: 0,1°C Capacidad (pies cúbicos): 1,8 Tamaño de la cámara: 13,375 in*14,5in*16,125in (34*36,8*41 cm) Número de posiciones de las bandejas: 8 Estantería: 2 Dimensiones: 18*20,6875*23,25 " Cumplimiento con la CE: Si Presentación de la habilitación vigente expedida por el MSP y BS
27	Filtro p/muestra - Membrana celulosa	Filtros de membrana estériles: Membranas blancas de Hydrophilic mixed cellulose ester blanco para aplicaciones en microbiología, embalaje individual de 47mm de diametro de poro (µm) 0,45
28	Filtros de vidrio.	Fabricados a partir de microfibra de vidrio 100%borosilicato sin ligantes. Filtración rápida con gran retención de particulas finas. Filtro standard para la determinación de Materia en Suspensión en aguas potables o residuales. Puede usarse a temperaturas muy altas. Gramaje 55 g/m², poro 1,2 µm, espesor 270 µm. Disponible en discos, de Ø(mm) 90
32	Muestreador	Muestreador de plastico de 500 ml.
33	Lavador de Pipeta	Tubo para esterilizar pipetas de acero inoxidable

Debe decir:

12	Agitador Magnético	Estos multiposición agitadores están diseñados para agitación síncrono. Cuentan con la tecnología magnética de la bobina que proporciona agitación silenciosa y constante en todas las posiciones. La potente unidad es 100% desgaste y libre de mantenimiento, no tiene partes móviles, y es adecuado para un funcionamiento continuo.Ajuste la velocidad en incrementos de 10 rpm, la velocidad de agitación se mantiene incluso cuando los cambios de carga constante. Un teclado de membrana fácil de usar, cuenta con una pantalla digital, una pantalla de código de error, y un interruptor de rotación inversa para resultados de mezcla superiores. El diseño cerrado, compacto permite una fácil limpieza y protege el equipo contra la penetración de líquidos. Agitadores están disponibles en cinco configuraciones de diez y quince de posición. Diámetro del plato 10" x 10", debe soportar un recipiente de 1 litro, velocidad de 0 a 1500 rpm, sistema digital, sin calefacción, que una plancha tenga 4 agitadores.
20	Estufas para incubación	Especificaciones técnicas: Tipo de Producto: Incubadora de Uso General Temperatura 0 a 250°C Precisión de Temperatura: 0,5°C Uniformidad de Temperatura: 0,1°C Capacidad (pies cúbicos): 1,8 Tamaño de la cámara: 13,375 in*14,5in*16,125in (34*36,8*41 cm) Número de posiciones de las bandejas: 8 Estantería: 2 Cumplimiento con la CE: Si Presentación de la habilitación vigente expedida por el MSP y BS
27	Filtro p/muestra - Membrana celulosa	Filtros de membrana estériles, membranas blancas Nitrato de Celulosa para aplicaciones en microbiología, embalaje individual de 47mm de diametro de poro (µm) 0,45

Lic. Francisco J. Torres V.
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
Asesoría de la Presidencia - ESSAP S.A.

Lic. Sandra P. Pastiñero de Baez
Tecnologo de Producción
JEFA DE UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
GERENCIA DE OPERACIONES G.A.
essap S.a

28	Filtros de vidrio.	Fabricados a partir de microfibra de vidrio 100%borosilicato sin ligantes. Filtración rápida con gran retención de partículas finas. Filtro standard para la determinación de Materia en Suspensión en aguas potables o residuales. Puede usarse a temperaturas muy altas. Gramaje 55 g/m², poro 1,2 µm, espesor 270 µm. Disponible en discos, de Ø(mm) 90, se acepta también con diámetro de 47 mm
32	Muestreador	Para Planta de Tratamiento, para muestrear un decantador, filtro, etc. Debe tener un mango o poste de PVC con un vaso de 500 ml de material PVC.
33	Lavador de Pipeta	Caja de pipeta de acero inoxidable de 5x5x45; que sirva para esterilizar las pipetas

3. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección III – Suministros Requeridos – punto 2 Plan de Entregas:**

Donde dice:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Plazo máximo de entrega de los bienes*	Lugar de entrega de los bienes
15	Clorimetro	Unid.	20	30 días	Gerencia de Operaciones Gran Asunción - Unidad Control de Calidad (Cnel. Bóveda y Tte. Alejandro Monges, Viñas Cue)
16	Comparador para Laboratorio	Unid.	20	30 días	
17	Comparador para Laboratorio	Unid.	20	30 días	

Debe decir:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Plazo máximo de entrega de los bienes*	Lugar de entrega de los bienes
15	Clorimetro	Unid.	40	90 días	Gerencia de Operaciones Gran Asunción - Unidad Control de Calidad (Cnel. Bóveda y Tte. Alejandro Monges, Viñas Cue)
16	Comparador para Laboratorio	Unid.	40	60 días	
17	Comparador para Laboratorio	Unid.	40	60 días	

4. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección VI – Formularios – formulario Nº 3 Formulario de Oferta:**

Donde dice:

Lista de Precios

Ítem	Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)

Lic. Francisco J. Torres V.
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
Asesoría de la Presidencia - ESSAP S.A.

Ing. Sandra E. Pagliaro de Baez
Tecnologa de Producción
JEFA DE UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
GERENCIA DE OPERACIONES G.A.
essap S.a

15	41113306-001	Clorimetro			Unid.	20	Unid.		
16	41113702-999	Comparador para Laboratorio			Unid.	20	Unid.		
17	41113702-999	Comparador para Laboratorio			Unid.	20	Unid.		

Debe decir:

Lista de Precios

Ítem	Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
15	41113306-001	Clorimetro			Unid.	40	Unid.		
16	41113702-999	Comparador para Laboratorio			Unid.	40	Unid.		
17	41113702-999	Comparador para Laboratorio			Unid.	40	Unid.		

Lic. Francisco J. Torres V.
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
Asesoría de la Presidencia ESSAP S.A.

Lic. Sandra E. Pagliaro de Baez
Tecnologa de Producción
JEFA DE UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
GERENCIA DE OPERACIONES G.A.
ESSAP S.A.