ADENDA Nº 6

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 001/2016

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS –

AD REFERENDUM - ID Nº 302.574.-

- ✓ **Nueva fecha límite para presentar ofertas es:** 07/04/2016 hasta las 08:30 hs.
- ✓ **Nueva fecha para la Apertura de Ofertas es:** 07/04/2016 a las 09:00 hs.
- ✓ **En la Sección III. Suministros Requeridos, 1. Especificaciones Técnicas,** se modifica las Especificaciones Técnicas del Ítem Nº 2 "Medidor Portátil de Partículas en Suspensión en el Aire", sólo en el "**Tipo de sensor**", quedando de la siguiente manera:

Tipo de sensor

Fotómetro láser continuo de 90° de dispersión de luz (diodo láser no intrusivo).

- ✓ **En la Sección III. Suministros Requeridos, 1. Especificaciones Técnicas,** se modifica las Especificaciones Técnicas del Ítem Nº 4 "COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (INCLUIDOS ACCESORIOS Y MONITOR)", sólo en la "**Fuente de Alimentación**", quedando de la siguiente manera:

Fuente de Alimentación	Fuente de poder de 400 Watts reales o superior, con cable de alimentación eléctrica bajo la especificación de 3x0,75mm² con conector macho (enchufe 2P + T) estándar USA (NEMA 5 -15P) incluido (no negociable). En caso de ofertarse equipos de marca, entonces podrá aceptarse fuente de poder de 290 Watts reales o superior. En caso contrario, de ofertarse equipos clonados no se podrá aceptar fuente de poder menor a 400 Watts.

Abog. Ariel R. T. Velázquez Olivetti
Jefe de la U.O.C.
FACEN – UNA

Unidad Operativa de Contrataciones
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción