San Lorenzo, 19 de julio de 2017

Señores
Participantes de LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 08/17 "ADQUISICION DE AUTOCLAVE DE DOS PUERTAS" – ID Nº 333.378.
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la Aclaración Nº: 2.

CONSULTA 1:
En la sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas, en la pag. 12, solicitan "Autoclave de 2 (dos) puertas de 500 litros como mínimo... Capacidad útil de la cámara interna: 530 litros como mínimo, para 9 (nueve) cestas ISO como mínimo, con dimensiones en mm de 650 x 650 x 13(0 en un rango de +/ - 5%."
Considerando que:
Según las medidas solicitadas este esterilizador es de la marca STERIS, modelo Century 26in, la cual tiene un equipo de 540 litros con medida de cámara de 26 x 26 x 49" (660 x 660 x 1445 mm), medidas externas solicitadas +/-5%.
En cuanto a la capacidad de cestas, las capacidades dentro de la cámaras rectangulares, son en números pares, de acuerdo al siguiente gráfico:

Capacidad de los esterilizadores de vapor

Unidad Técnica de esterilización (UTE) definida en la EN 285: Paralelípedo rectagular con dimensiones 300 mm (altura) x 600 mm (longitud) x 300 mm (ancho) (EN285, punto 3.33). Su volumen es de 54 litros



Solicitamos que:
La Convocante modifique este requisito de la siguiente manera: Capacidad útil de la cámara interna: 520 litros como mínimo y 590 litros como máximo, para 8 (ocho) cestas ISO o UTEs como mínimo, definidas según la norma internacional EN285. Las dimensiones de la cámara de esterilización en mm deberán ser de 650 x 650 x 1300 en un rango de +/- 5%.

RESPUESTA:
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda Correspondiente.

CONSULTA 2:
En la sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas, en la pag. 12, solicitan "Autoclave de 2 (dos) puertas de 500 litros como mínimo... Dimensiones exteriores +/-5%: Ancho 1350 mm, largo o profundidad 1500mm, y alto 1900"
Considerando que:
Según las medidas solicitadas, este esterilizador es de la marca STERIS, modelo Century 26in, la cual tiene medidas externas de ancho 1143 mm (wide) x alto 1994 mm (high) x profundidad 1594 mm (depth).
" ...Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta Ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ellos se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas..." como así también ".. Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

Lic. Liz Daniel Duarte
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Medicas - U.N.A.

establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante..."

Solicitamos que:

La Convocante modifique este requisito de la siguiente manera: Dimensiones externas: Ancho entre 950 a 1400 mm, largo o profundidad entre 1500 a 1650 mm, y alto entre 1900 a 2000 mm.

RESPUESTA:

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda Correspondiente.

CONSULTA 3:

En la sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas, en la pag. 12, solicitan "Autoclave de 2 (dos) puertas de 500 litros como mínimo...Despliegue digital en pantalla touchscreen a color de mínimo 5" tanto para el lado de la carga, como el lado de la descarga, para la selección de parámetros de proceso y entrada de datos en la programación de los ciclos"

Considerando que:

Esta modificación permitirá un trabajo más seguro, pues no permitirá el cruce de materiales, lo cual podría poner en riesgo materiales estériles que existen del lado de la descarga

Solicitamos que:

La Convocante modifique este requisito de la siguiente manera: Despliegue digital en pantalla "touchscreen" a color de mínimo 5" del lado de la carga, y un panel del estado del proceso del lado de la descarga. En el lado de la carga deberá ser posible la selección de parámetros de proceso y entrada de datos en la programación de los ciclos. En el lado de descarga, deberá proveer informaciones suficientes sobre el proceso y errores de la máquina.

RESPUESTA:

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda Correspondiente.

CONSULTA 4:

En la sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas, en la pag. 12, solicitan "Autoclave de 2 (dos) puertas de 500 litros como mínimo... Deberá contar con Bomba de vacío de anillo líquido de doble estadio, con consumo pico de agua litro/hora no mayor a 250."

Considerando que:

La opción con el uso de Eyector tipo Venturi es de uso más práctico, fácil y su reparación es más rápida, cuando la misma falla eso en comparación con una bomba de anillo líquido.

Solicitamos que:

La Convocante modifique este requisito de la siguiente manera: Deberá contar con Bomba de vacío de anillo líquido de doble estadio con consumo pico de agua litro/hora no mayor a 250 o Eyector tipo venturi.

RESPUESTA:

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda Correspondiente.

CONSULTA 5:

En la sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas, en la pag. 13, solicitan "Autoclave de 2 (dos) puertas de 500 litros como mínimo... El equipo deberá operar tanto con vapor de línea o con vapor del generador incorporado. Con selección de fuente de vapor controlado por CPL. "

Considerando que:

La opción sobre el uso del "Bypass" manual permitirá que en el caso de la falla del CPL, pueda ser manipulado fácilmente por las enfermeras o técnicos que muchas veces no tienen conocimientos técnicos avanzados, inclusive aunque sea fácil su accionamiento.

Solicitamos que:

La Convocante modifique este requisito de la siguiente manera: El equipo deberá operar tanto con vapor de línea o con vapor del generador incorporado. Con selección de fuente de vapor controlado por PLC o sistema tradicional conocido como "bypass" manual.

RESPUESTA:

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda Correspondiente.

CONSULTA 6:

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

Lic. Ana Raquel Duarte
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

En la sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas, en la pag. 14, solicitan "Autoclave de 2 (dos) puertas de 500 litros como mínimo...Provisión de un sistema de osmosis inversa como mínimo 50 litros/hora para el equipo ofertado, con tanque reservorio como mínimo de 50 litros."

Considerando que:

Esta modificación se refiere a tener un sistema por cada esterilizador. En caso contrario, solicitamos crear un segundo ítem donde soliciten un sistema único que atienda a la demanda de las 3 máquinas y a través de derivaciones conectadas a cada máquina.

Solicitamos que:

La Convocante modifique este requisito de la siguiente manera: Provisión de un sistema de osmosis inversa como mínimo 20 litros/hora para el equipo ofertado, con tanque reservorio como mínimo de 20 litros.

RESPUESTA:

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda Correspondiente.

CONSULTA 7:

En la sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas, en la pag. 13, solicitan "Autoclave de 2 (dos) puertas de 500 litros como mínimo... Un ciclo para Látex o termosensibles"

Considerando que:

En el mercado existen productos que son termosensibles pero que su esterilización pasa por otras técnicas, diferentes al del vapor.

Solicitamos que:

La Convocante modifique este requisito de la siguiente manera: Un ciclo para Látex o termosensible, que atienda a la temperatura de 121 ° C. Igualmente solicitamos que la Convocante indique la temperatura mínima del material termosensible que funcione a vapor, pues existen en el mercado productos que son termosensibles pero que su esterilización pasa por otras técnicas, diferentes al del vapor.

RESPUESTA:

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda Correspondiente.

CONSULTA 8:

En la Adenda 1. Anexo I., en la pag. 02, solicitan: El oferente deberá demostrar mediante la presentación de facturas, contratos y actas de recepción final, haber proveído a entidades públicas y/o privadas autoclave de dos puertas, dependiendo de lo ofertado, como mínimo el 30% del monto de la oferta presentada en promedio de los últimos tres años (2014-2015-2016). Se debe presentar al menos 1 (un) contrato, factura, o acta de recepción, por cada año indicado..."

Solicitamos que:

La Convocante modifique dicho requisito y se pueda demostrar experiencia presentando Contratos y/o Facturas o Actas de Recepción Final de provisión de equipos biomédicos a entidades públicas y/o privadas en promedio de los tres últimos dios (2014-2015-2016).

RESPUESTA:

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda Correspondiente.

CONSULTA 9:

En la Adenda 1. Anexo I., en la pag. 1, solicitan:

Ítem	Código del catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación de Entrega	Cantidad Solicitada	Cronograma de Entregas
1	42281508-002	Autoclave de esterilizacion	unidades	unidades	3	3 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS CORRIDOS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR. LA ORDEN DE COMPRA SERA EMITIDA UN DIA HABIL DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

Considerando que:

La fabricación de estos equipos y su correspondiente traslado lleva como mínimo 120 días. Un plazo de tan solo 10 días, da la sugerencia de que el producto solicitado ya se encuentra en el país, pues desconocemos fabricantes de esterilizadores de este porte en el Paraguay.

Solicitamos que:

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

Lic. Luis Rafael Duarte
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

La Convocante modifique este requisito y que la entrega de las 03 unidades se realice dentro de los 140 días corridos de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.

RESPUESTA:

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda Correspondiente.

CONSULTA 10:

En la Adenda 1. Anexo I., en la pag. 02, solicitan: "... Experiencia en el mercado: debe presentar mínimo 2 (dos) constancias emitidas por clientes (entidades públicas y/o privadas), en donde se certifique el buen cumplimiento contractual, en relación a la provisión de autoclave de dos puertas, dependiendo de lo ofertado..."

Solicitamos que:

La Convocante modifique dicho requisito y se pueda demostrar experiencia en el mercado presentando dos (02) constancias emitidas por clientes (entidades públicas y/o privadas) en la cual se certifique el buen cumplimiento contractual, en relación a la provisión de equipos médicos.

RESPUESTA:

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda Correspondiente.

CONSULTA 11:

En la Adenda 1. Anexo 1., en la pág. 02, solicitan: "...Documentos que acrediten que el oferente es fabricante del producto que oferta. Tratándose de Agente, Distribuidor o Representante para el Paraguay, deberá presentar la documentación expedida por el fabricante o Agente regional, debidamente inscripta en el Registro Público de comercio, Sección representaciones, con certificado de vigencia..."

Solicitamos que:

La Convocante modifique dicho requisito y se pueda demostrar que el oferente es represente o distribuidor en Paraguay mediante la presentación del Formulario N° 4 y que este formulario pueda ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones.

RESPUESTA:

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda Correspondiente.

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarlo (s) muy atentamente.

LIC. RAQUEL DUARTE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Cazal
San Lorenzo -
Paraguay