# ACLARACIONES N° 1

## L.C.O. Nº 19/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA LA III REGIÓN SANITARIA - CORDILLERA" – ID Nº 311.962.-

- **Consulta Nº: 1**
  El sillón no debe necesitar fijación al piso?

  **Respuesta:** Pueden ser de ambas formas. Ver Adenda N° 2.

- **Consulta Nº: 2**
  El consultorio (sillón, salivadero, y mesa de mando) debe ser ambidiestro?

  **Respuesta:** No, ajustarse a lo establecido en el PBC.

- **Consulta Nº: 3**
  La base del sillón debe ser construida en acero con tratamiento anticorrosivo, totalmente protegida por orla antideslizante?

  **Respuesta:** Si, ver Adenda N° 2.

- **Consulta Nº: 4**
  El reflector debe tener *Cabezal giratorio con un mínimo de 620º*

  **Respuesta:** Ajustarse a lo establecido en el PBC.

- **Consulta Nº: 5**
  La caja de ligaciones debería estar separada del sillón para evitar el contacto de la humedad con la placa? Si o NO?

  **Respuesta:** Pueden ser ambas opciones, ver Adenda N° 2.

- **Consulta Nº: 6**
  El reflector podría ser también con luz LEDS, además de la lámpara halógena?. ya que actualmente los fabricantes de consultorios están utilizando la tecnología LED por su mejor iluminación y mejor acceso a los repuestos. Contrariamente la de los Halógenos ya están descontinuados en el mercado.

  **Respuesta:** No debe ser Luz LED, los repuestos son más económicos que los repuestos LED. Ajustarse a lo establecido en el PBC

- **Consulta Nº: 7**
  Aclarar si la intensidad de luz 15,000 y 22,000 lux son considerados el primero como límite mínimo y el segundo como máximo. Debido a que existen intensidades desde 8000 y hasta 25,000 lux. Aclarar esta restricción

  **Respuesta:** Ajustarse a lo establecido en el PBC.

- **Consulta Nº: 8**
  ACLARACIÓN: El set de equipo odontológico deberá incluir: 1 sillón, 1 salivadera, 1 unidad dental(platina), 1 reflector, 1 butaca, 1 Jeringa Triple, 1 turbina, 1 micromotor, 1 contrangulo.

  **Respuesta:** Así debe ser, mas 1 compresor; ver Adenda N° 2.

Ing. M.A.P. Sergio Patrito
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

- **Consulta Nº: 9**
  Aclarar: si el Micromotor y Contrangulo podrían ser también de características técnicas como la del INTRA? Debido a que posee tecnología actualizada y, porque los del sistema DORIOT se encuentran descontinuados en el mercado y restringen el poder acceder a ellos y su mantenimiento

  **Respuesta:** Pueden ser ambos sistemas, ver Adenda N° 2.

- **Consulta Nº: 10**
  Determinar: si dentro de los accesorios del sillón odontológico deber ir contemplados además, el COMPRESOR para uso odontológico y la Pieza Recta? Aclarar por qué: La salivadera: deben tener picos externos de bacha y llena vaso desmontable y auto lavables teniendo en cuenta que según normativas internacionales vigentes, relacionadas a la BIOSEGURIDAD, los fabricantes determinan que los picos externos ya están en desuso. Por el alto riesgo de Contaminación Cruzada?

  **Respuesta:** El compresor si debe estar dentro de los accesorios del Sillón Odontológico, ver Adenda N° 2. La pieza recta puede ser con o sin, según el sistema del Sillón.

- **Consulta Nº: 11**
  DETERMINAR: Si la antigüedad de fabricación de los equipos podrían enmarcarse en periodo NO MENOR de 2 años en relación al año 2016?

  **Respuesta:** Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta Nº: 12**
  El oferente debe ser Representante Exclusivo por más de 10 años como mínimo?

  **Respuesta:** Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta Nº: 13**
  Para realizar la pre-instalación (cañerías de alimentación de agua y desagüe – Sistema de alimentación eléctrica). Podrían precisar o determinar las direcciones en cada ciudad, número de teléfono y contacto. Podrían incluir los planos correspondientes de cada hospital, unidad sanitaria, o puesto sanitario en donde se vea la instalación eléctrica, desagüe, plomería existente o lo que se debe realizar para el cálculo de precios.
  Solicitamos que se incluya como requisito de la oferta el montaje de los equipos ofertados de modo a corroborar que cuenten con los requisitos (especificaciones técnicas) solicitados por vuestra institución.

  **Respuesta:** Ver listado de localidades en la Adenda N° 2. En cuanto a lo demás deberán adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta Nº: 14**
  El plan de entregas solicitan: "30 (treinta) días calendario (corridos) posteriores a la firma del contrato. Solicitamos extender este plazo a 60 días ya que 30 días es muy difícil para la fabricación e importación de equipos.

  **Respuesta:** Ajustarse a lo establecido en el PBC.

- **Consulta Nº: 15**
  La figura del anticipo: podría considerarse en el Pliego? Debido a que la convocante se encuentra en un estado alto de morosidad y restringe de ese modo la presentación de la oferta.

  **Respuesta:** Ajustarse a lo establecido en el PBC.

MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrata
MSPyBS

**Asunción, 02 de Mayo de 2016**