PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/10
"Adquisición de Insumos Varios para el Servicio de Endoscopia Digestiva del I.P.S."
ADENDA N° 2

Asunción, 30 de diciembre de 2010.

AL OFERENTE:

Con relación a la Licitación Publica Nacional N° 60/10 "Adquisición de Insumos Varios para el Servicio de Endoscopia Digestiva del I.P.S.", les informamos que la apertura de sobres-oferta queda prorrogada para el día Miércoles 12 de enero de 2010 a las 09:00 hs., siendo la hora tope de entrega de Sobres/Ofertas a las 08:45 hs, en la Sala de Aperturas de Sobres-Ofertas, 1er. Piso Edificio Caja Central del I.P.S. Se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

Se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

Sección II. Datos de la Licitación (DDL) - en la IAO 11.1 e), en el numeral 2

Donde dice:

2. Muestras y Catálogos del producto ofertado. En caso de no presentar las muestras en el día de la Apertura, deberán ser presentadas en un plazo no mayor a 24 horas contados desde la Apertura, en la Oficina de Suministros Médicos. La Comisión de Evaluación de las Ofertas, realizará la verificación del bien, en cuanto a calidad y especificaciones técnicas, se procederá a la devolución de las muestras a los oferentes cotizantes, una vez culminado el proceso de adjudicación.

Debe decir:

2. Muestras y Catálogos del producto ofertado. En caso de no presentar las muestras en el día de la Apertura, deberán ser presentadas en un plazo no mayor a 24 horas contados desde la Apertura, en la Oficina de Suministros Médicos. La Comisión de Evaluación de las Ofertas, realizará la verificación del bien, si lo ofertado corresponde al producto solicitado, en la Planilla de Precios y en la Planilla de datos garantizados en cuanto a especificaciones técnicas, origen, marca, presentación etc. de lo ofertado, se procederá a la devolución de las muestras a los oferentes cotizantes, una vez culminado el proceso de adjudicación.

Ítems 1 y 3 se aclara:

- *Item 1:* Lo solicitado es "Adaptadores de limpieza para canales de succión, de aire y agua de los endoscopios", compatible con endoscopios **FUJINON**

- *Item 3:* Lo solicitado es "Adaptadores de limpieza para canales de succión, de aire y agua de los endoscopios", compatible con endoscopios **OLIMPUS**

Se reemplazan: la Planilla de Precios de la Sección IV Formularios de la Oferta, el Punto 1 - Lista de Bienes y el Punto 2 - Especificaciones Técnicas de la Sección V Programa de Suministros, por los siguientes.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

Sección IV Formularios de la Oferta
Formulario de Listas de Precios
Lista de Precios

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTA-CIÓN	CAN. MÍNIMA	CAN. MÁXIMA	COSTO UNITARIO C/IVA	MONTO TOTAL CANT. MÍNIMA C/IVA	MONTO TOTAL CANT. MÁXIMA C/ IVA
1	10060	42294801-025	Adaptadores de limpieza para canales de succión, de aire y agua de los endoscopios	Unidad	Kit	5	10			
2	2404	42294935-004	*Aguja para esclerosis endoscópica de lesiones sangrantes de 23 G la aguja y 7 French el catéter.-*	Unidad	Unidad	100	200			
3	10061	42294801-025	Adaptadores de limpieza para canales de succión, de aire y agua de los endoscopios	Unidad	Kit	5	10			
4	10062	42294935-004	Aguja p/esclerosis endoscópica p/lesiones sangrantes 23 G, para canal de trabajo de 2,0 mm y 180 cm de largo	Unidad	Unidad	10	20			
5	10063	42294935-004	Aguja para esclerosis endoscópica p/ lesiones sangrantes 25 G, p/canal de trabajo de 2,8 mm y 230 cm o más de largo	Unidad	Unidad	25	50			
6	10067	42295417-003	*Asa p/polipectomía vía endoscópica descartable c/asa de forma ovalada p/canales de* 2,5 mm o más de 230 cm o más de largo.	Unidad	Unidad	10	20			
7	6726	42231609-001	BALÓN DE RECAMBIO PARA GASTROSTOMÍA DE 24 FRENCH	Unidad	Unidad	75	150			
8	6727	42292601-006	**DILATADOR ESÓFAGICO** : BALÓN DILATADOR DEL ESÓFAGO PARA ACALASIA POR VÍA ENDOSCÓPICA.	Unidad	Unidad	3	5			
9	10068	42294936-001	Boquilla para Adulto de uso endoscópico	Unidad	Unidad	8	15			
10	10069	42294936-001	Boquilla Pediátrica de uso endoscópico	Unidad	Unidad	8	15			
11	10072	42295420-001	**CATETER PARA HEMOSTASIS** :Catéter bipolar para hemostasis endoscópica de 7 Fr. Y 350 cm. de largo	Unidad	Unidad	8	15			
12	10074	42295420-005	Catéter de dilatación biliar de 9 Fr. (Vía Endoscópica)	Unidad	Unidad	4	8			
13	10073	42295420-005	Catéter de dilatación biliar de 10 Fr. (Vía Endoscópica)	Unidad	Unidad	4	8			
14	10076	42294936-002	Cortador de lazo para endoscópia.	Unidad	Unidad	1	2			
15	10085	42295420-009	**Dren Biliar** : *Dren autoexpansible biliar de 10 mm y 6 cm. Con bandas radiópacas. Uso* endoscópico	Unidad	Unidad	3	5			
16	10086	42295420-009	**Dren Biliar** : Dren autoexpansible biliar de 10 mm y 8 cm. Con bandas radiópacas. Uso endoscópico	Unidad	Unidad	3	5			
17	10075	42312009-001	**Endo Clip** : Clip endoscópico de 12 mm. tipo tridente. Catéter de 7 Fr.	Unidad	Unidad	25	50			
18	10096	42294807-001	**Esfinterotomo para Esfinterotomía Endoscopica** : Esfinterótomo de precorte con alambre de corte de 4 mm.	Unidad	Unidad	10	20			
19	10098	42294807-001	Esfinterótomo para esfinterotomía endoscópica punta flexible.	Unidad	Unidad	8	15			
20	10097	42294807-001	Esfinterótomo para esfinterotomía endoscópica punta flexible.	Unidad	Unidad	8	15			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CAN. MÍNIMA	CANT. MÁXIMA	COSTO UNITARIO C/IVA	MONTO TOTAL CANT. MÍNIMA C/ IVA	MONTO TOTAL CANT. MÁXIMA C/ IVA
21	10099	42242302-075	**Grapa quirurgica :** *Grapas para uso con pinza aplicadora de uso endoscópico*	Unidad	Kit	1	2			
22	10100	42292601-007	Guía para uso con dilatadores Savary de 200 cm. de largo.	Unidad	Unidad	8	15			
23	10102	42294944-008	**Set para ligadura del lazo, uso endoscópico:** Piezas de repuestos para endolazo, para uso con el set de ligadura de lazo desmontable	Unidad	Unidad	3	5			
24	10103	42294801-026	**Pinza aplicadora para endoscopio:** Pinza aplicadora de grapas para el tubo digestivo, de uso endoscópico	Unidad	Unidad	2	4			
25	10104	42295420-013	**Pinza para la mucosa del tubo digestivo :**Pinza caliente p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo bajo sin estilete	Unidad	Unidad	3	5			
26	10106	42295420-012	**Pinza para atrapar polipos y cuerpos extraños del tubo digestivo :** Pinza con diente de ratón, para extracción de cuerpos extraños del tubo digestivo.	Unidad	Unidad	3	5			
27	10107	42295420-012	Pinza p/ atrapar pólipos y/o cuerpos extraños del tubo digestivo, via endoscópica **tipo tridente**	Unidad	Unidad	1	3			
28	10108	42291802-012	**Pinza para biopsia:** Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto **con estilete**	Unidad	Unidad	3	6			
29	10110	42291802-012	**Pinza para biopsia:** Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto **sin estilete**	Unidad	Unidad	3	6			
30	10109	42291802-012	**Pinza para biopsia:** Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto **sin estilete**	Unidad	Unidad	8	15			
31	10111	42291802-012	**Pinza para biopsia:** Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto con estilete	Unidad	Unidad	8	15			
32	7063	42295420-011	SET PARA LIGADURA DE VARICES ESOFÁGICAS VÍA ENDOSCÓPICA	Unidad	Kit	25	50			
33	7064	42295420-011	SET PARA LIGADURA DE VARICES ESOFÁGICAS VÍA ENDOSCÓPICA	Unidad	Kit	25	50			
34	10113	42294944-008	Set para ligadura de lazo desmontable, para uso endoscópico.	Unidad	Kit	1	2			
35	10114	42294801-024	**Limpiador para endoscopio:** Shampoo para limpieza de lentes ópticos. Para uso en endoscopía.	Unidad	Unidad	15	30			
36	10115	12352310-002	**Gel siliconado :**Silicona de uso en endoscopia, para lubricar las válvulas y pinzas endoscópicas.	Unidad	Unidad	25	50			
37	6428	42294912-001	SISTEMA DE GASTROSTOMÍA DE COLOCACIÓN ENDOSCÓPICA VÍA PERCUTÁNEA	Unidad	Unidad	100	200			
38	10116	42295420-019	**Circuito de introducción -Dren pancreatico:** Sistema de introducción de dren pancreático, colocación endoscópica, de 3 Fr.	Unidad	Kit	1	2			
39	10117	42295420-019	**Sistema de introducción- Dren pancreático:** Sistema de introducción de dren pancreático, colocación endoscópica, de 7 Fr.	Unidad	Kit	1	2			
40	10118	42294912-001	Sistema gastrostomia, colocación endoscópica vía percutánea.	Unidad	Kit	15	30			
41	10119	42294926-001	**Sobretubo para colonoscopia:** Sobretubo espiral para uso en endoscopía	Unidad	Unidad	15	30			
42	10121	42294801-020	**Válvula para endoscopio:** Válvulas para canales de trabajo de video endoscopios adaptable al equipo **Fujinon**	Unidad	Unidad	3	5			
43	10122	42294801-020	**Válvula para endoscopio:** Válvulas para canales de trabajo de video endoscopios adaptable al equipo **Olympus**	Unidad	Unidad	5	10			
44	10120	41111738-001	**Válvula para endoscopio:** Válvulas para canales de trabajo de fibrendoscopios adaptable al equipo **Fujinon**	Unidad	Unidad	3	5			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CAN. MÍNIMA	CAN. MÁXIMA	COSTO UNITARIO C/IVA	MONTO TOTAL CANT. MÍNIMA C/ IVA	MONTO TOTAL CANT. MÁXIMA C/ IVA
45	10091	42311903-002	Dren esofágico autoexpansible semi-recubierto en puntas distales, de 25 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 8 cm de largo	Unidad	Unidad	3	5			
46	10090	42311903-002	Dren esofágico autoexpansible semi-recubierto en puntas distales, de 25 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 10 cm de largo	Unidad	Unidad	3	5			
47	10093	42311903-002	Dren esofágico autoexpansible semi-recubierto en punta proximal, de 25 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 9 a 10 cm de largo. Con válvula antireflujo.	Unidad	Unidad	3	5			
48	10094	42295420-018	Dren pancreático con cola de chancho en un extremo distal de 3 Fr y 4 cm. Uso endoscopico.	Unidad	Unidad	3	5			
49	7012	42295420-007	Cesta para extracción y litotripcia de cálculos , alambre multifilamento con catéter de 8 Fr. Y 200 cm o más de largo.-	Unidad	Unidad	5	10			
50	4952	42295420-002	Balón para dilatación biliar vía endoscópica de dos vías, balón de 6 mm, catéter de 6,5 a 7 Fr. Y de 180 cm o más de largo.	Unidad	Unidad	5	10			
51	6720	42295420-002	Balón para dilatación biliar vía endoscópica de dos vías, balón de 8 mm, catéter de 6,5 a 7 Fr. Y de 180 cm o más de largo.	Unidad	Unidad	5	10			
52	6722	42295420-002	Balón para dilatación biliar vía endoscópica de dos vías, balón de 10 mm, catéter de 6,5 a 7 Fr. Y de 180 cm o más de largo.	Unidad	Unidad	5	10			
								TOTAL GENERAL		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

Sección V. Programa de Suministros

1. Listado de Bienes

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN
1	10060	42294801-025	Adaptadores de limpieza para canales de succión, de aire y agua de los endoscopios	Unidad	Kit
2	2404	42294935-004	Aguja para esclerosis endoscópica de lesiones sangrantes de 23 G la aguja y 7 French el catéter.-	Unidad	Unidad
3	10061	42294801-025	Adaptadores de limpieza para canales de succión, de aire y agua de los endoscopios	Unidad	Kit
4	10062	42294935-004	Aguja p/esclerosis endoscópica p/lesiones sangrantes 23 G, para canal de trabajo de 2,0 mm y 180 cm de largo	Unidad	Unidad
5	10063	42294935-004	Aguja para esclerosis endoscópica p/ lesiones sangrantes 25 G, p/canal de trabajo de 2,8 mm y 230 cm o más de largo	Unidad	Unidad
6	10067	42295417-003	Asa p/polipectomía vía endoscópica descartable c/asa de forma ovalada p/canales de 2,5 mm o más de 230 cm o más de largo.	Unidad	Unidad
7	6726	42231609-001	*BALÓN DE RECAMBIO PARA GASTROSTOMIA DE 24 FRENCH*	Unidad	Unidad
8	6727	42292601-006	**DILATADOR ESÓFAGICO** : BALÓN DILATADOR DEL ESÓFAGO PARA ACALASIA POR VÍA ENDOSCÓPICA.	Unidad	Unidad
9	10068	42294936-001	Boquilla para Adulto de uso endoscópico	Unidad	Unidad
10	10069	42294936-001	Boquilla Pediátrica de uso endoscópico	Unidad	Unidad
11	10072	42295420-001	**CATETER PARA HEMOSTASIS** :Catéter bipolar para hemostasis endoscópica de 7 Fr. Y 350 cm. de largo	Unidad	Unidad
12	10074	42295420-005	Catéter de dilatación biliar de 9 Fr. (Vía Endoscópica)	Unidad	Unidad
13	10073	42295420-005	Catéter de dilatación biliar de 10 Fr. (Vía Endoscópica)	Unidad	Unidad
14	10076	42294936-002	Cortador de lazo para endoscópia.	Unidad	Unidad
15	10085	42295420-009	**Dren Biliar** : Dren autoexpansible biliar de 10 mm y 6 cm. Con bandas radiópacas. Uso endoscópico	Unidad	Unidad
16	10086	42295420-009	**Dren Biliar** : Dren autoexpansible biliar de 10 mm y 8 cm. Con bandas radiópacas. Uso endoscópico	Unidad	Unidad
17	10075	42312009-001	**Endo Clip :** Clip endoscópico de 12 mm. tipo tridente. Catéter de 7 Fr.	Unidad	Unidad
18	10096	42294807-001	***Esfinterotomo para Esfinterotomia Endoscopica*** *: Esfinterótomo de precorte con alambre de corte de 4 mm.*	Unidad	Unidad
19	10098	42294807-001	Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica punta flexible.	Unidad	Unidad
20	10097	42294807-001	Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica punta flexible.	Unidad	Unidad
21	10099	42242302-075	**Grapa quirurgica :** Grapas para uso con pinza aplicadora de uso endoscópico	Unidad	Kit
22	10100	42292601-007	Guía para uso con dilatadores Savary de 200 cm. de largo.	Unidad	Unidad
23	10102	42294944-008	**Set para ligadura del lazo, uso endoscópico:** Piezas de repuestos para endolazo, para uso con el set de ligadura de lazo desmontable	Unidad	Unidad
24	10103	42294801-026	**Pinza aplicadora para endoscopio:** Pinza aplicadora de grapas para el tubo digestivo, de uso endoscópico	Unidad	Unidad
25	10104	42295420-013	**Pinza para la mucosa del tubo digestivo** :Pinza caliente p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo bajo sin estilete	Unidad	Unidad
26	10106	42295420-012	**Pinza para atrapar polipos y cuerpos extraños del tubo digestivo :** Pinza con diente de ratón, para extracción de cuerpos extraños del tubo digestivo.	Unidad	Unidad
27	10107	42295420-012	Pinza p/atrapar pólipos y/o cuerpos extraños del tubo digestivo, via endoscópica **tipo tridente**	Unidad	Unidad
28	10108	42291802-012	**Pinza para biopsia:** Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto **con estilete**	Unidad	Unidad
29	10110	42291802-012	**Pinza para biopsia:** Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto **sin estilete**	Unidad	Unidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Prudilla T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

ÍTEM	CÓDIGO	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN
30	10109	42291802-012	**Pinza para biopsia:** Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto **sin estilete**	Unidad	Unidad
31	10111	42291802-012	**Pinza para biopsia:** Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto con estilete	Unidad	Unidad
32	7063	42295420-011	SET PARA LIGADURA DE VARICES ESOFÁGICAS VÍA ENDOSCÓPICA	Unidad	Kit
33	7064	42295420-011	SET PARA LIGADURA DE VARICES ESOFÁGICAS VÍA ENDOSCÓPICA	Unidad	Kit
34	10113	42294944-008	Set para ligadura de lazo desmontable, para uso endoscópico.	Unidad	Kit
35	10114	42294801-024	**Limpiador para endoscopio:** Shampoo para limpieza de lentes ópticos. Para uso en endoscopía.	Unidad	Unidad
36	10115	12352310-002	**Gel siliconado :**Silicona de uso en endoscopia, para lubricar las válvulas y pinzas endoscópicas.	Unidad	Unidad
37	6428	42294912-001	SISTEMA DE GASTROSTOMÍA DE COLOCACIÓN ENDOSCÓPICA VÍA PERCUTÁNEA	Unidad	Unidad
38	10116	42295420-019	**Circuito de introducción -Dren pancreatico:** Sistema de introducción de dren pancreático, colocación endoscópica, de 3 Fr.	Unidad	Kit
39	10117	42295420-019	**Sistema de introducción- Dren pancreático:** Sistema de introducción de dren pancreático, colocación endoscópica, de 7 Fr.	Unidad	Kit
40	10118	42294912-001	Sistema gastrostomia, colocación endoscópica vía percutánea.	Unidad	Kit
41	10119	42294926-001	**Sobretubo para colonoscopia:** Sobretubo espiral para uso en endoscopía	Unidad	Unidad
42	10121	42294801-020	**Válvula para endoscopio:** Válvulas para canales de trabajo de video endoscopios adaptable al equipo **Fujinon**	Unidad	Unidad
43	10122	42294801-020	**Válvula para endoscopio:** Válvulas para canales de trabajo de video endoscopios adaptable al equipo **Olympus**	Unidad	Unidad
44	10120	41111738-001	**Válvula para endoscopio:** Válvulas para canales de trabajo de fibrondoscopios adaptable al equipo **Fujinon**	Unidad	Unidad
45	10091	42311903-002	Dren esofágico autoexpansible semi-recubierto en puntas distales, de 25 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 8 cm de largo	Unidad	Unidad
46	10090	42311903-002	Dren esofágico autoexpansible semi-recubierto en puntas distales, de 25 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 10 cm de largo	Unidad	Unidad
47	10093	42311903-002	Dren esofágico autoexpansible semi-recubierto en punta proximal, de 25 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 9 a 10 cm de largo. Con válvula antireflujo.	Unidad	Unidad
48	10094	42295420-018	Dren pancreático con cola de chancho en un extremo distal de 3 Fr y 4 cm. Uso endoscopico.	Unidad	Unidad
49	7012	42295420-007	Cesta para extracción y litotripcia de cálculos , alambre multifilamento con catéter de 8 Fr. Y 200 cm o más de largo.-	Unidad	Unidad
50	4952	42295420-002	Balón para dilatación biliar vía endoscópica de dos vías, balón de 6 mm, catéter de 6,5 a 7 Fr. Y de 180 cm o más de largo.	Unidad	Unidad
51	6720	42295420-002	Balón para dilatación biliar vía endoscópica de dos vías, balón de 8 mm, catéter de 6,5 a 7 Fr. Y de 180 cm o más de largo.	Unidad	Unidad
52	6722	42295420-002	Balón para dilatación biliar vía endoscópica de dos vías, balón de 10 mm, catéter de 6,5 a 7 Fr. Y de 180 cm o más de largo.	Unidad	Unidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Ind. Pristila T. Flor López
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI K.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

2. Especificaciones Técnicas

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN
1	10060	42294801-025	Adaptadores de limpieza para canales de succión, de aire y agua de los endoscopios	Compatible con endoscopios FUJINON	Unidad	Kit
2	2404	42294935-004	Aguja para esclerosis endoscópica de lesiones sangrantes de 23 G la aguja y 7 French el catéter.-	Longitud 220 cm ó mayor.-	Unidad	Unidad
3	10061	42294801-025	Adaptadores de limpieza para canales de succión, de aire y agua de los endoscopios	Compatible con endoscopios OLYMPUS	Unidad	Kit
4	10062	42294935-004	Aguja p/esclerosis endoscópica p/lesiones sangrantes 23 G, para canal de trabajo de 2,0 mm y 180 cm de largo	Catéter de PTFE con cubierta de metal, reutilizable.-	Unidad	Unidad
5	10063	42294935-004	Aguja para esclerosis endoscópica p/ lesiones sangrantes 25 G, p/canal de trabajo de 2,8 mm y 230 cm o más de largo	Catéter de acero inoxidable flexible con punta metálica. Retractor de aguja automático en el mango.	Unidad	Unidad
6	10067	42295417-003	Asa p/polipectomía vía endoscópica descartable c/asa de forma ovalada p/canales de 2,5 mm o más de 230 cm o más de largo.	Descartable.	Unidad	Unidad
7	6726	42231609-001	BALÓN DE RECAMBIO PARA GASTROSTOMÍA DE 24 FRENCH	Balón De Recambio Gastrostomía De 24 French Con Balón De Silicona, Disco De Retención De Silicona. Desechable	Unidad	Unidad
8	6727	42292601-006	**DILATADOR ESÓFAGICO** : BALÓN DILATADOR DEL ESÓFAGO PARA ACALASIA POR VÍA ENDOSCÓPICA.	De 30 Mm De Diámetro Y 8 Cm De Largo. Desechable	Unidad	Unidad
9	10068	42294936-001	Boquilla para Adulto de uso endoscópico	Reutilizable	Unidad	Unidad
10	10069	42294936-001	Boquilla Pediátrica de uso endoscópico	Reutilizable	Unidad	Unidad
11	10072	42295420-001	**CATETER PARA HEMOSTASIS** :Catéter bipolar para hemostasis endoscópica de 7 Fr. Y 350 cm. de largo	Descartable	Unidad	Unidad
12	10074	42295420-005	Catéter de dilatación biliar de 9 Fr. (Vía Endoscópica)	Banda radiópaca 200 cm de largo y punta distal cónica de 4 a 6 Fr. Descartable	Unidad	Unidad
13	10073	42295420-005	Catéter de dilatación biliar de 10 Fr. (Vía Endoscópica)	Banda radiópaca 200 cm de largo y punta distal cónica de 4 a 6 Fr. Descartable	Unidad	Unidad
14	10076	42294936-002	Cortador de lazo para endoscópia.	Largo de 230 cm. para canales de trabajo de 2.8 mm. Reutilizable.	Unidad	Unidad
15	10085	42295420-009	**Dren Biliar** : Dren autoexpansible biliar de 10 mm y 6 cm. Con bandas radiópacas. Uso endoscópico	Alambre de nitinol con sistema de liberación, no recubierto	Unidad	Unidad
16	10086	42295420-009	**Dren Biliar** : Dren autoexpansible biliar de 10 mm y 8 cm. Con bandas radiópacas. Uso endoscópico	Alambre de nitinol con sistema de liberación, no recubierto	Unidad	Unidad
17	10075	42312009-001	**Endo Clip** : Clip endoscópico de 12 mm. tipo tridente. Catéter de 7 Fr.	Descartable, con su sistema de liberación	Unidad	Unidad
18	10096	42294807-001	**Esfinterotomo para Esfinterotomia Endoscopica** : Esfinterótomo de precorte con alambre de corte de 4 mm.	Catéter doble lúmen 5 Fr. y 200 cm. descartable	Unidad	Unidad
19	10098	42294807-001	Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica punta flexible	Precurvado, 2 lúmen para guía de 0,035" punta radiópaca con alambre de 20 mm.recubierto en el extremo proximal, punta de 7 mm. Desechable	Unidad	Unidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Ind. Priscila I. Flor López
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

ÍTEM	CÓDIGO	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN
20	10097	42294807-001	Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica punta flexible.	Precurvado, 3 lúmen para guía de 0,035" punta radiópaca con alambre de 20 mm recubierto en el extremo proximal, punta de 3 mm. Desechable	Unidad	Unidad
21	10099	42242302-075	**Grapa quirurgica :** Grapas para uso con pinza aplicadora de uso endoscópico	Caja por 50 unids.como minimo.	Unidad	Kit
22	10100	42292601-007	Guía para uso con dilatadores Savary de 200 cm. de largo.	Reutilizable	Unidad	Unidad
23	10102	42294944-008	**Set para ligadura del lazo, uso endoscópico:** Piezas de repuestos para endolazo, para uso con el set de ligadura de lazo desmontable	Lazo de 30 mm., en caja por 10 unid.como minimo.	Unidad	Unidad
24	10103	42294801-026	***Pinza aplicadora para endoscopio:*** Pinza aplicadora de grapas para el tubo digestivo, de uso endoscópico	Largo de 230 cm. para canales de trabajo de 2.8 mm. Con grapas de dos brazos.	Unidad	Unidad
25	10104	42295420-013	**Pinza para la mucosa del tubo digestivo :**Pinza caliente p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo bajo sin estilete	Para canales de trabajo de 2,8 mm. y entre 230 a 250 cm. de largo. Vía endoscópica. Reutilizable	Unidad	Unidad
26	10106	42295420-012	**Pinza para atrapar pólipos y cuerpos extraños del tubo digestivo :** Pinza con diente de ratón, para extracción de cuerpos extraños del tubo digestivo.	Para canales de trabajo de 2,8 mm y 160 a 180 cm de largo. Reutilizable	Unidad	Unidad
27	10107	42295420-012	Pinza p/ atrapar pólipos y/o cuerpos extraños del tubo digestivo, via endoscópica **tipo tridente**	Para canales de trabajo de 2,0 mm. y 180 cm. de largo. Descartable.	Unidad	Unidad
28	10108	42291802-012	**Pinza para biopsia:** Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto **con estilete**	Para canales de trabajo de 2,0 mm. y 180 cm. de largo. Vía endoscópica. Reutilizable	Unidad	Unidad
29	10110	42291802-012	**Pinza para biopsia:** Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto **sin estilete**	Para canales de trabajo de 2,0 mm. y 180 cm. de largo. Vía endoscópica. Reutilizable	Unidad	Unidad
30	10109	42291802-012	**Pinza para biopsia:** Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto **sin estilete**	Para canales de trabajo de 2,8 mm. y 180 cm. de largo. Vía endoscópica. Reutilizable	Unidad	Unidad
31	10111	42291802-012	**Pinza para biopsia:** Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto con estilete	Para canales de trabajo de 2,8 mm. y 180 cm. de largo. Vía endoscópica. Reutilizable	Unidad	Unidad
32	7063	42295420-011	SET PARA LIGADURA DE VARICES ESOFÁGICAS VÍA ENDOSCÓPICA	*Con mango de ligador, 2 barriles universales* para endoscopios de 9,5 a 13 mm, con 4 bandas por cada barril, catéter introductor y adaptador de irrigación.	Unidad	Kit
33	7064	42295420-011	SET PARA LIGADURA DE VARICES ESOFÁGICAS VÍA ENDOSCÓPICA	Con mango de ligador, 2 barriles universales para endoscopios de 9,5 a 13 mm, con 6 bandas por cada barril, catéter introductor y adaptador de irrigación.	Unidad	Kit
34	10113	42294944-008	Set para ligadura de lazo desmontable, para uso endoscópico.	Incluye cuerpo principal de 230 cm de mango del lazo y camisa de teflón	Unidad	Kit
35	10114	42294801-024	**Limpiador para endoscopio:** Shampoo para limpieza de lentes ópticos. Para uso en endoscopía.	Frasco de 10 ml.como minimo	Unidad	Unidad
36	10115	12352310-002	**Gel siliconado :** Silicona de uso en endoscopia, para lubricar las válvulas y pinzas endoscópicas.	Frasco de 10 ml.como minimo.	Unidad	Unidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Inf. Priscila I. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN
37	6428	42294912-001	SISTEMA DE GASTROSTOMÍA DE COLOCACIÓN ENDOSCÓPICA VÍA PERCUTÁNEA	Tipo (Peg); 100% Siliconada; 24 French. Desechable	Unidad	Unidad
38	10116	42295420-019	**Circuito de Introducción -Dren pancreatico:** Sistema de introducción de dren pancreático, colocación endoscópica, de 3 Fr.	Set incluye guía 0.035" de 480 cm. y catéter *empujador de 3 Fr. y 170 cm. de largo*	Unidad	Kit
39	10117	42295420-019	**Sistema de introducción- Dren pancreático:** Sistema de introducciòn de dren pancreático, colocación endoscópica, de 7 Fr.	Set incluye guía 0.035" de 480 cm. y catéter empujador de 7 Fr. y 170 cm. de largo	Unidad	Kit
40	10118	42294912-001	Sistema gastrostomìa, colocación endoscópica via percutánea.	De 20 Fr. tipo Pull 100 %, siliconada, en bandeja, con sus respectivos accesorios de *colocación.*	Unidad	Kit
41	10119	42294926-001	**Sobretubo para colonoscopia:** Sobretubo espiral para uso en endoscopía	Para uso con endoscopios de 9 a 9,5 mm de diámetro. 100 cm de longitud ó más. Mecanismo de liberación gentle lock. Descartable.	Unidad	Unidad
42	10121	42294801-020	**Válvula para endoscopio:** Válvulas para canales de trabajo de video endoscopios adaptable al equipo **Fujinon**	En paquetes x 10 unidades como minimo	Unidad	Unidad
43	10122	42294801-020	**Válvula para endoscopio:** Válvulas para canales de trabajo de video endoscopios adaptable al equipo **Olympus**	En paquetes x 10 unidades como minimo	Unidad	Unidad
44	10120	41111738-001	**Válvula para endoscopio:** Válvulas para canales de trabajo de fibrondoscopios adaptable al equipo **Fujinon**	Presentación en paquetes.	Unidad	Unidad
45	10091	42311903-002	Dren esofágico autoexpansible semi-recubierto en puntas distales, de 25 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 8 cm de largo	Incluye set introductor con mecanismo de control de liberación y recaptura. No estéril	Unidad	Unidad
46	10090	42311903-002	Dren esofágico autoexpansible semi-recubierto en puntas distales, de 25 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 10 cm de largo	Incluye set introductor con mecanismo de control de liberación y recaptura. No estéril	Unidad	Unidad
47	10093	42311903-002	Dren esofágico autoexpansible semi-recubierto en punta proximal, de 25 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 9 a 10 cm de largo. Con válvula antireflujo.	Incluye set introductor con guía Savary- Guillard. No estéril.	Unidad	Unidad
48	10094	42295420-018	Dren pancreático con cola de chancho en un extremo distal de 3 Fr y 4 cm. Uso endoscopico.	Sin aletas y sin orificios laterales. Descartable	Unidad	Unidad
49	7012	42295420-007	Cesta para extracción y litotripcia de cálculos , alambre multifilamento con catéter de 8 Fr. Y 200 cm o más de largo.-	Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.	Unidad	Unidad
50	4952	42295420-002	Balón para dilatación biliar vía endoscópica de dos vías, balón de 6 mm, catéter de 6,5 a 7 Fr. Y de 180 cm o más de largo.	Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.	Unidad	Unidad
51	6720	42295420-002	Balón para dilatación biliar vía endoscópica de dos vías, balón de 8 mm, catéter de 6,5 *a 7 Fr. Y de 180 cm o más de largo.*	Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.	Unidad	Unidad
52	6722	42295420-002	Balón para dilatación biliar vía endoscópica de dos vías, balón de 10 mm, catéter de 6,5 a 7 Fr. Y de 180 cm o más de largo.	Acepta guía 0,035". Descartable, estéril.	Unidad	Unidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Ind. Priscila Flor López
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

Además se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas presentadas:

- **CONSULTA N° 1:**

Con respecto a:

Sección II: Datas de la Licitación
IAO 11.1 (e) Presentación de Documentos Adicionales
Pto. 2 Muestras y Catálogos
"En caso de no presentar las muestras en el día de la Apertura, deberán ser presentadas en un plazo no mayor a 24 horas contados desde la Apertura..."

Consulta: Debido a la época de fin de año, un día feriado y aumento significante de los envíos aéreos por parte de los servicios de courier como el tiempo que requiere el despacho aduanero consultamos si el plazo para la entrega de muestras eventuales pendientes podría extenderse hasta una semana más después de la Apertura de las Ofertas. Para esas muestras faltantes, se presentaría una Declaración Jurada por la cual se compromete a entregar las mismas dentro del plazo extendido o esa prórroga solicitada influiría demasiado en la evaluación posterior de las ofertas?

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Base y Condiciones.

- **CONSULTA N° 2:**

Sección V: Programa de Suministro – 2. Especificaciones Técnicas
Ítem N° 5: Aguja para esclerosis endoscópica p/lesiones sangrantes 25G?

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- **CONSULTA N° 3:**

Ítem N° 21: Grapa quirúrgica; Caja por 50 unids.
Consulta: La presentación de las Grapas o "Clips" para Hemostasis anteriores fue cambiada. Ahora cada uno de los mismos se provee sellado y se presentan en cajas de 40 unidades.
Se puede ofertar las nuevas Grapas?
Cabe informar también que el modelo anterior que se solicita no es compatible con las Clípadoras Aplicadores que se proveído hace poco al Servicio de Endoscopia.

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- **CONSULTA N° 4:**

Ítem N° 27: Pinza p/ atrapar pólipos y/o cuerpos extraños, desechable.
Consulta: Se puede ofrecer también Pinzas reutilizables? Dada la poca cantidad que se pide?

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI B.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

- **CONSULTA N° 5:**

Ítems N° 28 y N° 29: Pinzas para la mucosa del tubo digestivo... *"Para canales de trabajo de 2,0 mm. y 180cm de largo"*

Consulta: Según nuestro conocimiento no existen endoscopios con canales de trabajo de 180cm. Favor indicar si las Pinzas son para ser utilizadas con (video-)colonoscopios o (video-)gastroscopios.

Ítems N° 28 y N° 29: Pinzas para la mucosa del tubo digestivo... *"Para canales de trabajo de 2,0 mm. y 180 cm. de largo.*

Consulta: Según nuestro conocimiento no existen endoscopios con canales de trabajo de 180 cm. Favor indicar si las Pinzas son para ser utilizadas con (video-)colonoscopios o (video)gastroscopio.

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- **CONSULTA N° 6:**

Sección V: Programa de Suministro – 3. Plan de Entregas.

Consulta: En el los *"Requisitos para la entrega del producto"* se indica que:

l.) *"EL ACTA DE RECEPCIÓN FINAL: será emitido dentro de los 30 días posteriores a la entrega de los productos al Dpto. de Administración de Suministros Médicos..."*

y

m.) *"Los pagos se realizarán por lo efectivamente entregado, contra presentación de la documentación exigida por la dependencia respectiva".*

En los CGC 16.1 "Condiciones de Pago" Pto. 5 se indica que uno de los Documentos exigidos para solicitar el pago es el *"Acta de recepción final y/o Constancia de Recepción de Suministro, debidamente firmadas por el/los Jefe/s de la dependencia que recibió los bienes y/o servicios".*

Consultamos si esto significa que en caso que se debe presentar ese "Acta de Recepción Final" para solicitar el pago, el plazo para el cobro podría ascender a 90 días y no a 60 días como lo menciona en el Pto. 16.4 de la C.G.C.?

Respuesta:

l.) Se aclara que el plazo máximo para emitir las Actas de Recepción Final al proveedor, una vez entregado el producto, es de 30 días, de no existir inconvenientes con la documentación o el producto entregado.

m.) El plazo para el pago, una vez presentada la documentación respectiva en mesa de entrada general del I.P.S. es de 60 días.

- **CONSULTA N° 7:**

Ítem N° 4 Aguja p/esclerosis endoscópica p/lesiones sangrantes 23 G, para canal de trabajo de 2,0 mm y 180 cm de largo. Catéter de teflón con cubierta de metal, reutilizable.

Consultamos o sugerimos admitan:

a) Aguja p/esclerosis endoscópica p/lesiones sangrantes 23 G, para canal de trabajo de 2,0 mm y 180 cm de largo, como mínimo (debido a que habemos en el mercado varias marcas con longitud de 200 cm).

b) Catéter de teflón con cubierta de metal, descartable y/o reutilizable (debido a que habemos en el mercado varias marcas de este insumo pero "Descartables").

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefe de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NORMA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- **CONSULTA N° 8:**

Ítem N° 5 Aguja para esclerosis endoscópica p/ lesiones sangrantes 25 G, p/canal de trabajo de 2,8 mm y 230 cm o más de largo Catéter de acero inoxidable flexible con punta metálica. Retractor de aguja automático en el mango.
Consultamos o sugerimos admitan:
a) Catéter de teflón con cubierta de metal (sin limitar específicamente a acero inoxidable).
b) Solicitamos admitan ofertas sin retradtor de aguja automático en el mango).

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- **CONSULTA N° 9:**

Ítem N° 11 CATETER PARA HEMOSTASIS: Catéter bipolar para hemostasis endoscópica de 7 Fr. Y 350 cm. de largo. Descartable.
Solicitamos acepten oferta de Catéter bipolar para hemostasis endoscópica de 7 Fr. Y 300 cm. de largo. Descartable (debido a que habemos en el mercado varias marcas con longitud de 300 cm).

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- **CONSULTA N° 10:**

Ítem 17: Endo Clip : Clip endoscópico de 12 mm. tipo tridente. Catéter de 7 Fr. Descartable, con su sistema de liberación.
Solicitamos admitan de 11 mm y con 2 patas reposicionables (sugerimos este cambio debido a que los clip de 2 patas reposicionables tienen la posibilidad (como su especificación lo indica "reposicionar las patas"), es decir, de realizar cierres y aberturas en varias oportunidades hasta conseguir la toma de la muestra. Lo que no siempre es posible con el de tipo tridente.

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- **CONSULTA N° 11:**

Ítem N° 20: Esfinterótomo para esfiterotomía endoscópica punta flexible. Precurvado, 3 lúmen para guía de 0,035" punta radiópaca con alambre de 20 mm recubierto en el extremo proximal, punta de 3 mm. Desechable.
Solicitamos admitan ofertas de este insumo con punta de 5 mm o de 3 mm como mínimo.

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- **CONSULTA N° 12:**

Ítem N° 25: Pinza para la mucosa del tubo digestivo : Pinza caliente p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo bajo sin estilete Para canales de trabajo de 2,8 mm. y entre 230 a 250 cm. de largo. Vía endoscópica. Reutilizable.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

Sugerimos se solicite este insumo, con las mismas especificaciones técnicas, pero cambiar por "descartables" en lugar de reutilizable (nos permitimos sugerir este cambio debido a que la diferencia en le precio es mínimo, y el insumo descartable garantiza la calidad de asepcia, ineludible para los procedimientos realizados con este insumo).

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- **CONSULTA N° 13:**

Ítem N° 28: Pinza para la mucosa del tubo digestivo: Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto con estilete, Para canales de trabajo de 2,0 mm. y 180 cm. de largo. Vía endoscópica.
Reutilizable
Solicitamos se acepte este ítem con las mismas especificaciones técnicas, pero aceptar que la longitud mínima sea 160 cm., y a la vez sugerimos se solicite "descartables" en lugar de reutilizable (nos permitimos sugerir este cambio debido a que la diferencia en le precio es mínimo, y el insumo descartable garantiza la calidad de asepcia, ineludible para los procedimientos realizados con este insumo).

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- **CONSULTA N° 14:**

Ítem N° 29: Pinza para la mucosa del tubo digestivo: Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete. Para canales de trabajo de 2,0 mm. y 180 cm. de largo. Vía endoscópica.
Reutilizable
Solicitamos se acepte este ítem con las mismas especificaciones técnicas, pero aceptar que la longitud mínima sea 160 cm., y a la vez sugerimos se solicite "descartables" en lugar de reutilizable (nos permitimos sugerir este cambio debido a que la diferencia en le precio es mínimo, y el insumo descartable garantiza la calidad de asepcia, ineludible para los procedimientos realizados con este insumo).

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- **CONSULTA N° 15:**

Ítem N° 30: Pinza para la mucosa del tubo digestivo: Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto sin estilete. Para canales de trabajo de 2,8 mm. y 180 cm. de largo. Vía endoscópica. Reutilizable.
Solicitamos se acepte este ítem con las mismas especificaciones técnicas, pero aceptar que la longitud mínima sea 160 cm., y a la vez sugerimos se solicite "descartables" en lugar de reutilizable (nos permitimos sugerir este cambio debido a que la diferencia en le precio es mínimo, y el insumo descartable garantiza la calidad de asepcia, ineludible para los procedimientos realizados con este insumo).

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

- **CONSULTA N° 16:**

Ítem N° 31: Pinza para la mucosa del tubo digestivo: Pinza p/biopsia de la mucosa del tubo digestivo alto con estilete, Para canales de trabajo de 2,8 mm. y 180 cm. de largo. Vía endoscópica. Reutilizable Solicitamos se acepte este ítem con las mismas especificaciones técnicas, pero aceptar que la longitud mínima sea 160 cm., y a la vez sugerimos se solicite "descartables" en lugar de reutilizable (nos permitimos sugerir este cambio debido a que la diferencia en le precio es mínimo, y el insumo descartable garantiza la calidad de asepcia, ineludible para los procedimientos realizados con este insumo).

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- **CONSULTA N° 17:**

Ítem N° 32: Set para Ligadura de Varices Esofágicas Vía Endoscópica. Con mango de ligador, 2 barriles universales para endoscopios de 9,5 a 13 mm, con 4 bandas por cada barril, catéter introductor y adaptador de irrigación.
Solicitamos se acepte este insumo con 4 o mas bandas. (Debido a que habemos en el mercado marcas con mas de 4 bandas y así tendremos posibilidad de concursar.)

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- **CONSULTA N° 18:**

Ítem N° 33 Set para Ligadura de Varices Esofágicas Vía Endoscópica Con mango de ligador, 2 barriles universales para endoscopios de 9,5 a 13 mm, con 6 bandas por cada barril, catéter introductor y adaptador de irrigación.
Solicitamos se acepte este insumo con 6 o más bandas. (Debido a que habemos en el mercado marcas más de 4 bandas y así tendremos posibilidad de concursar.)

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- **CONSULTA N° 19:**

Ítem N° 45: Dren esofágico autoexpansible semi-recubierto en puntas distales, de 25 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 8 cm de largo Incluye set introductor con mecanismo de control de liberación y recaptura. No estéril.
Solicitamos ampliar el rango de longitud, solicitando de 8 cm a 10 cm., además consultamos si aceptaran ofertas de este ítem sin el mecanismo de control de liberación y recaptura.

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- **CONSULTA N° 20:**

Ítem N° 46: Dren esofágico autoexpansible semi-recubierto en puntas distales, de 25 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 10 cm de largo Incluye set introductor con mecanismo de control de liberación y recaptura. No estéril.
Solicitamos ampliar el rango de longitud, solicitando de 10 cm a 12 cm., además consultamos si aceptaran ofertas de este ítem sin el mecanismo de control de liberación y recaptura.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila N. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.L.S

Abog. NORELIA MARTINENTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- **CONSULTA N° 21:**
Ítem N° 47: Dren esofágico autoexpansible semi-recubierto en punta proximal, de 25 mm de diámetro en los extremos, cuerpo 18 mm ó más y 9 a 10 cm de largo. Con válvula antireflujo.
Incluye set introductor con guía Savary - Guillard. No estéril.
Solicitamos ampliar el rango de longitud, solicitando de 9 cm a 15 cm.

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- **CONSULTA N° 22:**
Ítem N° 50: Balón para dilatación biliar vía endoscópica de dos vías, balón de 6 mm, catéter de 6,5 a 7 Fr. Y de 180 cm ó más de largo. Acepta guía 0,035" . Descartable, estéril.
Solicitamos ampliar el rango de medida del cateter de 5,8 a 7 Fr.

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- **CONSULTA N° 23:**
Ítem N° 51: Balón para dilatación biliar vía endoscópica de dos vías, balón de 8 mm, catéter de 6,5 a 7 Fr. Y de 180 cm ó más de largo.
Acepta guía 0,035" . Descartable, estéril.
Solicitamos ampliar el rango de medida del catéter de 5,8 a 7 Fr.

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- **CONSULTA N° 24:**
Ítem N° 52: Balón para dilatación biliar vía endoscópica de dos vías, balón de 10 mm, catéter de 6,5 a 7 Fr. Y de 180 cm ó más de largo. Acepta guía 0,035" . Descartable, estéril.
Solicitamos ampliar el rango de medida del catéter de 5,8 a 7 Fr.

Respuesta:
Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social