ACLARACIÓN Nº 2

LPN Nº 005/2017 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO – EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT. – ID Nº 330.679.-

A continuación las consultas realizadas por potenciales oferentes y las respuestas por parte de los Técnicos responsables de los bienes solicitados:

CONSULTA Nº 1. EL ÍTEM Nº 3 "MICROSCOPIO TRINOCULAR": Se puede ofertar un microscopio trinocular con iluminación halógena y revolver con 4 objetivos (4x, 10x, 40x y 100x)?
RESPUESTA: Requerimos que el equipo sea con iluminación LED. Es factible ofertar un microscopio trinocular con iluminación LED, y el revolver puede ser de 4 objetivos (4x, 10x, 40x y 100x), como ha consultado.

CONSULTA Nº 2. EL ÍTEM Nº 4 "LUPA ESTEREOSCÓPICA": Se puede ofertar una lupa estereoscópica de aumentos desde 20x a 40x?
RESPUESTA: El aumento requerido es desde 10x, sin embargo el límite máximo puede variar entre 40x a 80x.

CONSULTA Nº 3. EL ÍTEM Nº 11 "INCUBADORA": favor aclarar si el rango de temperatura debe ser, ambiente +5° a 99 °C, ya que encontrar una incubadora desde 5°C sería más difícil de encontrar en el mercado y el precio muy elevado.
RESPUESTA: La temperatura mínima puede variar entre 5°C a 20°C. La temperatura máxima tiene que alcanzar 99.9°C.

CONSULTA Nº 4. EL ÍTEM Nº 17 "AGITADOR ORBITAL": Se puede ofertar un agitador orbital de dimensiones de plataforma de 350 x 350 mm? Favor aclarar para que tamaño de Erlenmeyer deben ser los sujetadores.
RESPUESTA: Se requiere una mayor superficie de plataforma, según se especifica en el PBC. No obstante en lo referente a los sujetadores, se aclara que deben ser para erlenmeyer de 125 ml, 250 ml y 500 ml, correspondientes a medidas estándar para este tipo de equipo.

Abog. Ariel R.T. Velázquez O.
Jefe de la Unidad
Operativa de Contrataciones

Unidad Operativa de Contrataciones
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción