ADENDA Nº 02

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 6/19 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y DESCARTABLES VARIOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS" - ID Nº 366.862

Por la presente, se deja constancia de que se procedió a modificar los plazos de Tope de Consulta, Fecha de entrega de Ofertas y Fecha de Apertura de Ofertase en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contratacionespublicas.gov.py)

MODIFICACIÓNES EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCIÓN III. ESPECIFICACIONES TECNICAS; Quedando de la siguiente manera

ESPECIFICACIONES TECNICAS MODIFICADAS DEL EQUIPO AUTOMATIZADO EN COMODATO Y LO SOLICITADO COMO SOPORTE.

LOTE N° 15 - EQUIPOS INTEGRADOS DE QUÍMICA, ELECTROLITOS E INMUNOLOGÍA.

PARA REACTIVOS DE ANÁLISIS CLINICOS

Equipo analizador nuevo o con un MAXIMO de utilización de 5 años en el mercado en Comodato. Con método de detección Fotométrico, Potencio métrico y Turbidimétrico **Y DE QUIMIOLUNINISCENCIA**; que cumpla con los requerimientos mínimos de desempeño necesarios para el laboratorio.

Los equipos deben contar con Manual de Instrucciones en idioma español o traducido al español si estuviere en otro idioma.

El equipo debe aceptar una amplia gama de contenedores de muestra con sistema abierto de carga y descarga de los mismos, gradilla universal autoajustable a cualquier tipo de tubo, con copas de muestra adaptables y tubos de fondo, pipeteo con poco volumen de muestra y pediátricas.

Capacidad de procesamiento inmediato de urgencias y máxima flexibilidad en la priorización de repeticiones, pruebas condicionadas y rutina, garantizando una óptima secuencia de pipeteo. Con sistema de detección de coágulos, e insuficiencia de volumen. Sistema de Lectura de códigos de barra de muestras y reactivos. Capacidad de procesar muestras de suero, plasma, orina, y LCR.

Procesar mínimo **800** determinaciones/hora de parámetros de Química Clínica, y un mínimo de **800** Electrolitos/hora (Na, K y Cl). Imprescindible la integración del Inmunoanálisis y el análisis de Química Clínica en la misma plataforma, sin un tercer equipamiento de integración, con gran capacidad de consolidación analítica.

Sistema de control con ordenador con un monitor, pantalla a color, teclado, ratón e impresora,

con software intuitivo y de fácil manejo. Debe suministrar los calibradores y control de calidad Externo e Interno. Conexión y transferencia de la información de los equipos auto analizadores al sistema de gestión de laboratorio.

El sistema debe permitir el registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes).

Los equipos deben estar en condiciones para ser usados con voltaje 220 V AC.
Deberá contar con los accesorios y/o complementos pertinentes para que puedan soportar posibles variaciones de voltaje (UPS).

Servicio técnico deberá realizar los mantenimientos periódicos, preventivos, correctivos y predictivos. El tiempo de respuesta dentro del horario de trabajo del laboratorio, de hasta 60 minutos desde el llamado a la empresa y con personal calificado.

Los gastos y costos por servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y de reparación son responsabilidad del proveedor.

La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor quien deberá efectuar una prueba de funcionamiento en presencia del responsable del área.

En el caso de fallas técnicas del equipo adjudicado, el proveedor deberá garantizar el procesamiento de las determinaciones realizadas en el equipo reemplazando con otro equipo con las mismas especificaciones.

ESTE LOTE DEBE INCLUIR SOFTWARE DE GESTION DEL LABORATORIO O EL MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE YA EXISTENTE EN EL LABORATORIO ASI COMO TAMBIEN LA PROVISION DE TUBOS CON GEL SEPARADOR DE MUESTRA Y DE LOS REACTIVOS CONSUMIBLES REQUIRIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PROVISION DEL EQUIPO EN IGUAL CANTIDAD QUE LAS DETERMINACIONES SOLICITADAS, HASTA QUE TERMINEN LOS REACTIVOS DE LA LICITACION

• SOPORTE
- Una centrifuga macro de 48 tubos fijos o más incluyendo mantenimiento periódico.
- Impresoras para código de barra y tickets adhesivos para el mismo.
- Impresora láser, tóner y Resma de hojas en cantidades acorde a las validaciones.
- Ambiente de trabajo necesario para puesta en marcha del Equipo Analizador.
(Instalación eléctrica, Aire acondicionado)

OBSERVACION:
Se abonara solo por las Determinaciones validadas, remitidas por el Sistema de Gestión del Laboratorio, avalado por el encargado del Servicio y el Director de la institución, sin considerar controles y calibraciones.-
Los equipos en comodato deberán permanecer en la institución hasta la utilización total de los reactivos adjudicados.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

CARLOS MARÍA COLMÁN ROJAS
My DCEM - Jefe Dpto. UOC CF Nº 5