ADENDA N° 3

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 40/2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MÉDICOS VARIOS – PLURIANUAL -ID N° 385947.

Asunción, 09 de noviembre de 2020

Señores
OFERENTES
Presente

El Departamento de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad al Art. 22, Ley N° 2051/03, procede a efectuar ENMIENDAS al Pliego de Bases y Condiciones.
Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y, por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

1) MODIFÍQUESE, en el SICP (Sistema de Información de las Contrataciones Públicas), las Etapas y Plazos en las fechas de: Apertura de Propuestas, Cierre de Propuestas, Inicio de Etapa Competitiva, Fecha de Entrega Física, Fecha de Apertura Física.

2) MODIFÍQUESE en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), *apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS,* numeral 1. Especificaciones Técnicas, lo siguiente:

ÍTEM 22 LASER PARA LITOTRIPSIA

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	A INDICAR POR EL OFERENTE
1	**Equipo de litotricia LÁSER, para el tratamiento endoscópico de cálculos, así como tejidos blancos**	
1.2	Marca:	
1.3	Origen:	
1.4	Año de Fabricación:	
1.5	Certificados de Calidad: CE, TÜV, ISO 13485, FDA, JIS, al menos dos. Especificar la norma	
2	**Componentes.**	
2.1	**Sistema de litotricia LÁSER de holmio**	
2.1.1	Sistema láser para el tratamiento de cálculos vesicales, uretrales y renales, así como para la apertura de estenosis y la ablación de tumores	
2.1.2	Potencia de 30W **o mayor**	
2.1.3	Tipo de láser: Holmio: YAG Láser	
2.1.4	Longitud de onda: 2.0um **o mayor**	
2.1.5	Energía: 8J máximo	
2.1.6	Duración de impulso: 90 a 95- 1500 a 2000us	
2.1.7	Reconocimiento automático de las fibras.	
2.1.8	Potencia de salida con regulación automática	
2.1.9	Portátil	
2.1.10	Sistema de refrigeración integrado y silencioso, con intercambiador de calor agua/aire	
2.1.11	Piloto láser verde.	
2.1.12	Peso **no mayor** a 45 kg.-	
2.1.13	Capacidad de uso con fibras descartables y reutilizables	
2.1.14	Posibilidad de elegir **como mínimo** 3 modos de impulso, según el tratamiento a realizar	
2.1.15	Pantalla táctil FULL HD de 5" como mínimo	
2.1.16	Para utilizar con endoscopios rígidos, semirrígidos y flexibles, existentes en el Hospital de Policía Rigoberto Caballero.	
2.2	**Accesorios**	
2.2.1	1 Cable de red	
2.2.2	1 Interruptor monopedal	
2.2.3	1 Set de llaves	
2.2.4	1 Dispositivo de bloqueo por control remoto o botón de emergencia.	
2.2.5	3 Gafas de protección Ho: YAG LÁSER, 2080nm a 2100nm.	

POLICÍA NACIONAL

ADENDA N° 3

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 40/2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MÉDICOS VARIOS – PLURIANUAL -ID N° 385947.

2.2.6	Intercambiador de Iones (en caso que el equipo lo requiera)	
2.2.7	1 Set de fibras reutilizables que incluya: 3 Fibras de entre 200 y 280 µm, reutilizable 3 Fibras de 365 µm, reutilizable 3 Fibras de 600 µm, reutilizable	
2.2.8	1 Set para separación o corte/pelar de Fibra, esterilizable, que incluya: Almohadilla de silicona, Bisturí de cerámica , Separadores/pelador para fibra .	
2.2.9	1 Bandeja quirúrgica para la limpieza y el almacenamiento de las fibras	
2.2.10	UNIDAD MOVIL ACORDE A LAS MEDIDAS Y DIMENSIONES DEL EQUIPO OFERTADO, CON 4 RUEDAS, AL MENOS DOS DE ELLAS CON FRENOS, CON MULTIPLES ENCHUFES, CON al menos dos cajoneras y ruedas con diametro mínimo de 150 mm. (Opcional)	

ÍTEM 24 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

CAMA DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA.		
Especificaciones Técnicas	Cumple SI/NO	Parámetros del Oferente
Marca:		
Origen:		
Modelo:		
Año de Fabricación:		
Certificados de Calidad: CE, TÜV, ISO 13485, FDA, JIS, al menos 2. Especificar cual norma:		
Descripción: Cama de internación eléctrica, articulada.		
Que soporte un peso de 240 Kg como mínimo.		
Superficie metálica con enlace flexible.		
Cabecera superior e inferior en plástico PP		
Barandas en plástico PP		
Estructura en acero		
Al menos 5 funciones		
Batería de respaldo no inferior a 50hs.		
Controles en las barandas con teclado de membrana resistente y/o pantalla Touch Screen.		
Controles de enfermera con teclado de membrana resistente y/o pantalla Touch Screen		
Dimensiones aproximadas:		
Medidas del sector paciente: **Largo: 190 cm o más.** **Ancho: 80 cm o más.**		
Dimensiones totales: **Longitud total 235 cm o menos.** **Ancho total 1150 cm o menos.**		
Ruedas antiestáticas o conductivas de 12 a 15 cm de diámetro, al menos 2 de ellas con frenos y/o freno centralizado		
Que permita dar las siguientes posiciones eléctricamente		
Sección de espalda que cubra el rango de 0 a 65º como mínimo.		
Sección de rodilla que cubra en el rango 0º a 40º como mínimo		
Altura ajustable: **Altura máxima: 70cm o más.** **Altura mínima: 55cm o menos.**		
Función CPR con botón de reinicio		
Posibilidad de colocar el atril portasueron en cualquiera de las esquinas, con receptáculos para ello		
La cama deberá estar recubierto y protegido con plástico ABS		
Voltaje: 110/220V – 50760Hz		
Accesorios (por cada equipo)		
Colchón de 10 cm de espesor como mínimo, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego. De la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo		

ADENDA N° 3

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 40/2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MÉDICOS VARIOS – PLURIANUAL -ID N° 385947.

Dos soportes para bolsa de drenaje		
1 atril porta suero ajustable		
Batería de no menos de 50hs de duración		

Obs.: Los requisitos no modificados en esta Adenda quedan invariables.

POLICIA NACIONAL

IGNACIA BRITEZ DE MORENO
Subcomisario INTD
Jefa Interina - Departamento UOC.