REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

SNPP
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 14/16

ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS PARA EL SNPP

ID N° 313.740

ADENDA N° 02

CARLOS ESTIBEN BENITEZ
Director Interino U.O.C.
SNPP

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

Asunción, 30 de junio de 2016

El Servicio Nacional de Promoción Profesional - SNPP, comunica a las empresas interesadas en participar del llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 14/16 "ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS PARA EL SNPP" ID 313.740**, a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas (Art. 4° de la Ley N° 2051/03), la siguiente modificación:

Pliego de Bases y Condiciones

Se modifica la Sección I. Datos de la Licitación (DDL) en los siguientes puntos:

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** **SOLAMENTE MEDIANTE NOTA INGRESADA POR MESA DE ENTRADA DE LA UOC**, la dirección de la Convocante es: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL Atención: **C.P. CARLOS ESTIBEN BENITEZ** Dirección: Molas López N° 480 e/ Tte. Cirilo Gill y Thomas Isasi. Ciudad: Asunción, Paraguay Telefax: 605 490 int. 8195 **La fecha y hora límites para realizar consultas es: 6 de julio de 2016 hasta las 09:00 hs.**
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas,** la dirección de la Convocante es: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL Atención: CARLOS ESTIBEN BENÍTEZ Dirección: Molas López N° 480 e/ Tte. Cirilo Gill y Thomas Isasi. Número del Piso/Oficina: 1er. Piso, Oficina de la UOC. Ciudad: ASUNCION, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **13 de julio de 2016** Hora: **08:00 a.m.**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL Dirección: Molas López N° 480 e/ Tte. Cirilo Gill y Thomas Isasi. Número de Piso/Oficina Primer piso oficina UOC. Ciudad: Asunción, Paraguay Fecha: **13 de julio de 2016** Hora: **08:10 a.m.**

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CARLOS ESTIBEN BENÍTEZ
Director Interino U.O.C.
SNPP

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad; aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

Se modifica la Sección III. Suministros Requeridos, en el siguiente punto:

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANT.	U.M.	PRESENTACION
1	42172101-001	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)	15	UNIDAD	UNIDAD

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MONITOR	
Tipo:	LCD con lectura de ECG
BATERÍA NO RECARGABLE	
Tipo:	Litio
Capacidad (Batería nueva):	Min. 60 descargas
Duración (Después de la inserción):	4 años mínimo
PADS	
Con acelerómetro:	Opcional
Duración de los pads:	3 años o más desde la fecha de manufactura
ALMACENAMIENTO DE DATOS	
Memoria:	50min. Mínimo de datos ECG y maniobra de RCP
Grabación de voz:	Opcional
Exportación de Datos:	Los datos se deben exportar a PC con software gratuito para la lectura de ECG.
Comando de voz:	Audio en español, con comandos de ayuda en la Resucitación Cardiopulmonar.
Forma de Onda:	Bifásica
Descarga:	A través de electrodos de pads.
MODO DEA	
Salida de Energía:	De acuerdo a la impedancia del paciente (adulto, pediátrico).
Nivel de Energía:	Hasta 200J
Series de descarga:	Opcional
Configuración estándar:	De acuerdo a protocolos internacionales
	Cumple 2015 AHA e ILCOR Líneas Guía.
AUTO-PRUEBAS AUTOMATIZADAS Y ACTIVADAS POR EL USUARIO	
Pruebas automáticas diarias:	Debe poseer un mecanismo de prueba circuito interno, sistema de carga de Energía/Entrega y pads.
Inserción de la batería/ Pruebas de usuario:	Sobre la inserción de la batería, extensas pruebas automáticas e interactivo con el usuario comprueban la disponibilidad del dispositivo.
Indicadores:	Debe poseer un indicador de funcionamiento

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL — UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

CARLOS ROLDÁN BENITEZ
Director Interino U.O.C.
SNPP

	advirtiendo cuando la unidad no está funcional.
Garantía:	Cinco (5) años como mínimo en servicios y partes contra defectos de fábrica otorgado por el CAS.
Instalación:	Deberá ser instalado en las Oficinas del SNPP, sito. En Avda. Molas López N° 480. Se deberá proveer un gabinete con alarma sonora y luz destellante en caso de apertura del mismo.
Capacitación:	La firma adjudicada deberá capacitar a funcionarios del SNPP, acerca del uso y funcionamiento del equipo y un curso básico de Resucitación Cardio Pulmonar (RCP) de por lo menos dos (2) horas.
Mantenimiento:	El equipo debe ser libre de todo tipo de mantenimiento por un período de 5 años.
Protección contra polvo y agua:	IP55 o mayor.

OBSERVACIONES: Los bienes deberán ser proveídos e instalados por parte de la firma adjudicada, en las oficinas del Servicio Nacional de Promoción Profesional, ubicada en la Avda. Molas López N° 480.-

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PERMANECEN INVARIABLES E INALTERABLES.----------

C.P. CARLOS ESTIBEN BENITEZ
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay
Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py