PAC Nº: 301.517.-

NOTA ACLARATORIA No. 03/2016

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2016 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/2014" PLURIANUAL,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES, SEGÚN CONSULTAS DE LOS POSIBLES OFERENTES:

CONSULTA 1:

Ítem 32: Malla de polipropileno para hernia: se puede ampliar el rango a +-5cm?

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones
Se solicita:

Malla de polipropileno para Hernia	Malla de polipropileno (Redes poliméricas), inerte, tamaño de poros de 1,5 mm. Con líneas radiopacas. Tamaño: 30 x 30 cm.

CONSULTA 2:

Plazo de entrega: se puede aumentar a 60 días corridos a partir de la recepción de la orden de compra por parte del oferente similar a la LPN 63/14, teniendo en cuenta que no tenemos previsibilidad de la fecha que emitirán las órdenes y las importaciones demoran al menos 60 días.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

CONSULTA 3

Vencimiento: ¿Podría ser no inferior a 12 (doce) meses?

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

CONSULTA 4

Ítem 27: kits de aparato respirador

Circuito para ventilador no invasiva pre escolar (entre 2 a 6 años) con mascara naso bucal, tubos corrugados, adaptadores universales Arnés, Tipo Bipap. Los tubos corrugados deben ser autoclavables y reutilizables. Podrán ser ofertados tubos corrugados de silicona u otro material cuya composición este aprobada para este tipo de insumo. Las máscaras deben ser siliconadas. Los circuitos de ventilación no invasivas para preescolares tienen que ser como 2 ramas, con sistema de calefacción y humidificación. Se podrá ofertar naso bucal o cara total con codo anti asfixia y puerto de fuga. Se trata de equipos reusables y esterilizables por óxido de etileno.

1- En relación al circuito autoclavables están solicitando con rama calentada y eso es volver a utilizar como el pasado, de que las enfermeras estén desarmando y armando los hilos calentadores, donde podrían poner en riesgo su salud por posibles infecciones que podrían tener al desarmar los circuitos, por lo tanto solicitamos puedan ser descartable con sistema de hilo calefacción y cámara humidificadora autollenable
2- Por otro lado al ser el circuito reutilizable los precios referenciales no se ajustan al precio del mercado, por lo tanto solicitamos que se amplíen su referencial en caso de ser circuitos reusables.
3- No queda claro el producto a ofertar (mascara) porque solicitan naso bucal o cara total, teniendo estas dos distintos usos y por lo tanto una máscara es más económica que la otra, favor reconsiderar que para ese tamaño de paciente sea el total cara la máscara solicitada por el oferente, porque es la que da mayor comodidad al paciente en el momento del uso
4- Toda estas mascaras vienen libre de a pirógeno por lo tanto no vienen estériles pero si son reutilizables.

RESPUESTA:

El kit debe ser con sistema de calefacción y humidificación adecuados reusables y con mascara nasobucal. Deben ser esterilizables por óxido de etileno y reutilizables. Ajustarse a precio referencial.

CONSULTA 5

Ítem 28: kits aparato respirador

Circuito para ventilación no invasivaescolares (entre 6 y 12 años) con mascara nasobucal, adaptadores universales arnés, tipo bipap, los tubos corrugados deben ser autoclavables y reutilizables. Podrán ser ofertados tubos corrugados de silicona u otro material cuya composición este aprobada para este tipo de insumo. Las mascara deben ser siliconadas. Para escolares deben ser con 2 ramas para uso en ventiladores convencionales con sistema de calefacción y humificación, con codo anti asfixia, puerto de fuga y mejor con codos diferentes que permitan la nebulización. Deben ser reusables y esterilizables con óxido de etileno.

1- En relación al circuito autoclavables están solicitando con rama calentada y eso es volver a utilizar como el pasado, de que las enfermeras estén desarmando y armando los hilos calentadores, donde podrían poner en riesgo su salud por posibles infecciones que podrían tener al desarmar los circuitos, por lo tanto solicitamos puedan ser descartable con sistema de hilo calefacción y cámara humidicadora autollenable
2- Por otro lado al ser el circuito reutilizable los precios referenciales no se ajustan al precio del mercado, por lo tanto solicitamos que se amplíen su referencial en caso de ser circuitos reusables.
3- Toda estas mascaras vienen libre de a pirógeno por lo tanto no vienen estériles pero si son reutilizables

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

RESPUESTA:
El kit debe ser con sistema de calefacción y humidificación adecuados reusables y con mascara nasobucal. Deben ser esterilizables por óxido de etileno y reutilizables. Ajustarse a precio referencial

CONSULTA 6

Ítem 29: kits de aparato respirador

Circuito para ventilación no invasiva adulto con mascara naso bucal tubos corrugados, adaptadores universales arnés, tipo bipap, los tubos corrugados deben ser autoclavables y reutilizables. Podrán se ofertados tubos corrugados de silicona u otro material cuya composición este aprobada para este tipo de insumo. Las mascara deben ser siliconadas. Para escolares deben ser con 2 ramas para uso en ventiladores convencionales con sistema de calefacción y humificación, con codo anti asfixia, puerto de fuga y mejor con codos diferentes que permitan la nebulización. Deben ser reusables y esterilizables con óxido de etileno.

1- En relación al circuito autoclavables están solicitando con rama calentada y eso es volver a utilizar como el pasado, de que las enfermeras estén desarmando y armando los hilos calentadores, donde podrían poner en riesgo su salud por posibles infecciones que podrían tener al desarmar los circuitos, por lo tanto solicitamos puedan ser descartable con sistema de hilo calefacción y cámara humidicadora autollenable
2- Por otro lado al ser el circuito reutilizable los precios referenciales no se ajustan al precio del mercado, por lo tanto solicitamos que se amplíen su referencial en caso de ser circuitos reusables.
3- Toda estas mascaras vienen libre de a pirógeno por lo tanto no vienen estériles pero si son reutilizables.

RESPUESTA:
El kit debe ser con sistema de calefacción y humidificación adecuados reusables y con mascara nasobucal. Deben ser esterilizables por óxido de etileno y reutilizable. Ajustarse a precio referencial

CONSULTA 7

Ítem 30: kits de aparato respirador

Circuito para ventilación no invasiva lactante. Con mascara naso bucal, tubos corrugados, adaptadores universales, arnés, tipo bipap, para lactantes debe ser con 2 ramas para uso en ventiladores convencionales con sistema de calefacción u humidificación con codo anti asfixia, puerto de fuga y mejor con codos diferentes que permitan la nebulización. Deben ser reusables y esterilizables con óxido de etileno.

1- En relación al circuito autoclavables están solicitando con rama calentada y eso es volver a utilizar como el pasado, de que las enfermeras estén desarmando y armando los hilos calentadores, donde podrían poner en riesgo su salud por posibles infecciones que podrían tener al desarmar los circuitos, por lo tanto solicitamos puedan ser descartable con sistema de hilo calefacción y cámara humidicadora autollenable
2- Por otro lado al ser el circuito reutilizable los precios referenciales no se ajustan al precio del mercado, por lo tanto solicitamos que se amplíen su referencial en caso de ser circuitos reusables.
3- Favor reconsiderar para este tamaño de paciente que la máscara sea total cara, porque es la que da mayor comodidad al paciente en el momento del uso.
4- Toda estas mascaras vienen libre de a pirógeno por lo tanto no vienen estériles pero si son reutilizables.

RESPUESTA:
Puede ofertarse con máscaras nasobucal o mascara total cara. Deben ser con sistema de calefacción y humidificación adecuados y reutilizables.

Asunción, 14 de julio de 2016

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.