Asunción, 26 de setiembre de 2014

Señores
Participantes de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 21/2014
"Adquisición de Cajas de Instrumental para Cirugías"
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la Aclaración N° 2:

Consulta N° 1:
Ítem 1. Caja de Cirugía de Trasplante.
Ley 2051/03 Artículo 20, Inciso w que menciona "Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza especifica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante".

Solicitamos ampliar el rango de los instrumentales a +- 3mm.
***Respuesta:** Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Son instrumentales de alta precisión a utilizarse en procedimientos muy complejos y delicados (trasplante de órganos), por lo que se requieren medidas específicas con una variación mínima.*

Favor Aclarar a modo de identificar detalladamente a que se refiere "Filtros de barrera con discos de laberintos reutilizables"
***Respuesta:** Se refiere a que la tapa de la Caja contenedora cuente con filtros de barrera con disco en forma de laberinto reutilizables, con mango de agarre.*

Consulta N° 2:
Ítem 2. Caja de Cirugía de Alta Complejidad.
Ley 2051/03 Artículo 20, Inciso w que menciona "Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza especifica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante".

Solicitamos ampliar el rango de los instrumentales a +- 3mm.
***Respuesta:** Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Son instrumentales de alta precisión a utilizarse en procedimientos muy complejos y delicados (cirugía de reparación del hígado), por lo que se requieren medidas específicas con una variación mínima.*

Favor Aclarar a modo de identificar detalladamente a que se refiere "Filtros de barrera con discos de laberintos reutilizables"

Respuesta: *Se refiere a que la tapa de la Caja contenedora cuente con filtros de barrera con disco en forma de laberinto reutilizables, con mango de agarre.*

Consulta N° 3:
Ítem 3. Caja de Cirugía de Trasplante.
Ley 2051/03 Artículo 20, Inciso w que menciona "Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante".

Solicitamos ampliar el rango de los instrumentales a +- 3mm.
Respuesta: *Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Son instrumentales de alta precisión a utilizarse en procedimientos muy complejos y delicados (trasplante de hígado), por lo que se requieren medidas específicas con una variación mínima.*

Favor Aclarar a modo de identificar detalladamente a que se refiere "Filtros de barrera con discos de laberintos reutilizables"
Respuesta: *Se refiere a que la tapa de la Caja contenedora cuente con filtros de barrera con disco en forma de laberinto reutilizables, con mango de agarre.*

Consulta N° 4:
Ítem 4. Caja de Cirugía de Alta Complejidad.
Ley 2051/03 Artículo 20, Inciso w que menciona "Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante".

Solicitamos ampliar el rango de los instrumentales a +- 3mm.
Respuesta: *Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Son instrumentales de alta precisión a utilizarse en procedimientos muy complejos y delicados (Cirugía hepática), por lo que se requieren medidas específicas con una variación mínima.*

Favor Aclarar a modo de identificar detalladamente a que se refiere "Filtros de barrera con discos de laberintos reutilizables"
Respuesta: *Se refiere a que la tapa de la Caja contenedora cuente con filtros de barrera con disco en forma de laberinto reutilizables, con mango de agarre.*

Consulta N° 5:
Ítem 5. Caja de Cirugía de Trasplante.
Ley 2051/03 Artículo 20, Inciso w que menciona "Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del

contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante".

Solicitamos ampliar el rango de los instrumentales a +- 3mm.
***Respuesta:** Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Son instrumentales de alta precisión a utilizarse en procedimientos muy complejos y delicados (Trasplante renal), por lo que se requieren medidas específicas con una variación mínima.*

Favor Aclarar a modo de identificar detalladamente a que se refiere "Filtros de barrera con discos de laberintos reutilizables"
***Respuesta:** Se refiere a que la tapa de la Caja contenedora cuente con filtros de barrera con disco en forma de laberinto reutilizables, con mango de agarre.*

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarle(s) muy atentamente.

C.P. LILIAN SUAREZ
JEFA INTERINA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA