INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Nº 83/10

"Adquisición de Películas Radiográficas y otros Insumos Radiológicos para el IPS"
AD REFERENDUM EJERCICIO 2011"

ACLARACION N° 1

AÑO 2011

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 83/10
"Adquisición de Películas Radiográficas y otros Insumos Radiológicos para el IPS"
AD REFERENDUM EJERCICIO 2011

ACLARACION Nº 1

Asunción, 16 de Febrero de 2011.

Con relación a la Licitación Pública Nacional Nº 83/10 "Adquisición de Películas Radiográficas y otros Insumos Radiológicos para el IPS" - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011", se aclaran los siguientes puntos según consultas presentadas por los oferentes:

CONSULTA Nº 1
PBC – Sección V. Programa de Suministros, Punto 3: Plan de Entregas. Respecto a cantidades máximas: Es para nosotros claro que será solicitado de acuerdo a necesidad y disponibilidad de espacio en Stock de A.S.M., con plazos de entrega 60 días a partir de la orden. Consultamos: Las órdenes para la provisión de las cantidades máximas deberán ser emitidas (en caso necesario), después de los 180 días de la firma del contrato o en caso que la necesidad sea en un plazo menor a 180 días, podrían emitir órdenes de entrega antes de ese plazo?

RESPUESTA
Las órdenes de entrega por las cantidades máximas serán emitidas una vez emitidas la totalidad de las órdenes correspondientes a las cantidades mínimas, se estima que las mismas serán emitidas después de los 180 días.

CONSULTA Nº 2:
Ítems Nº 7, 8, 9, 10 y 11, en los que solicitan CHASSIS CON PATALLA REFORZADORA Radiológico, con pantalla reforzadora para placa verde. Liviana de plástico y con ventana, fondo verde. SOLICITAMOS: se amplíen las características admitiendo Chassis de aluminio liviano con esquinas plásticas reforzadas y/o Chassis de Plásticos, cualquier de ambos materiales con ventana, fondo verde, etc. Ésta solicitud se debe a que solo un proveedor fabrica Chassis de plástico y los demás fabricantes lo confeccionan en aluminio. De esa forma se podrá dar lugar a participar a la mayor cantidad de oferentes.

RESPUESTA
ITEM Nº 7: **CHASIS CON PANTALLA REFORZADORA Radiológico:** CHASIS 35 cm x 35 cm. Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de **plástico**, con ventana, fondo verde.

ITEM Nº 8: **CHASIS CON PANTALLA REFORZADORA Radiológico:** CHASIS 18 cm x 24 cm. Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de **plástico** y con ventana, fondo verde.

ITEM Nº 9: **CHASIS CON PANTALLA REFORZADORA Radiológico:** CHASIS 30 cm x 40 cm. Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de **plástico** y con ventana, fondo verde.

ITEM Nº 10: **CHASIS CON PANTALLA REFORZADORA Radiológico:** CHASIS 35 cm x 43 cm. Radiológico, con pantalla reforzadora, para placa verde, Liviana, de **plástico** y con ventana, fondo verde.

ITEM Nº 11: **CHASIS CON PANTALLA REFORZADORA, PARA MAMOGRAFÍA** 18 X 24 CM. CON VENTANA, PARA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE.

Las ofertas deberán ajustarse a las especificaciones arriba mencionadas para cada ítem conforme al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA Nº 3:
Ítem Nº 12: Guantes de látex plomado. Consultamos: Los guantes de látex plomados solicitados son los utilizados en cirugía (plomados) que luego se descartan, o son los guantes plomados para protección en radiología?

RESPUESTA
Los guantes de Látex Plomado solicitados son los Guantes de Protección utilizados para Radiología.

CONSULTA Nº 4:
Ítems 7 al 11: CHASIS CON PANTALLA REFORZADORA
En cuanto a las especificaciones técnicas, se requiere PLASTICO, se pueden cotizar los ítems mencionados con CHASIS DE ACERO LIGERO?, el cual constituye el material tradicional en la fabricación de chasis.

RESPUESTA
Favor remitirse a la Respuesta de la Consulta Nº 2.