LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N°01/2011
"Adquisición de Equipos de Salud y Laboratorio" ID 219.067

<u>ADENDA 01/11</u>

1- En la Sección III – Suministros Requeridos – Lista de Bienes

Item 2: se ha modificado en el Sistema (WEB) el resumen del bien a adquirir coincidiendo con lo detallado en el PBC.

2- Item 6: Manómetro con Fluxómetro donde dice:

6	MANOMETRO CON FLUXOMETRO	***Características Físicas****:* *Manómetros de oxigeno con Flujometro y humidificador.* *Regulador con Flujometro:* ***Características y Capacidades*** *Manómetro: Para oxigeno medicinal, con conector tipo, CGA-540 o cúpula para conexión tuerca o similar, con salida a 90° para conexión directa de vaso humidificador estándar* *Estructura: de Bronce Cromado, presión de entrada ajustable* *Rango manómetro vacío (Vacuometro) 0 – 4.500 Psi o 0- 300bar.* *Flujometro: Cúpula acrílica con bolita oscilante* *Rango del Flujo 0-15 Lt por minuto* *Escala de Flujo 1 Lt/pm* *Bolita metálica Oscilante para indicar Flujo* *Aplicaciones:* *Utilizados para el control y medición de flujo de oxígeno, con escala en litros por minuto, en conexión para cilindro y Flujometro con salida de humidificador, utilizado para dosificar en litros por minuto, suministro de oxígeno al paciente, vía nasal.* *En usos generales y pediátricos.* ***Accesorios:*** *Estructura: de Bronce Cromado, presión de entrada ajustable* *Rango manómetro vacío (Vacuometro) 0 – 4.500 Psi o 0- 300bar.* *Flujometro: Cúpula acrílica con bolita oscilante* *Servicios:* *Fabricación acorde a normas internacionales de calidad.*

Item 6: Lo correcto es

6	FLUXOMETRO	***Características Físicas**:* *Fluxometro* *Regulador con Flujometro:* ***Características y Capacidades*** *Flujometro: Cúpula acrílica con bolita oscilante debe tener:* *Manómetro: Para oxigeno medicinal, con conector tipo, CGA-540 o cúpula para conexión tuerca o similar, con salida a 90° para conexión directa de vaso humidificador estándar* *Estructura: de Bronce Cromado, presión de entrada ajustable* *Rango manómetro vacío (Vacuometro) 0 – 4.500 Psi o 0- 300bar.* *Rango del Flujo 0-15 Lt por minuto* *Escala de Flujo 1 Lt/pm* *Bolita metálica Oscilante para indicar Flujo* *Aplicaciones:* *Utilizados para el control y medición de flujo de oxígeno, con escala en litros por minuto, en conexión para cilindro y Flujometro con salida de humidificador, utilizado para dosificar en litros por minuto, suministro de oxígeno al paciente, vía nasal.* *En usos generales y pediátricos.* *Estructura: de Bronce Cromado, presión de entrada ajustable* *Rango manómetro vacío (Vacuometro) 0 – 4.500 Psi o 0- 300bar.* *Flujometro: Cúpula acrílica con bolita oscilante* *Servicios:* *Fabricación acorde a normas internacionales de calidad.*

Asunción, 01 de agosto del 2011

SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS "SEME"

Lic. RUBÉN ACHA BASALIK
Administrador
Serv. de Emergencias Medicas Extrahospitalarias
SEME - M.S.P. Y B.S