San Lorenzo, 15 de Noviembre del 2018

Señores
Participantes de la LCO N° 29/2018
"ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODINAMIA 2018-2019"
ID N° 353.169.
Presente

El Departamento de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la ***Adenda N° 3:***

Se modifica el Sistema de Adjudicación y la Lista de Precios en el SICP.

Se modifican los siguientes puntos del Pliego de Bases y Condiciones, quedando de la siguiente manera:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Ítem	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida
1	Alambre guía	ALAMBRE GUIA 0,014. PUNTA "J", de 180cm (+- 2) de longitud con núcleo de Nitinol, Estéril, Descartable. Politetrafluoroetileno (PTFE)	Unidad	Unidad
2	Alambre guía	ALAMBRE GUIA 0,014. RECTA DE TIPO INTERMEDIO, de 180cm (+- 2) de longitud con núcleo de Nitinol, Estéril, Descartable. hidrofilica.	Unidad	Unidad
3	Dispositivo de Insuflación para Balón de Angioplastia	Insuflador para angioplastia con KIT de: CONECTOR en Y provisto de válvula hemostática, y accesorios de inserción de guía y rotador. Paquete individual estéril.	Unidad	Unidad
4	Catéter balón	CATETER BALON coronario para predilatacion, de intercambio rápido DE 1,5 MM (+-2 mm) DE DIAMETRO x 15 MM (+-2 mm) DE LONGITUD. Semi Complaciente con Eje de plástico rígido resistente al kinkeo. Revestimiento hidrofilico duradero, perfil de entrada a la lesión desde 0,43mm, perfil de entrada a la lesión 0,40 mm, perfil de cruce hasta 0,80 mm	Unidad	Unidad
5	Catéter balón	CATETER BALON coronario para predilatacion, de intercambio rápido DE 2,0 MM (+-2 mm) DE DIAMETRO X 20 MM (+- 2mm) DE LONGITUD. Semi Complaciente con Eje de plástico rígido resistente al kinkeo. Revestimiento hidrofilico duradero, perfil de entrada a la lesión desde 0,43mm, perfil de entrada a la lesión 0,40 mm, perfil de cruce hasta 0,80mm	Unidad	Unidad
6	Catéter balón	CATETER BALON coronario para predilatacion, de intercambio rápido DE 2,5 MM DE DIAMETRO X 20 MM (+- 2mm) DE LONGITUD. Semi Complaciente con Eje de plástico rígido resistente al kinkeo. Revestimiento hidrofilico duradero, perfil de entrada a la lesión desde 0,43mm, perfil de entrada a la lesión 0,40 mm, perfil de cruce hasta 0,80 mm	Unidad	Unidad
7	Catéter balón	CATETER BALON coronario para predilatacion, de intercambio rápido DE 2,5 MM DE DIAMETRO X 15 MM (+- 2mm) DE LONGITUD. Semi Complaciente con Eje de plástico rígido resistente al kinkeo. Revestimiento hidrofilico duradero, perfil de entrada a la lesión desde 0,43mm, perfil de entrada a la lesión 0,40 mm, perfil de cruce hasta 0,80 mm	Unidad	Unidad
8	Stent	Stent BMS 2,5 mm x 24mm.(+ - 2 mm) Aleación de Cromo- cobalto o cromo-platino, montado sobre balón semi complaciente e intercambio rápido, Bajo perfil de entrada.	Unidad	Unidad
9	Stent	Stent BMS 2,75 mm x 18 mm (+-2mm). Aleación de Cromo -cobalto o cromo-platino, montado sobre balón semi complaciente e intercambio rápido. Bajo perfil de entrada.	Unidad	Unidad
10	Stent	Stent BMS 2,75 mm x 28 mm (+-2mm). Aleación de Cromo -cobalto o cromo-platino, montado sobre balón semicomplaciente e intercambio rápido, Bajo perfil de entrada.	Unidad	Unidad
11	Stent	Stent BMS 3,0 mm x 18 mm (+-2mm) Aleación de Cromo- cobalto o cromo-platino, montado sobre balón semicomplaciente e intercambio rápido, Bajo perfil de entrada.	Unidad	Unidad

Lic. Liz Raquel Duarte
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

12	Stent	Stent BMS 3,5 mm x 18 mm (+-2mm) Aleación de Cromo- cobalto o cromo-platino, montado sobre balón semi complaciente e intercambio rápido, Bajo perfil de entrada.	Unidad	Unidad
13	Stent Medicado	Stent Medicado 2,5 mm x 18 mm (+-2mm) Aleación de Cromo Cobalto o Cromo Platino con recubrimiento abluminal-gradiente tanto de la droga (LIMUS) como del polímero (BIODEGRADABLE) montado sobre balón semi complaciente de alta presión. . Aprobado por la FDA o CE. Capacidad de entrega de la droga en la arteria **rango entre** 30 a 140 días	Unidad	Unidad
14	Stent Medicado	Stent Medicado 2,75 mm x 18 mm (+-2mm) Aleación de Cromo Cobalto o Cromo Platino con recubrimiento abluminal-gradiente tanto de la droga (LIMUS) como del polímero (biodegradable) montado sobre balón semi complaciente de alta presión. Aprobado por la FDA o CE. Capacidad de entrega de la droga en la arteria **rango entre** 30 a 140 días	Unidad	Unidad
15	Stent Medicado	Stent Medicado 3,00 mm x 18 mm (+-2mm) Aleación de Cromo cobalto o cromo platino con recubrimiento abluminal-gradiente tanto de la droga (LIMUS) como del polímero (BIODEGRADABLE) montado sobre balón semi complaciente de alta presión. Aprobado por la FDA o CE. Con capacidad de entrega de la droga en la arteria **rango entre** 30 a 140 días.	Unidad	Unidad
16	Stent Medicado	Stent Medicado 3,00 mm x 28 mm (+-2mm) Aleación de Cromo Cobalto o Cromo Platino con recubrimiento abluminal-gradiente tanto de la droga (LIMUS) como del polímero (BIODEGRADABLE) montado sobre balón semi complaciente de alta presión. Aprobado por la FDA o C:E. Capacidad de entrega de la droga en la arteria **rango entre** 30 a 140 días	Unidad	Unidad
17	Stent Medicado	Stent Medicado 3,50 mm x 18 mm (+-2mm) Aleación de Cromo cobalto o cromo platino con recubrimiento abluminal-gradiente tanto de la droga (LIMUS) como del polímero (BIODEGRADABLE) montado sobre balón semi complaciente de alta presión. Aprobado por la FDA o CE. Capacidad de entrega de la droga en la arteria **rango entre** 30 a 140 días	Unidad	Unidad
18	Stent Medicado	Stent Medicado 3,50 mm x 28 mm (+-2mm) Aleación de Cromo cobalto o cromo platino con recubrimiento abluminal-gradiente tanto de la droga (LIMUS) como del polímero (BIODEGRADABLE) montado sobre balón semi complaciente de alta presión. Aprobado por la FDA o CE. Capacidad de entrega de la droga en la arteria **rango entre** 30 a 140 días.	Unidad	Unidad

Vencimiento de los productos: será exigida 12 a 18 meses a partir de la fecha de recepción del bien para los ítems del 8 al 18 (stent y stent medicado).

2. Plan de Entrega (Bienes)

Ítem	Descripción del bien	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad 2018	Cantidad 2019	Cantidad total	CRONOGRAMA 2018	CRONOGRAMA 2019
1	Alambre guía	Unidad	Unidad	4	16	20	4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR	16 UNIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
2	Alambre guía	Unidad	Unidad	5	17	22	5 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR	17 UNIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
3	Dispositivo de Insuflación para Balón de Angioplastia	Unidad	Unidad	7	43	50	7 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR	43 UNIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

Lic. Liz Raquel Duarte
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

4	Catéter balón	Unidad	Unidad	3	7	10	3 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR	7 UNIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
5	Catéter balón	Unidad	Unidad	3	7	10	3 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR	7 UNIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
6	Catéter balón	Unidad	Unidad	3	7	10	3 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR	7 UNIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
7	Catéter balón	Unidad	Unidad	3	5	8	3 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR	5 UNIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
8	Stent	Unidad	Unidad	3	4	7	3 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR	4 UNIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
9	Stent	Unidad	Unidad	4	6	10	4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR	6 UNIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
10	Stent	Unidad	Unidad	2	5	7	2 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR	5 UNIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
11	Stent	Unidad	Unidad	2	5	7	2 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR	5 UNIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

Lic. Liz Raquel Duarte
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

12	Stent	Unidad	Unidad	2	5	7	2 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR	5 UNIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
13	Stent Medicado	Unidad	Unidad	2	12	14	2 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR	12 UNIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
14	Stent Medicado	Unidad	Unidad	2	10	12	2 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR	10 UNIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
15	Stent Medicado	Unidad	Unidad	2	10	12	2 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR	10 UNIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
16	Stent Medicado	Unidad	Unidad	2	10	12	2 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR	10 UNIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
17	Stent Medicado	Unidad	Unidad	2	5	7	2 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR	5 UNIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
18	Stent Medicado	Unidad	Unidad	2	5	7	2 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR	5 UNIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarle(s) muy atentamente.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Dpto. de Contrataciones Públicas