CONSULTAS- ACLARACIONES

CONSULTA 1

Item 96: Aparato de presión aneroide, debe ser un brazal para adulto o pediatría. Favor aclarar

RESPUESTA: Se solicita brazal para adultos

CONSULTA 2

Item 109 y 110: Conexión para infusión parenteral de 2 y 4 vías, la cantidad solicitada es correcta? Favor aclarar.

RESPUESTA: Si es correcta la suma solicitada

CONSULTA 3

Item 139: Hilo de Nylon Nº 3/0 con aguja 3/8 circulo triangular de 19mm, podrían emitir un margen +- 1 para esta medida de aguja? Debido a que la medida normalmente utilizada es de 20mm

RESPUESTA Si se podra adminitir ofertas que varien en +/- 1mm

CONSULTA 4

Item 164: Papel para electrocardiografía en pliegue 90mm x 30 metros, la medida no está correcta. Podrían decirnos para qué marca de equipo y modelo es, para poder identificar exactamente la medida del papel

RESPUESTA:

CONSULTA 5

Item 92: La presentación es en Zig zag o en rollos?

RESPUESTA:Indistintamente se podran ofertar rollos o en zig zag

CONSULTA 6

Item 153-154: La constante puede ser 118,0 ?

RESPUESTA: No se podran ofertar alternativas diferentes a lo solicitado en el PBC.

CONSULTA 7

Item 118: Esparadrapo, adhesión fuerte (Tela adhesiva de adhesión fuerte) 7,5 cm x 4,5mts. Como mínimo. Consulta: En caso de que se ofertare Esparadrapo, adhesión fuerte (tela

CONSULTAS- ACLARACIONES

adhesiva de adhesión fuerte) 7,5 cm x 9,10 mts. El método de evaluación de las ofertas se realizara por metro de longitud? Dado que este producto será de precio superior al de 7,5 cm x 4,5 mts.

RESPUESTA: Se tendra en cuenta el metraje en la evaluación

CONSULTA 8

Del listado de Insumos:

Item 86 "Aguja hipodérmica descartable 18G, estéril, libre de pirógeno de 2"" **CONSULTA**: Se podrá ofertar aguja descartable 18G x 1 ½"?

RESPUESTA: Si se podra ofertar de 18 G x 1 1/2

CONSULTA 9

Item 100 "Campo adhesivo quirúrgico filtransparente adhesivo y esterilizado en fábrica de 15 a 20 x 25 a 30" **CONSULTA**: Se podrá ofertar campo adhesivo quirúrgico de 35 x 35?. Si la respuesta es afirmativa, favor ampliar los rangos de las especificaciones solicitadas

RESPUESTA: No se podrá ofertar alternativas distintas a lo solicitado en el PBC.

CONSULTA 10

Item 107 "Cinta adhesiva hipoalergénica de 7,5cm x 4,5mt" **CONSULTA**: Se podrá ofertar cinta de 7,5cm x 9,1mt?

RESPUESTA: Si se podra ofertar dicha medida

CONSULTA 11

Item 129, 130, 131 "Guante de procedimiento grande, mediano, pequeño, de látex resistente, irrompible en la prueba de la calza" **CONSULTA**: Favor aclarar si la cantidad solicitada corresponde a cajas o unidades.

RESPUESTA: La cantidad solicitada se refieren a unidades

CONSULTA 12

Item 132, 133 "Guante quirúrgico Nº 8, Nº 7 1/2 , de látex natural, espesor de 0,2 a 0,3mm, antideslizante, óptima sensibilidad, en pares, irrompible en la prueba de la calza" **CONSULTA**: Favor aclarar si la cantidad solicitada corresponde a pares o unidades.

RESPUESTA: La cantidad solicitada refiere a unidades

CONSULTA 13

Item 148 "Jeringa desechable 1ml plástico, con aguja incorporada fija, libre de pirógenos, émbolo extremo distal de goma, graduado en centésimas de unidades" **CONSULTA**: Se podrá ofertar jeringa de 1ml con aguja 27,5G ½?.

CONSULTAS- ACLARACIONES

RESPUESTA: Si se podra ofertar aguja incorporada de 27,5 G 1/2

CONSULTA 14

Item 173 "Tapa boca con filtro respirador para material particulado MOD N95" **CONSULTA**: Favor aclarar si la cantidad solicitada corresponde a cajas o unidades.

RESPUESTA: Se refiere a unidades

CONSULTA 15

Item 175 "Testigos de esterilización para autoclave, tiras de calor húmedo, 121º con viraje color" **CONSULTA**: Favor aclarar si la cantidad solicitada corresponde a cajas o unidades.

RESPUESTA: Se refiere a unidades

CONSULTA 16

Item 92: Algodón Hidrófilo. Paquete Mínimo de 250grs. Consulta: Se refiere a Algodón hidrófilo 100% zigzag x 250grs?

RESPUESTA: Se podrán ofertar indistintamente en zigzag e rollo mínimo por 250 gr

CONSULTA 17

En la planilla de precios no figura Marca ni Procedencia, favor indicar sise deben agregar estas columnas?

RESPUESTA: Si se debe agregar Marca y Procedencia ya que es necesaria la información para la comunicación de adjudicación a la DNCP.

CONSULTA 18

Favor confirmar si lo solicitado es Acido Poliglicolico 8/0 para oftalmología? Solicitamos esta aclaración porque en la descripción aparecen 3 medidas diferentes.

RESPUESTA: No es para uso oftalmológico

CONSULTAS- ACLARACIONES

CONSULTA 19

Item 153; 154 y 155: Lentes Intraoculares: A fin de dar mayor oportunidad a potenciales oferentes solicitamos tengan a bien permitir la cotización de Lentes intraoculares con Constante 118,2

RESPUESTA No se podrán ofertar alternativas diferentes a lo solicitado en el PBC.

CONSULTA 20

Item 170: Sonda Vesical:Debe ser el 100% de la superficie revestida en silicona o el 100% de la composición del material, preguntamos debido a la gran diferencia de precio entre una y otra

RESPUESTA: se podra ofertar material siliconado

CONSULTA 21

Item 175: Tiras Testigo para Esterilización: Son 2000 cajas por Unidad o 2000 Unidades

RESPUESTA Se refiere a unidades

CONSULTA 22

CONSULTA	Item	Código de Catalogo	Descripción del dispositivo	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de medida	Cantidad	CONSULTA A LAS EETT DEL PBC	RESPUESTA
22.1	82	42191501-001	Aerocamara	aerocamara espaciadora multivalvular Pediátrico con mascara desmontable, libre de látex, lavable, reusable.	Unidad	Unidad	500	**Podrian aclarar, si solicitan camaras espaciadoras o multivalvulares, ya que las multivalvulares, son las unicas que permiten el aprovechamiento del medicamento el 100%, y con mascaras desmontables de silicona, libre de latex, lavables, reusables y con dispositivos de alarma?**	**Se podran presentar con camaras espaciadoras o multivalvulares**

CONSULTAS- ACLARACIONES

22.2	83	42191501 -001	Aerocamara	aerocamara espaciadora Adulto con mascara desmontable, libre de látex, lavable, reusable.	Unidad	Unidad	500	**Podrian aclarar, si solicitan camaras espaciadoras o multivalvulares, ya que las multivalvulares, son las unicas que permiten el aprovechamiento del medicamento el 100%, y con mascaras desmontables de silicona, libre de latex, lavables, reusables y con dispositivos de alarma?**	**Se podran presentar con camaras espaciadoras o multivalvulares**
22.3	92	42312301 -001	algodón hidrofilo	Paquete minimo de 250 grs	Paquete	Unidad	44.000	**Podrian aclarar si el tipo de algodón solicitado, es libre de impurezas, y con 250 grm, neto, sin el carton y sin envase?**	**Es libre de impureza 250 grs Neto**
22.4	97	42181501 -001	Baja Lenguas	descartable de madera, de bordes lisos que no dañen los tejidos durante su uso.Tamaño estandar	Unidad	Unidad	3.750	**Solicitan esteril o no esteril**	**No esteril**
22.5	102	42221504 -003	Cateter intravenoso periferico	N° 18 G de resina de poliuretano - biomaterial - radiopaco, esteril que permita flujos iguales o mayores a 35ml/min, con bisel biangulado y trifacetato, hemocompatible, tromboresistente, termosensible	Envase esteril individual	Unidad	33.500	**La EETT del cateter no es la correcta al decir flujos iguales o mayores a 35ml/min ya que esa EETT corresponde al cateter n°22,entonces se puede ofertar cateteres con flujos iguales o mayores a 100ml/min?**	**Se podrán ofertar catéteres con flujos iguales o mayores a 100 ml/min**
22.6	136	42312201 -006	Hilo Para Sutura De Nylon	N° 10-0 c/aguja curva espatulada doble armado x 30 cm aproxm, C/ Aguja Lanceolada	Envase esteril individual	Unidad	750	**Hilo Para Sutura De Nylon Doble armado se refiere a sutura en forma de lazo de 30 cm? Es con una sola aguja?**	**Solo se podrán ofertar lo solicitado en el PBC. Es 2 agujas**
22.7	137	42312201 -007	Hilo Para Sutura De Seda	N° 8 - 0 C/ aguja, curva D19 espatulada doble armado x 30 cm - USO OFTALMOLOGICO	Envase esteril individual	Unidad	15	**Hilo Para Sutura De Seda Doble armado se refiere a sutura en forma de lazo de 30 cm? Es con una sola aguja?**	**Solo se podrán ofertar lo solicitado en el PBC.**
22.8	138	42312201 -007	Hilo Para Sutura De Seda	N° 4 - 0 C/ aguja, curva espatulada doble armado x 30 cm aprox - USO OFTALMOLOGICO	Envase esteril individual	Unidad	30	**Hilo Para Sutura De Seda Doble armado se refiere a sutura en forma de lazo de 30 cm? Es con una sola aguja?**	**Solo se podrán ofertar lo solicitado en el PBC. 2 agujas**
22.9	140	42312201 -005	Hilo para sutura poliglactina	n° 1 Multifilamento trenzado sintético absorbible hecho de Acido Poliglicólico y revestido, USP 8/0 (0.4 métrico) a USP 2 (5 métrico)	Envase esteril individual	Unidad	20.500	**Hilo para sutura poliglactina La referencia USP 8/0 a USP 2, se refiere a distintos tipos de calibre? Podrían por favor asignar las cantidades para cada tipo de calibre?**	**Se podran ofertar indistintamente según los rangos solicitados.**
22.10	146	42142609 -001	Jeringa desechable con aguja	5 ml. Plástico, c/ aguja desmontable 21 G x 1 1/2, libre de pirógenos, c/ rosca, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 0,5 ml.	Envase estéril individual	Unidad	109.500	**podrian aclarar, si la seguridad de no contaminacion en un envase de papel grado medico, es el que uds. Solicitan?**	**Papel grado medico**

CONSULTAS- ACLARACIONES

22.11	147	42142609 -001	Jeringa desechable con aguja	5 ml. Plástico, c/ aguja desmontable 21 G x 1 , libre de pirógenos, c/ rosca, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 0,5 ml.	Envase estéril individual	Unidad	75	**podrian aclarar, si la seguridad de no contaminacion en un envase de papel grado medico, es el que uds. Solicitan?**	**Papel grado medico**
22.12	148	42142609 -001	Jeringa desechable con aguja	1 ml, plastico c/aguja incorporada fija, lbre de pirogenos, embolo extremo distal de goma, graduado en centecimas de unidades	Envase estéril individual	Unidad	28.500	**podrian aclarar, si la seguridad de no contaminacion en un envase de papel grado medico, es el que uds. Solicitan?**	**Papel grado medico**
22.13	149	42142601 -001	Jeringa desechable con aguja	10ml, plastico c/aguja desmontable 21G x 1 1/2, libre de pirogenos, sin rosca, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 0,5 ml	Envase esteril individual	Unidad	35.050	**podrian aclarar, si la seguridad de no contaminacion en un envase de papel grado medico, es el que uds. Solicitan?**	**Papel grado medico**
22.14	150	42142609 -001	Jeringa desechable con aguja	3 ml. Plástico, c/ aguja desmontable 23 G x 1 , libre de pirógenos, c/ rosca, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 0,5 ml.	Envase esteril individual	Unidad	78.725	**podrian aclarar, si la seguridad de no contaminacion en un envase de papel grado medico, es el que uds. Solicitan?**	**Papel grado medico**