# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE 55/18
# "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL IPS"

## ADENDA N° 4

Asunción, 03 de diciembre de 2018.

**AL OFERENTE:**

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 55/18 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL IPS", ID N° 337.626,** informamos que se realizan los siguientes cambios en el Pliego de Bases y Condiciones:

1. ***En la Sección III. Suministros Requeridos, punto 1. Especificaciones Técnicas, queda de la siguiente manera:***

| ÍTEM | CÓDIGO | N° DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PRESENTACION. | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10643 | 41123403-002 | **EQUIPO MACROGOTERO:** EQUIPO PARA SUERO DE INFUSION IV. MACROGOTERO | Calibrado a 20 gotas/ml, espiga con protector, con cámara de goteo transparente para la visualización de la infusión y filtro de aire y de partículas, regulador de goteo rotatorio. Puerto de inyección lateral no compatible con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnética y otros). Conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector. Fabricado en PVC grado médico, libre de látex y DEHP, tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos. Con mecanismo de detención automático del líquido a infundir durante el llenado de la tubuladura, sin manipulación del regulador de goteo ni apertura de la conexión próxima al paciente. Longitud 180 cm ( +- 20cm), medición longitud de la tubuladura desde bajo la cámara de goteo hasta conexión próxima al paciente. El equipo debe contener inserto un protector para espiga a ser utilizado culminada la fluidoterapia, a fin de evitar accidentes durante la eliminación o trasporte de los desechos. | Unidad | Unidad |
| 2 | 2351 | 42291613-011 | **PICO DE ELECTROBISTURI:** PICO PARA ELECTROBISTURÍ | Adaptable a Eq. Valleylab Forceps II con cable y mango,descartable.- | Unidad | Unidad |
| 3 | 2444 | 42142502-006 | AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR 20G x 3" a 3 1/2". | Estéril desechable. Equivale a 91 mm x 7,62 cm | Unidad | Unidad |
| 4 | 7255-1 | 42231502-006 | SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL: SONDA NASOYEYUNAL 12 FR. | Estéril, material poliuretano, 125 a 140 cm. de longitud, mandril y oliva de Tunsgteno. Set completo c/ guía standard y adaptador universal | Unidad | Unidad |
| 5 | 9172 | 42294713-001 | **OXIGENADOR A MEMBRANA CAPILAR:** OXIGENADOR DE FIBRAS HUECAS CON RESERVORIO RÍGIDO NEONATAL ADAPTABLE A LA MAQUINA IC 4 , CON SU BANDEJA Y SOPORTE. | Policarbonato, polipropileno microporoso. Flujo sanguíneo Mín: 0,1 L/min; Máx: 1,5 L/min. Conector de entrada sanguínea (desde la bomba) 1/4" (6,4 mm). Conector de salida sanguínea 1/4" (6,4 mm). Prime c/ 45 a 50 ml, reservorio venoso 1.200 ml. | kit | Unidad |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blas Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

2. ***En la Sección III. Suministros Requeridos, se agrega el punto 5. Muestras para la Evaluación de Ofertas:***

## 5. MUESTRAS PARA LA EVALUACION DE OFERTAS

| ÍTEM | CÓDIGO | Nº DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD REQUERIDA PARA MUESTRAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10643 | 41123403-002 | **EQUIPO MACROGOTERO:** EQUIPO PARA SUERO DE INFUSION IV. MACROGOTERO | Calibrado a 20 gotas/ml, espiga con protector, con cámara de goteo transparente para la visualización de la infusión y filtro de aire y de partículas, regulador de goteo rotatorio. Puerto de inyección lateral no compatible con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnética y otros). Conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector. Fabricado en PVC grado médico, libre de látex y DEHP, tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos. Con mecanismo de detención automático del líquido a infundir durante el llenado de la tubuladura, sin manipulación del regulador de goteo ni apertura de la conexión próxima al paciente. Longitud 180 cm ( +- 20cm), medición longitud de la tubuladura desde bajo la cámara de goteo hasta conexión próxima al paciente. El equipo debe contener inserto un protector para espiga a ser utilizado culminada la fluidoterapia, a fin de evitar accidentes durante la eliminación o trasporte de los desechos. | 1 |
| 2 | 2351 | 42291613-011 | **PICO DE ELECTROBISTURI:** PICO PARA ELECTROBISTURÍ | Adaptable a Eq. Valleylab Forceps II con cable y mango,descartable.- | 1 |
| 3 | 2444 | 42142502-006 | AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR 20G x 3" a 3 1/2". | Estéril desechable. Equivale a 91 mm x 7,62 cm | 1 |
| 4 | 7255-1 | 42231502-006 | SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL: SONDA NASOYEYUNAL 12 FR. | Estéril, material poliuretano , 125 a 140 cm. de lo ngitud, mandril y oliva de Tunsgteno.Set completo c/ guía s tandard y adaptador universal | 1 |
| 5 | 9172 | 42294713-001 | **OXIGENADOR A MEMBRANA CAPILAR:** OXIGENADOR DE FIBRAS HUECAS CON RESERVORIO RÍGIDO NEONATAL ADAPTABLE A LA MAQUINA IC 4, CON SU BANDEJA Y SOPORTE. | Policarbonato, polipropileno microporoso. Flujo sanguíneo Mín: 0,1 L/min; Máx: 1,5 L/min. Conector de entrada sanguínea (desde la bomba) 1/4" (6,4 mm). Conector de salida sanguínea 1/4" (6,4 mm). Prime c/ 45 a 50 ml, reservorio venoso 1.200 ml. | 1 |

3. ***En la Sección III. Suministros Requeridos, se agrega el punto 6. Muestras Control de Calidad para la Recepción de Insumos Adjudicados:***

## MUESTRAS CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECEPCION DE INSUMOS ADJUDICADOS

| ÍTEM | CÓDIGO | Nº DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD REQUERIDA PARA MUESTRAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10643 | 41123403-002 | **EQUIPO MACROGOTERO:** EQUIPO PARA SUERO DE INFUSION IV. MACROGOTERO | Calibrado a 20 gotas/ml, espiga con protector, con cámara de goteo transparente para la visualización de la infusión y filtro de aire y de partículas, regulador de goteo rotatorio. Puerto de inyección lateral no compatible con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnética y otros). Conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector. Fabricado en PVC grado médico, libre de látex y DEHP, tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos. Con mecanismo de detención automático del líquido a infundir durante el llenado de la tubuladura, sin manipulación del regulador de goteo ni apertura de la conexión próxima al paciente. Longitud 180 cm ( +- 20cm), medición longitud de la tubuladura desde bajo la cámara de goteo hasta conexión próxima al paciente. El equipo debe contener inserto un protector para espiga a ser utilizado culminada la fluidoterapia, a fin de evitar accidentes durante la eliminación o trasporte de los desechos. | N/A |
| 2 | 2351 | 42291613-011 | **PICO DE ELECTROBISTURI:** PICO PARA ELECTROBISTURÍ | Adaptable a Eq. Valleylab Forceps II con cable y mango,descartable.- | N/A |
| 3 | 2444 | 42142502-006 | AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR 20G x 3" a 3 1/2". | Estéril desechable. Equivale a 91 mm x 7,62 cm | N/A |
| 4 | 7255-1 | 42231502-006 | SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL: SONDA NASOYEYUNAL 12 FR. | Estéril, material poliuretano , 125 a 140 cm. de lo ngitud, mandril y oliva de Tunsgteno.Set completo c/ guía s tandard y adaptador universal | N/A |
| 5 | 9172 | 42294713-001 | **OXIGENADOR A MEMBRANA CAPILAR:** OXIGENADOR DE FIBRAS HUECAS CON RESERVORIO RÍGIDO NEONATAL ADAPTABLE A LA MAQUINA IC 4 , CON SU BANDEJA Y SOPORTE. | Policarbonato, polipropileno microporoso. Flujo sanguíneo Mín: 0,1 L/min; Máx: 1,5 L/min. Conector de entrada sanguínea (desde la bomba) 1/4" (6,4 mm). Conector de salida sanguínea 1/4" (6,4 mm). Prime c/ 45 a 50 ml, reservorio venoso 1.200 ml. | N/A |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blas Roberto Núñez
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES