CIRCULAR ACLARATORIA N°1

Asunción, 31 de julio de 2012

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL RESTRINGIDA PARAGUAY - ESPAÑA

LPI MEC–FPE 03/2012

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA AULAS TEMATICAS
AD REFERENDUM
PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA POR EDUCACIÓN PARAGUAY-ESPAÑA

<u>Consultas y Aclaraciones:</u>

Consulta 1
Lote 2- Microscopio digital
La resolución en mega píxeles, ¿Puede ser de 1.3?.

Respuesta 1
Remitirse a la Adenda 1

Consulta 2

En el punto 3.2 de la sección V - Suministros requeridos solicitan que los bienes lleven la impresión del logo del proyecto, en algunos bienes como las pipetas y los escobillones no es factibles realizar la impresión. ¿Este logo podría ir impreso en el empaque de los productos?

Respuesta 2:
La impresión del logo exigido según se expresa en el ítem 3.2 LOGO – ESTETICA podrá estar en el envase de plástico del kit solicitado.

Consulta 3
En la Pág. 109 del PBC mencionan que los productos deben presentarse en empaques plásticos con las cantidades detalladas en la planilla que figura en esa pagina. ¿Consultamos si aceptarían empaques de cartón?.

Respuesta 3:
Las cantidades y elementos deberán contener el ENVASE DE ALMACENAJE DE PLASTICO para cada KIT de laboratorio. No se aceptarán envases de almacenaje de otro tipo de material.

Consulta 4
¿El precio de las ofertas presentadas no deberá tener el valor del IVA agregado?

Respuesta 4:
El precio de las ofertas presentadas no deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). – SECCION II. DATOS DE LA LICITACION. C. Preparación de Ofertas. IAO 14.6.

Consulta 5
Quisiéramos saber si hay que hacer un poder notarial legalizado ante el Consulado de Paraguay para nuestro representante o únicamente valdría una autorización emitida por nosotros.

Respuesta 5

No se requiere legalización ante el Consulado de Paraguay del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de licitación, tampoco que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes, de acuerdo al Anexo A, de la Sección I. Instrucciones a los Oferentes.

Consulta 6
Aclarar las **cantidades correctas** de cada ítem. Por ejemplo, en el tubo de ensayo, en las páginas 48 y 60 de los pliegos, se dice que son requeridos 14.400 tubos de ensayo (900 kits de 16 tubos cada uno), mientras que en las páginas 60 y 109 se dice que son requeridos 10.800 tubos de ensayo (900 kits de 12 tubos de ensayo).

Respuesta 6
La cantidad de tubos de ensayo que deberá contener cada Kits es de **12 unidades**, que deberá totalizar 10.800 tubos de ensayo.

Consulta 7
¿El origen de los bienes a ofertar debe ser español o se admiten bienes de cualquier nacionalidad?

Respuesta 7
Los bienes podrán ser de cualquier origen, siempre y cuando cumplan con las Especificaciones Técnicas Mínimas requeridas.

Consulta 8
¿Qué se entiende por **vaso de Berling**? ¿Son equivalentes a vasos de precipitado?

Respuesta 8
Los vasos de Berling son equivalentes a los vasos de precipitado.

Consulta 9
En cuanto al ítem Nº 21 **Envase almacenaje**, ¿Cuál será su uso? Deberán ir adentro colocados algunos de los otros ítemes requeridos en la licitación?

Respuesta 9
El uso que se dará al ENVASE DE ALMACENAJE, es el de contener todos los ítems a excepción del microscopio.

Consulta 10
En cuanto a las **pipetas**, ítemes 4, 5 y 6, dicen las bases que deben tener marcado en negro las graduaciones. De acuerdo a la norma DIN 12695, cada pipeta debe tener el marcado de las graduaciones en un color determinado, y aquí se pide en negro. ¿Qué criterio se debe aplicar en el caso de la presente licitación?

Respuesta 10

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 11
En la página 112, mencionan acerca del **"Logo – Estética"**. ¿Debe aparecer el logo + texto "Programa de Conversión de Deuda por Educación Paraguay – España, Ministerio de Educación y Cultura" en todos los itemes? Por favor, expliquen el procedimiento a seguir, pues en algunos itemes resulta prácticamente imposible colocar el logo + el texto por no existir espacio para ello, como por ejemplo en los tubos de ensayo, en las pipetas, en las láminas/laminillas de microscopio, en los bordes de la placa Petri, en el mango de la lupa de mano, en el vidrio reloj, en los escobillones, etc.

Respuesta 11
Remitirse a la Respuesta 1.

Consulta 12
Lote 1- Ítem 15 Gradilla para Tubos: De metal revestido de pintura epoxi. Será aceptado uno de aluminio sin revestimiento?

Respuesta 12

Serán aceptadas Gradillas para tubos siempre que sean de material metálico no corrosivo o con protección anti corrosiva.

Consulta 13
Si las muestras y catálogos de los equipos a ser licitados deben ser presentados junto con la presentación de la oferta o después cuando lo soliciten.

Respuesta 13
Las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta.

Consulta 14
La garantía de mantenimiento de la oferta deber ser del 3% o del 5% del monto de la oferta.

Respuesta 14
Conforme a lo establecido en la Sección I- Instrucciones a los oferentes, Punto 18 del Pliego de Bases y Condiciones**.**

Consulta 15
Si el cronograma de entrega debe ser presentado con la presentación de la oferta después de la adjudicación.

Respuesta 15
Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 16
Si el microscopio portátil puede ser de resolución en Mega píxeles 1.3 o solamente 1.5.

Respuesta 16
Remitirse a la Adenda 1.

Consulta 17
En este sentido, me permito solicitar una ampliación del plazo para la entrega de los materiales por las siguientes razones:

1.- el tiempo para la fabricación en el país de origen de las cantidades solicitadas se estima en 45 días.
2.- La travesía Barcelona/Asunción lleva aproximadamente 45 fías pues todos sabemos de los inconvenientes que tenemos como país mediterráneo.
3.-La entrega a las distintas Escuelas lo calculamos en 45 días aproximadamente siempre y cuando tengamos buen tiempo.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos que el plazo para la entrega de los materiales a ser adjudicados es extienda a 150 días partir de la firma del contrato y recepción de la Orden de Compra.

Respuesta 17

Remitirse a la Adenda 1

Consulta 18

LOTE 1:

Qué cantidad se solicita en el ítem 1 “Tubos de Ensayo”?

-En la página 48 se solicitan 14.400 Unid.
-En la página 60 se solicitan 10.800 Unid.
-En la página 99 se solicitan 10.800 Unid.
-En la página 109 se solicitan 10.800 Unid.

Respuesta 18

Remitirse a la Respuesta 5

Consulta 19

LOTE 1:

Que cantidad se solicita en el ítem 10 “Cinta Métrica"?

-En la página 48 se solicitan 1.800 Unid.
-En la página 60 se solicitan 900 Unid.
-En la página 99 se solicitan 1.800 Unid.
-En la página 109 se solicitan 1.800 Unid.

Respuesta 19

La cantidad de unidades de Cinta Métrica que deberá contener cada Kits es de **2 unidades**, que deberá totalizar 1.800 de Cinta Métrica.

Consulta 20

RESPECTO AL PUNTO 3.2 Logo – Estética necesitamos que nos aclaren donde debe disponerse el logo del programa, en que color, qué texto, etc…No se aclara bien si el logo debe ir en cada producto (tubos de ensayo, pipeta, etc) o solamente en el Envase de Almacenaje, igual para el Microscopio.

Respuesta 20

Para el Lote 1 remitirse a la respuesta 1.
Para el Lote 2, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 21

Les escribo para realizar una consulta acerca del lote 2 de la licitación ID 240.250. Los ítems; MICROSCOPIO PORTATILES.

En el pliego el mínimo exigido de resolución es de 1.5 Megapíxeles y consultando con varios fabricantes nos confirman que los equipos utilizados en laboratorios escolares normalmente son de 1.3 megapíxeles. Luego ya pasa a equipos más sofisticados y por ende más costosos.

Me gustaría una aclaración sobre este punto para saber si hay posibilidades de modificación de las características mínimas exigidas.

Respuesta Nº 21
Remitirse a la Adenda 1

Consulta 22
Como Firma interesada en participar en la Licitación de referencia, por este intermedio estamos solicitando se sirvan de considerar lo siguiente:

A) Prorrogar el plazo de presentación de las ofertas.
B) Considerar un plazo mayor para efectuar la entrega de los Lotes.

Respuesta 22

A) Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

B) Remitirse a la Adenda 1

Consulta 23
En la página 110 del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado se establece que el equipo de laboratorio licitado debe ser presentado de la siguiente manera:
-Debe estar cubierto de burbuja con barrera de retención de aire, en caja de cartón doble corrugado libre de huecos o rasgaduras. Debe estar protegido con espuma y/o residuos de polietileno expandido de 3 a 10 cm, especialmente en cada ángulo.
- Debe estar sellado mediante cinta de 6 cm de ancho como mínimo y cubriendo todas las caras de la caja, especialmente la tapa y el fondo. Cada caja debe contener bolsa de secante mineral avanzada y no toxica para embalajes.
Nuestra proveedora y fabricante del artículo a ser ofertado nos ha enviado en una imagen la forma de presentación de los microscopios y que lo presentamos para su confirmación.

Ante de la coincidencia de lo especificado nos permitimos consultar si este aspecto será excluyente o viable

Respuesta 23
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.