GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 3/2018
ID N°: **349.346**
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

Concepción, 15 de junio de 2018.

ACLARACIÓN N° 1

EMPRESA 1

Consulta 1: Anticipo

Consultamos la posibilidad de incluir el pago de un anticipo de al menos 20%, considerando el alto costo de los equipos solicitados

Respuesta 1: Favor adecuarse a los requerimientos mínimos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 2: Plan de Entregas

Consultamos la posibilidad de ampliar el plan de entregas a por lo menos 60 días, posteriores a la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
El plazo estipulado por Ustedes es bastante corto, considerando la complejidad de los equipos a ser adquiridos y por lo general, deben ser importados de otros continentes, cuyo proceso resulta lento.

Respuesta 2: Favor adecuarse a los requerimientos mínimos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

En las Especificaciones Técnicas
Lote 3 Equipos Médicos y Quirúrgicos
Ítem 1 MESA DE CIRUGÍA

Consulta 3:

Solicitan: Largo de la mesa: al menos 213 cm.
¿Se puede cotizar con 200 cm. o mayor?

Respuesta 3: Favor adecuarse a los requerimientos mínimos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 4
Solicitan: Ancho de la mesa: al menos 56 cm.
¿Se puede cotizar con 52 cm o mayor?

Respuesta 4: Favor adecuarse a los requerimientos mínimos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 5
Solicitan: Elevación desde 70 cm o menos a 105 cm o más (Eléctrica)
¿Se puede cotizar con elevación desde 74cm o menos a 105cm o más (eléctrica)?

Respuesta 5: Favor adecuarse a los requerimientos mínimos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 6
Solicitan: Inclinación lateral +/- 20° o más, (eléctrica)
¿Se puede cotizar con +/- 16° o más, (eléctrica)

Respuesta 6: Favor adecuarse a los requerimientos mínimos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 7
Solicitan: Trendelenburg directo e inverso: +/- 30° (eléctrica)
¿Se puede cotizar con +20°/-16° (eléctrica)?

Respuesta 7: Favor adecuarse a los requerimientos mínimos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 8
Solicitan: Angulación Vertical de la sección espalda: de -45 / + 80°, (eléctrica)
¿Se puede cotizar con -45° / +90°, (eléctrica)?

Respuesta 8: Favor adecuarse a los requerimientos mínimos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 9
Solicitan: Angulación Vertical de la sección piernas: de -90 / + 10°, (eléctrica)
¿Se puede cotizar con -75° / +20°, (eléctrica)?

Respuesta 9: Favor adecuarse a los requerimientos mínimos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 10
Solicitan: Elevación de la sección de riñones 115 mm
¿Se puede cotizar con 120 mm.?

Respuesta 10: Favor adecuarse a los requerimientos mínimos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Ítem 2 Lámpara Quirúrgica de Techo
Consulta N° 11
Solicitan: Diámetro del campo iluminado de hasta 25cm
¿Se puede cotizar de hasta 29cm.?

Respuesta 11: Favor adecuarse a los requerimientos mínimos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 12
Solicitan: Temperatura de color ajustable: 3500k +/- 4500k
¿Se puede cotizar de 3800k +/- 4800k

Respuesta 12: Favor adecuarse a los requerimientos mínimos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 13
Solicitan: Profundidad de campo 114 mm
¿Se puede cotizar de 100 mm o mayor?

Respuesta 13: Favor adecuarse a los requerimientos mínimos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

ÍTEM 3 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO
Consulta N° 14
Podrían aclarar si la cantidad solicitada es 4, considerando que en el segundo renglón de los datos generales dice 5 (cinco).

Respuesta 14: Se ha realizado la Adenda N°1 a fin de establecer que la cantidad requerida para el ítem citado más arriba de 4 (cuatro).

ÍTEM 4 MONITOR FETAL
Consulta N° 15
Solicitan: Memoria para 50hs como mínimo para monitoreo.
¿Se puede cotizar con memoria para 12hs como mínimo, para monitoreo?

Respuesta 15: Favor adecuarse a los requerimientos mínimos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Lic. Edgar Francisco Fretes Cristaldo
Director de la UOC