essap

ADENDA Nº03/2014
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº07/2014 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO"
ID 252219
01/07/2014.

1. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección I – Datos de la Licitación (DDL):**

Donde dice:

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: **Lic. Francisco Torres, Jefe UOC.** Dirección: **José Berges Nº 516 e/ San José y Brasil** Ciudad: Asunción - Paraguay Teléfono: **225-001/3 internos 290,285 o 204-918** Fax: **204-918** Dirección de correo electrónico: **essapuoc@gmail.com** **La fecha límite: 01/07/2014.** **Hora límites: 12:00 hs.**

Debe decir:

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: **Lic. Francisco Torres, Jefe UOC.** Dirección: **José Berges Nº 516 e/ San José y Brasil** Ciudad: Asunción - Paraguay Teléfono: **225-001/3 internos 290,285 o 204-918** Fax: **204-918** Dirección de correo electrónico: **essapuoc@gmail.com** **La fecha límite: 03/07/2014.** **Hora límites: 12:00 hs.**

Donde dice:

IAO 23.1	Para propósitos de la **presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Lic. Francisco Torres, Jefe UOC.** Dirección: **José Berges 516 e/ San José y Brasil** Número del Piso/Oficina: **Secretaria de la UOC – Planta baja - Edificio Principal.** **Ciudad: Asunción - Paraguay** La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 09/07/2014.** **Hora: 09:00 hs.**

Lic. Francisco J. Torres V.
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
Asesoría de la Presidencia - ESSAP S.A.

Lic. Sandra E. Pagliaro de Baez
Tecnóloga de Producción
JEFA DE UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
GERENCIA DE OPERACIONES G.A.
essap S.A

IAO 26.1	La **apertura de las ofertas** tendrá lugar en: Dirección: **José Berges Nº 516 e/ San José y Brasil** Número de Piso/Oficina: **Oficina de la UOC – Planta baja - Edificio Principal.** Ciudad: **Asunción - Paraguay** **Fecha: 09/07/2014.** **Hora: 09:30 hs.**

Debe decir:

IAO 23.1	Para propósitos de la **presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Lic. Francisco Torres, Jefe UOC.** Dirección: **José Berges 516 e/ San José y Brasil** Número del Piso/Oficina: **Secretaria de la UOC – Planta baja - Edificio Principal.** **Ciudad: Asunción - Paraguay** La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 11/07/2014.** **Hora: 09:00 hs.**
IAO 26.1	La **apertura de las ofertas** tendrá lugar en: Dirección: **José Berges Nº 516 e/ San José y Brasil** Número de Piso/Oficina: **Oficina de la UOC – Planta baja - Edificio Principal.** Ciudad: **Asunción - Paraguay** **Fecha: 11/07/2014.** **Hora: 09:30 hs.**

2. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección III – Suministros Requeridos – punto 1 Especificaciones Técnicas:**

Donde dice:

4	Cromatografo de Gases	Detectores Módulos intercambiables por el usuario: el diseño del instrumento debe permitir al usuario para una fácil intercambiabilidad de los detectores en menos de dos minutos sin herramientas especiales El GC debe tener el control integrado de todos los parámetros (sin módulo de control externo) para los siguientes detectores: FID, TCD, NPD, de ECD. El GC debe ser capaz de alojar y operar con tres detectores simultáneamente, incluyendo un posible espectrómetros de masas en el mismo horno Equipos complementarios Sistema de datos de cromatografía de próxima generación que se adapte a las necesidades con su interfaz simplificada de usuario, eWorkflows innovadoras, potentes herramientas de datos y análisis y generación de informes de calidad. Los requisitos mínimos del sistema son: • CPU de 2 GHz • 4 GB de RAM • 60 GB de espacio libre en disco • Windows XP Professional SP3 o Windows 7, 32 o 64 bits Professional o Ultimate • Resolución de la pantalla 1024x768 de color de 32 bits • 1 puerto USB para el dispositivo de la concesión de licencias, además de cualquier requerido para conexiones de instrumentos como mínimo.

Lic. Francisco J. Torres V.
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
Asesoría de la Presidencia - ESSAP S.A.

Lic. Sandra E. Zaguirre de Baez
Tecnologa de Producción
JEFA DE UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
GERENCIA DE OPERACIONES G.A.
ESSAP S.A.

11	Equipo de Absorción Atómica	Los requisitos mínimos del sistema son del computador: • CPU de 2 GHz • 4 GB de RAM • 60 GB de espacio libre en disco • Windows XP Professional SP3 o Windows 7, 32 o 64 bits Professional o Ultimate • Resolución de la pantalla 1024x768 de color de 32 bits • 1 puerto USB para el dispositivo de la concesión de licencias, además de cualquier requerido para conexiones de instrumentos como mínimo.
20	Estufas para incubación	Especificaciones técnicas: Tipo de Producto: Incubadora de Uso General Temperatura 0 a 250°C Precisión de Temperatura: 0,5°C Uniformidad de Temperatura: 0,1°C Capacidad (pies cúbicos): 1,8 Tamaño de la cámara: 13,375 in*14,5in*16,125in (34*36,8*41 cm) Número de posiciones de las bandejas: 8 Estantería: 2 Cumplimiento con la CE: Si Presentación de la habilitación vigente expedida por el MSP y BS

<u>Debe decir:</u>

4	Cromatografo de Gases	<u>Detectores</u> Módulos intercambiables por el usuario: el diseño del instrumento debe permitir al usuario para una fácil intercambiabilidad de los detectores en menos de dos minutos sin herramientas especiales El GC debe tener el control integrado de todos los parámetros (sin módulo de control externo) para los siguientes detectores: FID, TCD, NPD, de ECD o un Detector Universal que cumpla las mismas funciones que los demás solicitados. El GC debe ser capaz de alojar y operar con tres detectores simultáneamente, incluyendo un posible espectrómetros de masas en el mismo horno <u>Equipos complementarios</u> Sistema de datos de cromatografía de próxima generación que se adapte a las necesidades con su interfaz simplificada de usuario, eWorkflows innovadoras, potentes herramientas de datos y análisis y generación de informes de calidad. Los requisitos mínimos del sistema son: • CPU de 2 GHz • 4 GB de RAM • 60 GB de espacio libre en disco • Sistema Operativo compatible con el equipo ofertado • Resolución de la pantalla 1024x768 de color de 32 bits • 1 puerto USB para el dispositivo de la concesión de licencias, además de cualquier requerido para conexiones de instrumentos como mínimo.
11	Equipo de Absorción Atómica	Los requisitos mínimos del sistema son del computador: • CPU de 2 GHz • 4 GB de RAM • 60 GB de espacio libre en disco • Sistema Operativo compatible con el equipo ofertado • Resolución de la pantalla 1024x768 de color de 32 bits • 1 puerto USB para el dispositivo de la concesión de licencias, además de cualquier requerido para conexiones de instrumentos como mínimo.
20	Estufas para incubación	Especificaciones técnicas: Tipo de Producto: Incubadora de Uso General Temperatura 0 a 250°C Precisión de Temperatura: 0,5°C Uniformidad de Temperatura: 0,1°C Capacidad (pies cúbicos): 1,8 Tamaño de la cámara: 13,375 in*14,5in*16,125in (34*36,8*41 cm) Número de posiciones de las bandejas: 6 u 8 Estantería: 2 Cumplimiento con la CE: Si Presentación de la habilitación vigente expedida por el MSP y BS

Lic. Francisco J. Torres V.
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
Asesoría de la Presidencia - ESSAP S.A.

Lic. Sandra E. Pagliaro de Baez
Tecnologa de Producción
JEFA DE UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
GERENCIA DE OPERACIONES G.A.
essap S.a