PAC Nº: 350.349

ADENDA Nº 09

EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 18/19 "ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS" – PLURIANUAL ID N° 350.349,** QUE SE REALIZAN MODIFICACIONES EN EL SICP EN CUANTO A LOS PLAZOS DEL LLAMADO, PRECIOS REFERENCIALES, ASI TAMBIEN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem	Descripción	Características Técnicas	Compatible con Equipo	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de Entrega
1	Aerocamara	Dispositivos para la Respiración, Autónomos. Aerocámara Pediátrico, con mascara desmontable, libre de látex, lavable, reusable. Diseño anatómico		Unidad	Unidad	Unidad
2	Aerocamara	Dispositivos para la Respiración, Autónomos. Aerocámara Adulto, con máscara desmontable, libre de látex, lavable, reusable, diseño anatómico.		Unidad	Unidad	Unidad
3	Agua Oxigenada Solución : Germicida Líquidos con Peróxido de Hidrogeno 10V	10 V fco con tapa de seguridad y tapa rosca		cc	fco	Fco x 500 COMO MÍNIMO
4	Aguja hipodérmica descartable	Aguja hipodérmica **21 G** para jeringa conexión a rosca, de plástico, longitud efectiva de la parte expuesta del tubo de la aguja 32-38 mm, calibre de acero inoxidable, punta recortada en forma de lanceta, tribiselada para reducción del trauma.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual. En Origen
5	Aguja hipodérmica descartable	Aguja hipodérmica **23 G** para jeringa conexión a rosca, de plástico, longitud efectiva de la parte expuesta del tubo de la aguja 25-32 mm, calibre de acero inoxidable, punta recortada en forma de lanceta, tribiselada para reducción del trauma.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual. En Origen
6	Aguja para Biopsia Renal	**Aguja de 16 G adulto, automática, tipo jet, de uso único, estéril, centimetrada de 15 a 25 cm de longitud. Profundidad de penetración 20-24 mm**		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
7	Aguja Raquídea	Aguja para anestesia espinal **Pediátrica** en "punta biselada" (Tipo Quincke) **calibre 25**, longitud 50-60mm (3½") de acero inoxidable. Pabellón plástico transparente, con introductor 20G x 25 mm, mandril codificado por color, con marca indicando la localización del orificio distal.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual. En Origen
8	Aguja Raquídea	Aguja para anestesia espinal en adulto con bisel en "punta de lápiz" (Tipo Whitakre) calibre **25,** longitud 90mm (3½"). Pabellón plástico transparente, con introductor 20G x 38 mm, mandril codificado por color, con marca indicando la localización del orificio distal.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual. En Origen
9	Algodón laminado	Algodón laminado 15 cm x 2 mt.mínimo,bajo tenor de impurezas (blanco y sin partículas extrañas).		Unidad	Unidad	Rollo
10	Apósito hidrocoloide	Apósito hidrocoloide compuesto. Apósito de carboximetil celulosa + alginatos, de 15 cm x 15 cm (+ -2). Absorbente		Unidad	Unidad	Envase estéril individual. En Origen
11	Apósito hidrocoloide	Apósito hidrocoloide. Apósito protector de carboximetil celulosa. **15x 20 cm (+ - 5). Oclusivo**		Unidad	Unidad	Envase estéril individual. En Origen
12	Apósito transparente	Apósito, Adhesivo Transparente Hipo alergénico, de poliuretano, libre de látex, resistente al agua, tamaño: 6 x 7 cm +-2 cm (perfecta adherencia a la piel, protege del agua)		Unidad	Unidad	Caja x 5 unidades mínimo

Abog. Pablo Lezcano Roa, Director
DOC - DGAF
M.S.P. y B.S

Ítem	Descripción	Características Técnicas	Compatible con Equipo	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de Entrega
13	Bolsa de Anestesia	**Bolsa para anestesia** 2 Lt. de látex Natural y reusable. (Bolsas respiratorias). **Debe ser libres de Látex y de DEHP.**		Unidad	Unidad	Unidad
14	Bolsa de Anestesia	**Bolsa para anestesia** 3 Lt. de látex Natural y reusable. (Bolsas respiratorias). **Debe ser libres de Látex y de DEHP.**		Unidad	Unidad	Unidad
15	Bolsa de papel con indicador químico	Bolsa de papel para envoltorio de Estérilización por **autoclave y óxido de etileno,** grado médico gramaje de 40 gr/m2 como mínimo.13 cm (+-2 cm) x3,5cm (+-2cm) x17 cm (+-2 cm). Con fuelle y cierre autoadhesivo.		Unidad	Unidad	Caja mínimo x 100 unidades
16	Bolsa de papel con indicador químico	Bolsa de papel para envoltorio de estérilización, por **autoclave** grado médico. Gramaje de 40 gr/m2 como mínimo, 32 x 12 x 54 cm, El ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y la altura +- 5 cm . (+ - 5).		Unidad	Unidad	Caja mínimo x 100 unidades
17	Bota cubre calzado	Cubierta para zapatos, impermeable, **para uso en quirófanos**. TNT, tamaño **Grande** con antideslizante resistente a la tracción, descartable.		Unidad	Unidad	Unidad
18	Cánula de Aspiracion de campo quirurgico	Cánula de aspiración Tipo K66 sin Interruptor, de PVC, mínimo 3m flexible, transparente y con pico tipo Yankauer, acodada en su extremo proximal con orificio en el mismo.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
19	Cánula de Guedel adulto	**Cánula orofaríngea (Modelo Guedel)** para uso en **adultos** No.3, 80-85 mm de longitud. Tubo de polietileno lineal de baja densidad, translucido, curvado y aplanado (luz oval). Extremo distal abierto, redondeado, con punta roma totalmente atraumatica. Extremo proximal reforzado y con tope dental. Envase estéril individual. (Tubo para Ventilación Interna Orofaringeo). **Debe ser libres de Látex y de DEHP.**		Unidad	Unidad	Unidad
20	Cánula de Traqueostomia sin balón	Cánula para traqueostomia sin balón, 100 % silicona, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo 3.5		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
21	Cánula nasal para oxigenoterapia	Cánula para oxigenoterapia **Bigotera adulto.** Diámetro externo 4.00, **PVC**. tubuladura de PVC transparente de longitud mínima de 100 cm. **Debe ser libres de Látex y de DEHP.**		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
22	Cassette para biopsia	Cassette para biopsia. De poliacetal. Ángulo de 45°. Con tapa de seguridad. Divididos en 6 celdas numeradas de 7 x 12 mm con casi 3.000 agujeritos cuadrados de 0,26 mm de diámetro. Indicado para muestras pequeñas. Con orificios de ventilación para un más eficiente relleno de parafina.		Unidad	Unidad	Caja mínimo x 250 UDS.
23	Catéter de aspiración	Catéter de succión **6.Fr. Con válvula de control manual, con tapa.** Extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática,flexible, transparente, estéril, x 50 cm mínimo.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
24	Catéter de aspiración	Catéter de succión **8 Fr. Con válvula de control manual con tapa,** extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática, flexible, transparente, estéril, x 50 cm mínimo.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
25	Catéter de aspiración	Catéter de succión **16.Fr. Con válvula de control manual con tapa,** extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática, flexible, transparente, estéril, x 50 cm mínimo.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
26	Catéter Intradérmico	4Fr silicona 100% radiopaco para acceso venoso prolongado implantación de un reservorio subcutáneo permanente de uso para nutrición parenteral y quimioterapia, con vaina introductora pelable, aguja de tunelizacion y prolongador extraíble, flujo 21 ml/min., mínimo x 60 cm de largo con reservorio		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
27	Catéter Intradérmico	4,5Fr silicona 100% radiopaco para acceso venoso prolongado implantación de un reservorio subcutáneo permanente de uso para nutrición parenteral y quimioterapia, con vaina introductora pelable, aguja de tunelizacion y prolongador extraible, flujo 21 ml/min., mínimo x 60 cm de largo con reservorio		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
28	Catéter Intradérmico	5Fr silicona 100% radiopaco para acceso venoso prolongado implantación de un reservorio subcutáneo permanente de uso para nutrición parenteral y quimioterapia, con vaina introductora pelable, aguja de tunelizacion y prolongador extraíble, flujo 21 ml/min., mínimo x 60 cm de largo con		Unidad	Unidad	Envase estéril individual

Abog. Pablo Lezcano Roa, Director
DOC – DGAF
M.S.P. y B.S.

Ítem	Descripción	Características Técnicas	Compatible con Equipo	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de Entrega
		reservorio				
29	Catéter Intradérmico	5,5 a 6 Fr silicona 100% radiopaco para acceso venoso prolongado , implantación de un reservorio subcutáneo permanente de uso para nutrición parenteral y quimioterapia, con vaina introductora pelable, aguja de tunelización y prolongador extraible, flujo 21 ml/min., minimo x 60 cm de largo con reservorio		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
30	Catéter Intradérmico	7 a 8 Fr silicona 100% radiopaco para acceso venoso prolongado , implantación de un reservorio subcutáneo permanente de uso para nutrición parenteral y quimioterapia, con vaina introductora pelable, aguja de tunelización y prolongador extraible, flujo 21 ml/min., minimo x 60 cm de largo con reservorio		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
31	Catéter Intradérmico	9 a 10 Fr silicona 100% radiopaco para acceso venoso prolongado , implantación de un reservorio subcutáneo permanente de uso para nutrición parenteral y quimioterapia, con vaina introductora pelable, aguja de tunelización y prolongador extraible, flujo 21 ml/min., minimo x 60 cm de largo con reservorio		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
32	Catéter intravenoso Periférico	Catéter venoso Periférico **N° 20G** de poliuretano, estéril, desechable, radioopacidad, con memoria elastomerica, aguja tribiselada, cámara de reflujo traslucida, codigo de colores para grupo etareo. (Sin Bioseguridad)		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
33	Catéter intravenoso Periférico	Catéter venoso periférico **N° 22G** de poliuretano, estéril, desechable, radioopacidad, con memoria elastomerica, aguja tribiselada, cámara de reflujo traslucida, codigo de colores para grupo etareo. (Sin Bioseguridad)		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
34	Catéter intravenoso Periférico	Catéter venoso Periférico N° 20G de poliuretano, radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacelado, camara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 60 mL/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
35	Catéter intravenoso Periférico	Catéter venoso Periférico N° 22G de poliuretano, radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacelado, camara de reflujo con alta transparencia. con flujo igual o mayor a 30 mL/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
36	Catéter intravenoso Periférico	Catéter venoso periférico N° 24G de poliuretano, radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacelado, camara de reflujo con alta transparencia. con flujo igual o mayor a 15 mL/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
37	Catéter intravenoso Periférico: Catéter venoso Periférico	N° 14 G.de poliuretano , radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, camara de reflujo con alta transparencia.con flujo igual o mayor a 180 mL/min, termosensible.Con sistema de bioseguridad		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
38	Catéter intravenoso Periférico: Catéter venoso Periférico	N° 18 G. de poliuretano, radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado,cámara de reflujo con alta transparencia.con flujo igual o mayor a 90 mL/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
39	Catéter para puncion con alas	Catéter venoso Periférico **N° 25, con alas** (mariposita), descartable, c/ prolongador de 30 cm mínimo, agujas tribiceladas.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
40	Catéter venoso central	**3 Fr- 2 Lumen.** Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
41	Catéter venoso central	**4 Fr, 3 Lumen**.Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
42	Catéter venoso central	**6 a 7 Fr**.Catéter venoso central permanente con tunelizador, Radio opaco. Hemocompatible, tromboresistente. un cuff, con aguja Nº 18 para punción.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
43	Catéter venoso central	**7 Fr, 2 Lumen.**Compatible para técnica de Seldinger.Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
44	Cera para hueso	Cera para hueso, pasta de Cera de abeja,estéril de consistencia uniforme,lisa al tacto,libre de grumos o material extraño, x 2,5 g como mínimo. Envase de material plástico y/o metálico. Herméticamente cerrado.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
45	Circuito para respirador adulto: Circuito para ventiladores	Adulto . **una o con dos trampas de agua**. Con conexiones adaptables al respirador. Cámara humidificadora..	Compatible con el equipo de la Institución	Envase estéril individual	Unidad	Envase estéril individual en origen

Abog. Pablo Lezcano Roa, Director
DOC - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ítem	Descripción	Características Técnicas	Compatible con Equipo	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de Entrega
46	Colector / contenedor de orina	Colector de orina, bolsa de 500 cc. **Pediátrica. Debe ser estéril o con Certificación de Libres de Pirógenos**. **Debe ser libres de Látex y de DEHP.**		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
47	Cureta Dermatológica	**Cureta dermatológica** con mango y hoja en anillo. Cortante. Grande. Descartable.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
48	Cureta Dermatológica	**Cureta dermatológica** con mango y hoja en anillo. Cortante. Mediana. Descartable.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
49	Cureta Dermatológica	**Cureta dermatológica** con mango y hoja en anillo. Cortante. Pequeña. Descartable.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
50	Dosificador de gotas	Medidores de flujo de soluciones intravenosas. Con regulador del flujo y conectores al set de infusión.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
51	Dosificador de Oxigeno	Dosificadores de oxigeno **Lactantes**. con rango entre 0,25 y 100% , con mascara, con bordes siliconados, tubuladura, con conector universal y reservorio		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
52	Dosificador de Oxigeno	Dosificadores de oxigeno **Preescolar**, con rango entre 0,25 y 100% , con mascara, con bordes siliconados, tubuladura, con conector universal y reservorio		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
53	Dosificador de Oxigeno	Dosificadores de oxigeno **Escolar**, con rango entre 0,25 y 100% , con mascara, con bordes siliconados, tubuladura, con conector universal y reservorio		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
54	Electrodo adulto	Electrodo para control del ritmo cardíaco para "**Adulto**" autoadhesivo, con broche de metal, soporte de espuma , con gel conductor, lámina protectora individual, empaque resistente a la humedad descartable. (estándar)		Unidad	Unidad	Unidad
55	Electrodo neonatal	Electrodo para control del ritmo cardíaco para "**Neonato**", autoadhesivo con broche de metal soporte de espuma, con gel conductor, lámina protectora individual, empaque resistente a la humedad descartable. (estándar)		Unidad	Unidad	Unidad
56	Electrodo Pediátrico	Electrodo para control del ritmo cardíaco para "**Pediátrico**" autoadhesivo, con broche de metal, soporte de espuma, con gel conductor, lámina protectora individual, empaque resistente a la humedad descartable, (estándar)		Unidad	Unidad	Unidad
57	Equipo Macrogotero	**Set para administracion intravenosa Venoclisis con Macrogotero,** calibrado 20 gotas/ml, con un puerto de inyección lateral, libre de aguja, sistema cerrado, espiga con protector, con cámara de goteo transparente libre de látex, y componentes metálicos. Conexión proximal al paciente con rosca y punta Catéter con protector, longitud 1,60 como mínimo, de PVC grado médico, tubería flexible transparente,		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
58	Equipo Microgotero	**Set para administración intravenosa Venoclisis con Microgotero,** calibrado 60 gotas/ml, con un puerto de inyección lateral, **libre de aguja,** sistema cerrado, espiga con protector, con cámara de goteo transparente libre de látex componentes metálicos .Conexión proximal al paciente con rosca y punta Catéter con protector, longitud 1,60 cm como mínimo, de PVC grado médico, tubería flexible transparente,		Unidad	Unidad	Envase estéril individual en origen
59	Equipo para drenaje pleural: Sistema de drenaje pleural	Con 3 cámaras conectadas entre si, con conexión única al paciente. de aspiración continua., y dispitivo regulador de aspiración incorporado.		Unidad	Unidad	**Envase estéril individual**
60	Espátula para patología cervical	Espátula citológica para PAP tipo AYRE, de madera sin aristas.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
61	Especulo descartable grande	Especulo vaginal tamaño grande. PVC/PS rígido, transparente , apertura de rosca, descartable		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
62	Frasco para drenaje	Recipientes para Colección del Aspirador, Frasco con capacidad de 5000 mL, plástico resistente, con tapa.		Unidad	Unidad	Envase individual
63	Gasa de Algodón	Gasa de Algodón Hidrófilo, de Algodón 100%, Paq.0,90m x 5 m. rectilínea doblada en zigzag.De 16 hebras como mínimo por cm2, absorbente, con terminaciones laterales		Unidad	Unidad	Paquete
64	Gorro quirúrgico	De tela no tejida. con goma en los bordes pleglable, Resistente a fluidos. Descartable.		Unidad	Unidad	Envase x 25 unid mínimo.
65	Guante de procedimiento	Guante para reconocimiento / tratamiento Tamaño **Pequeño**, de Látex. Resistente - caño largo. 240 mm +-5mm irrompible en la prueba de la calza, con polvo absorbente. Con reborde		Unidad	Unidad	Caja x 100 unidades como mínimo
66	Guante de procedimiento	Guante para reconocimiento / tratamiento Tamaño **Mediano**,de Látex resistente -caño largo. 240 mm +-5mm irrompible en la prueba de la calza, con polvo absorbente. Con reborde		Unidad	Unidad	Caja x 100 unidades como mínimo

Abog. Pablo Lezcano Roa, Director
DOC - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ítem	Descripción	Características Técnicas	Compatible con Equipo	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de Entrega
67	Guante de procedimiento	Guante para reconocimiento / tratamiento Tamaño **Grande** ,de Látex. resistente .caño largo. 240 mm +-5mm irrompible en la prueba de la calza, con polvo absorbente. Con reborde		Unidad	Unidad	Caja x 100 unidades como mínimo
68	Guante Quirúrgico	Guante quirurgico N° **6- 1/2.** en pares,de látex , espesor de 0,2 a 0,3 mm, antideslizante, óptima sensibilidad, irrompible en la prueba de la calza con polvo absorvente.270 mm de longitud, variación +-10 mm a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño.		Par	Unidad	Sobre estéril .envoltorio grado medico.
69	Hidróxido de calcio + Hidróxido de sodio (cal sodada)	Absorbentes de dióxido de carbono para unidades de anestesia, Granulada, Composicion Hidroxido de calcio,hidróxido de sodio e indicador con virage violeta. Certificacion ISO, FDA o CE		Unidad	Unidad	Envase hermético 500g mínimo
70	Jeringa desechable con aguja	Jeringa hipodermicas 3 ml de plástico con aguja de **21 G** x 1 1/2 desmontable, **con rosca**, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 3 ml		Unidad	Unidad	Envase estéril individual grado medico
71	Jeringa desechable con aguja	Jeringa hipodermicas 5 ml de plástico, con aguja desmontable **21 G x 1 1/2**, **con rosca,** embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 0,5 ml.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual grado medico
72	Jeringa desechable con aguja	Jeringa hipodermicas 5 ml. Plástico, c/ aguja desmontable, 21 G x 1 1/2 libre de pirógenos, **sin rosca,** embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 0,5 ml.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual grado medico
73	Jeringa desechable sin aguja	Jeringa de aspiracion 50 - 60 ml. Plástico, Pico fino. **sin aguja, con rosca** embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 5 ml.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual grado medico
74	Kit de Aparato Respirador para presión No Invasiva	**Circuito para ventilación no invasiva lactante con máscara "total face" , tubos corrugados , adaptadores universales, arnés, tipo Bipap. Rango de edad : entre 28 días hasta 2 años**		Unidad	Unidad	Kits estéril
75	Láminas de Reconstrucción	Lamina de regeneración dérmica con Colágeno + Silicona y Asociaciones, tamaño 10 x 12,5 cm. +- 1 cm. para cirugías plásticas		Unidad	SOBRE	Sobre individual x 1 unidad-estéril.
76	Liquido revelador concentrado para placas radiográficas	Liquido revelador Concentrado para placas radiográficas **automático**		Unidad	Unidad	Bidón x 5 lt.como mínimo
77	Liquido revelador concentrado para placas radiográficas	Liquido revelador Concentrado para placas radiográficas **manual**		Unidad	Unidad	Bidón x 5 lt.como mínimo
78	Llave de 3 vías	Llave de paso de 3 vías **Con prolongador.** Plástico resistente, con fácil deslizamiento, y tubuladura de 30 cm mínimo, sin filtraciones, no colapsable. Con conexión a rosca.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
79	Mascara para oxigeno pequeño	Mascarilla de aire-oxigeno en circuito abierto **Escolares,** de plástico atóxico,flexible,con tubo fino y adaptador universal. Con prolongador, longitud 1.2 mts como mínimo. Con elástico ajustable para sostén. Con pico fijo. **Debe ser libres de Látex y de DEHP.**		Unidad	Unidad	Kit estéril
80	Mascarilla para nebulizador	Mascara de oxigeno adulto con micronebulizador y tabuladura pediátrico. Estéril, descartable adaptable al manómetro de oxigeno PVC siliconado. (micronebulizador). **Debe ser libres de Látex y de DEHP.**		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
81	Mascarilla para nebulizador	Mascara de oxigeno pediátrico con micronebulizador y tabuladura pediátrico. Estéril, descartable adaptable al manómetro de oxigeno PVC siliconado. (micronebulizador). **Debe ser libres de Látex y de DEHP.**		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
82	Pasta para electroencefalograma	Pasta para electroencefalograma		Unidad	Fco	Fco x 400 gr como mínimo
83	Papel para Electrocardiografía	50 cm x 30 m. Adaptable a electrocardiografo Modelo SE 1 de 2 canales		Unidad	Unidad	Rollo
84	Placa mamográfica	Películas Mamograficas Sensibles al Verde 18 x 24 mm		Unidad	Unidad	Caja x 100 Unid., como mínimo
85	Placa Radiográfica	Películas de Rayos X Sensible al verde 18 x 24		Unidad	Unidad	Caja x 100 unidades mínima
86	Pulsera de identificación de paciente	Brazalete identificador, Pulsera con una pelicula de plastico para RN. hipoalergenica.16cm x 1,8 cm (+-1cm). Con broche de seguridad		Unidad	Unidad	Unidad

Lazcano Roa, Director
DOC - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ítem	Descripción	Características Técnicas	Compatible con Equipo	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de Entrega
87	Punch para biopsia de piel	Punch para biopsia de piel Nº. 3.0 mm en sacabocado		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
88	Punch para biopsia de piel	Punch para biopsia de piel Nº. 4 mm en sacabocado		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
89	Punch para biopsia de piel	Punch para biopsia de piel Nº 5 mm en sacabocado		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
90	Sistema cerrado de recolección de orina	Sistema cerrado de colección de orina, Sonda **6Fr.** Bureta graduada, conector rigido,llave de 3 vias. (Colector de orina). **Debe ser estéril o con Certificación de Libres de Pirógenos**. **Debe ser libres de Látex y de DEHP.**		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
91	Sistema cerrado de recolección de orina	Sistema cerrado de colección de orina, Sonda **8Fr.** Bureta graduada, conector rigido,llave de 3 vias. (Colector de orina). **Debe ser estéril o con Certificación de Libres de Pirógenos**. **Debe ser libres de Látex y de DEHP.**		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
92	Sonda Kehr	Sonda para coledoco **Nº 18.** Tubo en T de Kehr. Para drenaje biliar		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
93	Sonda Vesical Doble Via	Catéteres urinarios - Foley **6 Fr**. siliconado, orificios laterales punta atraumatica.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
94	Tapa boca	Mascarilla purificadora de aire, Mascara Protectora. Con capacidad de filtracion de 95% de patogenos,(N95 o equivalente)		Unidad	Unidad	Caja x 50 uds., como mínimo
95	Tapa boca	Mascarilla quirurgica, Tapa boca. Con filtro, de tres pliegues, sujección a la oreja con goma elástica -		Unidad	Unidad	Unidad
96	Tapa para Catéter	Conector para linea intravenosa sin aguja, Conector siliconado para Catéter **libre de aguja**,transparente sistema cerrado, libre de latex y componentes metalicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnetica y otros), con conexión a rosca y punta Catéter,resistente a altas presiones tales como se presentan en lineas arteriales y NPT, compatible con soluciones lipidas, quimioterapeuticas y antibioticos, capaz de soportar multiples accesos sin contaminarse durante un uso no menor a 7 dias continuos.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
97	Testigos de esterilización para estufa	Indicador quimico**, interno.**Clase IV- para control del proceso de estérilizacion de **estufa .** Tiras. Indicadores para proceso de estérilización		Unidad	Unidad	Caja 50 tiras, mínimo
98	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **8 Fr.** con balón. Extremo distal concavo atraumatico, PVC. **Debe ser estéril o con Certificación de Libres de Pirógenos**. **Debe ser libres de Látex y de DEHP.**		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
99	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **8,5 Fr.** con balón. Extremo distal concavo atraumatico, PVC. **Debe ser estéril o con Certificación de Libres de Pirógenos**. **Debe ser libres de Látex y de DEHP.**		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
100	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **2Fr.** Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 100 mm o más, extremo atruamatico.		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
101	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **2,5Fr**. Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 100 mm o más, extremo atruamatico. **Debe ser estéril o con Certificación de Libres de Pirógenos**. **Debe ser libres de Látex y de DEHP.**		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
102	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **3Fr.** Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 100 mm o más, extremo atruamatico. **Debe ser estéril o con Certificación de Libres de Pirógenos**. **Debe ser libres de Látex y de DEHP.**		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
103	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **3,5Fr.** Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 100 mm o más, extremo atruamatico. **Debe ser estéril o con Certificación de Libres de Pirógenos**. **Debe ser libres de Látex y de DEHP.**		Unidad	Unidad	Envase estéril individual

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Eduardo Roa, Director
DOC - DGAF
M.S.P. Y B.S.

Ítem	Descripción	Características Técnicas	Compatible con Equipo	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de Entrega
104	Tubo endotraqueal	Tubos traqueales **4Fr.** Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 100 mm o más, extremo atruamatico. **Debe ser estéril o con Certificación de Libres de Pirógenos**. **Debe ser libres de Látex y de DEHP.**		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
105	Tubo para drenaje Penrose	Drenos para herida Nº 1/2", tubo de caucho,blando y aplanado. Modelo penrose		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
106	Tubo para drenaje Penrose	Drenos para herida Nº 1/7, tubo de caucho,blando y aplanado. Modelo penrose		Unidad	Unidad	Envase estéril individual
107	Venda semi elastica	De 30 cm de ancho x 2,5 m.de largo,(mínimo) en reposo		Unidad	Unidad	Unidad

SECCIÓN VII. ANEXOS

ANEXO N° I

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

H- Cualquier otro documento adicional requerido.
Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.
Balance de los tres últimos años 2015, 2016 y 2017
Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente
Copia Autenticada Patente Municipal Vigente
Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario
Nómina de Funcionarios/Representantes Legal (Formulario N° 10), con copia simple de Cédula de Identidad de los Miembros Socios de la empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A.), Copia Simple de Cédula de Identidad de los Representantes legales.
Certificado de Origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto Nº 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. ***La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto.***
Copia Autenticada de la Resolución de Apertura vigente o en trámites de renovación de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos Hospitalarios, expedida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
En el caso de que el oferente no sea el fabricante del producto (para fabricación nacional) deberán presentar ambas empresas, copia autenticada de la Resolución de Apertura vigente o Constancia de la solicitud de renovación en trámite de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
En caso de oferentes distribuidoras que representan a otras empresas (importadoras, distribuidoras o de productos nacionales), deberán presentar ambas empresas (oferente y distribuidor o importador), copia autenticada de la resolución de apertura vigente para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos o Constancia de la solicitud de renovación en trámite de ambas empresas, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pablo Lezcano Roa, Director
DOC – DGAF
M.S.P. y B.S.

H- Cualquier otro documento adicional requerido.
El oferente deberá presentar el Certificado de los Productos Habilitados para su Importación y Comercialización expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria en la que se debe **detallar el número , la denominación del llamado y el número del ID correspondiente**, en el que deberá/n constar el/los producto/s ofertado/s especificando marca y procedencia de los mismos
Copia Autenticada de la Carta Poder otorgada por el fabricante, al oferente; debidamente legalizado para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de comercio Sección Representaciones. En caso que el oferente no sea el representante del producto ofertado, se deberá presentar la carta poder del fabricante a favor del representante o distribuidor en el país
Declaración Jurada del oferente donde manifiesta que asignará códigos de barras a los productos que le fueran adjudicados para su entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES al momento de ser implementado y requerido por el MSPBS
Para los iterms 13, 14, 19, 21, 46,79, 80, 81,90, 91,98,99,101,102,103,104: Se deberá presentar Certificado de aprobación y habilitación para su uso en la práctica clínica emitido por un organismo competente del país de origen tales como la FDA de EEUU o CE Comunidad Europea y/o INVIMA de Colombia – o de Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil y otros - y/o ISO 13.485. Todos los documentos deben estar traducidos al español.

***OBS**: LAS DEMÁS SECCIONES O PUNTOS NO MENCIONADAS PERMANECEN INVARIABLES.-*

Asunción, 11 de junio de 2019.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Abog. Pablo Lezcano Roa, Director
DOC - DGAF
M.S.P. y B.S.