PAC Nº: 278.467

NOTA ACLARATORIA N° 01

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 37/2014 "*ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA*" AD REFERÉNDUM PLURIANUAL** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES, SEGÚN CONSULTAS DE LOS POSIBLES OFERENTES:

CONSULTA 1

LOTE 1 – KIT DE DETERMINACIÓN PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO

Solicitan 2 (dos) equipos que procesan 120 muestras por hora como mínimo.

CONSULTA: ¿Se puede ofertar (2) equipos que procesan 110 muestras por hora?

Respuesta: Se pueden presentar equipos que procesen entre 80 y 120 muestras por hora.

CONSULTA 2

LOTE 23 – EQUIPO PARA INMUNOLOGÍA

CONSULTA: Se puede incluir con el equipo principal un equipo adicional que realice separadamente las determinaciones de B2Microglobulina y Herpes 1 y 2?

Respuesta: Sí se puede siempre que sea automatizado o semi automatizado con mínima intervención del operador.

CONSULTA 3

LOTE 23 – ÍTEM 13

CONSULTA: ¿Se puede cotizar este reactivo IGE por otro método alternativo de referencia (ELISA CON LECTOR Y LAVADOR) ya que no se solicita una cantidad importarte?

Respuesta: Necesariamente debe ser un equipo automatizado o semi automatizado con mínima intervención del operador, ya que un método de ELISA CON LECTOR Y LAVADOR es operador dependiente.

CONSULTA 4

ÍTEM 230 CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO

Favor confirmar si la medida solicitada para el campo quirúrgico es correcta ya que las medidas habitualmente comercializadas son 28 x 30 cm (+-5), 45 x 55cm (+-5) y 56 x 84cm (+-5). En caso de cambiar la medida, favor especificar cuál de ellas.

Respuesta: Las especificaciones técnicas y las dimensiones están correctas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 5

LOTE N° 10 / ÍTEM N° 01

Se solicita la provisión de determinaciones para Vimentina Mutada Citrulinada (Anti MCV)

Considerando que existen distintos marcadores serológicos que son utilizados para colaborar en el diagnóstico de los pacientes con Artritis Temprana (AT), evaluados en cuanto a su utilidad, como los anticuerpos Anti Vimentina Mutada Citrulinada (MCV) y anticuerpos anti péptido cíclico citrulinado (CCP) y factor reumatoideo (FR) como herramientas en el diagnóstico precoz de la artritis reumatoide en cuadros de AT y, existiendo concordancia entre anticuerpos MCV y anti CCP apareciendo como marcadores de diagnóstico precoz y de utilidad en pacientes con AT por una parte.

Por otra parte, según los criterios de clasificación para la artritis reumatoide en el año 2010, hacen hincapié en la necesidad de una temprana y precisa información para el diagnóstico. En este sentido la determinación de Anti CCP IgC / IgA ofrece una superior y temprana detección en comparación con los otros marcadores.

Por lo anteriormente expuesto se solicita oferta como opción el marcador Anti-CCP.

Respuesta: Se puede ofertar anti CCP en lugar de anti MCV.

CONSULTA 6

LOTE N° 118 ÍTEM N° 01

LOTE N° 190 ÍTEM N° 01

En ambos lotes se solicita el mismo producto.

Favor aclarar si lo solicitado es:

A: Generadores de atmósfera de Microaerofilia en Bolsas individuales.

B: Generadores de atmósfera de Microaerofilia para Jarra Anaeróbica.

Respuesta: LOTE N° 118 ÍTEM N° 01: se solicita generadores de microaerofilia en bolsas individuales, capacidad mínima para 3,5 lts.
LOTE N° 190 ÍTEM N° 01: se solicita generadores de atmósfera de anaerobiosis, capacidad entre 2,5 y 3,5 lts.

CONSULTA 7

LOTE N° 162 ÍTEM N° 01.
Dice: "El proveedor deberá proveer en comodato para el Hospital Nacional de Itaugua un equipo totalmente automatizado, método estandarizado, con utilización de tarjetas individuales o conjuntas para la identificación y sensibilidad de bacterias aisladas en muestras clínicas con sus respectivos caldos para la identificación y sensibilidad en forma individual y estéril a fin de evitar contaminación.

- En cuanto a "Totalmente Automatizado"
  ¿El equipo debe automatizar la inoculación de la muestra sin intervención del usuario?
  ¿El equipo debe automatizar el proceso de lectura y seguimiento de las reacciones de identificación y antibiograma sin intervención del usuario?
  ¿El equipo debe automatizar el proceso de descarga de los dispositivos utilizados sin intervención del usuario una vez finalizado el respectivo proceso?
  Respuesta: El equipo debe automatizar el proceso de lectura y seguimiento de las reacciones de identificación y antibiograma sin intervención del usuario, no así para la inoculación previa del microorganismo en el caldo correspondiente y la descarga de los dispositivos utilizados, conforme a la Adenda N° 08
- En cuanto a, "Los estudios y las cantidades realizadas en forma automatizada en el servicio de microbiología son los siguientes: Identificación de Bacilos Gram Negativos y Sensibilidad: 10.000 determinaciones;
  Identificación de Cocos Gram Positivos y Sensibilidad: 10.000 determinaciones;
  Identificación de levaduras: 250 determinaciones". Favor informar:
  ¿Cuántas Identificaciones de Bacilos Gram Negativos?
  ¿Cuántas determinaciones de Sensibilidad para Bacilos Gram Negativos?
  ¿Cuántas Identificaciones de Coco Gram Positivos?
  ¿Cuántas determinaciones de Cocos Gram Positivos?
  Respuesta: Si las tarjetas vienen separadas las cantidades que constan en el Pliego de Bases para cada Microorganismo debe duplicarse, conforme Adenda N° 08.-

- Dice: "Los equipos, accesorios y complementos deben ser de última generación, deben poseer microprocesadores, considerar el Hardware e insumos pertinentes Tips, pipetas, tubos, calibradores, nefelómetros, computadoras, impresoras, cartuchos, tinta, resma de papel, cableado, conectores, mesas para computadoras, muebles auxiliares de escritorio, etiquetas de códigos de barras, impresoras de código de barras y el software de funcionamiento y enlace al sistema LIS existente en el Laboratorio, con función multiusuario, que permita conectar a más de una computadora, que formarán una red, de modo a que el personal de laboratorio pueda utilizar cualquier terminal al mismo tiempo, para realizar diferentes funciones del soft: Ingresos demográficos, visualización de resultados anteriores, etc."
  Se solicita informar lo siguiente:
  Las cantidades estimativas a proveer de tips, pipetas (tipo y volumen), calibradores, cartuchos, tinta, resmas de papel, etiquetas de códigos de barras, tipo de mesas para computadoras y muebles auxiliares de escritorio en cuanto a dimensiones, material y características de las mismas.
  Respuesta: En cuanto al tipo y volumen de pipetas depende del sistema de cada equipo, por lo que el proveedor debe ofrecer de acuerdo a lo indicado por el fabricante del equipo para emitir resultados confiables, así también la cantidad de calibradores, pues esto varía de marca en marca. En cuanto a los tips aproximadamente 3 (tres) por cada muestra para identificación y 3 (tres) por cada sensibilidad. Cartuchos, tinta, resmas de papel se deben calcular para la impresión de dos hojas por paciente, lo que implica que si de una muestra se aíslan dos bacterias diferentes esto se duplica, por lo cual como promedio sería tres hojas por cada paciente. Las dimensiones y tipos de muebles necesarios será de acuerdo a las dimensiones del equipo y el espacio físico del Servicio de Microbiología.
- En cuanto al sistema informático a proveer, se solicita informar si debe considerar lo siguiente:
  - Ingreso de órdenes de estudio con datos demográficos de pacientes.
  - Impresión de Códigos de barras de muestras y reimpresiones si es necesario.
  - Visualización e impresión de informes y resultados.
  - Comunicación con los equipos de identificación y antibiograma.
  - Opción de introducir resultados manuales y otros estudios (Gram, Serología)

  Respuesta: El sistema informático debe ser compatible con el Sistema informático que posee actualmente el Laboratorio del Hospital Nacional, donde se ingresan las órdenes de estudio con datos demográficos de cada paciente.
- Dice: "Para la adjudicación se tendrá en cuenta el historial de la empresa en cuanto a provisión continua de reactivos e insumos y el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo.
  Se solicita informar lo siguiente:
  ¿Significa que el proveedor debe demostrar experiencia en este tipo de equipos informando las cantidades de equipos instalados, tiempo de uso, instituciones y referencias de usuarios públicos y privados en relación a la calidad del servicio técnico preventivo y correctivo y con qué tipo de documento?
  Respuesta: Si el proveedor nunca ha proveído equipos que necesitan mantenimiento continuo en el Hospital Nacional, es conveniente que presenten referencias de otros usuarios ya sean públicos o privados donde realizan el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dpto. de Contrataciones
MSPBS

CONSULTA 8

LOTE 239

Ítem 1:

a- No especificar si el Control de calidad es Interno (uso diario) o es Externo (quincenal o mensual)
b- Solicita Suero Control de tercera opinión, para el área de Hematología. No debería ser sangre entera?
c- Si fuera control de Calidad Interno, no especifica si son los 3 niveles (bajo – normal y alto) o algún nivel específicamente.

Respuesta:

a) Los controles deben estar sujetos a un Programa de Evaluación Externa en la Calidad (PEEC) acreditada internacionalmente, con la frecuencia mínima mensual.
b) Si, debe ser sangre entera para el área de Hematología.-
c) El Control de Calidad es Externo.-

Ítem 2:

a- No especifica si el Control de calidad es Interno (uso diario) o es Externo (quincenal o mensual)
b- Solicita Suero Control de tercera opinión, para el área de Hematología. No debería ser sangre entera?
c- Si fuera control de Calidad Interno, no especifica si son los 3 niveles (bajo – normal y alto) o algún nivel específicamente.

Respuesta

a) Los controles deben estar sujetos a un Programa de Evaluación Externa en la Calidad (PEEC) acreditada internacionalmente, con la frecuencia mínima mensual.
b) Si, debe ser sangre entera para el área de Hematología.-
c) El Control de Calidad es Externo.-

Ítem 3:

a- No especificar si el Control de calidad es Interno (uso diario) o es Externo (quincenal o mensual)
b- Solicita Suero Control de tercera opinión, para el área de Hematología. No debería ser sangre entera?
c- Si fuera control de Calidad Interno, no especifica si son los 3 niveles (bajo – normal y alto) o algún nivel específicamente.

Respuesta:

a) Los controles deben estar sujetos a un Programa de Evaluación Externa en la Calidad (PEEC) acreditada internacionalmente, con la frecuencia mínima mensual.
b) Si, debe ser sangre entera para el área de Hematología.-
c) El Control de Calidad es Externo.-

Ítem 4:

a- No especificar si el Control de calidad es Interno (uso diario) o es Externo (quincenal o mensual)
b- Solicita Suero Control de tercera opinión, para el área de Hematología. No debería ser sangre entera?
c- Si fuera control de Calidad Interno, no especifica si son los 3 niveles (bajo – normal y alto) o algún nivel específicamente.

Respuesta:

a) Los controles deben estar sujetos a un Programa de Evaluación Externa en la Calidad (PEEC) acreditada internacionalmente, con la frecuencia mínima mensual.
b) Si, debe ser sangre entera para el área de Hematología.-
c) El Control de Calidad es Externo.-

Ítem 5:

a- No especificar si el Control de calidad es Interno (uso diario) o es Externo (quincenal o mensual)
b- Solicita Suero Control de tercera opinión, para el área de Hematología. No debería ser sangre entera?
c- Si fuera control de Calidad Interno, no especifica si son los 3 niveles (bajo – normal y alto) o algún nivel específicamente.

Respuesta:

a) Los controles deben estar sujetos a un Programa de Evaluación Externa en la Calidad (PEEC) acreditada internacionalmente, con la frecuencia mínima mensual.
b) Si, debe ser sangre entera para el área de Hematología.-
c) El Control de Calidad es Externo.-

Asunción, 06 de noviembre de 2014

Ing. MAVE Sergio E. Ortiz
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
MSPBS