ADENDA N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 32/2019, ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES, CAMIÓN FURGÓN Y CAMIONETAS ID N° 367577

Asunción, 24 de julio de 2019

Señores
OFERENTES
Presente

El Departamento de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad al Art. 22, Ley N° 2051/03, procede a efectuar ENMIENDAS al Pliego de Bases y Condiciones.
Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y, por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

1. MODIFÍQUESE en el Pliego de Bases y Condiciones en la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS en las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera:

ITEM 1 - AMBULANCIA CONVENCIONAL
15. CARDIODESFIBRILADOR AUTOMÁTICO.
Características físicas:
Desfibrilador automático externo Bifásico.
Características Técnicas:
Monitorización con ECG: Conexión con el paciente a través de parches únicos (Adulto y pediátrico) desechables.
Visualización: Pantalla táctil tipo LCD de alta resolución (opcional).
Comunicaciones: Conexión Wifi (Opcional) ó transferencias a memoria USB.
Desfibrilador: Forma de onda Bifásica Rectilínea o Forma de onda bifásica Exponencial Truncada.
Energía: 45 a 50 Julios y Adultos 185 a 200 Julios o mejor
Tiempo de carga: menos de 12 segundos o mejor.
Normas de diseño mínimas requeridas: AAMI DF-80, EN 60601-1, EN 60601-1-2, al menos 2 de ellas.
Seguridad para pacientes: todas las conexiones de los pacientes deberán estar aisladas de manera eléctrica.
Parches: Parches adulto y pediátrico por separado descartable con vida útil mínima de 2 años.
Cantidad cuatro parches desechables para uso en pacientes adulto/pediátrico
16. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL
Características: Diseño pequeño y ligero.
Tipo de paciente: Adulto y Pediátrico.
Pantalla Dual color LED o pantalla monocromática.
Muestra Sp02, BARRA DE PULSO Y Pletismograma.
Bajo consumo de energía, se apaga automáticamente.
Indicador de batería baja. 2 pilas AAA alcalinas o pilas recargables.
Fabricación acorde a normas internacionales de calidad.

ITEM 2 - CAMIONETA CERRADA TIPO FURGON
7. ACCESORIOS
7.1. Dos espejos retrovisores externos.
7.2. Un espejo retrovisor interno del tipo día/noche.

ADENDA N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 32/2019, ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES, CAMIÓN FURGÓN Y CAMIONETAS ID N° 367577

7.3. Dos viseras para sol.
7.4. Equipo eléctrico limpia parabrisas.
7.5. Surtidor de limpia parabrisas.
7.6. Tapa de depósito de combustible con apertura interna.
7.7. Bocina de carretera.
7.8. Una llanta con neumático de repuesto.
7.9. Cinto de seguridad para conductor y acompañantes.
7.10. Un plug para encendedor.
7.11. Un equipo de radio AM/FM, con lector de CD MP3.
7.12. Un gancho delantero y trasero para remolque.
7.13. Evaporador trasero de 36000BTU como mínimo, con comando independiente.

2. MODIFÍQUESE en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), Etapas y Plazos.

Obs.: Los requisitos no modificados en esta Adenda quedan invariables.

IGNACIA BRITEZ DE MORENO
Subcomisario Int'd
Jefa Interina - Departamento U.O.C