UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Químicas

ADENDA N° 01

Contratación Directa N° 10/2021 – ID N° 397.374

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REACTIVOS – PROYECTO CONACYT POSG 17-105 / POSG 16-2"

Campus Universitario, San Lorenzo, 22 de abril de 2021.

ANEXO B

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

22.Periodo de Validez de la Garantía de los Bienes

El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente: 1 año a partir de la entrega del bien para todos los ítems. Y 1 año a partir de la entrega del bien para los ítems N° 27, 28 y 29.

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

Ítem	Código	Descripción	EE.TT	Unidad de medida	Presentación
3	41116015-093	Ciprofloxacina Sustancia Patron	Pureza de más de 98%. Envasado en origen, en envase de vidrio o plástico, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad. Debe contar con certificado de control de calidad de origen	unidad	Frasco de 100mg
6	41116015-402	Acetona pro analisis	Envasado en origen, en frasco de vidrio oscuro, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad; con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad.	Unidad	Frasco de 1L
9	41116015-415	Metanol p.a.	Envasado en origen, en frasco de vidrio oscuro, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad; con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen.	Unidad	Frasco de 1L
27	41115603-9999	pHmetro/Conductivimetro/Termometro	Conductímetro multiparamétrico portátil. Mide conductividad, pH, temperatura y TDS. Intervalos de medicion requeridos: pH 0,00 a 14,00 co resolucion de 0,01 pH. Conductividad 0 a 3999 µS/cm con resolucion de 1 µS/cm. Temperatura de 0,0 a 60,0°C con resolucion de 0,1°C. TDS 0 a 1999 ppm con resolucion de 1 ppm. Compensación automática de Temperatura de 0 a 60 oC Tipo de pilas: 1 X 9V alcalina Duración de pilas: aprox. 300 horas de uso Dimensiones: 200 X 85 X 50 mm..Con manual de funcionamiento de preferencia en español. Garantía escrita mínima de un (1) año al momento de la entrega. Con representación en el país, servicio técnico autorizado con personal competente para el equipo proveído con provisión de repuestos por el tiempo mínimo igual a la duración de la garantía	Unidad	Unidad
28	41103806-001	Agitador magnético	Para 220 V y conexión con descarga a tierra, 50Hz, con plataforma y cuerpo de material resistente a productos químicos; temperatura máx. apróxim. 550°C; con velocidad regulable de 50 a 2500 rpm; capacidad máxima de agitación hasta 2 L de líquidos;incluyendo 4 barras magnéticas de teflón..Con manual de funcionamiento de preferencia en español. Garantía escrita mínima de un (1) año al momento de la entrega. Con representación en el país, servicio técnico autorizado con personal competente para el equipo proveído con provisión de repuestos por el tiempo mínimo igual a la duración de la garantía	Unidad	Unidad
29	41111505-001	Juego de Pesas	Set de pesas 5 g -1 mg clase E2 · Contenido del set: 5 g, (2) 2 g, 1 g, 500 mg, (2) 200 mg, 100 mg, 50 mg, (2) 20 mg, 10 mg, 5 mg, (2) 2 mg, 1 mg · Material: Los pesos de 1 g y superiores son Troemner Alloy 8, los pesos de 5 mg a 500 mg son de acero inoxidable 316, los pesos inferiores a 5 mg son de aluminio 3003-H14. Debe contar con garantia de control de calidad · Forma: Los pesos de 1 g y superiores son cilíndricos con perilla de manipulación, los pesos de 500 mg o menos son planos con un extremo hacia arriba para facilitar su manejo con pinzas · Se debe suministrar un estuche de policarbonato de alta calidad con un compartimento para cada peso, así como compartimentos para un cepillo y pinzas. Todas las pesas deben contar on certificado de control de calidad..Con manual de funcionamiento de preferencia en español. Garantía escrita mínima de un (1) año al momento de la entrega. Con representación en el país, servicio técnico autorizado con personal competente para el equipo proveído con provisión de repuestos por el tiempo mínimo igual a la duración de la garantía	Unidad	Kit

Obs: Las fechas de consulta, recepción de sobres de ofertas y apertura de sobres oferta quedan modificadas e indicadas en el SICP.

Lic. Fátima Belén Cabañas Piñanez
Jefa de Dpto. de Contrataciones