Asunción, 26 de Agosto de 2011.-

Señores
Participantes de la Contratacion Directa Por Excepcion N° 003/2011.-
"Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Salud con Provision de Repuestos para el Hospital de Clinicas, Asuncion – ID: 221.707.-"
Presente

El Departamento de Contrataciones Publicas dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la Adenda Nº 1.

1- *Consulta:* *Considerando los Plazos que la Convocante ha determinado para la fecha tope de las consultas (Viernes 26/08/11) y la fecha fijada para la Entrega y Apertura de Ofertas (Lunes 29/08/11). Solicitamos por favor una prorroga en la Entrega y Apertura de las ofertas, pues no existe tiempo suficiente para realizar las respuestas, analizarlas y preparar las ofertas.*

Respuesta: *Se otorga la prorroga quedando estipulado de la siguiente manera:*

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: LIC. DIEGO NEGRETE Dirección: DR. MONTERO Y LAGERENZA Nº 658 Ciudad: ASUNCIÓN - PARAGUAY La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **Miercoles 31 de agosto de 2011.-** Hora: ***09:00 a.m.***

LIC. DIEGO NEGRETE
Jefe Unidad de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

e-mail: uoc@med.una.py
Telefax: 421-162

IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: DR. MONTERO Y LAGERENZA Nº 658 Ciudad: ASUNCIÓN - PARAGUAY Fecha: **Miercoles 31 de agosto de 2011.-** Hora: ***09:00 a.m.***

2- ***Consulta:*** *Pag- 05 – IAO 17.3 y Pag 15 – Solicitan "SOBRE LOS REPUESTOS UNA GARANTIA DE 1 (UN) AÑO COMO MINIMO PRESENTANDO EN CERTIFICADO O NOTA …"*
Solicitamos: Por Favor que la Garantia de los Repuestos sea de 6 meses, debido a que es este el plazo otorgado por el fabricante. De considerarse un lapso de timepo mayor, esto ocasionaria el incremento de precio de la oferta.

Respuesta: *La Garantia de los Repuestos requerida queda de la siguiente manera:* ***6 meses.-***

3- ***Consulta:*** *Pag. 11 – Seccion III Suministros Requeridos, Observamos que solo indican Item 33: Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Equipos Medicos "Ecografo".*

Consultamos: Si para el precio de rayos x marca SIEMENS modelo AXION ICONOS R 100, que se encuentra instalado en el servicio de Radiologia del F.C.M., no será previsto un mantenimiento preventivo.

Respuesta: *Dicho Equipo no se encuentra contemplado en este llamado.*

4- ***Consulta:*** *Pag- 15 – Especificaciones Técnicas: Ecografo item 33: " ….El equipo deberá ser reparado y verificado en sus componentes a fin de realizar una limpieza general, calibración, cambio de piezas necesarias y la provision de repuestos y accesorios (Provision de placa electronica DC – El Equipo debe quedar en estado operativo) …"*
Observamos, que en las Especificaciones Técnicas sólo mencionan la provision de placa electronica DC.
Les recordamos que este equipo se encuentra en condiciones inoperativas aproximadamente desde 6 (seis) meses. En las verificaciones tecnicas realizadas se ha detectado ademas, la falta de un transductor VF 10-5 Lineal, el cual fue cotizado junto con la placa electronica según presupuesto SAT 1108009, Solicitamos por favor aclarar, si será incluida esta pieza en la cotizacion final de la oferta.

Respuesta: *Solo se contemplo la placa DC sobre el primer informe tecnico de la empresa.*

LIC. DIC. ONEGRETE
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

e-mail: uoc@med.una.py
Telefax: 421-162

5- ***Consulta:*** *Pag – 16- "…GARANTIZAR UNA CAPACITACION AL AREA IMPLICADA DE UN ADIESTRAMIENTO DE USO DE EQUIPOS A MEDICOS, ENFERMERAS Y TÉCNICOS, EN FECHA A CONFIRMAR CON EL JEFE DE SERVICIO.-"*

Solicitamos: Por favor aclarar, cuanto es el tiempo requerido para el Adiestramiento de sus funcionarios, cual es el alcance de esta capacitación requerida y a que profesionales esta dirigida.

Donde dice: Garantizar una capacitación al area implicada de un adiestramiento de uso de equipos medicos, enfermeras y técnicos, en fecha a confirmar con el jefe de Servicio.
Consultamos: Se refiere a los técnicos de electromedicina para el mantenimiento del equipo?

Respuesta: *El Tiempo de adiestramiento requerido es de dos dias, el cual será dirigido a Medicos, Enfermeras y Técnicos Electromedicos.*
En el area de Medicina en Imágenes deben ser considerados los técnicos del area implicada.

6- ***Consulta:*** *Pag – 19 – CGC 25.1 – "… El valor de las multas será: Multas aplicables por retraso en el suministro de los servicios será del 1% (uno por ciento) sobre el valor de los bienes en demora y hasta alcanzar el valor de la garantia de cumplimiento de contrato…"*
Solicitamos: Por favor determinar el tiempo en el cual se considerará atrasos en el suministro de los bienes.

Sugerimos el siguiente texto: Multas aplicables por retraso en el suministro de los servicios sera del 1% (uno por ciento) sobre el valor de los bienes en demora por cada semana o fraccion mayor de 3 (tres) dias en demora de los bienes y hasta alcanzar el valor de la garantia de cumplimiento de contrato…"

Respuesta: *Queda establecido de la siguiente manera: Multas aplicables por retraso en el suministro de los servicios sera del 1% uno por ciento) sobre el valor de los bienes en demora por cada semana o fraccion mayor de 3 (tres) dias en demora de los bienes y hasta alcanzar el valor de la garantia de cumplimiento de contrato…"*

7- ***Consulta:*** *Donde dice: fecha final de entrega de bienes o servicios para el item 34. solicitamos que sea dentro de los 90 dias a partir de la recepcion de la Orden de Servicio. Debido a que en ocasiones las partes necesarias deben ser importadas del fabricante y el plazo de disponibilidad es un poco mayor a 35 dias.*

Respuesta: *Para este caso si se otorga los dias solicitados, previa nota de aviso de fecha estimada.*

Lic. DIEGO NEGRETE
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162