PAC N°: 333.497.

ADENDA N° 01 / 2017

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 82/17 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE DECLARADOS DESIERTOS DE LA LPN 91/2016" – PLURIANUAL,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Lote	Ítem	Cód. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	Presentación de Entrega	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
INSUMOS PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA								
1	1	42294707-998	Cono de centrifuga.	Cono de centrifuga de segunda generacion de policarbonato de alta trasparencia, con entrada y salida de 3/8", con sensor de flujo, recto con entrada y salida de 3/8", con recubierta biocompatible, de moleculas de heparina y proteina o mejor. sistema compatible con Maquina de CEC. Los insumos deben ser de la misma marca y se podrán entregar de manera opcional los insumos solicitados en forma de paquetes estériles.	Envase individual Esteril	Envase individual Esteril	100	200
2	1	42294713-001	Oxigenador a membrana capilar	Oxigenador de Membrana microporosa Adultos Con recubierta Biocompatible a base de moleculas de heparina y proteinas o mejorados. Reservatorio venoso de 4000ml a 5000ml, con drenale venoso 1/2", con reservatorio de alta trasparencia, reservorio de cardiotonia. Oxigenador con salida arterial de 3/8", conector de recirculacion 1/4", intercambiador de temperatura con entrada y salida 3/8. Los insumos deben ser de la misma marca y se podrán entregar de manera opcional los insumos solicitados en forma de paquetes estériles.	Envase individual Esteril	Envase individual Esteril	100	200
3	1	42294713-001	Oxigenador a membrana capilar de alta gama.	Oxigenador de Membrana microporosa Adultos Con recubierta Biocompatible a base de moleculas de heparina y proteinas o mejorados. Reservatorio venoso de 4000ml a 5000ml, con tratamiento de burbujas, con alta trasparencia con recubierta de material biocompatible. Oxigenador con filtro arterial incorporado, flujo radial, sistema de escape gaseoso, con valvula unidireccional. intercambiador de temperatura con entrada y salida 3/8 Los insumos deben ser de la misma marca y se podrán entregar de manera opcional los insumos solicitados en forma de paquetes estériles.	Envase individual Esteril	Envase individual Esteril	100	200
4	1	42293112-003	Filtro para Bomba de Circulacion Extracorpore a	Filtro Arterial adulto 40 micras o mejor con puente de recirculacion Conectores en Y de 3/8" con salida de purga. Recubierta biocompatible a base de moleculas de heparina y proteinas o mejor. Los insumos deben ser de la misma marca y se podrán entregar de manera opcional los insumos solicitados en forma de paquetes estériles.	Envase individual Esteril	Unidad	100	200

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lote	Ítem	Cód. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	Presentación de Entrega	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
5	1	42294703-001	Hemoconcentrador	Hemoconcentrador de adultos. Con fibras de polisulfona microporasa de 1 a 1.5 m2 de superficie, con tubos conectores de 1/4" de 45 a 50cm de longitud con clamp, accesorios 2 conectores para via, con cierre seguro a rosca.(tipo luer lock) Los insumos deben ser de la misma marca y se podrán entregar de manera opcional los insumos solicitados en forma de paquetes estériles.	Envase individual Esteril	Unidad	200	400
6	1	42293112-998	Tubos para circulacion extracorporea	Set de tubos de pvc para CEC, Presentacion en bandeja esteril con paquete para mesa conteniendo como minimo. Linea arterial de 3/8" 250cm, linea Venosa de 1/2"de 250cm y una linea venosa 3/8 de 250 cm de longitud, tres aspiradores de 1/4 X 1/16 de 300cm, un tubo de 1/4 X 1/16 de 250cm de longitud, de reserva. Con recubierta biocompatible. Deve contener accesorios. 1 Conector de tubo en Y 1/2"-3/8"-3/8", 1 conector Y 3/8"-3/8"-3/8" 1Conector de tubo recto 3/8"con entrada lateral tipo luer lock 1 conector recto 1/2" con entrada latera tipo luer lock, 1 Conector de tubo en Y 1/4"-1/4"-1/4" 3 llaves de tres pasos, 3 isoladores de presion con prolongador y llave de 3 pasos, 10 cintillos de seguridad. Paquete de Perfusion. 1 tubo de rodillo arterial 1/2" 50 a 60 cm en medio de tubos 3/8" de un la 100cm y el otro extremo 150cm, 3 tres tubos de 1/4 de 200 a 250 cm en un extremo tubos de 3/8 de 50 a 60 cm para rodillo con conector libre en un extremo 3/8"- 1/4". Incluir linea de gases con filtro y 3 isoladores de presion de lineas y cardioplegia. Todos los tubos con recubierta biocompatible. La bandeja deve ser compatible con máquina de extracorporea. Los insumos deben ser de la misma marca y se podrán entregar de manera opcional los insumos solicitados en forma de paquetes estériles.	Envase individual Esteril	Unidad	200	400
CATETERES VASCULARES								
11	1	42221503-005	Cateteres p/ via Arterial	Catéter arterial 20G de 7 a 11 cm para Tecnica de Seldinger Corresponde a la aguja de punción para técnica Seldinger.	Envase individual	Unidad	400	800

- ***Los demás lotes permanecen iguales.***

2. PLAN DE ENTREGA (BIENES)

Lugar de Entrega: Instituto Nacional de Cardiología Hospital San Jorge. Los productos solicitados se darán por entregados cuando sean efectivamente recibidos y cuenten con las notas de remisión firmada por los responsables designados por cada servicio y fiscalizadores correspondientes.
Telef: 292519 / 292532 / 292539 / 292624
Direccion: Via Ferrea c/ Madame Lynch.

Cronograma de Entrega: Las órdenes de entrega serán emitidas por la Dirección General de Insumos Estratégicos en salud, previa solicitud del Hospital San Jorge. Los plazos serán computados en días corridos,
El proveedor deberá tener la capacidad de realizar entregas fraccionadas, la recepción en cuanto a cantidades y plazos se realizará conforme al cronograma de entrega.

Asunción, 21 de agosto de 2017