Asunción, 30 de enero de 2023

NOTA UOC N° 64/2023

Señor
Abog. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, Director Nacional
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
PRESENTE

Me dirijo al Señor Director Nacional, con referencia al llamado a Licitación Pública Nacional SBE N° 07/2023, "Adquisición de Insumos Médicos Varios"– ID 414932.

En tal sentido, se remite justificación de los productos vinculados con la TIENDA VIRTUAL, que fue remitido a este Departamento por Nota PS Nº38/2023, del Parque Sanitario del Departamento de Suministro, dependiente de la Dirección General de Sanidad Policial.

JUSTIFICACIÓN REFERENTE DE PRODUCTOS VINCULADOS CON LA TIENDA VIRTUAL

ITEM Nº 7

7	FILTRO ANTIBACTERIANO	FILTRO ANTIBACTERIANO. FILTROS ELECTROSTÁTICOS BACTERIANOS Y VIRALES CON INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD (HME) PARA FILTRACIÓN, CALENTAMIENTO Y HUMIDIFICACION DEL AIRE. DESECHABLE. ENVASADO ESTERIL INDIVIDUAL. ADAPTABLE AL EQUIPO INSTITUCIONAL

Solicitamos de los filtros antibacterianos con intercambiador de calor y humedad, ya que los filtros antibacterianos secos desarrollan una mayor formación de secreciones costrosas que taponan los tubos orotraqueales y las cánulas de traqueotomía.

ITEM Nº 9

9	GASA DE ALGODÓN	GASA HIDRÓFILO, DE ALGODON 100%, PAQ 100 cm X 40 m. RECTILINEA DOBLADA EN ZIGZAG.DE 18 HEBRAS COMO MÍNIMO POR cm2, ABSORBENTE, CON TERMINACIONES LATERALES

Solicitamos gasa de algodón de 18 hebras como mínimo, por las necesidades actuales de los servicios de contar con gasas de mayor absorción. La absorción de las gasas actualmente utilizadas, no son las adecuadas, ya que las mismas no presentan una buena absorción, requiriendo mayor cantidad de iodo; además la apertura de las tramas hace que se *"deshilache"*, lo que obliga a utilizar mayor cantidad, la pérdida de los hilos dificulta el trabajo en el campo operatorio, cabe resaltar que se han desarrollado casos de "***granuloma de cuerpo extraño***" en pacientes post operatorios por los hilos de la gasa.

ITEMS Nº 11, 12 Y 13.

11	GUANTE DE PROCEDIMIENTO	GUANTE DE PROCEDIMIENTO GRANDE, HIPOALERGENICO DE LATEX , RESISTENTE A LA PRUEBA DE LA CALZA, 5,5 GRAMOS POR GUANTE ± 0,5 GRAMOS, 0,12 A 0,15 MM DE ESPESOR. (OFERTA ES POR CAJA)
12	GUANTE DE PROCEDIMIENTO	GUANTE DE PROCEDIMIENTO MEDIANO HIPOALERGÉNICO DE LATEX , RESISTENTE A LA PRUEBA DE LA CALZA 5,5 GRAMOS POR GUANTE ± 0,5 GRAMOS, 0,12 A 0,15 MM DE ESPESOR. (OFERTA ES POR CAJA)
13	GUANTE DE PROCEDIMIENTO	GUANTE DE PROCEDIMIENTO PEQUEÑO HIPOALERGÉNICO DE LÁTEX , RESISTENTE A LA PRUEBA DE LA CALZA, 5,5 GRAMOS POR GUANTE ± 0,5 GRAMOS, 0,12 A 0,15 MM DE ESPESOR. (OFERTA ES POR CAJA)

Los guantes de procedimientos disponibles se rompen con facilidad, lo que podria hacer que caigan restos o particulas de los mismos en el campo operatorio, causando contaminacion con frecuencia y muchas veces conducen electricidad produciendo descargas en los cirujanos durante las cirugias.

ITEM Nº 18

18	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA	HILO PARA SUTURA QUIRURGICA POLIAMIDA MONOFILAMENTO, N° 3/0 NEGRO O AZUL, CON AGUJA CORTANTE DE ACERO INOXIDABLE, 3/8 CIRCULO, AGUJA DE 19 A 25 mm DE LONGITUD Y HEBRA DE 70 A 75 cm DE LARGO

Los hilos del tipo poliamida 3-0 disponibles, presentan un fácil desprendimiento de la aguja con un mínimo esfuerzo y deformidad de la aguja ante la realizacion de esfuerzos normales para atravesar la capa de la piel.

Por lo expuesto, se solicita su difusión en el portal de contrataciones, saludos cordiales.

Atentamente,

IGNACIA BRITEZ DE MORENO
Subcomisario INTD.
Jefa Interina – Dpto. UOC

Lic. Pedro Bobadilla
Oficial Primero INTD.