San Lorenzo, 20 de noviembre del 2019

ADENDA Nº 1

En referencia al Llamado a **Licitación Pública Nacional Nº 01/2020 "Adquisición de Servicio de Asistencia Técnica y Operacional del Laboratorio de Seguridad Biológica NSB3A-NB4OIE – Plurianual", ID Nº 371.171,** con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

(B) Experiencia y Capacidad Técnica

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:

1. Antigüedad y trayectoria de la Empresa en el ramo de cómo mínimo cinco (5) años, que será comprobada con la presentación de los estatutos sociales o extracto de los mismos, en el que indique: nombre o razón social, tipo de sociedad, fecha de constitución, domicilio, objeto, duración y capital. En el caso de firmas unipersonales, se deberá presentar la Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.
2. Cumplimiento de contratos ejecutados y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales y/o certificados de cumplimiento satisfactorio correspondiente a cada factura o contrato, de prestación de servicios de asistencia técnica, operación y/o manejo de instalaciones de Laboratorios de Bioseguridad Nivel 4 con clasificación NSB3A – NB4OIE, dentro de los cinco (5) últimos años (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones que fuesen necesarios para acreditar el volumen en promedio de los 5 (cinco) años, en un monto de 30 % de la oferta como mínimo, los mismos podrán ser de entidades públicas y/o privadas.
3. Listado del personal técnico con que cuenta el oferente para la ejecución del servicio.
4. Currículum del personal afectado a la prestación del servicio.
5. Listado de clientes, actualizado, con los datos necesarios, como ser, nombre del responsable de la administración del contrato, número de teléfono, etc., a los efectos de recabar un informe del modo en que ha cumplido su contrato, así como la eficiencia y eficacia que ha tenido durante la duración y ejecución del mismo.
6. El oferente deberá presentar Certificado de chequeo médico general, de los cinco personales que trabajaran e ingresaran al Laboratorio de Bioseguridad NSB3A-NB4OIE; con los documentos que demuestren que los mismos cuentan y contarán con Seguro Médico conforme duración del contrato.
7. La empresa oferente deberá contar con los materiales e insumos que emplearan para la prestación del servicio, para lo cual deberá presentar declaración jurada de contar con como mínimo con las siguientes herramientas:
   - Caja de herramientas, 2 Unidades.

- Navaja multiuso de apertura rápida. Navaja de acero SK-2, longitud 7 pulgadas, cuchilla retráctil color naranja. 2 unidades
- Nivel de mano tipo torpedo, magnético, puntas recubiertas de hule contra impactos, Longitud 9 pulgadas 2 unidades
- Pinza de electricista, largo 9 pulgadas, forjada en acero al cromo vanadio, 1000 voltios, recubrimiento satinado color naranja 2 unidades
- Pinza de punta y corte largo 8 pulgadas, forjada en acero al cromo vanadio, 1000 voltios, recubrimiento satinado color naranja 2 unidades
- Pinza de corte diagonal, largo 6 pulgadas, forjada en acero al cromo vanadio, 1000 voltios, recubrimiento satinado color naranja 2 unidades
- Pinza de presión, tipo Mordaza recta y curva mango de vinil aislante y anti derrapante, en material de cromo molibdeno, largo 10 ". 2 unidades de cada uno
- Pinza pela cables automáticos de precisión, cuchilla de acero Sk5, perilla de ajuste, cortos cables de 1 a 4mm2, mango naranja. 2 unidades
- Pinza ponchadora de módulos intercambiables, para instalar conectores RJ-9, RJ-11, RJ-12, RJ-45. Color naranja. 2 unidades
- Juego de llaves de 11 llaves combinadas pulidas, material cromo vanadio, extralargas, milimetradas. 2 unidades
- Juego de 10 llaves allen organizador plástico abatible, fabricadas en acero cromo vanadio, recubrimiento satinado, milimetradas. 2unidades
- Juego de llaves Torx en L con organizador plástico abatible, fabricadas en acero cromo vanadio, milimetradas. 2unidades
- Remachadora profesional con 4 boquillas intercambiables, cilindro de acero al carbono, largo 9 pulgadas, color naranja. 2 unidades
- Linterna de baterías con leds, de aluminio, 135 lúmenes, de alta luminosidad, larga vida útil y tamaño compacto. 2 unidades
- Linterna de baterías con leds para cabeza, 40 lúmenes, de alta luminosidad, larga vida útil y tamaño compacto. 2 unidades
- Lima redonda tipo bastardas, largo 8 pulgadas. 2 unidades
- Destornillador Cabinet 1/8x4 mango bicolor. 2 unidades
- Destornillador Plano 3/16x4 mango bicolor. 2 unidades
- Destornillador Plano transparente 1/4x6". 2 unidades
- Destornillador Cruz NO.1 3/16x6". 2 unidades
- Destornillador Cruz NO.0 1/8x4". 2 unidades.
- Destornillador Cruz 1/8x6" mango bicolor. 2 unidades
- Cinta métrica de 5MT. 2 unidades
- Martillo de uña curva 7 OZ pulido. 2 unidades
- Busca polo 80 - 500 V 14 CM. 2unidad
- Llaves tipo stilson de aluminio, aluminio forjado y mordaza de cromo molibdeno, Apertura 64mm. 1 unidad.
- Llave ajustable francesa 8 pulgadas Cromado con Grip. 2unidades
- Juego de llaves de tubo de 45 piezas milimétrico material cromo vanadio. 1 unidad.
- Organizador reforzado para tuercas y tornillos de 17 compartimentos, fabricado en polipropileno tipo maletín con tapa. 2 unidades.
- Cautín para soldadura con estaño tipo lápiz de 60W, con 3 picos de repuesto, con soporte para cautín, con limpiador de esponja. Tensión 220V. 1 unidad.
- Estaño para soldadura con núcleo de serina 60/40 para electrónica. 2 rollos.

- Arco profesional para sierra, arco y mango ergonómico inyectado de aluminio. 2 unidades.
- Multímetro digital. 2 unidades.
- Andamio múltiple de aluminio 3.70 Mts c/ plataforma. 1 unidad
- Escalera tipo tijera/telescópica de aluminio 16 peldaños. 3.7mts. 1 unidad.
- Taladro mandril de 10mm. 1 unidad
- Llave de tubo N° 65 milimétrico con brazo palanca y prolongador. 1 Unidad.
- Llaves tipo stilson de aluminio, aluminio forjado y mordaza de cromo molibdeno, Apertura 80 mm. 1 unidad.
- Cámara de infrarrojos compacta con pantalla LCD, cámara de luz visible integrada a toda la imagen de infrarrojos en tiempo real, imagen térmica integral sin diluir con características de visión normal: 1 unidad
- Pinza amperométrica profesional. Con funciones de medición de corriente eléctrica tanto alterna como continua, voltímetro AC/DC, óhmetro multiescala, capacimetro y frecuencímetro. 2 unidades.
- Inflador- Calibrador de presión de aire con manómetro para lectura de presión. 1 unidad
- Radio (WalkieTalkie) con alcance para 10 km, pantalla LCD, baterías recargables, pedestal de carga, resistente al agua IP68 y baterías de reserva. Cantidad 4 unidades.
- Kit Medidor de resistencia de aislamiento de tierra. 1 unidad. Debe incluir,
    - Comprobador de puesta a tierra GEO
    - Manual del usuario.
    - Baterías.
    - Cable USB.
    - Guía de referencia.
    - 2 pinzas.
    - Estuche profesional.
    - 4 picas de puesta a tierra.
    - 3 rollos cable.
- Rotuladora Industrial conectable a PC con pantalla a color, impresión de hasta 30 mm/ segundo, ancho máximo de cinta de hasta 24mm, mecanismo con cortador automático incorporado, memoria integrada, resolución de impresión de 180 dpi, 14 estilos de fuentes, 99 marcos y más de 600 símbolos, identificación con impresión de códigos de barra y códigos QR.
- Balanza digital para refrigeración industrial para 50 Kg.
- Maletín de herramientas para extracción de rodamientos y poleas, de tres brazos articulados de 2 y 4 pulgadas.
- Máquina generadora de humo de 900w, mando a distancia y tanque para un litro de líquido.
- Manguera con alta flexibilidad y de fácil manejo, no se tuerce ni se dobla para una presión máxima de 12 Bar y temperaturas superiores a 50 °C. De tres capas, PVC interno con goma, intermedio de hilo de poliéster trenzado y externa de PVC con coma, con conectores rápidos. Diámetro ½" Cantidad: 30 metros.
- Manguera con alta flexibilidad y de fácil manejo, no se tuerce ni se dobla para una presión máxima de 12 Bar y temperaturas superiores a 50 °C. De tres capas, PVC interno con goma, intermedio de hilo de poliéster

trenzado y externa de PVC con coma, con conectores rápidos. Diámetro ¾" Cantidad: 30 metros.

- Aspiradora portátil con depósito de 600ml, autonomía de 20 minutos con opción para uso con conductor de carga constante. Caudal de aire mínimo de 1000 litros/min.
- Bomba de Vacío 3/4 HP, 220V, 50 Hz, Caudal 6 CFM, conexión entrada ¼" &3/8" SAE, capacidad de aceite 700 ml.1 unidad.
- Recuperador de Gas Refrigerante CAT V R-410 A, 220-240 V 50 Hz ½ HP, recovery rate: vapor 0'26 kg/min, Liquido 1'85 kg/min, Push/Pull 6'22 kg/min, presostato de seguridad para alta presión tarado a 38,5 bar, con sistema de protección de sobrellenado OFP, mangueras de conexión. 1 unidad.
- Envases para recuperación de gases refrigerantes, válvulas de gas y líquido y sistema de seguridad, capacidad de 26.1 Lbs. 3 unidad.
- Vacuometro Digital para medición de Vacío con sensor termopar y microcomputador, conector ¼" adaptador hembra, unidades de vacío: Micrones, Torr, mTorr, mmHg, mBar, Pa, rango de precisión 1-100 micrones: +- 1,5 %, 100-1000 +- 3%, fuente de energía 9 V con opción AC/DC. 1 Unidad
- Detector de fugas de gas refrigerante (Halógenos) con sensor de alta sensibilidad, para refrigerantes HFC, CFC, tiempo de respuesta instantánea equipado con indicación alarmante de sonido e indicación luminosa monocromática con 6 niveles de fuga.1 unidad.
- Manómetro para refrigeración (manifold) con juego de 3 mangueras para R410.
- Multidetector digital 3 en 1, metal férrico y no férrico – madera – conductores bajo tensión eléctrica. 1 Unidad.
- Hidrolavadora para lavado a Alta Presión, 130 bar de presión, caudal máxima 420 l/h con todos sus accesorios: manguera de alimentación 1/2" min con filtro, recipiente para detergente, conectores rápidos, manguera de alta presión, pistola de alta presión con bayoneta y lanza con pico regulable. 1 unidad.
- Llave De Estrías de Matraca Para Refrigeración 1/4" x 3/16" x 3/8" x 5/16" pulgadas, 4 bocas cuadradas diseñado para una máxima sujeción en las espigas de cobre de las válvulas de los equipos de refrigeración e hidroneumáticos. 1 Unidad
- Llave Universal De Cadena para filtros de aceite y combustible.1 Unidad.
- Probador multifunción digital de batería, y conexión a tierra. Función de eliminación de carga. Pantalla LCD. Controlador de testeo con microprocesador sin carga de batería. Sistema de selección de carga y capacidad de la batería. Protección de polaridad inversa. Indica porcentaje de rendimiento. 1 Unidad
- Amoladora Angular de uso profesional para discos de 4" con su disco de corte y de desbaste. 1 Unidad
- Juego de sierra copa. 1 Unidad.
- Calibre de Vernier en acero cromo molibdeno. 8 pulgadas. 1 unidad.

8. El oferente deberá presentar junto con su oferta el sistema de vigilancia monitoreada o método análogo que la empresa aplicará sobre sus técnicos, de tal manera a asegurar al SENACSA que el trabajo de los mismos es ininterrumpido.

9. Cumplimiento del servicio ofertado con las Especificaciones Técnicas: el servicio ofertado deberá satisfacer los requerimientos indicados en las especificaciones técnicas incluidas en la Sección III – Suministros Requeridos.

Para corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes ofertados, así como la capacidad del oferente de dar cabal y fiel cumplimiento a los compromisos contractuales, el oferente deberá presentar toda y cada una de las documentaciones solicitadas en la Sección VII Anexo I del presente Pliego, la misma deberá estar completamente suscriptas. La no presentación de las documentaciones de carácter sustancial será motivo de descalificación.

Los demás documentos pueden ser solicitados por el Comité de Evaluación y la no presentación en tiempo y forma de lo requerido será motivo de descalificación; la misma se realizará por vía correo electrónico, y/o nota escrita a los oferentes. ***Por tanto, el oferente es responsable de revisar diariamente su buzón electrónico a los efectos de darse por notificado y a mantener en condiciones técnicas óptimas el acceso a la dirección de correo electrónico.***

SECCIÓN VII. ANEXOS

ANEXO N° I

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.
1. Copia de Balance General y Estado de Resultados de los últimos (3) tres años de funcionamiento (2016, 2017 y 2018), clasificado en corriente y no corriente, conforme al formato establecido por la SET.
2. Cumplimiento de contratos ejecutados y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales y/o certificados de cumplimiento satisfactorio correspondiente a cada factura o contrato, de prestación de servicios de asistencia técnica, operación y/o manejo de instalaciones de Laboratorios de Bioseguridad Nivel 4 con clasificación NSB3A – NB4OIE, dentro de los cinco (5) últimos años (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones que fuesen necesarios para acreditar el volumen en promedio de los 5 (cinco) años, en un monto de 30 % de la oferta como mínimo, los mismos podrán ser de entidades públicas y/o privadas.
3. Listado del personal técnico afectado a la prestación y ejecución del servicio, y Currículo acompañado con las documentaciones que certifiquen fehacientemente el cumplimiento de lo solicitado en la Sección III. 1.4. REQUISITOS RELATIVOS A RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICA.
4. Listado de clientes, actualizado, con los datos necesarios, como ser, nombre del responsable de la administración del contrato, número de teléfono, etc.
5. Certificado de chequeo médico general, de los cinco personales que trabajaran e ingresaran al Laboratorio de Bioseguridad NSB3A-NB4OIE; con los documentos que demuestren que los mismos cuentan y contarán con Seguro Médico conforme duración del contrato.
6. Declaración jurada de contar con los materiales e insumos que emplearán para la prestación del servicio conforme lo solicitado en la Sección II. Criterios de Evaluación., inciso B) Experiencia y Capacidad Técnica. Punto 7.

7. Plan detallado que describa el sistema de vigilancia monitoreada o método análogo que la empresa aplicará sobre sus técnicos operarios, de tal manera a asegurar al SENACSA que el trabajo de los mismos es ininterrumpido.
8. Constancia de Visita al sitio de prestación de servicios, o declaración de conocer el sitio de los trabajos y de que cuenta con la información relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

LOS DEMÁS ITEMS Y PUNTOS QUE FORMAN PARTE DE LA SECCION II Y VII PERMANECEN SIN MODIFICACIONES.

MODIFICACIONES EN EL SICP:

FECHA TOPE DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y LA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS.

Atentamente.

Lic. Dámaris Ocampo B.
Directora Operativa de Contrataciones