COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

Mariano Roque Alonso, 05 de noviembre de 2013

NOTA DE ACLARACION N° 01/2013

CONSULTA:

Según Adenda Nº 5, de fecha 30 de Octubre del 2013, se permite también cotizar 2 equipos por separados para los análisis de **QUIMICA CLINICA e INMUNOLOGIA**.

RESPUESTA:

Para el **Lote N° 3**, podrán ofrecer equipos en Comodato con las siguientes características de acuerdo a la Adenda N° 05/2013 de fecha 30 de octubre de 2013

EQUIPO INTEGRADO O NO INTEGRADO (POR SEPARADO) PARA QUIMICA E INMUNOLOGIA

PARA REACTIVOS DE ANÁLISIS DE BIOQUIMICA (Especificaciones Técnicas)

Equipos en comodato por método de detección Fotométrico, Potenciométrico y Turbidimétrico; nuevos, de fabricación no mayor a 2 años. Que cumplan con los requerimientos mínimos de desempeño necesarios para el laboratorio, capacidad de realizar urgencias, además de procesar las determinaciones de rutina en tiempo razonable.

Capacidad de prescindir de adaptadores de muestra. El equipo debe aceptar una amplia gama de contenedores de muestra. Preferentemente la carga de muestra debe ser frontal.

Procesar mínimo 400 determinaciones/hora de Bioquímica y 100 determinaciones/hora de Inmunoensayo, y con posibilidad de incluir 400 Electrolitos/hora (Na, K y Cl), con un amplio menú de pruebas disponibles. Capacidad de procesamiento inmediato de urgencias y máxima flexibilidad en la priorización de repeticiones, pruebas condicionadas y rutina garantizando una óptima secuencia de pipeteo.

Con gradilla universal autoajustable a cualquier tipo de tubo, con copas de muestra adaptables y tubos de fondo, muestreo con poco volumen de muestra y muestras pediátricas. Con sistema de detección de coágulos, burbujas, espuma e insuficiencia de volumen.

Sistema de control con ordenador con monitor color, táctil, teclado y ratón, que procese muestras de suero, plasma, orina, LCR, con software intuitivo y de fácil manejo, diseñado en entorno gráfico. Tiempo de respuesta en pantalla inferior a 3 segundos y un máximo de 2 etapas para ejecutar una tarea.

Centro Financiero Nº 5 "COMLOG"
Correo: cf5uoc@gmail.com
Telefax: 021 – 750.369

Servicio técnico deberá realizar los mantenimientos periódicos, preventivos, correctivos y predictivos. El tiempo de respuesta dentro del horario de trabajo del laboratorio, menor a una hora desde el llamado a la empresa y con personal calificado.

Conexión y transferencia de la información de los equipos autoanalizadores al sistema de gestión de laboratorio. El sistema debe permitir el registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes), registro de control de calidad.

KIT PARA DETERMINACION DE INMUNOANÁLISIS (Especificaciones Técnicas)

Equipos en Comodato: Por Quimioluminiscencia, nuevos, de fabricación no mayor a 2 años. Que cumplan con los requerimientos mínimos de desempeño necesarios para el laboratorio, capacidad de realizar urgencias, además de procesar las determinaciones de rutina en tiempo razonable.

Capacidad de prescindir de adaptadores de muestra. El equipo debe aceptar una amplia gama de contenedores de muestra. Preferentemente la carga de muestra debe ser frontal.

Procesar mínimo 100 determinaciones/hora de inmunoensayo. Con amplio menú de prueba disponible.

Con gradilla universal autoajustable a cualquier tipo de tubo, con copas de muestra adaptables y tubos de fondo, muestreo con poco volumen de muestra y muestras pediátricas. Con sistema de detección de coágulos, burbujas, espuma e insuficiencia de volumen que garantice la precisión del pipeteo y la calidad de resultado.

Sistema de control con ordenador con monitor color, táctil, teclado y ratón, que procese muestras de suero, plasma y orina, con software intuitivo y de fácil manejo, diseñado en entorno gráfico. Tiempo de respuesta en pantalla inferior a 3 segundos y un máximo de 2 etapas para ejecutar una tarea.

Servicio técnico deberá realizar los mantenimientos periódicos, preventivos, correctivos y predictivos. El tiempo de respuesta dentro del horario de trabajo del laboratorio, menor a una hora desde el llamado a la empresa y con personal calificado.

Conexión y transferencia de la información de los equipos autoanalizadores al sistema de gestión de laboratorio. El sistema debe permitir el registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes), registro de control de calidad.

- Sistema informático para Laboratorios.
- Soporte
- Una centrifuga macro
- Dos exhibidores refrigerados

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGÍSTICO

CARLOS MARÍA COLMÁN ROJAS
Cap Int Jefe Dpto. UOC CF Nº 5

Centro Financiero Nº 5 "COMLOG"
Correo: cf5uoc@gmail.com
Telefax: 021 – 750.369