Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

5 de julio de 2018

SUBDUOC: Nº073/2018

Señores
Oferentes
Ref.: *LPN Nº 01/2018 para "Adquisición de microscopio electrónico de barrido y accesorios para laboratorio de proyectos financiados por el CONACyT."*
ID Nº 348.209

Aclaración Nº 2

Me dirijo a ustedes en relación a las consultas realizadas a fin de remitirles las aclaraciones correspondientes.

Consulta N° 1:
"La distancia de trabajo analítica (AWD) debe ser inferior a los 10 mm. El Angulo de despegue debe ser de 35°. El número total de puertos disponibles en la cámara para instalación de detectores y accesorios debe ser de al menos 9 (nueve)"
Esto significa que serán consideradas las ofertas donde el equipo cumpla con una distancia de trabajo analítica (AWD) de 10 mm?

Respuesta: Sí, incluye el valor 10mm.

Lic. Verónica Aguirre Ríos
Responsable SUBUOC
FP-UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD POLITÉCNICA 1979 Construyendo el Futuro

Scanned by CamScanner