San Lorenzo, 18 de Agosto 2.017

Señores
Participantes de CONTRATACION DIRECTA N° 47/2.017 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
I.D. N° 334.711
Presente.

El Departamento de Contrataciones Públicas dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la **Aclaración Nº: 1**:

CONSULTA N°1:
Con respecto al ítem 3:
Aclarar si el cabezal debe ser angular u oscilante.
RESPUESTA:
Presentar indistintamente.

CONSULTA N°2:
Con respecto al ítem 3.
Aclarar si puede ofertarse con rango de velocidad hasta 5000 rpm
RESPUESTA:
Ajustarse a lo solicitado en la Carta de Invitación.

CONSULTA N°3:
Con respecto al ítem 4
Rango de temperatura de 20°C a 70°C si se puede cotizar estufa de cultivo con rango de temperatura de 0 a 65°C
RESPUESTA:
Ajustarse a lo solicitado en la Carta de Invitación.

CONSULTA N°4:
Con respecto al ítem 4
Uniformidad: +-0.7% del valor final de temperatura.
RESPUESTA:
Se refiere a la igualdad de temperatura dentro del interior de la estufa.

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarlo (s) muy atentamente.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Tel.: 683 930 Int. 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal