INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jejapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 52/18 "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COMPRESORES LIBRE DE ACEITE PARA LA PLANTA DE OXIGENO PSA DEL IPS H.C."

ADENDA Nº 8

Asunción, 21 de junio de 2018.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 52/18 "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COMPRESORES LIBRE DE ACEITE PARA LA PLANTA DE OXIGENO PSA DEL IPS H.C."**, informamos que se realizan los siguientes cambios en el Pliego de Bases y Condiciones:

1. **En la Sección III. Suministros Requeridos. 1. Especificaciones Técnicas:**

Donde dice:
Generalidades: Debe incluir para el control de todo el sistema de aire Comprimido:

Debe decir:
Generalidades: Debe incluir para el control de todo el sistema de aire Comprimido

Los equipos ofertados para el sistema generador de aire comprimido deberá cumplir las características Técnicas regidas por las normas de Calidad ISO clase 0 (Cero) y la Directiva 93/42/CEE de Productos Médicos.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Bias Roberto Ramírez
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Alejandro Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES