PAC Nº: 366.840

NOTA ACLARATORIA Nº 02

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 72/2019 "ADQUISICION DE INSTRUMENTALES VARIOS PARA EL MSP Y BS** LAS SIGUIENTES RESPUESTAS A LAS CONSULTAS REALIZADAS:

CONSULTA 1:

Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS.
ÍTEM 8 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE CIRUGÍA
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES).
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son más económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 2:

ÍTEM 9 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE INSTRUMENTALES
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES).
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son más económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 3:

ITEM 12 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA DE ACERO INOXIDABLE
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES).
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son más económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 4:

ÍTEM 13 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA DE ACERO INOXIDABLE
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES).
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son más económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20

ABG. PABLO ESCAÑO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 5:

ÍTEM 14 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE CIRUGÍA MAYOR
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES).
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son más económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 6:

ÍTEM 15 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA DE METAL
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES).
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son más económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 7:

ÍTEM 16 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA METÁLICA C/ TAPA
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES).
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son más económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 8:

ÍTEM 17 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL CAJA METÁLICA C/ ORIFICIOS.
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES).
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son más económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 9:

ÍTEM 18 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA MULTIPERFORADAS PARA AUTOCLAVE
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES).
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son más económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

ABG. FABIO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 10:

ÍTEM 19 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL CAJA PARA CIRUGIA
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES).
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son más económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 11:

Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. 2. PLAN DE ENTREGAS dice:
Plazos de Entrega
1° Entrega 50% de la cantidad mínima: El oferente tendrá un plazo de hasta 15(quince) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las ordenes de entrega, emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos.
Saldo de la Cantidad Mínima: De acuerdo a la necesidad del Servicio con órdenes de entrega emitidas por la Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud, con plazo hasta 30 días corridos, contados a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del Proveedor.
Solicitamos respetuosamente al Convocante que el plan de entregas de bienes sea de la siguiente manera:
Cantidad Mínima
Plazos de Entrega
1° Entrega: Hasta el 20% de la cantidad mínima adjudicada. 30 (treinta) días corridos a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor.
2° Entrega: Hasta el 20% de la cantidad mínima adjudicada. 30 (treinta) días corridos a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor.
3° Entrega: Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada. 30 (treinta) días corridos a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor.
4° Entrega: Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada. 30 (treinta) días corridos a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor

RESPUESTA: El Oferente deberá ajustarse a la Adenda 08.

CONSULTA 12:

Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. 2. PLAN DE ENTREGAS dice:
Plazos de Entrega
Cantidad Máxima: Según necesidad con órdenes de entrega de la DGGIES, con plazo de 30 días a partir de la emisión de las ordenes de entrega.
Solicitamos respetuosamente al Convocante que el plan de entregas de bienes sea de la siguiente manera:
Cantidad MÁXIMA
Plazos de Entrega
1° Entrega: Hasta el 20% de la cantidad mínima adjudicada. 30 (treinta) días corridos a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor.
2° Entrega: Hasta el 20% de la cantidad mínima adjudicada. 30 (treinta) días corridos a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor.
3° Entrega: Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada. 30 (treinta) días corridos a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor.
4° Entrega: Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada. 30 (treinta) días corridos a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor.
Este pedido tiene como finalidad otorgar a toda empresa adjudicada, cierta previsibilidad para la importación de los bienes adjudicados.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

RESPUESTA: El Oferente deberá ajustarse a la Adenda 08.

CONSULTA 13:

Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS.
ÍTEM 7 - BANDEJA DE ACERO PARA INSTRUMENTALES, BANDEJA TAMIZ O CESTILLA CON ASA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "marcación INC"
Respetuosamente solicitamos al Convocante aclarar ¿A qué se refiere **marcación INC**?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 14:

ÍTEM 8 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE CIRUGÍA
Respetuosamente solicitamos al Convocante incorporar en las especificaciones técnicas lo siguiente: "Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE al menos dos de ellos (adjuntar certificado)".
Es importante mencionar que en los instrumentales son solicitados que sean fabricados según estas normas internacionales, por lo que consideramos que las cajas también deben presentar estos certificados.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 15:

ÍTEM 8 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE CIRUGÍA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MÍNIMO DE 100 UNIDADES"
Respetuosamente solicitamos al Convocante aclarar ¿se deberá *ofertar* PRECINTOS DE SEGURIDAD 01-(UN) PAQUETE DE 100 UNIDADES COMO MÍNIMO?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 16:

ÍTEM 8 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE CIRUGÍA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "MEDIDA DE 30 CM X 27 CM X 5 CM (+- 5 CM)"
Respetuosamente solicitamos al Convocante modificar la medida de la ALTURA la cual es de 5 CM y considerando que se le otorga un rango de variación de (+- 5 CM). Nuestra opinión es que la medida de la ALTURA debe ser como mínimo 10 CM.
Por lo expuesto consideramos que las medidas deberían ser las siguientes: "30 CM X 27 CM X **10 CM** (+- 5 CM)".

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 20:

ÍTEM 9 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE INSTRUMENTALES
Respetuosamente solicitamos al Convocante incorporar en las especificaciones técnicas lo siguiente: "Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE al menos dos de ellos (adjuntar certificado)".
Es importante mencionar que en los instrumentales son solicitados que sean fabricados según estas normas internacionales, por lo que consideramos que las cajas también deben presentar estos certificados.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

DG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 18:

ÍTEM 9 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE INSTRUMENTALES
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MÍNIMO DE 100 UNIDADES"
Respetuosamente solicitamos al Convocante aclarar ¿se deberá ofertar PRECINTOS DE SEGURIDAD 01-(UN) PAQUETE DE 100 UNIDADES COMO MÍNIMO?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 19:

ÍTEM 9 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE INSTRUMENTALES
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "MEDIDA DE 60 X 24 CM (+- 5 cm)"
A esta medida, falta la altura, que considerando las otras cajas mínimamente debería ser 10 CM. Así también solicitamos una mínima modificación para dejar en 25CM el ancho. Por lo expuesto, con todo respeto solicitamos al Convocante modificar las medidas y dejarlas en: 60 CM X **25 CM** X **11 CM** (+- 5 cm).

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20

CONSULTA 20:

ITEM 10 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA CONTENEDOR DE ALUMINIO DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE. MEDIDAS
Respetuosamente solicitamos al Convocante incorporar en las especificaciones técnicas lo siguiente: "Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE al menos dos de ellos (adjuntar certificado)".
Es importante mencionar que en los instrumentales son solicitados que sean fabricados según estas normas internacionales, por lo que consideramos que las cajas también deben presentar estos certificados.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 21:

ITEM 10 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA CONTENEDOR DE ALUMINIO DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE. MEDIDAS
En la Descripción del artículo (página 13 del PBC, así también en la Lista de Precios e Ítems solicitados) dice: "CON FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE"; sin embargo en las Especificaciones Técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA DE PAPEL, EN PAQUETES DE 100 UNIDADES", tener en cuenta que estos son descartables y no reutilizables.
Como podrá notar el Convocante, hay una incoherencia con respecto al tipo de filtro. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos al Convocante modificar las Especificaciones técnicas y dejarlos en:
CON FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES). En este caso, también se debe cambiar la Descripción del Bien en la Lista de Precios y en los Ítems solicitados.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 22:

ITEM 11 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL CAJA CONTENEDORA DE INSTRUMENTALES AUTOCLAVABLE.
Respetuosamente solicitamos al Convocante incorporar en las especificaciones técnicas lo siguiente: "Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE al menos dos de ellos (adjuntar certificado)".
Es importante mencionar que en los instrumentales son solicitados que sean fabricados según estas normas internacionales, por lo que consideramos que las cajas también deben presentar estos certificados.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

MSG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 23:

ITEM 12 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA DE ACERO INOXIDABLE
Respetuosamente solicitamos al Convocante incorporar en las especificaciones técnicas lo siguiente: "Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE al menos dos de ellos (adjuntar certificado)".
Es importante mencionar que en los instrumentales son solicitados que sean fabricados según estas normas internacionales, por lo que consideramos que las cajas también deben presentar estos certificados.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 24:

ITEM 12 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA DE ACERO INOXIDABLE
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: MEDIDA DE 20 CM DE LARDO X 10 CM DE ANCHO X 4 CM DE ALTO (+- 2 CM)
Solicitamos incorporar un rango de variación (+- 3 CM), en este caso las Especificaciones Técnicas quedarían redactadas de la siguiente manera: MEDIDA DE 20 CM DE LARGO X 10 CM DE ANCHO X 4 CM DE ALTO (+- 3 CM)

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 25:

ÍTEM 13 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA DE ACERO INOXIDABLE
Respetuosamente solicitamos al Convocante incorporar en las especificaciones técnicas lo siguiente: "Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE al menos dos de ellos (adjuntar certificado)".
Es importante mencionar que en los instrumentales son solicitados que sean fabricados según estas normas internacionales, por lo que consideramos que las cajas también deben presentar estos certificados.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 26:

ÍTEM 13 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA DE ACERO INOXIDABLE
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: MEDIDA DE 25 DE LARGO X 15 CM DE ANCHO X 5 CM DE ALTO (+- 10 CM)
Solicitamos una mínima modificación para dejar en 20 CM el ancho, de tal forma que las Especificaciones Técnicas queden redactadas de la siguiente manera: MEDIDA DE 25 DE LARGO X **20 CM DE ANCHO** X 5 CM DE ALTO (+- 10 CM)

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 27:

ÍTEM 14 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE CIRUGÍA MAYOR
Respetuosamente solicitamos al Convocante incorporar en las especificaciones técnicas lo siguiente: "Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE al menos dos de ellos (adjuntar certificado)".
Es importante mencionar que en los instrumentales son solicitados que sean fabricados según estas normas internacionales, por lo que consideramos que las cajas también deben presentar estos certificados.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 28:

ÍTEM 14 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE CIRUGÍA MAYOR
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MÍNIMO DE 100 UNIDADES"
Respetuosamente solicitamos al Convocante aclarar ¿se deberá ofertar PRECINTOS DE SEGURIDAD 01-(UN) PAQUETE DE 100 UNIDADES COMO MÍNIMO?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20

ABG. PABLO EZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 29:

ÍTEM 15 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA DE METAL
Respetuosamente solicitamos al Convocante incorporar en las especificaciones técnicas lo siguiente: "Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE al menos dos de ellos (adjuntar certificado)".
Es importante mencionar que en los instrumentales son solicitados que sean fabricados según estas normas internacionales, por lo que consideramos que las cajas también deben presentar estos certificados.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 30:

ÍTEM 15 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA DE METAL
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: MEDIDA DE 30 cm largo x 20 cm ancho x 10 cm alto (+- 5 CM)
Solicitamos que las Especificaciones Técnicas queden redactadas de la siguiente manera: MEDIDA DE 30 cm largo x 20 cm ancho x 10 cm alto (+- 10 CM)
Teniendo en cuenta que la variación de (+- 10 CM) también se aplica en otros ítems similares a este; como por ejemplo los Ítems N° 10, N° 13, N° 18 y N° 19.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 31:

ÍTEM 16 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA METÁLICA C/ TAPA
Respetuosamente solicitamos al Convocante incorporar en las especificaciones técnicas lo siguiente: "Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE al menos dos de ellos (adjuntar certificado)".
Es importante mencionar que en los instrumentales son solicitados que sean fabricados según estas normas internacionales, por lo que consideramos que las cajas también deben presentar estos certificados.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 32:

ÍTEM 16 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA METÁLICA C/ TAPA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MÍNIMO DE 100 UNIDADES"
Respetuosamente solicitamos al Convocante aclarar ¿se deberá ofertar PRECINTOS DE SEGURIDAD 01-(UN) PAQUETE DE 100 UNIDADES COMO MÍNIMO?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 33:

ÍTEM 17 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL CAJA METÁLICA C/ ORIFICIOS.
Respetuosamente solicitamos al Convocante incorporar en las especificaciones técnicas lo siguiente: "Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE al menos dos de ellos (adjuntar certificado)".
Es importante mencionar que en los instrumentales son solicitados que sean fabricados según estas normas internacionales, por lo que consideramos que las cajas también deben presentar estos certificados.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 34:

ÍTEM 17 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL CAJA METÁLICA C/ ORIFICIOS.
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: MEDIDA DE 40 cm largo x 20 cm ancho x 8 cm alto (+- 5 CM)
Solicitamos que las Especificaciones Técnicas queden redactadas de la siguiente manera: ~~MEDIDA DE 40~~ cm largo x 20 cm ancho x 8 cm alto (+- 10 CM)
Teniendo en cuenta que la variación de (+- 10 CM) también se aplica en otros ítems similares a este; como por ejemplo los Ítems N° 10, N° 13, N° 18 y N° 19.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA20.

CONSULTA 35:

ÍTEM 18 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA MULTIPERFORADAS PARA AUTOCLAVE
Respetuosamente solicitamos al Convocante incorporar en las especificaciones técnicas lo siguiente: "Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE al menos dos de ellos (adjuntar certificado)".
Es importante mencionar que en los instrumentales son solicitados que sean fabricados según estas normas internacionales, por lo que consideramos que las cajas también deben presentar estos certificados.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 36:

ÍTEM 18 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA MULTIPERFORADAS PARA AUTOCLAVE
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MÍNIMO DE 100 UNIDADES"
Respetuosamente solicitamos al Convocante aclarar ¿se deberá ofertar PRECINTOS DE SEGURIDAD 01-(UN) PAQUETE DE 100 UNIDADES COMO MÍNIMO?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 37:

ÍTEM 19 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL CAJA PARA CIRUGIA
Respetuosamente solicitamos al Convocante incorporar en las especificaciones técnicas lo siguiente: "Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE al menos dos de ellos (adjuntar certificado)".
Es importante mencionar que en los instrumentales son solicitados que sean fabricados según estas normas internacionales, por lo que consideramos que las cajas también deben presentar estos certificados.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 38:

ÍTEM 19 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL CAJA PARA CIRUGIA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "MEDIDA DE 31 cm largo x 19 cm ancho x 7 cm alto (+- 10 CM)"
Respetuosamente solicitamos al Convocante modificar en las especificaciones técnicas y dejarlo de la siguiente manera: MEDIDA DE 31 cm largo x **20 cm ancho** x 7 cm alto (+- 10 CM)"
Aplicando una mínima modificación en la medida del ancho de la caja.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 39:

ÍTEM 20 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA PEQUEÑA PARA CURACIÓN
Respetuosamente solicitamos al Convocante incorporar en las especificaciones técnicas lo siguiente: "Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE al menos dos de ellos (adjuntar certificado)".
Es importante mencionar que en los instrumentales son solicitados que sean fabricados según estas normas internacionales, por lo que consideramos que las cajas también deben presentar estos certificados.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 40:

Donde dice:

Sección I – Datos de la Licitación (DDL)

IAO 33.2: Se solicitará Muestras **SI APLICA.**

Se consulta:

Solicitamos a la convocante aceptar catálogos que contengan descripción e imágenes ilustrativas en idioma español, esto se debe a que NO es posible disponer del 100% del portafolio en stock ya que son materiales de alto valor económico, siendo así la importación de los instrumentales exclusivamente para la entrega de ofertas en casos de ser adjudicados.

RESPUESTA:

Ya se ha respondido en nota anterior de la siguiente manera:

Queda **SIN EFECTO** el requisito de presentación de muestras.

Para la evaluación de cada ítem, el requisito queda definido de la siguiente manera que puede apreciarse en la ADENDA 20.

Para la evaluación del producto

Deberán presentarse los siguientes documentos:

a)-Catálogos y folletos descriptivos donde demuestre el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete en caso de ser adjudicado a entregar el producto de igual marca, origen, procedencia y calidad que el especificado en el catálogo del producto, en el que se deberá indicar con resaltador el instrumental ofertado y el Número de ítem.

b) -Certificado analítico de origen que demuestre el tipo de acero quirúrgico empleado en su fabricación, que deberá estar de acuerdo a la Norma de fabricación AISI/DIN.

c)- Certificado de aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por un organismo competente tales como la FDA de EEUU o CE Comunidad Europea o INVIMA de Colombia Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil y otros que cuenten con ISO 13.485.

d) -Documentos que avalen (Certificación) que los instrumentales son fabricados bajo normas ISO-DIN-CE, cualquiera de ellas.

e) En caso de duda en que sea necesario dilucidar con la muestra, el Comité Evaluador podrá solicitar al oferente notificación de por medio, la entrega en un plazo de 48 horas, de la
Muestra respectiva.

CONSULTA 41:

Ítem N° 526: CLIPADORA: APLICADOR DE CLIP

Donde dice: Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. 3 años de garantía mínima. Para uso en neurocirugía.

Se consulta:

Se puede cotizar Clipadora estándar para clip de Aneurisma de 9 cm de longitud de trabajo, siendo la longitud total de 22 cm, en titanio o en acero inoxidable quirúrgico.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 42:

Procedimientos de Control de Calidad de los instrumentales quirúrgicos – Pagina 11 del PBC

En los puntos;

2- **Traslado al Servicio de Esterilización del Hospital Nacional u Hospital del Trauma donde se realizaran:**

2.1. Lavado con agua detergente enzimático o jabón de Iodopovidona al 7,5%.
2.2. Esterilización a calor seco de 180° C con una frecuencia de 3 veces al día durante 5 días.

Solicitamos a la convocante la modificación de los puntos 2.1 y 2.2 con respecto al proceso de esterilización que se llevará a cabo para las muestras de instrumentos que las empresas interesadas deben proporcionar a la convocante para que las mismas sean sometidas a un proceso de evaluación, debido a que éste procedimiento no está alineado con las distintas normas de manejo, esterilización y cuidado del instrumental quirúrgico, tal como lo podemos observar en el Manual de Esterilización de la OPM/OMS – USAID, WASHINGTON DC 2008 (ISBN 978-92-75-32926-9).

El proceso que la convocante propone para la evaluación es someter los instrumentos a 180° en estufa por 3 veces al día, siendo sumamente agresivo para el instrumento, tomando en cuenta que el exceso de calor lo único que produce es un debilitamiento del material, adicionalmente se plantea el lavado con Iodopovidona, químico que no es indicado para este tipo de procedimientos, ya que este producto puede ser utilizado únicamente en pacientes con aplicación tópica.

Con estos antecedentes le solicitamos a la convocante utilizar únicamente los procesos avalados internacionalmente en esterilización para la evaluación de los instrumentos.

La manera más idónea de evaluación de la calidad de los instrumentos quirúrgicos es en base a todas las certificaciones de calidad otorgadas al fabricante por los organismos de control habilitados.

Por tal razón solicitamos a la convocante excluir estos puntos y asegurar que todos los ofertantes tengan las siguientes certificaciones internacionales, las cuales constituyen un aval fundamental para cerciorarse de la calidad de los instrumentos solicitados dentro de este llamado.

- Certificado C.E. N° G1 14 05 10066 366 concedido por el organismo de certificación de TÜV PRODUCT SERVICE GMBH, de conformidad con las directivas europeas para el diseño, fabricación y control de los productos/categorías siguientes:

  - ✓ Instrumentos quirúrgicos, diagnóstico y dentales
  - ✓ Implantes para articulaciones (p.e. cadera, rodilla, hombro)
  - ✓ Implantes de osteosíntesis
  - ✓ Implantes vasculares neuroquirúrgicos Sistema de motores
  - ✓ Contenedores de esterilización y accesorios
  - ✓ Dispositivos de cirugía de alta frecuencia
  - ✓ Sistemas endoscópicos
  - ✓ Bombas de succión quirúrgicas
  - ✓ Esterilizadores de aire caliente y autoclaves
  - ✓ Instrumentación veterinaria y clippers para animales
  - ✓ Maquina cortapelo
  - ✓ Material de sutura quirúrgica y juegos especiales de sutura
  - ✓ Implantes para sustitución de tejido conjuntivo
  - ✓ Adhesivos para tejidos
  - ✓ Prótesis vasculares y accesorios
  - ✓ Hemostático local
  - ✓ Otros accesorios quirúrgicos

- Normas DIN (14.021, 14.024, 14.034, 14.116, 14.117).
- Normas de calidad de Acero Quirúrgico 18/10.
- Certificado de Inspección de Calidad que cumplan las siguientes normas:
  a. EN ISO 13485:2003.
  b. Directica 93/42 EEC de 14 de Junio 1993 sobre productos sanitarios.
  c. ISO 7153-1 (Instrumentos quirúrgicos – materiales metálicos: parte 1: Acero Inoxidable).
- Resistencia a la Corrosión: cumplimiento de la norma DIN EN ISO 13402.

Adicionalmente se debe incluir en el PBC la visita por parte del personal técnico que lleva a cabo el cuidado y mantenimiento del instrumental a las plantas de fabricación en el extranjero, a fin de corroborar la calidad de los materiales utilizados en los procesos de fabricación de los instrumentos.

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

RESPUESTA: Ya fue respondida en una nota de la siguiente manera:

SIN EFECTO, el requisito de presentación de muestras.

Para la evaluación de cada ítem, el requisito queda definido de la siguiente manera que puede apreciarse en la **ADENDA 20:**

Para la evaluación del producto

Deberán presentarse los siguientes documentos:

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

a)-Catálogos y folletos descriptivos donde demuestre el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete en caso de ser adjudicado a entregar el producto de igual marca, origen, procedencia y calidad que el especificado en el catálogo del producto, en el que se deberá indicar con resaltador el instrumental ofertado y el Numero de ítem.
b) -Certificado analítico de origen que demuestre el tipo de acero quirúrgico empleado en su fabricación, que deberá estar de acuerdo a la Norma de fabricación AISI/DIN.
c)- Certificado de aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por un organismo competente tales como la FDA de EEUU o CE Comunidad Europea o INVIMA de Colombia Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil y otros que cuenten con ISO 13.485.
d) -Documentos que avalen (Certificación) que los instrumentales son fabricados bajo normas ISO-DIN-CE, cualquiera de ellas.
e) En caso de duda en que sea necesario dilucidar con la muestra, el Comité Evaluador podrá solicitar al oferente notificación de por medio, la entrega en un plazo de 48 horas, de la Muestra respectiva.

CONSULTA 43:

ITEM 8 – CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE CIRUGIA
Donde dice: "CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA Y CUBETA FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA Y PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MINIMO DE 100 UNIDADES, CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 30 CM X 27 CM X 5 CM (+- 5 CM)"
Se consulta: ¿Se puede cotizar CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO con medidas 30 cm x 27,4cm x9cm tapa fenestrada y cubeta NO FENESTRADA?
Esto tomando en cuenta que los contenedores solicitados son de una generación anterior, actualmente los contenedores que se utilizan en los países del primer mundo y en la mayoría de países de América únicamente utilizan contenedores con cubetas no fenestradas y tapas con filtros reutilizables de PTFE que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, lo cual constituye un ahorro considerable de recursos para la institución ya que solo utilizarían filtros para las tapas.
En base al Principio de Igualdad y Libertad de competencia establecidos en el art. 4 de la Ley 2051/03, solicitamos la ampliación en los requerimientos de rangos.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 44:

ITEM 12 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE ACERO INOXIDABLE

Donde dice: "CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA Y CUBETA FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA Y PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MINIMO DE 100 UNIDADES, CESTA PARA , CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 20 CM DE LARDO X 10 CM DE ANCHO X 4 CM DE ALTO (+- 2 CM)"

Se consulta: ¿Se puede cotizar CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO ANODIZADO de 31cm de largo por 13.2cm ancho y 3 cm de altura con tapa fenestrada y cubeta NO FENESTRADA?

Esto tomando en cuenta que los contenedores solicitados son de una generación anterior, actualmente los contenedores que se utilizan en los países del primer mundo y en la mayoría de países de América únicamente utilizan contenedores con cubetas no fenestradas y tapas con filtros reutilizables de PTFE que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, lo cual constituye un ahorro considerable de recursos para la institución ya que solo utilizarían filtros para las tapas.
En base al Principio de Igualdad y Libertad de competencia establecidos en el art. 4 de la Ley 2051/03, solicitamos la ampliación en los requerimientos de rangos.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20

CONSULTA 45:

Consulta N° 4

ITEM 17 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA METÁLICA C/ ORIFICIOS.

Donde dice: "CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA Y CUBETA FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA Y PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MINIMO DE 100 UNIDADES, CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 40 cm largo x 20 cm ancho x 8 cm alto (+- 5 CM)"

Se consulta: ¿Se puede cotizar CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO ANODIZADO de 47 CM DE LARGO x 27,4 CM DE ANCHO Y 9 CM DE ALTURA con tapa fenestrada y cubeta NO FENESTRADA?
Es decir, aumentar la variación a +-10cm, a su veze los contenedores solicitados son de una generación anterior, actualmente los contenedores que se utilizan en los países del primer mundo y en la mayoría de países de América únicamente utilizan contenedores con cubetas no fenestradas y tapas con filtros reutilizables de PTFE que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, lo cual constituye un ahorro considerable de recursos para la institución ya que solo utilizarían filtros para las tapas.
En base al Principio de Igualdad y Libertad de competencia establecidos en el art. 4 de la Ley 2051/03, solicitamos la ampliación en los requerimientos de rangos.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20

CONSULTA 46:

ITEM 20- CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA PEQUEÑA PARA CURACION

Donde dice: "Caja Pequeña para Curación 30x13x5cm. Caja metalica con Tapa y Cubetas perforadas de acero inoxidable o Aluminio con filtros de barreras reutilizables o filtros de papel descartables 30 x 13 x 5 cm Caja Metálica C/Tapa Acero Inoxidable. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas"

Se consulta:
¿Se puede cotizar CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO ANODIZADO con cubeta no fenestrada?
Esto tomando en cuenta que el material a cotizar es totalmente compatible con los equipos que cuenta actualmente la institución, por lo que no existe ningún impedimento técnico para su uso y aplicación.
En base al Principio de Igualdad y Libertad de competencia establecidos en el art. 4 de la Ley 2051/03, solicitamos la ampliación en los requerimientos de rangos.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20

CONSULTA 47:

ITEMS 23, 24 y 25 - DERMATOMO MANUAL: DERMATOMO MANUAL TIPO BLAIR

Donde dice:

TIPO BLAIR/ CON 3 PLANTILLAS 0,2 DE 3 ORIFICIOS
TIPO BLAIR/ CON 3 PLANTILLAS 0,25 DE 3 ORIFICIOS
TIPO BLAIR/ CON 3 PLANTILLAS 0,3 DE 3 ORIFICIOS

Se consulta: Solicitamos a la convocante definir a que se refiere la especificación técnica" Plantillas 0.2" u omitir de la Especificación Técnica.



RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20

CONSULTA 48:

ITEM 41 - ESCOPLO QUIRURGICO: ESCOPLO STILLE CINCEL

Donde dice: "Ancho 20 cm (+-1), LONGITUD 15 mm. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN-CE."

Se consulta: ¿Se puede cotizar CINCEL BISELADO STILLE 15mm de ancho y 20, 5cm de Longitud?" Es decir aumentar la variación a +-1,5cm

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20

CONSULTA 49:

ITEM 45- ESPECULO VAGINAL: ESPECULO VAGINAL

Donde dice: "ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO 65 mm x 20mm"

Se consulta: ¿Se puede cotizar ESPECULO VAGINAL CUSCO de 75X17MM? Esto tomando en cuenta que el material a cotizar no tendría impedimento técnico para su uso.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20

CONSULTA 50:

ITEM 51- LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA OBEGWESER

Donde dice: "Acero inoxidable quirurgico de alta calidad. 20.5cmm"

Se consulta: ¿Se puede cotizar material con un rango de tolerancia +-4mm? Esto teniendo en cuenta que la diferencia es minima, no se tendrá variación para el procedimiento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20

CONSULTA 51:

ITEM 66 - RASPA QUIRURGICA: LEGRA DE FARABEU

Donde dice: "Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad Con mandril.15 cm"

Se consulta: ¿Se puede cotizar RASPADOR FARABEUF CRV.ANCHO de 12,5MM? Esto teniendo en cuenta que la diferencia es minima, no se tendrá variación para el procedimiento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 52:

ITEM 78 - MANGO DE BISTURI: MANGO DE BISTURÍ

Donde dice: "N° 3 de 18 cm. De Acero Inoxidable. De alta calidad Con Variante De (+) (-) 1 cm"

Se consulta: ¿Se puede cotizar MANGO BISTURI NO.3 de 21cm? Es decir aumentar la variante a +-3cm. Esto no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20

CONSULTA 53:

ITEM 81 - MANGO DE BISTURÍ: MANGO DE BISTURÍ

Donde dice: "N° 4 de 18 cm De Acero Inoxidable. De alta calidad Con Variante De (+) (-) 1 cm"

Se consulta: ¿Se puede cotizar MANGO BISTURI NO.4 de 21,5 cm? Es decir aumentar la variante a +-3cm. Esto no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20

CONSULTA 54:

ITEM 94 - OSTEOTOMO: OSTEOTOMOS RECTOS, MEDIANOS

Donde dice: "de 18 cm, recto Acero Inoxidable de alta calidad"

Se consulta: ¿Se puede cotizar OSTEOTOMO LAMBOTTE Recta medidas de 24,5cm?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 55:

ITEM 112 - PINZA ALLIS: PINZA LOCKWOOD ALLIS DUODENAL

Donde dice: "DE 16 cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas"

Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA INTESTINAL LOCKWOOD de 15,5 cm? Es decir aumentar la variación a +-1,5cm en las medidas. Esto tomando en cuenta que el material a cotizar no tendría impedimento técnico para su uso.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 56:

ITEM – 126 PINZA ARO: PINZA DE ARO

Donde dice: "20 cm recta Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas"

Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA PORT.ESPO.FOERSTER-BALLENGER de 18 cm? Es decir aumentar la variación de +-2cm. Teniendo en cuenta que tamaño del producto no varia el uso para el cual es destinado. En base a la legislación y la doctrina en Compras Públicas, establecer EETT que el mercado nacional no puede cumplir salvo una empresa en particular, es limitar la concurrencia de ofertas sin argumentos técnicos que permitan la exclusión. En base al Principio de Igualdad y Libertad de competencia establecidos en el art. 4 de la Ley 2051/03, solicitamos la ampliación en los requerimientos de rangos.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 57:

ITEM – 132 PINZA BACKAUS: PINZA DE CAMPO BACKAUS

Donde dice: "DE 15 CM. Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas3 años de garantía"

Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA CAMPO BACKHAUS 13,5 cm? Es decir aumentar la variante a +-2cm. Teniendo en cuenta que tamaño del producto no varia el uso para el cual es destinado. En base a la legislación y la doctrina en Compras Públicas, establecer EETT que el mercado nacional no puede cumplir salvo una empresa en particular, es limitar la concurrencia de ofertas sin argumentos técnicos que permitan la exclusión. En base al Principio de Igualdad y Libertad de competencia establecidos en el art. 4 de la Ley 2051/03, solicitamos la ampliación en los requerimientos de rangos.

PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 58:

ITEM – 151 PINZA PARA BIOPSIA: PINZA PARA BIOPSIA WITTER

Donde dice: "23 CM De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantia"

Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA P.PLACENTA WINTER CURVA de 29 cm? Teniendo en cuenta que tamaño del producto no varia el uso para el cual es destinado. En base a la legislación y la doctrina en Compras Públicas, establecer EETT que el mercado nacional no puede cumplir salvo una empresa en particular, es limitar la concurrencia de ofertas sin argumentos técnicos que permitan la exclusión. En base al Principio de Igualdad y Libertad de competencia establecidos en el art. 4 de la Ley 2051/03, solicitamos la ampliación en los requerimientos de rangos.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 59:

ITEM – 178 PINZA CLAMP QUIRURGICA: CLAMP DE BAKEY- DERRA VASCULAR

Donde dice: "CURVO 6 cm 2 1/4". Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía"

Se consulta: Solicitamos aclarar las longitudes 6cm 2/1/4.

Se puede ofertar PINZA BABY-RRA MOLO PEQUENO 20/170MM, tomando en cuenta que los clamps de Bakey no existen del tamaño solicitado.



RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 60:

ITEM 240 - PINZA DE DUVAL: PINZA DE DUVAL

Donde dice: "12 cm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC"

Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA INTESTINAL Y PARA TEJIDO de COLLIN, 140 mm? Que es exactamente la misma pinza que la solicitada, pero con otro autor tomando en cuenta que cada fabricante tiene su propio nombre comercial, sin embargo la forma e indicación de este instrumento es exactamente igual al Duval.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 61:

ITEM 339 - PORTA AGUJAS DEBAKEY: PINZA DE DEBACKEY PARA AORTA 60" LONGITUD DE MANDIVULA 30 mm

Donde dice: "De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía"

Se consulta: Se puede cotizar PINZA DE BAKEY de 40° de 20mm.

RESPUESTA: SE ACLARA QUE LO SOLICITADO ES PINZA PORTA AGUJA DEBACKEY PARA AORTA 60°, LONGITUD DE MANDÍBULA 30 MM + - 1 CM EN LA MEDIDA.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ING. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 62:

ITEM 340 - PORTA AGUJA CASTRO VIEJO: PORTA AGUJA CASTRO VIEJO CURVO SIN TRABA
Donde dice: "14 cm De acero Inoxidable de alta calidad .Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantia"
Se consulta: ¿Se puede cotizar un PORTA AGUJA CASTRO VIEJO CURVO con TRABA de 16cm? tomando en cuenta que el instrumento es utilizado en procedimientos de alta complejidad que requieren seguridad en la fijación de la aguja al instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 63:
ITEM 367 - PINZA PARA RESTOS OVULARES: PINZA PARA RESTOS OVULARES
Donde dice: "27 cm De acero Inoxidable. Alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,"
Se consulta: ¿PINZA PARA PLACENTA de WINTER de 29 cm? Es decir aumentar la variante a **+-2cm.** Esto no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 64:
ITEM 448 - SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR 2 GARFIOS ROMO, MODELO FINO
Donde dice: "110 a 120 mm De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC"
Se consulta: ¿Se puede cotizar GANCHO TRAQUEAL, 2 DIENTE, ROMO, 16,5 cm?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 65:
ITEM 468 - SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR MALEABLE OCHSNER RIBBON
Donde dice: "15 x 33 CM Maleable OCHSNER RIBBON. Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-"
Se consulta: ¿Se puede cotizar ESPATULA ABDOM.Y INTEST. Con medidas de 25X33cm? Esto no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 66:
ITEM 470 - SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR RICHARDSON
Donde dice: "DE 24 CM X 29 X 30 a 32 mm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad.. Garantía mínima 3 años.-"
Se consultas: ¿Se puede cotizar SEPARADOR RICHARDSON MEDIANO con medidas de 24 cmx30mmX29MM? Es decir tener una variación de +-2mms, lo que no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 67:
ITEM – 472 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR RICHARDSON
Donde dice: "24 cm, 42X21 mm De acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Garantia minima 3 años.-"
Se consulta: ¿Se puede cotizar SEPARADOR RICHARDSON con medidas de 24 cm x 47X21MM? Es decir 5mm más, lo que no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 68:

ITEM – 483 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR de VOLKMAN DE 6 GARFIOS ROMOS

Donde dice: "11, 5 cm De acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,"

Se consulta: ¿Se puede cotizar SEPARADOR .VOLKMANN 6 GARFIOS ROMO con medidas de 9cm? Es decir 3,5cm más, lo que no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 69:

ITEM 506 - SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADORES, LANGENBECK,

Donde dice: "22cm, 50 mm x 11 mm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,"

Se consulta: ¿Se puede cotizar SEPARADOR KOCHER-LANGENBECK 55X11MM? Es decir aumentar la variante de +-5mm, lo que no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 70:

ITEM 508 - SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADORES KNAPP

Donde dice: "DE 13,2cm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,"

Se consulta: ¿Se puede cotizar SEPARADOR de KLAPP, 4 GARFIOS, ROMOS con medida de 17,5cm? Es decir aumentar la variante de +-3cm, lo que no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 71:

ITEM 592 - VALVA GINECOLOGICA: VALVA MALEABLE RIBBON

Donde dice: "20 cm X 200 mm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-"

Se consulta: ¿Se puede cotizar ESPATULA ABDOM.Y INTEST.FLEXI.17X200MM? lo que no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento. Es decir tener una variación de +-3cm

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 72:

Para los ítems: 2, 3, 8, 17, 21, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 137, 139, 140, 141, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 172, 173, 18, 179, 181, 185, 186, 187, 193, 195, 199, 200, 211, 213, 214, 224, 228, 243, 246, 247, 248, 253, 257, 258, 159, 260, 261, 266, 267, 273, 277, 278, 279, 288, 289, 290, 292, 293, 307, 308, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 330, 332, 336, 337, 338, 340, 341, 344, 346, 347, 348, 368, 369, 370, 371, 374, 377, 378, 385, 386, 387, 406, 407, 499, 500, 501, 502, 536,537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 568, 569, 577, 587,

Se consulta: Se solicita aumentar el precio referencial un 45% tomando en cuenta que el precio actual del mercado no se ajusta al PBC, esto debido a las constantes variaciones en el tipo de cambio que sufre el país.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 73:

Para los ítems: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 "CAJAS PARA INSTRUMENTALES"

Se consulta: Se puede cotizar CUBETA NO FENESTRADA. Esto tomando en cuenta que los contenedores solicitados son de una generación anterior, actualmente los contenedores que se utilizan en los países del primer mundo y en la mayoría de países de América únicamente utilizan contenedores con cubetas no fenestradas y tapas con filtros reutilizables de PTFE que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, lo cual constituye un ahorro considerable de recursos para la institución.

En base al Principio de Igualdad y Libertad de competencia establecidos en el art. 4 de la Ley 2051/03, solicitamos la modificación de la especificación técnica.

Se solicita aumentar el precio referencial un 50% tomando en cuenta que el precio actual del mercado no se ajusta al PBC, esto debido a las constantes variaciones en el tipo de cambio que sufre el país



RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20, CON RESPECTO AL PRECIO AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

CONSULTA 74:

Ítem: 76 – MANGO DE BISTURI

Donde Dice: "Nº 3. RANGO DE 10 cm De Acero Inoxidable. de alta calidad Con Variante De (+) (-) 1 cm"

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repiten en los ítems 77 y 78

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20. Se aclara que deberán remitirse a la Adenda mencionada, considerando que se han unificado varios ítems. (Se unifican los ítems 76 y 77.)

CONSULTA 75:

Ítem 80 – MANGO DE BISTURI: SWAN MORTON

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repiten en el ítem 79, a su vez el nombre SWAN MORTON es nombre comercial de una marca.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20 Se aclara que deberán remitirse a la Adenda mencionada, considerando que se han unificado varios ítems. (Se unifican los ítems 79 y 80.)

CONSULTA 76:

Ítem – 230 PINZA DE DISECCIÓN: PINZA DE DISECCIÓN

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repite en el ítem 101.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 77:

Ítem 235 - PINZA DE DISECCION: PINZA DE DISECCION ANATOMICA

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repite en el ítem 103.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 78:

ITEM 236 - PINZA DE DISECCION: PINZA ANATOMICA DE DISECCION.

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repite en el ítem 102

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 79:

ITEM 290 - PINZA HEMOSTATICA: PINZA HEMOSTÁTICA REYNALD

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repite en el ítem **286**

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 80:

ITEM 347 - PINZA PORTA-AGUJAS: PORTA-AGUJAS MICRO BARRAQUER: PORTA AGUJA BARRAQUER CON TRABA,

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repite en el ítem **346**

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 81:

ITEM 348 - PINZA PORTA-AGUJAS: PORTA-AGUJAS MICRO BARRAQUER: PORTA AGUJA BARRAQUER SIN TRABA,

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repiten en los ítems **346 – 347**

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 82:

ITEM 358 - PINZA PORTA-AGUJAS: PORTA AGUJAS DE GILLIES,

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repite en el ítem **351**

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.Se aclara que deberán remitirse a la Adenda mencionada, considerando que se han unificado varios ítems. (Se unifican los ítems 351 y 358)

CONSULTA 83:

ITEM 435 - SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADORES, DOBLE, PAR , FARABEUF,

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repite en el ítem **436**

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20. Se aclara que deberán remitirse a la Adenda mencionada, considerando que se han unificado varios ítems. (Se unifican los ítems 435 y 436)

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 84:

ITEM 444 - SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE COSTILLAS FINOCHIETTO MODELO ORIGINAL

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repite en el ítem **442**

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 85:

ITEM 461 - SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR de MATIEU

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repite en el ítem **462**

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20. Se aclara que deberán remitirse a la Adenda mencionada, considerando que se han unificado varios ítems. (Se unifican los ítems 461 y 462.)

CONSULTA 86:

ITEM 463 - SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR MALEABLE OCHSNER RIBBON

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repite en el ítem **465**

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20. Se aclara que deberán remitirse a la Adenda mencionada, considerando que se han unificado varios ítems. (Se unifican los ítems 463 y 465.)

CONSULTA 87:

ITEM 474 - SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE PARPADOS DESMARRES

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repite en el ítem **475**

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 88:

ITEM 505 - SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADORES ,LANGENBECK,

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repite en el ítem **459**

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20. Se aclara que deberán remitirse a la Adenda mencionada, considerando que se han unificado varios ítems. (Se unifican los ítems 459 y 505.)

CONSULTA 89:

ITEM 539 - TIJERA DE IRIS: TIJERA DE IRIS

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repite en el ítem 530

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 90:

ITEM 544 - TIJERA IRIS: TIJERA DE IRIS

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repiten en los ítems **540, 541 y 564.**

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

DR. PABLO LEZCANO ROJAS
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 91:

ITEM 555 - TIJERA RECTA: TIJERA MAYO RECTA LARGA

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repite en el ítem 535

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 92:

ITEM 579 - TIJERAS METZEMBAUM: TIJERA METZEMBAUN

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repite en el ítem **571**

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20. Se aclara que deberán remitirse a la Adenda mencionada, considerando que se han unificado varios Ítems. (Se unifican los ítems 571 y 579.)

CONSULTA 93:

ITEM 583 - TIJERAS METZEMBAUM: TIJERA METZEMBAUN

Se consulta: Se solicita a la convocante definir si es necesario ya que se repite en el ítem **572**

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20. Se aclara que deberán remitirse a la Adenda mencionada, considerando que se han unificado varios Ítems. (Se unifican los ítems 572 y 583)

CONSULTA 94:

Donde dice:
Ítem N° 8
CAJAS PARA INSTRUMENTAL. CAJA DE CIRUGIA
CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA Y CUBETA FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA Y PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MINIMO DE 100 UNIDADES, CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA. MEDIDA DE 30 CM X 27 CM X 5 CM (+- 5 CM)
Consulta:
Solicitamos a la convocante aclarar los siguientes puntos:
MEDIDA DE 30 CM X 27 CM X 5 CM (+- 5 CM) Corresponde a la medida de la caja o del protector de silicona?
ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA.. Cual será la leyenda para el gravado? Favor aclarar.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 95:

Donde dice:
Item Nro. 9
CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA Y CUBETA FENESTRADA CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA Y PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MINIMO DE 100 UNIDADES, CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA. MEDIDA DE 60 X 24 CM (+- 5 cm)
Consulta:
Solicitamos a la convocante aclarar los siguientes puntos:
ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA.. Cual será la leyenda para el gravado? Favor aclarar.
PROTECTOR DE SILICONA. MEDIDA DE 60 X 24 CM (+- 5 cm) Solicitamos una variación de +-8 cm en la medida solicitada.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 96:

Donde dice:
Item 10 CAJA DE ALUMINIO, TAPA Y CUBETA FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA DE PAPEL, EN PAQUETES DE 100 UNIDADES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA Y PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MINIMO DE 100 UNIDADES, CESTA PARA , CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 59 X 29 X 17 XM (+- 10 CM)
Consulta:
Solicitamos a la convocante aclarar los siguientes puntos:
ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA.. Cual será la leyenda para el gravado? Favor aclarar.
PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 59 X 29 X 17 XM (+- 10 CM) aclarar a que se refiere 17xm, sería 17mm. por que 17cm ya es mucho.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 97:

Donde dice:
Item 11
ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA.. Cual será la leyenda para el gravado? Favor aclarar.
Solicitamos una variación de +- 6cm en las medidas solicitadas. aclarar si 10cm se refiere al alto de la silicona , de ser así solicitamos que se verifique la medida.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 98:

Donde dice:
Item 12
CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA Y CUBETA FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA Y PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MINIMO DE 100 UNIDADES, CESTA PARA , CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 20 CM DE LARDO X 10 CM DE ANCHO X 4 CM DE ALTO (+- 2 CM)
Consulta:
Solicitamos a la convocante dejar como opcional las asas de transporte, también aclarar la leyenda para el grabado
La silicona si se puede cotizar de 22x22x4cm (+-5cm) en las medidas

RESPUESTA: AJSUTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 99:

Consulta:
Item 13
Solicitamos que se especifique la medida de la caja y dejar como opcional las asas de la caja , especificar leyenda para la etiqueta.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20

CONSULTA 100:

Consulta
Item 14 CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA DE CIRUGIA MAYOR
Solicitamos que se especifique la medida de la caja y dejar como opcional las asas de la caja especificar leyenda para la etiqueta y una variación de +-10cm.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

JUAN PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 101:

Consulta:
Ítem 15 CAJAS PARA INSTRUMENTAL CAJA DE METAL
Solicitamos que se especifique la medida de la caja y dejar como opcional las asas de la caja , especificar leyenda para la etiqueta y una variación de +-8cm en las medidas solicitadas, verificar el alto de la silicona.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 102:

Consulta: Ítem 16
Caja para instrumental: Caja metálica c/ tapa
Solicitamos que se especifique la medida de la caja, especificar leyenda para la etiqueta y una variación de +-8cm en las medidas solicitadas, verificar el alto de la silicona (10cm es mucho).

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 103:

CAJAS PARA INSTRUMENTAL CAJA METÁLICA C/ ORIFICIOS.
Solicitamos que se especifique la medida de la caja y dejar como opcional las asas de la caja , especificar leyenda para la etiqueta y una variación de +-8cm en las medidas solicitadas, verificar el alto de la silicona.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20

CONSULTA 104:

Consulta Ítem 18
CAJAS PARA INSTRUMENTAL CAJA MULTIPERFORADAS PARA AUTOCLAVE
Solicitamos que se especifique la medida de la caja, especificar leyenda para la etiqueta, verificar el alto de la silicona 15 cm de alto es mucho, o se refiere a la medida de la caja?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 105:

Consulta Ítem 19 CAJAS PARA INSTRUMENTAL CAJA PARA CIRUGIA
CAJAS PARA INSTRUMENTAL CAJA PARA CIRUGIA
Solicitamos que se especifique la medida de la caja y dejar como opcional las asas de la caja , especificar leyenda para la etiqueta y una variación de +-8cm en las medidas solicitadas, verificar el alto de la silicona.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

CONSULTA 106:

Consulta Ítem 20
CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA PEQUEÑA PARA CURACION
Solicitamos una variación de +-5cm en las medidas solicitadas.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 20.

***OBSERVACION:* SE ACLARA QUE DEBERÁN REMITIRSE A LA ADENDA N° 20, CONSIDERANDO QUE SE HAN UNIFICADO VARIOS ITEMS DEL LLAMADO, POR LO CUAL LOS NUMEROS DE ITEMS HAN SIDO MODIFICADOS.**

ASUNCIÓN, 31 DE MARZO DE 2020

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.