Dirección Operativa de Contrataciones

Asunción, 11 de noviembre de 2021

NOTA D.O.C. – D.P.C.E. Nº 254/21

Señor
Abog. Pablo Seitz Ortiz, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Por medio de la presente, me dirijo a usted, en el marco de la **Contratación por la Vía de la Excepción N° 69/2021 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL MSPYBS" PLURIANUAL ID N° 403.801,** a fin de remitir las respuestas a las Observaciones al Pliego de Bases y Condiciones de fecha 09/11/21.

ASPECTOS OBSERVADOS:

Observación 1

Según Dictamen DOC N° 964/21, se amparan en el supuesto de urgencia impostergable, sin embargo, transcurren más de 1 mes entre la urgencia alegada y la comunicación del presente proceso, por lo que se solicita justificar el tiempo transcurrido, atendiendo a que la urgencia impostergable podría encontrarse desvirtuada.

Respuesta:

Sobre el punto se remite el Dictamen DOC N° 1015/21 y la Resolución SG N° 939 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN EN LOS TERMINOS DE LOS DICTAMENES DE ACREDITACIÓN DEL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN EN DISTINTAS CONTRATACIONES POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES".

Observación 2

Requisito documental para evaluar el criterio técnico: lo requerido en el apartado "...Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa...", establecer en forma clara si el usufructo se refiere solo al depósito.

Respuesta: Se aclara que **sí** se refiere al depósito.

Observación 3
Como presentación de oferta deben establecer envase estéril y no "unidad" que no permite identificar la oferta a realizar

Respuesta:

Donde dice:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
1	42312301-002	**Algodón laminado**	Algodón laminado de **15 cm x 2 mt.**minimo,bajo tenor de impurezas (blanco y sin particulas extrañas).	UNIDAD	UNIDAD	Rollo

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
2	42295406-001	**Aposito transparente**	Apósito, Adhesivo Transparente Hipoalergenico, de poliuretano, libre de latex, resistente al agua, tamaño: **6 x 7 cm +-2 cm** (perfecta adherencia a la piel, protege del agua)	UNIDAD	UNIDAD	Caja x 5 unidades mínimo
3	**42271709-005**	**Cánula nasal para oxigenoterapia**	Bigotera adulto. Diámetro externo 4.00, silicona 100% .libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables, tubuladura de PVC transparente de longitud mínima de 100 cm	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
4	42142402-006	**Cánula para traqueostomía con balón**	Cánula para traqueostomía **N° 6** de PVC, con mandril y balón . **Adulto**	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
5	42142402-006	**Cánula para traqueostomía con balón**	Cánula para traqueostomía **N°8** de PVC, con mandril y balón . **Adulto**	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
6	42142402-001	**Cánula para traqueostomía sin balón**	Cánula para traqueostomía **Sin balón**. 100 % silicona, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo **5,5**	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
7	42142402-001	**Cánula para traqueostomía sin balón**	Cánula para traqueostomía **Sin balón**. 100 % silicona, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo **5**	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
8	42272011-001	**Catéter de aspiración**	cateter de succión **10 Fr. Con circuito cerrado**. Libre de Látex, De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptacion univevrsal, puerto de lavado, manga transparente, buena resistencia y catéter milimetrado. X 50 cm, minimos	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
9	42272011-001	**Catéter de aspiración**	Catéter de succión **12 Fr. Con circuito cerrado**. Libre de Látex, PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptacion universal, puerto de lavado, manga transparente, buena resistencia y catéter milimetrado. X 50 cm, minimos	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
10	42272011-001	**Catéter de aspiración**	Catéter de succión **14 Fr. Con circuito cerrado.** Libre de látex, De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptacion universal, puerto de lavado, manga transparente, buena resistencia y cateter milimetrado * 50 cm, minimo.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
11	42272011-001	**Catéter de aspiración**	Catéter de succión **N°10 con Trampa para Mucus**. Tipo cateter DELEE	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
12	42272011-001	**Catéter de aspiración**	Catéter de succión **N°8 con Trampa para Mucus**. Tipo cateter DELEE	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
13	42221506-001	**Catéter umbilical arterial**	Catéter umbilical arterial **3 - 3.5 Fr - 1 Lumen**. Poliuretano.libre de látex y PVC, Extremo distal **abierto** y redondeado, radiopaco, tapa en extremo proximal y conector tipo luer lock, ORX graduado cada cm.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual en origen
14	42221506-001	**Catéter umbilical arterial**	Catéter umbilical arterial **5 Fr - 1 Lumen** Poliuretano.libre de látex y PVC,Extremo distal **abierto** y redondeado, radiopaco, tapa en extremo proximal y conector tipo luer lock, , ORX graduado cada cm	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual en origen
15	42221506-002	**Catéter umbilical venoso**	Catéter umbilical arterial **3,5 Fr - 2 lumen**. 100% silicona,	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual en

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
			.Poliuretano.libre de látex y PVC, ORX graduado cada cm. extremo distal **cerrado** , radiopaco, tapa en extremo proximal y conector tipo luer lock, graduado cada cm.			origen
16	42221506-002	**Catéter umbilical venoso**	Catéter umbilical arterial **5 Fr - 2 lumen**. 100% silicona .Poliuretano, libre de látex y PVC, ORX graduado a cada cm. extremo distal **cerrado** y graduado cada cm, radiopaco, tapa en extremo proximal y conector tipo luer lock,	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual en origen
17	42221503-006	**Cateter intravenosa para via central pediatrico**	Cateter venoso central **3 Fr - 2 Lumen**.Compatible para **técnica de Seldinger**. Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
18	42221503-007	**Cateter venoso central**	Cateter venoso central **4 Fr - 3 Lumen**.Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual en origen
19	42221503-006	**Cateter intravenosa para via central pediatrico**	Cateter venoso central **5 Fr - 2 Lumen**. Compatible para **técnica de Seldinger.** Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
20	42221503-006	**Cateter intravenosa para via central pediatrico**	Cateter venoso central **5 Fr - 3 Lumen**.Compatible para **técnica de Seldinger.** Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
21	42221503-002	**Cateter intravenoso via central adulto**	Cateter venoso central **6 Fr - 2 Lumen**. Compatible para **técnica de Seldinger.** Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora de silicona 100%.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
22	42221503-002	**Cateter intravenoso via central adulto**	Cateter venoso central **6,5 Fr - 3 Lumen**. Compatible para **técnica de Seldinger.** Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
23	42221503-002	**Cateter intravenoso via central adulto**	Cateter venoso central **7 Fr - 3 Lumen**. Compatible para **técnica de Seldinger.** Poliuretano, radiopaco con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
24	42221503-002	**Cateter intravenoso via central adulto**	Cateter venoso central **7,5 Fr - 3 Lumen** Compatible para técnica de Seldinger, . Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
25	42293603-001	**Sonda Vesical**	Catéteres urinarios -Foley **6 Fr.** siliconado, **2 vias orificios laterales** punta atraumatica.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
26	42293603-001	**Sonda Vesical**	Catéteres urinarios -Foley **8 Fr.** siliconado, **2 vias orificios laterales** punta atraumatica.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
27	42293603-001	**Sonda Vesical**	Catéteres urinarios -Foley **10 Fr.** siliconado, **2 vias orificios laterales** punta atraumatica.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
28	42293603-001	**Sonda Vesical**	**Catéteres urinarios -Foley 12 Fr.** siliconado, **orificios laterales** punta atraumatica.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
29	42293603-001	**Sonda Vesical**	Catéteres urinarios -Foley **22 Fr.** siliconado, **2 vias orificios laterales** punta atraumatica.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
30	42143105-001	**Cepillo vaginal**	Cepillo para citología, de cerda dura y bulbo protector en la punta	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual en origen
31	**42311708-003**	**Cinta adhesiva**	Cinta adhesiva quirúrgica hipoalergénica 5 cm x 5 m como mínimo	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
32	42272504-016	**Baraka**	Circuito corrugado para máquina de anestesia, **Adulto. Universal**. Compatible con el equipo de la institucion	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individualy/ o fabricado y envasado bajo condicines de sala limpia (según Norma ISO/DIN 14644) en ambos casos presentar certificados correspondiente.
33	41104112-002	**Colector/ Contenedor de Orina**	Colector de Orina, **Bolsa de 2 Litros, con valvula de retencion**, salida de gases y desagote, con medidior externo graduado de **500 ml** minimo.sistema cerrado con valvula de no retorno. **Con urinometro.**	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
34	42181501-001	**Baja lenguas**	Depresores de lengua, Baja lengua de madera, de bordes lisos que no dañen los tejidos durante su uso. Tamaño estandar	UNIDAD	UNIDAD	Caja minimo de 100 unidades
35	42142710-003	**Tubo para drenaje Penrose**	Drenos para herida **Nº 3/4"**, tubo de caucho,blando y aplanado. Modelo penrose	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual en origen
36	42181702-003	**Electrodo adulto**	Electrodo para control del ritmo cardíacoPara **"Adulto"** autoadhesivo, con broche de metal, soporte de espuma , con gel conductor, lámina protectora individual, empaque resistente a la humedad descartable. (estándar)	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
37	42181702-005	**Electrodo neonatal**	Para**"Neonato"**, autoadhesivo con broche de metal soporte de espuma, con gel conductor, lámina protectora individual, empaque resistente a la humedad descartable. (estándar)	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
38	42294002-001	**Espatula para patologia cervical**	Espátula citológica para PAP tipo AYRE, de madera sin aristas.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
39	42182001-003	**Espéculo descartable grande**	**Especulo vaginal tamaño grande**. PVC/PS rígido, transparente , apertura de rosca, descartable	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
40	42182001-002	**Espéculo descartable mediano**	**Especulo vaginal tamaño mediano**. PVC /PS rigido,transparente. Apertura de rosca, descartable.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
41	42182001-001	**Espéculo descartable pequeño**	Especulo vaginal **tamaño pequeño**.PVC/ PS, rigido,transparente. Apertura de rosca, descartable.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
42	42131611-002	**Gorro quirúrgico**	De tela no tejida. con goma en los bordes pleglable,Resistente a	UNIDAD	UNIDAD	Envase x 25 unid minimo.

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
			fluidos.Descartable.			
43	41122407-002	**Hoja de acero inoxidable**	Hoja de Bisturí **N° 11** de acero inoxidable.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
44	41122407-002	**Hola de acero inoxidable**	Hoja de Bisturí **N° 15** de acero inoxidable.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
45	41122407-002	**Hola de acero inoxidable**	Hoja de Bisturí **N° 20** de acero inoxidable.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
46	41122407-002	**Hola de acero inoxidable**	Hoja de Bisturí **Nº 23** de acero inoxidable.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
47	42281807-004	**Cinta testigo para calor humedo**	Indicadores para proceso de esterilización, Cinta indicadora **externa** para control del proceso de esterilidad - **Autoclave,** autoadhesivas, papel semi crepado.para 121 º C. con viraje de color.	UNIDAD	UNIDAD	Rollo x 50 m.minimo
48	42281807-005	**Cinta testigo para estufa calor seco**	Indicadores para proceso de esterilización, Cinta indicadora **externa** para control del proceso de esterilizacion - **Estufa ,** autoadhesivo.por 15 mm minimo.para 160ºC. con viraje de color	UNIDAD	UNIDAD	Rollo x 50 m.minimo
49	42281807-007	**Cinta testigo para oxido de etileno**	Indicadores para proceso de esterilización, Cinta indicadora **externa**, para control del proceso de esterilizacion -**de óxido de etileno** autoadhesiva- con viraje de color.	UNIDAD	UNIDAD	Rollo.x 50 m.minimo.
50	41116130-128	**Control biologico de esterilidad**	Indicadores para proceso de esterilización, biológico , Para **autoclave**- Dispositivos inoculados con esporas de **Bacilus Sterotermóphilus**, ampolla o frascos, hermeticamente cerrados	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
51	42281807-007	**Cinta testigo para oxido de etileno**	**Indicadores para proceso de esterilización, biológico , Para óxido de etileno.**Dispositivos inoculados con esporas de **Bacilus Subtilis**, con medio de cultivo incorporado. Ampolla o frascos herméticamente cerrado.	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
52	42271708-004	**Mascara para oxigeno grande**	Mascara para oxigeno pequeño Mascarilla de aire-oxigeno en circuito abierto **Adulto**, de plástico atóxico,flexible,con tubo fino y adaptador universal. Con prolongador, longitud 1,5 mts como mínimo. Con elástico ajustable para sostén. **Con pico fijo**	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
53	42271708-003	**Mascara para oxigeno pequeño**	Mascara para oxigeno pequeño Mascarilla de aire-oxigeno en circuito abierto **Escolares**, de plástico atóxico,flexible,con tubo fino y adaptador universal. Con prolongador, longitud 1,5 mts como mínimo. Con elástico ajustable para sostén. **Con pico fijo**	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
54	42272303-002	**Mascara laringez**	Mascarilla para anestesia, Mascarilla laríngea **Nº 2. Para niños de 10-20 kg**. Elíptica que tiene un reborde exterior insuflable,con canula de silicona de 14 cm, con adaptador,barra de apertura,tubos, valvula y balón indicador,	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual

Miguel León, Jefe
Dpto. de Prod. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
			descartable en envase estéril individual.			
55	46182005-004	**Mascarilla facial para anestesia**	**Nº 2** - Escolar, con reborde insuflable de material trasparente, resistente con adaptador universal, descartable.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
56	42271802-002	**Mascarilla para nebulizador**	Mascara de oxigeno **Adulto** con micronebulizador y tubuladura . Esteril, descartable adaptable al manometro de oxigeno PVC siliconado. (micronebulizador)	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
57	53102306-001	**Pañal para adulto**	Pañal desechable, Adulto tamaño **extra grande x 160 cm**, De alta capacidad de absorción tela exterior impermeable. Cierre adhesivo a la altura de la cintura	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
58	53102306-001	**Pañal para adulto**	Pañal desechable, Adulto tamaño **grande x 160 cm**. De alta capacidad de absorción , tela exterior impermeable. Cierre adhesivo a la altura de la cintura	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
59	53102306-001	**Pañal para adulto**	Pañal desechable Adulto tamaño **mediano x 140 cm.**, De alta capacidad de absorción ,tela exterior impermeable. Cierre adhesivo a la altura de la cintura	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
60	42181709-001	**Papel para Electrocardiografia**	**50 cm x 30 m.** Adaptable a electrocardiografo Modelo SE 1 de 2 canales	UNIDAD	UNIDAD	Rollo
61	42181709-001	**Papel para Electrocardiografia**	**63mm x 30 m** . 1 canal	UNIDAD	UNIDAD	Rollo
62	42142710-002	**Tubo de drenaje pleural**	Tubo torácico para drenaje pleural **8 Fr.** Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
63	42142710-002	**Tubo de drenaje pleural**	Tubo torácico para drenaje pleural **12 Fr.** Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
64	42142710-002	**Tubo de drenaje pleural**	Tubo torácico para drenaje pleural **16 Fr.** Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
65	42142710-002	**Tubo de drenaje pleural**	Tubo torácico para drenaje pleural **20 Fr.** Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
66	42142710-002	**Tubo de drenaje pleural**	Tubo torácico para drenaje pleural **24 Fr.** Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
67	42142710-002	**Tubo de drenaje pleural**	Tubo torácico para drenaje pleural **28 Fr.** Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
68	42142710-002	**Tubo de drenaje pleural**	Tubo torácico para drenaje pleural **36 Fr.** Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
69	42231701-001	**Sonda nasogastrica pediatrica**	Tubos nasogástricos Tipo K 31 - 60cm de longitud minimo. **Pediatrica. 7Fr.**	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
70	42231701-001	**Sonda nasogastrica pediatrica**	Tubo nasogástrica Tipo K35 - 50 cm de longitud minimo. **Pediatrica. 4 Fr.**	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
71	42142402-007	**Canula orofaringea**	Tubos para Ventilación Interna, Orofaríngeos, Cánula orofaríngea **(Modelo Guedel)** para uso pediátrico en niños de **1 a 2 años No. 2, 70 - 75 mm** longitud. Tubo de polietileno lineal de baja densidad, translucido, curvado y aplanado (luz oval). Extremo distal abierto, redondeado, con punta roma totalmente atraumática. Extremo proximal reforzado y con tope dental. Envase estéril individual.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
72	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubos traqueales, **2 Fr. Sin balón**, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
73	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubos traqueales, **3 Fr. Sin balón**, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
74	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubos traqueales, **3,5 Fr. Sin balón**, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
75	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubos traqueales, **4 Fr. Sin balón**, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
76	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	**Tubos traqueales, 4,5 Fr. Sin balón**, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
77	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubos traqueales **5 Fr. Sin balón**, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
78	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubos traqueales **5,5 Fr. Sin balón**, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
79	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	**Tubos traqueales 6 Fr con balón**. De PVC o siliconado, punta cóncava atrumática, linea radiopaca continua. Conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación. Libre de latex y de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
80	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubos traqueales **6,5 Fr con balón**. De PVC o siliconado, punta cóncava atrumática, linea radiopaca continua. Conector universal.	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual

Miguel León, Jefe
Dpto. de Prod. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
			Marcas para comprobar la profundidad de la intubación. Libre de latex y de DHEP (presentar certificado que avale)			
81	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubo traqueales **7 Fr con balón**. De PVC o siliconado, punta cóncava atrumática, linea radiopaca continua. Conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación. Libre de latex y de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
82	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubo traqueales **7,5 Fr con balón**. De PVC o siliconado, punta cóncava atrumática, linea radiopaca continua. Conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación. Libre de latex y de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
83	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubo traqueales **8 Fr con balón**. De PVC o siliconado, punta cóncava atrumática, linea radiopaca continua. Conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación. Libre de latex y de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
84	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubo traqueales **8,5 Fr con balón**. De PVC o siliconado, punta cóncava atrumática, linea radiopaca continua. Conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación. Libre de latex y de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
85	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubo endotraqueal **libre de DHEP (presentar certificado que avale). / Nº 4,5** de PVC o siliconado con balón, punta cóncava atraumática, línea radio opaca contínua, libre de látex, conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
86	42311505-001	**Venda enyesada**	Rollo x **10 cm x 3 mt**.minimo.	UNIDAD	UNIDAD	Rollo en envase individual
87	42311505-001	**Venda enyesada**	Rollo x **20 cm x 3 mt**. minimo	UNIDAD	UNIDAD	Rollo en envase individual
88	42311505-002	**Venda semi elastica**	De **30 cm de ancho x 2,5 m.de largo**, (minimo) en reposo	UNIDAD	UNIDAD	Rollo en envase individual
89	42311505-002	**Venda semielástica**	De **15 cm de ancho x 2,5 m.de largo**, (minimo) en reposo	UNIDAD	UNIDAD	Rollo en envase individual
90	42311505-002	**Venda semielástica**	De **20 cm de ancho x 2,5 m.de largo**, (minimo) en reposo	UNIDAD	UNIDAD	Rollo en envase individual
91	42295507-001	**Hilo de Kirschner**	N° 1,5	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
92	42295507-001	**Hilo de Kirschner**	N° 1.8	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
93	**42171910-007**	**Caja para material cortante y punzante**	Contenedor para objetos corto punzantes, Con capacidad de 13 litros. Cartón prensadso con bolsa colectora en su interior, de polietileno resistente, con simbolo universal de riesgo biológico en ambas caras. Descartable.	UNIDAD	UNIDAD	Unidad

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
94	**42281807-001**	**Testigos de esterilización para autoclave**	Indicadores para proceso de esterilización. Indicador químico , interno. Tipo II , para control del proceso de esterilización del autoclave a vapor. Test de Bowie-Dick	UNIDAD	UNIDAD	Paquete x 100 hojas indicadoras como mínimo
95	**42142609-001**	Jeringa desechable con aguja	Jeringa para insulina con aguja protegida1 ml de plástico, con aguja fija incorporada. **30 G * 6-8 mm**, embolo extremo distal de goma, graduado en centécimas de unidades. U-100 para administración de insulina.	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual grado medico
96	**42142609-001**	Jeringa desechable con aguja	Jeringa descartable con aguja 3 ml de plástico con aguja **23 G** x 1 desmontable, con **rosca** émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones , graduado cada 3 ml	UNIDAD	UNIDAD	Envase esteril individual
97	42272220-012	**Filtro para ventiladores pulmonares**	Filtro antibacteriano para ventiladores (CIRCUITO DE ASISTENCIA RESPIRATORIA) con sistema de conexión bidireccional. Libre de látex. Descartable. Para Adulto	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
98	41122407-002	**Hoja de acero inoxidable**	**Hoja de Bisturi Nº 24** de acero inoxidable.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
99	**42272504-001**	**Bolsas de anestesia**	Bolsa para anestesia **250 cc**. De látex, con superficie antideslizante y reusable.	UNIDAD	UNIDAD	Unidad

Debe decir:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
1	42312301-002	**Algodón laminado**	Algodon laminado de **15 cm x 2 mt**.minimo,bajo tenor de impurezas (blanco y sin particulas extrañas).	UNIDAD	Rollo	Rollo
2	42295406-001	**Aposito transparente**	Aposito, Adhesivo Transparente Hipoalergenico, de poliuretano, libre de latex,resistente al agua, tamaño: **6 x 7 cm +-2 cm** (perfecta adherencia a lapiel, protege del agua)	UNIDAD	Caja	Caja x 5 unidades mínimo
3	**42271709-005**	**Cánula nasal para oxigenoterapia**	Bigotera adulto. Diámetro externo 4.00, silicona 100% .libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables, tubuladura de PVC transparente de longitud mínima de 100 cm	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
4	42142402-006	**Cánula para traqueostomía con balón**	Cánula para traqueostomía **N° 6** de PVC, con mandril y balón . **Adulto**	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
5	42142402-006	**Cánula para traqueostomía con balón**	Cánula para traqueostomía **N°8** de PVC, con mandril y balón . **Adulto**	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
6	42142402-001	**Cánula para traqueostomía sin balón**	Cánula para traqueostomía **Sin balón**. 100 % silicona, radiopaco, con conector universal de 15 mm. Diámetro externo **5,5**	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
7	42142402-001	**Cánula para traqueostomía sin balón**	Cánula para traqueostomía **Sin balón**. 100 % silicona, radiopaco, con conector universal de 15 mm.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
			Diámetro externo **5**			
8	42272011-001	**Catéter de aspiración**	Catéter de succión **10 Fr. Con circuito cerrado.** Libre de Látex, De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptación universal, puerto de lavado, manga transparente y catéter milimetrado. X 50 cm, mínimos	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
9	42272011-001	**Catéter de aspiración**	Catéter de succión **12 Fr. Con circuito cerrado.** Libre de Látex, PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptación universal, puerto de lavado, manga transparente y catéter milimetrado. X 50 cm, mínimos	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
10	42272011-001	**Catéter de aspiración**	Catéter de succión **14 Fr. Con circuito cerrado.** Libre de látex, De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptación universal, puerto de lavado, manga transparente y catéter milimetrado * 50 cm, mínimo.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
11	42272011-001	**Catéter de aspiración**	Catéter de succión **N°10 con Trampa para Mucus.** Tipo catéter DELEE	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
12	42272011-001	**Catéter de aspiración**	Catéter de succión **N°8 con Trampa para Mucus.** Tipo catéter DELEE	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
13	42221506-001	**Catéter umbilical arterial**	Catéter umbilical arterial **3 - 3.5 Fr - 1 Lumen.** Poliuretano.libre de látex y PVC, Extremo distal **abierto** y redondeado, radiopaco, tapa en extremo proximal y conector tipo luer lock, ORX graduado cada cm.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual en origen
14	42221506-001	**Catéter umbilical arterial**	Catéter umbilical arterial **5 Fr - 1 Lumen** Poliuretano.libre de látex y PVC,Extremo distal **abierto** y redondeado, radiopaco, tapa en extremo proximal y conector tipo luer lock, , ORX graduado cada cm	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual en origen
15	42221506-002	**Catéter umbilical venoso**	Catéter umbilical arterial **3,5 Fr - 2 lumen.** 100% silicona, .Poliuretano.libre de látex y PVC, ORX graduado cada cm. extremo distal **cerrado** , radiopaco, tapa en extremo proximal y conector tipo luer lock, graduado cada cm.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual en origen
16	42221506-002	**Catéter umbilical venoso**	Catéter umbilical arterial **5 Fr - 2 lumen.** 100% silicona .Poliuretano, libre de látex y PVC, ORX graduado a cada cm. extremo distal **cerrado** y graduado cada cm, radiopaco, tapa en extremo proximal y conector tipo luer lock,	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual en origen
17	42221503-006	**Cateter intravenosa para via central pediatrico**	Cateter venoso central **3 Fr - 2 Lumen.**Compatible para **técnica de Seldinger.** Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
18	42221503-007	**Cateter venoso central**	Cateter venoso central **4 Fr - 3 Lumen.**Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiopaco, con guía metalica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual en origen

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
19	42221503-006	**Cateter intravenosa para via central pediatrico**	Catéter venoso central **5 Fr - 2 Lumen**. Compatible para **técnica de Seldinger.** Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
20	42221503-006	**Cateter intravenosa para via central pediatrico**	Catéter venoso central **5 Fr - 3 Lumen.**Compatible para **técnica de Seldinger.** Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
21	42221503-002	**Cateter intravenoso via central adulto**	Catéter venoso central **6 Fr - 2 Lumen**. Compatible para **técnica de Seldinger.** Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora de silicona 100%.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
22	42221503-002	**Cateter intravenoso via central adulto**	Catéter venoso central **6,5 Fr - 3 Lumen**. Compatible para **técnica de Seldinger.** Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
23	42221503-002	**Cateter intravenoso via central adulto**	Catéter venoso central **7 Fr - 3 Lumen**. Compatible para **técnica de Seldinger.** Poliuretano, radiopaco con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
24	42221503-002	**Cateter intravenoso via central adulto**	Catéter venoso central **7,5 Fr - 3 Lumen** Compatible para técnica de Seldinger, . Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
25	42293603-002	**Sonda Vesical doble via**	Catéteres urinarios -Foley **6 Fr.** siliconado, **2 vias orificios laterales** punta atraumatica.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
26	42293603-002	**Sonda Vesical doble via**	Catéteres urinarios -Foley **8 Fr.** siliconado, **2 vias orificios laterales** punta atraumatica.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
27	42293603-002	**Sonda Vesical doble via**	Catéteres urinarios -Foley **10 Fr.** siliconado, **2 vias orificios laterales** punta atraumatica.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
28	42293603-001	**Sonda Vesical**	**Catéteres urinarios -Foley 12 Fr.** siliconado, **orificios laterales** punta atraumatica.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
29	42293603-002	**Sonda Vesical doble via**	Catéteres urinarios -Foley **22 Fr.** siliconado, **2 vias orificios laterales** punta atraumatica.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
30	42143105-001	**Cepillo vaginal**	Cepillo para citología, de cerda dura y bulbo protector en la punta	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual en origen
31	**42311708-003**	**Cinta adhesiva**	Cinta adhesiva quirúrgica hipoalergénica 5 cm x 5 m como mínimo	UNIDAD	Envase estéril individual	Unidad
32	42272504-016	**Baraka**	Circuito corrugado para máquina de anestesia, **Adulto. Universal**. Compatible con el equipo de la institucion	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individualy/ o fabricado y envasado bajo condicines de sala limpia (según Norma ISO/DIN 14644) en ambos casos presentar

Miguel León, Jefe
Dpto. de Prod. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
						certificados correspondiente.
33	41104112-002	**Colector/ Contenedor de Orina**	Colector de Orina, **Bolsa de 2 Litros, con valvula de retencion**, salida de gases y desagote, con medidior externo graduado de **500 ml** minimo.sistema cerrado con valvula de no retorno. **Con urinometro.**	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
34	42181501-001	**Baja lenguas**	Depresores de lengua, Baja lengua de madera, de bordes lisos que no dañen los tejidos durante su uso. Tamaño estandar	UNIDAD	Caja	Caja minimo de 100 unidades
35	42142710-003	**Tubo para drenaje Penrose**	Drenos para herida **Nº 3/4"**, tubo de caucho,blando y aplanado. Modelo penrose	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual en origen
36	42181702-003	**Electrodo adulto**	Electrodo para control del ritmo cardíacoPara "**Adulto**" autoadhesivo, con broche de metal, soporte de espuma , con gel conductor, lámina protectora individual, empaque resistente a la humedad descartable. (estándar)	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
37	42181702-005	**Electrodo neonatal**	Para"**Neonato**", autoadhesivo con broche de metal soporte de espuma, con gel conductor, lámina protectora individual, empaque resistente a la humedad descartable. (estándar)	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
38	42294002-001	**Espatula para patologia cervical**	Espátula citológica para PAP tipo AYRE, de madera sin aristas.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
39	42182001-003	**Espéculo descartable grande**	**Especulo vaginal tamaño grande**. PVC/PS rígido, transparente , apertura de rosca, descartable	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
40	42182001-002	**Espéculo descartable mediano**	**Especulo vaginal tamaño mediano**. PVC /PS rigido,transparente. Apertura de rosca, descartable.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
41	42182001-001	**Espéculo descartable pequeño**	Especulo vaginal **tamaño pequeño**.PVC/ PS, rigido,transparente. Apertura de rosca, descartable.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
42	42131611-002	**Gorro quirúrgico**	De tela no tejida. con goma en los bordes pleglable,Resistente a fluidos.Descartable.	UNIDAD	Caja	Caja x 25 unid minimo.
43	41122407-002	**Hoja de bisturí de acero inoxidable**	Hoja de Bisturí **N° 11** de acero inoxidable.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
44	41122407-002	**Hoja de bisturí de acero inoxidable**	Hoja de Bisturí **N° 15** de acero inoxidable.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
45	41122407-002	**Hoja de bisturí de acero inoxidable**	Hoja de Bisturí **N° 20** de acero inoxidable.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
46	41122407-002	**Hoja de bisturí de acero inoxidable**	Hoja de Bisturí **Nº 23** de acero inoxidable.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
47	42281807-004	**Cinta testigo para calor humedo**	Indicadores para proceso de esterilización, Cinta indicadora **externa** para control del proceso de esterilidad - **Autoclave**, autoadhesivas, papel semi crepado.para 121 º C. con viraje de color.	UNIDAD	Rollo	Rollo x 50 m.minimo
48	42281807-005	**Cinta testigo para estufa calor seco**	Indicadores para proceso de esterilización, Cinta indicadora **externa** para control del proceso de esterilizacion - **Estufa** , autoadhesivo.por 15 mm minimo.para 160ºC. con viraje de color	UNIDAD	Rollo	Rollo x 50 m.minimo

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
49	42281807-007	**Cinta testigo para oxido de etileno**	Indicadores para proceso de esterilización, Cinta indicadora **externa**, para control del proceso de esterilizacion **-de óxido de etileno** autoadhesiva- con viraje de color.	UNIDAD	Rollo	Rollo.x 50 m.minimo.
50	41116130-128	**Control biologico de esterilidad**	Indicadores para proceso de esterilización, biológico , Para **autoclave-** Dispositivos inoculados con esporas de **Bacilus Sterotermóphilus**, ampolla o frascos, hermeticamente cerrados	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
51	42281807-007	**Cinta testigo para oxido de etileno**	**Indicadores para proceso de esterilización, biológico , Para óxido de etileno.**Dispositivos inoculados con esporas de **Bacilus Subtilis**, con medio de cultivo incorporado. Ampolla o frascos herméticamente cerrado.	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
52	42271708-004	**Mascara para oxigeno grande**	Mascara para oxigeno pequeño Mascarilla de aire-oxigeno en circuito abierto **Adulto**, de plástico atóxico,flexible,con tubo fino y adaptador universal. Con prolongador, longitud 1,5 mts como mínimo. Con elástico ajustable para sostén. **Con pico fijo**	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
53	42271708-003	**Mascara para oxigeno pequeño**	Mascara para oxigeno pequeño Mascarilla de aire-oxigeno en circuito abierto **Escolares**, de plástico atóxico,flexible,con tubo fino y adaptador universal. Con prolongador, longitud 1,5 mts como mínimo. Con elástico ajustable para sostén. **Con pico fijo**	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
54	42272303-002	**Mascara laringea**	Mascarilla laríngea **Nº 2. Para niños de 10-20 kg**. Elíptica que tiene un reborde exterior insuflable,con canula de silicona de 14 cm, con adaptador,barra de apertura,tubos, valvula y balón indicador, descartable en envase estéril individual.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
55	46182005-004	**Mascarilla facial para anestesia**	**Nº 2** - Escolar, con reborde insuflable de material trasparente, resistente con adaptador universal, descartable.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
56	42271802-002	**Mascarilla para nebulizador**	Mascara de oxigeno **Adulto** con micronebulizador y tabuladura pediatrico. Esteril, descartable adaptable al manometro de oxigeno PVC siliconado. (micronebulizador)	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
57	53102306-001	**Pañal para adulto**	Pañal desechable, Adulto tamaño **extra grande x 160 cm.**, tela exterior impermeable. Cierre adhesivo a la altura de la cintura	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
58	53102306-001	**Pañal para adulto**	Pañal desechable, Adulto tamaño **grande x 160 cm.**, tela exterior impermeable. Cierre adhesivo a la altura de la cintura	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
59	53102306-001	**Pañal para adulto**	Pañal desechable Adulto tamaño **mediano x 140 cm,** tela exterior impermeable. Cierre adhesivo a la altura de la cintura	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
60	42181709-001	**Papel para**	**50 cm x 30 m.** Adaptable a	UNIDAD	Rollo	Rollo

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
		Electrocardiografia	electrocardiografo Modelo SE 1 de 2 canales			
61	42181709-001	**Papel para Electrocardiografia**	**63mm x 30 m** . 1 canal	UNIDAD	Rollo	Rollo
62	42142710-002	**Tubo de drenaje pleural**	Tubo torácico para drenaje pleural **8 Fr.** Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual
63	42142710-002	**Tubo de drenaje pleural**	Tubo torácico para drenaje pleural **12 Fr.** Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual
64	42142710-002	**Tubo de drenaje pleural**	Tubo torácico para drenaje pleural **16 Fr.** Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual
65	42142710-002	**Tubo de drenaje pleural**	Tubo torácico para drenaje pleural **20 Fr.** Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual
66	42142710-002	**Tubo de drenaje pleural**	Tubo torácico para drenaje pleural **24 Fr.** Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual
67	42142710-002	**Tubo de drenaje pleural**	Tubo torácico para drenaje pleural **28 Fr.** Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual
68	42142710-002	**Tubo de drenaje pleural**	Tubo torácico para drenaje pleural **36 Fr.** Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual
69	42231701-001	**Sonda nasogastrica pediatrica**	Tubos nasogástricos Tipo K 31 - 60cm de longitud mínimo. **Pediátrica. 7Fr.**	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
70	42231701-001	**Sonda nasogastrica pediatrica**	Tubo nasogástrica Tipo K35 - 50 cm de longitud mínimo. **Pediátrica. 4 Fr.**	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
71	42142402-007	**Canula orofaringea**	Tubos para Ventilación Interna, Orofaríngeos, Cánula orofaríngea **(Modelo Guedel)** para uso pediátrico en niños de **1 a 2 años No. 2, 70 - 75 mm** longitud. Tubo de polietileno lineal de baja densidad, translucido, curvado y aplanado (luz oval). Extremo distal abierto, redondeado, con punta roma totalmente atraumática. Extremo proximal reforzado y con tope dental. Envase estéril individual.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
72	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubos traqueales, **2 Fr. Sin balón**, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual
73	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubos traqueales, **3 Fr. Sin balón**, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual
74	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubos traqueales, **3,5 Fr. Sin balón**, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
			mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale)			
75	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubos traqueales, **4 Fr. Sin balón**, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual
76	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	**Tubos traqueales, 4,5 Fr. Sin balón**, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual
77	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubos traqueales **5 Fr. Sin balón**, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual
78	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubos traqueales **5,5 Fr. Sin balón**, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual
79	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	**Tubos traqueales 6 Fr con balón.** De PVC o siliconado, punta cóncava atrumática, linea radiopaca continua. Conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación. Libre de latex y de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual
80	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubos traqueales **6,5 Fr con balón.** De PVC o siliconado, punta cóncava atrumática, linea radiopaca continua. Conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación. Libre de latex y de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual
81	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubo traqueales **7 Fr con balón.** De PVC o siliconado, punta cóncava atrumática, linea radiopaca continua. Conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación. Libre de latex y de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual
82	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubo traqueales **7,5 Fr con balón.** De PVC o siliconado, punta cóncava atrumática, linea radiopaca continua. Conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación. Libre de latex y de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual
83	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubo traqueales **8 Fr con balón.** De PVC o siliconado, punta cóncava atrumática, linea radiopaca continua. Conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación. Libre de latex y de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
84	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubo traqueales **8,5 Fr con balón**. De PVC o siliconado, punta cóncava atrumática, linea radiopaca continua. Conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación. Libre de latex y de DHEP (presentar certificado que avale)	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual
85	42271903-001	**Tubos endotraqueal**	Tubo endotraqueal **libre de DHEP (presentar certificado que avale). / Nº 4,5** de PVC o siliconado con balón, punta cóncava atraumática, línea radio opaca contínua, libre de látex, conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
86	42311505-001	**Venda enyesada**	Rollo x **10 cm x 3 mt**.minimo.	UNIDAD	Rollo	Rollo en envase individual
87	42311505-001	**Venda enyesada**	Rollo x **20 cm x 3 mt**. minimo	UNIDAD	Rollo	Rollo en envase individual
88	42311505-002	**Venda semi elastica**	De **30 cm de ancho x 2,5 m.de largo**, (minimo) en reposo	UNIDAD	Rollo	Rollo en envase individual
89	42311505-002	**Venda semielástica**	De **15 cm de ancho x 2,5 m.de largo**, (minimo) en reposo	UNIDAD	Rollo	Rollo en envase individual
90	42311505-002	**Venda semielástica**	De **20 cm de ancho x 2,5 m.de largo**, (minimo) en reposo	UNIDAD	Rollo	Rollo en envase individual
91	42295507-001	**Hilo de Kirschner**	N° 1,5	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
92	42295507-001	**Hilo de Kirschner**	N° 1.8	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
93	**42171910-007**	**Caja para material cortante y punzante**	Contenedor para objetos corto punzantes, Con capacidad de 13 litros. Cartón prensadso con bolsa colectora en su interior, de polietileno resistente, con simbolo universal de riesgo biológico en ambas caras. Descartable.	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
94	**42281807-001**	**Testigos de esterilización para autoclave**	Indicadores para proceso de esterilización. Indicador químico , interno. Tipo II , para control del proceso de esterilización del autoclave a vapor. Test de Bowie-Dick	UNIDAD	Paquete	Paquete x 100 hojas indicadoras como mínimo
95	**42142609-001**	Jeringa desechable con aguja	Jeringa para insulina con aguja protegida1 ml de plástico, con aguja fija incorporada. **30 G * 6-8 mm**, embolo extremo distal de goma, graduado en centécimas de unidades. U-100 para administración de insulina.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual grado medico
96	**42142609-001**	Jeringa desechable con aguja	Jeringa descartable con aguja 3 ml de plástico con aguja **23 G** x 1 desmontable, con **rosca** émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones , graduado cada 3 ml	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase esteril individual
97	42272220-012	**Filtro para ventiladores pulmonares**	Filtro antibacteriano para ventiladores (CIRCUITO DE ASISTENCIA RESPIRATORIA) con sistema de conexión bidireccional. Libre de látex. Descartable. Para Adulto	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
98	41122407-002	**Hoja de bisturí de acero inoxidable**	**Hoja de Bisturi Nº 24** de acero inoxidable.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
99	**42272504-001**	**Bolsas de anestesia**	Bolsa para anestesia **250 cc**. De látex, con superficie antideslizante	UNIDAD	UNIDAD	Unidad

Miguel León, Jefe
Dpto. de Prov. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
			y reusable.			

Observación 4

Ítem 8-9-10: establecer criterio de evaluación para la especificación técnica establecida " ...Buena resistencia...", como el comité de evaluación podrá comprobar si cumple o no.

Respuesta:

Donde dice:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
8	42272011-001	**Catéter de aspiración**	cateter de succión **10 Fr. Con circuito cerrado**. Libre de Látex, De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptacion universal, puerto de lavado, manga transparente, buena resistencia y catéter milimetrado. X 50 cm, minimos	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
9	42272011-001	**Catéter de aspiración**	Catéter de succión **12 Fr. Con circuito cerrado**. Libre de Látex, PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptacion universal, puerto de lavado, manga transparente, buena resistencia y catéter milimetrado. X 50 cm, minimos	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
10	42272011-001	**Catéter de aspiración**	Catéter de succión **14 Fr. Con circuito cerrado.** Libre de látex, De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptacion universal, puerto de lavado, manga transparente, buena resistencia y cateter milimetrado * 50 cm, minimo.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual

Debe decir:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
8	42272011-001	**Catéter de aspiración**	Catéter de succión **10 Fr. Con circuito cerrado**. Libre de Látex, De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptación universal, puerto de lavado, manga transparente y catéter milimetrado. X 50 cm, mínimos	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
9	42272011-001	**Catéter de aspiración**	Catéter de succión **12 Fr. Con circuito cerrado**. Libre de Látex, PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptación universal, puerto de lavado, manga transparente y catéter milimetrado. X 50 cm, mínimos	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
10	42272011-001	**Catéter de aspiración**	Catéter de succión **14 Fr. Con circuito cerrado.** Libre de látex, De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptación universal, puerto de lavado, manga transparente y catéter milimetrado * 50 cm, mínimo.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dirección Operativa de Contrataciones

Observación 5

Ítem 13: detallar en ítem separado conforme a la medida del calibre requerido, no pueden establecer medidas diferentes como alternativos en un solo ítem.

Respuesta:

Donde dice:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
13	42221506-001	**Catéter umbilical arterial**	Catéter umbilical arterial 3 - **3.5 Fr - 1 Lumen.** Poliuretano.libre de látex y PVC, Extremo distal **abierto** y redondeado, radiopaco, tapa en extremo proximal y conector tipo luer lock, ORX graduado cada cm.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual en origen

Debe decir:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
13	42221506-001	**Catéter umbilical arterial**	Catéter umbilical arterial **3.5 Fr - 1 Lumen.** Poliuretano.libre de látex y PVC, Extremo distal **abierto** y redondeado, radiopaco, tapa en extremo proximal y conector tipo luer lock, ORX graduado cada cm.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual en origen

Observación 6

Ítem 25-26-27-29: el código de catálogo utilizado no corresponde al bien requerido, utilizar el código correcto de acuerdo al catálogo difundido en el sistema

Respuesta:

Donde dice

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
25	42293603-001	**Sonda Vesical**	Catéteres urinarios -Foley **6 Fr.** siliconado, **2 vias orificios laterales** punta atraumatica.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
25	42293603-001	**Sonda Vesical**	Catéteres urinarios -Foley 6 Fr. siliconado, 2 vias orificios laterales punta atraumatica.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
26	42293603-001	**Sonda Vesical**	Catéteres urinarios -Foley 8 Fr. siliconado, 2 vias orificios laterales punta atraumatica.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
27	42293603-001	**Sonda Vesical**	Catéteres urinarios -Foley 10 Fr. siliconado, 2 vias orificios laterales punta atraumatica.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual
29	42293603-001	**Sonda Vesical**	Catéteres urinarios -Foley 22 Fr. siliconado, 2 vias orificios laterales punta atraumatica.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual

Debe decir:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
25	42293603-002	**Sonda Vesical doble via**	Catéteres urinarios -Foley **6 Fr.** siliconado, **2 vias orificios laterales**	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

			punta atraumatica.			
25	42293603-002	**Sonda Vesical doble via**	Catéteres urinarios -Foley 6 Fr. siliconado, 2 vias orificios laterales punta atraumatica.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
26	42293603-002	**Sonda Vesical doble via**	Catéteres urinarios -Foley 8 Fr. siliconado, 2 vias orificios laterales punta atraumatica.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
27	42293603-002	**Sonda Vesical doble via**	Catéteres urinarios -Foley 10 Fr. siliconado, 2 vias orificios laterales punta atraumatica.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
29	42293603-002	**Sonda Vesical doble via**	Catéteres urinarios -Foley 22 Fr. siliconado, 2 vias orificios laterales punta atraumatica.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual

Observación 7

Ítem 28: se verifica inconsistencia entre el bien requerido, el código de catálogo utilizado y la especificación técnica establecida

Respuesta: Se aclara que el código de catálogo corresponde a sonda vesical, que es lo solicitado.

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
28	42293603-001	**Sonda Vesical**	**Catéteres urinarios -Foley 12 Fr.** siliconado, **orificios laterales** punta atraumatica.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual

Observación 8

Ítem 43-44-45-46-98: detallar el bien conforme a la descripción del código de catálogo utilizado

Respuesta:

Donde dice:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
43	41122407-002	**Hoja de acero inoxidable**	Hoja de Bisturí **N° 11** de acero inoxidable.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
44	41122407-002	**Hola de acero inoxidable**	Hoja de Bisturí **N° 15** de acero inoxidable.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
45	41122407-002	**Hola de acero inoxidable**	Hoja de Bisturí **N° 20** de acero inoxidable.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
46	41122407-002	**Hola de acero inoxidable**	Hoja de Bisturí **Nº 23** de acero inoxidable.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
98	41122407-002	**Hoja de acero inoxidable**	**Hoja de Bisturi Nº 24** de acero inoxidable.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual

Debe decir:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
43	41122407-002	**Hoja de bisturí de acero inoxidable**	Hoja de Bisturí **N° 11** de acero inoxidable.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
44	41122407-002	**Hoja de bisturí de acero inoxidable**	Hoja de Bisturí **N° 15** de acero inoxidable.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
45	41122407-002	**Hoja de bisturí de acero inoxidable**	Hoja de Bisturí **N° 20** de acero inoxidable.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual
46	41122407-002	**Hoja de bisturí de acero inoxidable**	Hoja de Bisturí **Nº 23** de acero inoxidable.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

98	41122407-002	**Hoja de bisturí de acero inoxidable**	**Hoja de Bisturi Nº 24** de acero inoxidable.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual

Observación 9

Ítem 54: no puede identificarse plenamente el bien requerido, mascara laríngea o mascarilla para anestesia?

Respuesta:

Donde dice:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
54	42272303-002	**Mascara laringez**	Mascarilla para anestesia, Mascarilla laríngea **Nº 2. Para niños de 10-20 kg**. Elíptica que tiene un reborde exterior insuflable,con canula de silicona de 14 cm, con adaptador,barra de apertura,tubos, valvula y balón indicador, descartable en envase estéril individual.	UNIDAD	UNIDAD	Envase estéril individual

Debe decir:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
54	42272303-002	**Mascara laríngea**	Mascarilla laríngea **Nº 2. Para niños de 10-20 kg**. Elíptica que tiene un reborde exterior insuflable,con canula de silicona de 14 cm, con adaptador,barra de apertura,tubos, valvula y balón indicador, descartable en envase estéril individual.	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual

Observación 10.

Ítem 56: se verifica inconsistencia en la especificación técnica establecida, (adulto, pediátrico)

Respuesta:

Donde dice:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
56	42271802-002	**Mascarilla para nebulizador**	Mascara de oxigeno **Adulto** con micronebulizador y tabuladura pediatrico. Esteril, descartable adaptable al manometro de oxigeno PVC siliconado. (micronebulizador)	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual

Debe decir:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA

Firmado:
Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc.. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
M.S.P y B.S

56	42271802-002	**Mascarilla para nebulizador**	Mascara de oxigeno **Adulto** con micronebulizador y tubuladura . Estéril, descartable adaptable al manómetro de oxigeno PVC siliconado. (micronebulizador)	UNIDAD	Envase estéril individual	Envase estéril individual

Observación 11.

Ítem 57-58-59: establecer criterio de evaluación para la especificación técnica establecida" ...Alta capacidad de absorción...", como el comité de evaluación podrá comprobar si cumple o no.

Respuesta:

Donde dice:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
57	53102306-001	**Pañal para adulto**	Pañal desechable, Adulto tamaño **extra grande x 160 cm**. De alta capacidad de absorción. tela exterior impermeable. Cierre adhesivo a la altura de la cintura	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
58	53102306-001	**Pañal para adulto**	Pañal desechable, Adulto tamaño grande x 160 cm. De alta capacidad de absorción. tela exterior impermeable. Cierre adhesivo a la altura de la cintura	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
59	53102306-001	**Pañal para adulto**	Pañal desechable Adulto tamaño mediano x 140 cm. De alta capacidad de absorción. tela exterior impermeable. Cierre adhesivo a la altura de la cintura	UNIDAD	UNIDAD	Unidad

Debe decir:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
57	53102306-001	**Pañal para adulto**	Pañal desechable, Adulto tamaño **extra grande x 160 cm.**, tela exterior impermeable. Cierre adhesivo a la altura de la cintura	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
58	53102306-001	**Pañal para adulto**	Pañal desechable, Adulto tamaño grande x 160 cm., tela exterior impermeable. Cierre adhesivo a la altura de la cintura	UNIDAD	UNIDAD	Unidad
59	53102306-001	**Pañal para adulto**	Pañal desechable Adulto tamaño mediano x 140 cm., tela exterior impermeable. Cierre adhesivo a la altura de la cintura	UNIDAD	UNIDAD	Unidad

Observación 12.

Ítem 93: el código de catálogo indicado no corresponde al bien requerido. Utilizar el código correcto de acuerdo al catálogo difundido en el sistema 42142531-001.

Respuesta:

Donde dice:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

93	42171910-007	Caja para material cortante y punzante	Contenedor para objetos corto punzantes, Con capacidad de 13 litros. Cartón prensado con bolsa colectora en su interior, de polietileno resistente, con simbolo universal de riesgo biológico en ambas caras. Descartable.	UNIDAD	UNIDAD	Unidad

Debe decir:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
93	42142531-001	**Contenedor para objetos cortopunzantes**	Contenedor para objetos corto punzantes, Con capacidad de 13 litros. Cartón prensado con bolsa colectora en su interior, de polietileno resistente, con simbolo universal de riesgo biológico en ambas caras. Descartable.	UNIDAD	UNIDAD	Unidad

Con relación al Pliego de Bases y Condiciones se realiza la siguiente modificación:

Se admitirá el Sistema de Abastecimiento Simultaneo: **Si Aplica.**

ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO.

De conformidad al Artículo N° 38 del Decreto N° 2992/19, la convocante adjudicará el Contrato bajo el Sistema de Abastecimiento Simultáneo, a los oferentes:

1. Cuyas ofertas cumplan con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones.

2. Que tengan las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el Contrato.

3. Proporciones de Distribución:

3.a En caso de presentarse un solo oferente en un ítem, se le adjudica la totalidad de lo solicitado.

3.b De existir dos oferentes en el ítem, para la **oferta solvente más baja**: *el 60% de la cantidad del* contrato; y al oferente que presente la **segunda oferta solvente evaluada como la más baja**: *el 40% de la cantidad del contrato para dicho ítem;*

3.c De existir tres oferentes en el ítem, para la **oferta solvente más baja**: *el 50% de la cantidad del contrato*; al oferente que presente la **segunda oferta solvente evaluada como la más baja**: *el 30% de la cantidad del contrato; al oferente que presente la **tercera oferta solvente evaluada como la más baja**: el 20% de la cantidad del contrato para dicho ítem;*

Obs. *Los supuestos descritos en los ítems **3.b y 3.c** se aplicarán para los oferentes que acepten adecuar sus precios a los de la oferta evaluada como la más baja (por cada ítem)*

Se solicita realizar el llamado bajo la modalidad de Abastecimiento Simultáneo para todos los ítems, teniendo en cuenta que en esos ítems se solicita una alta cantidad de insumos, y es primordial evitar quedar desabastecidos y dar mayor oportunidad a los oferentes que cuenten con lo solicitado.

Se modifica en el PBC y en el SICP.

Esperando un despacho favorable a la presente solicitud, aprovecho la ocasión para saludarle, atentamente.

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS